

Kalibrierschein Calibration Certificate

Type **Kistler 9132B21**

Serial No. **3065323**

Kalibriert durch Calibration Technician	Datum Date
E. Monteiro	28. Mar. 2018

Referenzgeräte Reference Equipment	Typ Type	Serien-Nr. Serial No.
Gebrauchsnorm Working Standard	Kistler 9341B	1719597
Ladungskalibrator Charge Calibrator	Kistler 5395A	605272

Umgebungstemperatur Ambient Temperature °C	Relative Feuchte Relative Humidity %
22	41

Messergebnisse Results of Measurement

Kalibrierter Bereich Calibrated Range	Empfindlichkeit Sensitivity	Linearität Linearity
N	pC / N	≤ ± %FSO
0 ... 7000	-3,109	7,90

Comments :
Le capteur à été étalonné sans précontrainte.

Conditions d'étalonnage:
Le capteur est posé entre deux blocs rectifiés d'épaisseur 40 mm et 20 mm avec un Ø 55 mm,
et l'application de la force est réalisée par l'intermédiaire d'une tête distributrice de force sphérique .

Le Technicien :