

## Kalibrierschein Calibration Certificate

Type Kistler 9134B21

Serial No. 4681751

<b>Kalibriert durch</b> Calibration Technician	<b>Datum</b> Date	
E. Monteiro	26. Oct. 2017	
<b>Referenzgeräte</b> Reference Equipment	<b>Typ</b> Type	<b>Serien-Nr.</b> Serial No.
<b>Gebrauchsnorm</b> Working Standard	Kistler 9341B	1719597
<b>Ladungskalibrator</b> Charge Calibrator	Kistler 5395A	605272
<b>Umgebungstemperatur</b> Ambient Temperature °C	<b>Relative Feuchte</b> Relative Humidity %	
22	53	

### Messergebnisse Results of Measurement

<b>Kalibrierter Bereich</b> Calibrated Range	<b>Empfindlichkeit</b> Sensitivity	<b>Linearität</b> Linearity
<b>N</b>	<b>pC / N</b>	<b>≤ ± % FSO</b>
0 ... 20000	-3,821	2,50

#### Comments :

Le capteur est étalonné sans précontrainte.

#### Conditions d'étalonnage:

Il est posé sur un plan rectifié et l'application de la force est réalisée par l'intermédiaire d'une tête d'appui sphérique sur un bloc d'épaisseur 20 mm et Ø 55mm.

Le Technicien :