

Kalibrierschein **Calibration Certificate**

Type Kistler 9349A

Serial No. 4778098

Kalibriert durch	Datum	
Calibration Technician	Date	
К. Та	21. Jun. 2017	
Referenzgeräte Reference Equipment	Тур Туре	Serien-Nr. Serial No.
Gebrauchsnormal Working Standard	Kistler Z13300	304820
Ladungskalibrator Charge Calibrator	Kistler 5395A	988262
Umgebungstemperatur Ambient Temperature °C	Relative Feuchte Relative Humidity %	
28	45	

Messergebnisse Results of Measurement

Kalibrierter Bereich Calibrated Range	Empfindlichkeit Sensitivity	Linearität Linearity
N∙m	pC / N⋅m	≤ ± %FSO
0 25	-222,1	0,05
0 2,5	-222,2	0,03
025	-222,2	0,06
02,5	-222,1	0,06

Patent No.

US 7,493,836

Messverfahren

Kontinuierliche Kalibrierung, Vergleichsverfahren

Measurement Procedure Continuous Calibration, Comparison Method

Bestätigung Confirmation

Das oben durch die Seriennummer identifizierte Gerät entspricht der Vereinbarung der Bestellung und hält die Herstelltoleranzen gemäss den Spezifikationen der Datenblätter ein, sofern nicht anders auf dem Kalibirerschein vermerkt. Das Kistler Qualitätsmanagement System ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das Dokument erfüllt die Anforderungen von EN 10204 Abnahmeprüfzeugnis "3.1". Die aufgeführten Referenzgeräte sind auf nationale Normale rückgeführt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.

The equipment identified by Serial No. complies with the agreement of the order and meets the manufacturing tolerances specified in the data sheets, unless otherwise specified on the calibration certificate. The Kistler Quality Management System is certified per ISO 9001. This document fulfils the requirements of EN 10204 Inspection Certificate "3.1". The reference equipment is traceable to national standards. The document was issued electronically and is therefore valid without signature.

Kistler Instrumente AG

Eulachstrasse 22 PO Box

CH-8408 Winterthur

Fax +41 52 224 14 14 Swift: ZKBKCHZZ80A

info@kistler.com

Tel. +41 52 224 11 11 ZKB Winterthur BC 732

IBAN: CH67 0070 0113 2003 7462 8

VAT: 229 713

Account: 1132-0374.628 ISO 9001 certified

www.kistler.com