

Kalibrierschein Calibration Certificate

Type **Kistler 9135B21**Serial No. **4362174**

Kalibriert durch Calibration Technician	Datum Date
V. Michaudet	26. Jul. 2017

Referenzgeräte Reference Equipment	Typ Type	Serien-Nr. Serial No.
Gebrauchsnorm Working Standard	Kistler 9341B	1719597
Ladungskalibrator Charge Calibrator	Kistler 5395A	605272

Umgebungstemperatur Ambient Temperature °C	Relative Feuchte Relative Humidity %
21	50

Messergebnisse Results of Measurement

Kalibrierter Bereich Calibrated Range N	Empfindlichkeit Sensitivity pC / N	Linearität Linearity ≤ ± % FSO
0 ... 20000	-3,763	1,10**

** ausserhalb Spezifikation
Out of specification

Comments :

Le capteur à été précontraint à 5 kN dans la montage mécanique type 9926 et 9410A5.

Conditions d'étalonnage:

Le montage est posé sur un plan rectifié et l'application de la force est réalisée par l'intermédiaire d'une tête d'appui sphérique.

Le Technicien :