

Sres. AQUAGESTION S.A.
Ruta 5 Sur Km 1008 - Puerto Varas.
Att. : Andrea Imio
Ref. : Informe Técnico de Mantenimiento Preventiva para Termociclador.

INFORME TÉCNICO

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Termociclador
MARCA	Agilent Technologies
MODELO	Aria MX
N° SERIE	MY15075214
N° IDENTIFICACIÓN	EQ-BM-68
UBICACIÓN	Sala de equipos - Área de microbiología



OBJETIVO

- Verificar el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a especificaciones de fábrica.

ESPECIFICACIONES

- Para cada medición se debe cumplir que los parámetros de operación programados y obtenidos son los mismos para el proceso.

I. TRABAJOS REALIZADOS Y REPORTES

2.1 Desarme y limpieza de partes y piezas:

- Comandos de módulo de control
- Bloque calefactor Peltier (Porta muestras)
- Calefactor y sistema de cierre de puerta

2.2 Revisión y verificación de partes y piezas:

- Medición de temperatura contrastado con instrumento certificado
- Equipo operativo al cierre del servicio.

II. ESTADO INICIAL

☐ Chequeo primario de funcionamiento	X
☐ Chequeo estructural, accesorios y componentes	X
☐ Chequeo de controles y comandos	X
☐ Chequeo de conexiones eléctricas	X

III. REPORTES DE MEDICIÓN

Variable de medición	Programado	Observado	Diferencia	Cumple	Criterio de aceptación
Temperatura °C	55	55.10	- 0.10	Si	Los valores individuales de operación deben encontrarse en $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
Temperatura °C	60	59.80	+ 0.20	Si	Los valores individuales de operación deben encontrarse en $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

IV. CONSIDERACIONES

- Este documento certifica la verificación de los instrumentos individualizados, los cuales fueron verificados y certificados con instrumental calibrado en oficinas autorizadas para realizar este servicio.
- Para el presente servicio se utilizó sistema termométrico digital con sensor PT100 certificado, marca WIKA, modelo CTH6200, Número de serie 42502980, correspondiente al certificado SMD-80116.
- Equipo responde satisfactoriamente a las exigencias de estándares establecidos en Normativa.

V. CÓDIGO INSTRUMENTO Y CÓDIGO DEL SERVICIO

CÓDIGO INSTRUMENTO	WIKA CTH6200 / Serie 42502980 / Certificado SMD-80116
CÓDIGO DEL SERVICIO	IT_2026 QA-248490

Ing. Cristián Manzor
Nombre y Firma Responsable

❑ TRABAJO REALIZADO

VISTA GENERAL DEL TERMOCICLADOR

Registro fotográfico del equipo intervenido al cierre de la mantención preventiva.

