

Sres. AQUAGESTION S.A.
Ruta 5 Sur Km 1008 - Puerto Varas.
Att. : Andrea Imio
Ref. : Informe Técnico de Mantenimiento Preventiva para Termociclador.

INFORME TÉCNICO

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Termociclador
MARCA	Agilent Technologies
MODELO	Aria MX
N° SERIE	MY15075214
N° IDENTIFICACIÓN	EQ-BM-68
UBICACIÓN	Sala de equipos - Área de microbiología



OBJETIVO

- Verificar el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo a especificaciones de fábrica.

ESPECIFICACIONES

- Para cada medición se debe cumplir que los parámetros de operación programados y obtenidos son los mismos para el proceso.

I. TRABAJOS REALIZADOS Y REPORTES

2.1 Desarme y limpieza de partes y piezas:

- Comandos de módulo de control
- Bloque calefactor Peltier (Porta muestras)
- Calefactor y sistema de cierre de puerta
- Sensores de temperatura (PT100)
- Tarjetas electrónicas
- Estructura y accesorios

2.2 Revisión y verificación de partes y piezas:

- Verificación de aislación de sistemas Peltier
- Verificación de sensores de temperatura
- Verificación de seguridad sobre temperatura
- Verificación de fugas eléctricas
- Lubricación de partes móviles
- Ajuste de cierre de puerta
- Medición de temperatura contrastado con instrumento certificado

Observaciones correctivas:

Bloque porta placa presenta topes de sujeción de tornillos inexistentes; se sugiere reemplazo para evitar tiempos de detención.

II. ESTADO INICIAL

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ Chequeo primario de funcionamiento | ☒ |
| ☐ Chequeo estructural, accesorios y componentes | ☒ |
| ☐ Chequeo de controles y comandos | ☒ |

III. REPORTES DE MEDICIÓN

Variable de medición	Programado	Observado	Diferencia	Cumple	Criterio de aceptación
Temperatura °C	55	55.10	- 0.10	Si	Los valores individuales de operación deben encontrarse en ± 1°C.
Temperatura °C	60	59.80	+ 0.20	Si	Los valores individuales de operación deben encontrarse en ± 1°C.
Temperatura °C	90	90.10	- 0.10	Si	Los valores individuales de operación deben encontrarse en ± 1°C.
Temperatura °C	95	95.00	0	Si	Los valores individuales de operación deben encontrarse en ± 1°C.

IV. CONSIDERACIONES

- Este documento certifica la verificación de los instrumentos individualizados, los cuales fueron verificados y certificados con instrumental calibrado en oficinas autorizadas para realizar este servicio.
- Para el presente servicio se utilizó sistema termométrico digital con sensor PT100 certificado, marca WIKA, modelo CTH6200, Número de serie 42502980, correspondiente al certificado SMD-80116, sello calibración B-147147 (Indicador), B-147148 (Sensor).
- Equipo responde satisfactoriamente a las exigencias de estándares establecidos en Normativa.

V. CÓDIGO INSTRUMENTO Y CÓDIGO DEL SERVICIO

CÓDIGO INSTRUMENTO	WIKA CTH6200 / Serie 42502980 / Certificado SMD-80116
CÓDIGO DEL SERVICIO	IT_2026 3659

Ing. Cristián Manzor
Nombre y Firma Responsable

TRABAJO REALIZADO