



GMC Radiation Monitor

Lokale stralingsbewaking voor compatibele GQ GMC-geigertellers

Gebruikershandleiding

Version 9.1.1

Uitgave juli 2026

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

Meting	CPM; afgeleide $\mu\text{Sv/h}$ alleen met passende factor
Opslag	Lokale SQLite-database
Vensters	24 u, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Talen	Duits, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Italiaans, Nederlands, Pools

Inhoud

1. Doel en systeemoverzicht	3
2. Installatie en eerste start	5
3. Navigatie en niveaus	7
4. Live meting, waarschuwingen en kwaliteit	9
5. Langetermijnanalyse: vensters en achtergrond	11
6. Cumulatieve dosis en ontwikkeling	13
7. Geavanceerde statistiek	15
8. Omgeving, gebeurtenissen en interventies	17
9. Apparaatvergelijking	19
10. Rapporten, export en GMCMaap	21
11. Back-up, herstel en verwijderen	23
12. Configuratie en onderhoud	25
13. Problemen en wetenschappelijke grenzen	27
Bijlage A - Snelle referentie	29
Bijlage B - Begrippen en methoden	30

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

1. Doel en systeemoverzicht - Overzicht

- GMC Radiation Monitor leest compatibele GQ GMC-geigertellers lokaal via USB-serieel, slaat bevestigde metingen op in SQLite en publiceert Home Assistant-entiteiten via MQTT Discovery.
- De interface scheidt live status, analyse en expertinformatie. De nieuwe langetermijnanalyse vult realtime waarschuwingen, adaptieve achtergrond en apparaatvergelijking aan zonder duplicatie.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

1. Doel en systeemoverzicht - Praktijk en controlepunten

- Metingen, rapporten en back-ups blijven lokaal; externe overdracht gebeurt alleen via expliciet ingeschakelde functies zoals GMCMaap.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

2. Installatie en eerste start - Overzicht

- Installeer de app uit de Home Assistant-repository, controleer MQTT en sla de configuratie op voordat u start.
- Geef elke teller een unieke naam en zo mogelijk een serienummer. Kies het juiste detectorprofiel en documenteer aangepaste factoren.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

2. Installatie en eerste start - Praktijk en controlepunten

- Open de interface en controleer status, gegevensleeftijd, CPM, dosistempo en historie. Een nieuw apparaat kan kort synchroniseren.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

3. Navigatie en niveaus - Overzicht

- Samenvatting toont essentiële waarden, verbinding, waarschuwingen en begrijpelijke conclusies.
- Analyse toont achtergrond, trends, lange vensters, gebeurtenissen, omgeving en vergelijkingen.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

3. Navigatie en niveaus - Praktijk en controlepunten

- Expertweergave toont ruwe datakwaliteit, factoren, dode-tijdcorrectie en statistische diagnostiek.
- Inklapbare groepen beperken drukte; op mobiel scrollen brede tabellen binnen hun kaart.

**Praktijk en
controlepunten**

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

4. Live meting, waarschuwingen en kwaliteit - Overzicht

- CPM is de primaire telsnelheid. $\mu\text{Sv/h}$ is een detector- en kalibratieafhankelijke afleiding.
- Absolute alarmdrempels blijven gescheiden van langetermijnstatistiek; een statistisch signaal wijzigt geen veiligheidsdrempel.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

4. Live meting, waarschuwingen en kwaliteit - Praktijk en controlepunten

- Niet-bevestigde losse pieken worden niet als bevestigde historie opgeslagen. Kwaliteitsvlaggen, gaten en tijdstempels blijven traceerbaar.
- Elk apparaat wordt onafhankelijk bewaakt.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

5. Langetermijnanalyse: vensters en achtergrond - Overzicht

- De app berekent echte vensters van 24 uur, 7, 30, 90 en 365 dagen en niet alleen de laatste N regels.
- Een waarde verschijnt alleen bij voldoende duur en dekking; anders staat dat deze nog niet betekenisvol is met uitleg.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

5. Langetermijnanalyse: vensters en achtergrond - Praktijk en controlepunten

- Ontbrekende waarden worden niet geïnterpoleerd. Gemiddelde, mediaan, kwantielen en dekking gebruiken alleen geaccepteerde metingen.
- Aaneengesloten relatieve verhogingen worden als episodes gegroepeerd met start, duur, gemiddelde, maximum en overschrijdingsoppervlak.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

6. Cumulatieve dosis en ontwikkeling - Overzicht

- Cumulatieve dosis wordt uit het opgeslagen dosistempo geïntegreerd en is een afgeleide schatting, geen persoonsdosimetrie.
- Een jaarprojectie verschijnt alleen bij een voldoende lange en volledige basis.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

6. Cumulatieve dosis en ontwikkeling - Praktijk en controlepunten

- Dag- en maandwaarden, kalenderheatmap, voortschrijdende zevendaagse mediaan en maandprofiel tonen ontwikkeling. Het seizoensprofiel vereist zes vertegenwoordigde maanden.
- Locatie-, geometrie-, detector- of kalibratiewijzigingen kunnen patronen beïnvloeden.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

7. Geavanceerde statistiek - Overzicht

- Effectieve steekproefgrootte houdt rekening met tijdsafhankelijkheid.
- Moving-block-bootstrap levert robuuste intervallen; Mann-Kendall en Sen-helling beschrijven trends zonder normaliteit.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

7. Geavanceerde statistiek - Praktijk en controlepunten

- EWMA en CUSUM tonen blijvende verschuivingen; overdispersie beschrijft extra variatie.
- Deze methoden geven context maar identificeren geen bron en bewijzen geen oorzaak.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

8. Omgeving, gebeurtenissen en interventies - Overzicht

- Home Assistant-sensoren voor temperatuur en druk kunnen worden gekoppeld.
- Spearman-verbanden worden verkend met vertragingen van 0, 3, 6, 12 en 24 uur. Correlatie is geen causaliteit.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

8. Omgeving, gebeurtenissen en interventies - Praktijk en controlepunten

- Annotaties documenteren verplaatsing, weer, bouwkundige wijziging of controles en ondersteunen voor/na-vergelijking.
- Vergelijk zo veel mogelijk equivalente omstandigheden.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

9. Apparaatvergelijking - Overzicht

- De bestaande vlootweergave vergelijkt gepaarde waarden, gezamenlijke stijgingen, relatieve kalibratie, drift en positiewijzigingen.
- Bland-Altman-bias en 95%-overeenkomstgrenzen vullen correlatie aan.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

9. Apparaatvergelijking - Praktijk en controlepunten

- Andere buizen of factoren vereisen apparaatspecifieke interpretatie; CPM en $\mu\text{Sv/h}$ zijn niet zonder bewijs uitwisselbaar.
- Controleer afwijkingen met parallelmetingen en kalibratiedocumentatie.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

10. Rapporten, export en GMCMap - Overzicht

- Maak rapporten per apparaat, periode en modus. CSV/JSON ondersteunen externe analyse; PDF documenteert resultaten en beperkingen.
- Lange reeksen worden voor grafieken piekbehoudend gereduceerd; statistiek en export gebruiken de volledige relevante data.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

10. Rapporten, export en GMCMap - Praktijk en controlepunten

- GMCMap is optioneel en vereist privacybevestiging en correcte identifiërs.
- Upload vervangt lokale opslag niet.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

11. Back-up, herstel en verwijderen - Overzicht

- Gebruik SQLite-back-ups en volledige exports; bewaar belangrijke kopieën buiten Home Assistant.
- Herstel en volledig verwijderen staan standaard uit. Schakel `history_management_enabled` alleen voor onderhoud in.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

11. Back-up, herstel en verwijderen - Praktijk en controlepunten

- Herstel controleert schema en integriteit. Verwijderen vereist tekstbevestiging en serverbescherming.
- Recorder en lokale database zijn gescheiden.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

12. Configuratie en onderhoud - Overzicht

- Hoofdgroepen: apparaten, GMCMap, historie, analyse, veiligheid, interface en systeem.
- Voor 365 dagen moet retentie minstens 365 zijn; nieuwe installaties gebruiken 730 dagen.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

12. Configuratie en onderhoud - Praktijk en controlepunten

- Controleer na updates versie, toewijzingen, factoren, MQTT-entiteiten en taal.
- Controleer diagnostiek voordat u die deelt.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

13. Problemen en wetenschappelijke grenzen - Overzicht

- Geen verbinding: controleer USB, kabel, model, opstartvertraging en log.
- Geen langetermijnwaarden: controleer duur, dekking, retentie en filters.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.

13. Problemen en wetenschappelijke grenzen - Praktijk en controlepunten

- Onwaarschijnlijk dosistempo: controleer profiel, factor, dode tijd en kalibratie.
- Statistiek vervangt geen kalibratie, geschikte plaatsing of kennis van energierespons.

Praktijk en controlepunten

Leg bij relevante wijzigingen apparaat, detectorprofiel, locatie, tijd en reden vast.

Bijlage A - Snelle referentie

Meting	CPM; afgeleide $\mu\text{Sv/h}$ alleen met passende factor
Opslag	Lokale SQLite-database
Vensters	24 u, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Talen	Duits, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Italiaans, Nederlands, Pools

Overzicht

Langetermijnwaarden verschijnen alleen bij voldoende duur en dekking. Ontbrekende metingen worden niet geïnterpoleerd.

Bijlage B - Begrippen en methoden

CPM	Tellingen per minuut; primaire telsnelheid van het apparaat.
$\mu\text{Sv/h}$	Afgeleid dosistempo; afhankelijk van detector, energierespons, factor en kalibratie.
Dekking	Deel van het tijdvenster met geaccepteerde metingen.
Effectieve steekproef	Geschat aantal onafhankelijke waarnemingen bij autocorrelatie.
Block-bootstrap	Hersampling van samenhangende tijdblokken voor robuuste intervallen.
Sen-helling	Robuuste schatting van monotone verandering per dag.
EWMA / CUSUM	Contextuele methoden voor kleine blijvende niveauwijzigingen.
Bland-Altman	Beoordeelt bias en overeenkomstgrenzen tussen twee gepaarde apparaten.

Belangrijke veiligheidsmelding

De app is een hulpmiddel voor bewaking, analyse en woningautomatisering. Zij vervangt geen gekalibreerd stralingsbeschermingsinstrument, officiële meting of professionele risicobeoordeling. Ongebruikelijke of langdurig hoge waarden vereisen controle van opstelling, apparaat en omgeving en zo nodig overleg met deskundigen.