

ESD测试设备基本要求

基本技术参数:

接触放电: $\geq 16\text{KV}$, 可调, 5%精度

空气放电: $\geq 20\text{KV}$, 可调, 5%精度

满足: EC/IEC6100-4-2; GB/T17626.2-2018

配件:

1. 包含标配附件中5个

2. 包含静电放电试验配置 ESDD

标配附件	
1、放电枪 	放电枪与控制 一把
2、高压发生器 	程控高压电源 一台
3、阻容模块 EDS 20H-RC 	150PF/330 Ω 放电模块可更换
4、放电电极 EDS 20H-CONT 	接触放电尖头
5、放电电极 EDS 20H-AIR 	空气放电圆头

3、静电放电试验 配置 ESDD 	垂直耦合板: 500x500 mm
	水平耦合板: 1600x800 mm
	参考接地板: 2700x1800 mm
	测试桌: 1600x800x800 mm, 全实木; 满足 IEC 61000-4-2要求
	接地高压电阻 : 2 x 470 kohm