BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST NHANH ONSITE HAV IgM

Mã hiệu: **VS.MD.04.03** - Bản số: 02

Ngày hiệu lực : 16/05/2024

BVĐK ĐỨC
PHÒNG QUẢN LÝ
ĐÃ KIỂM

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng			
Số bản	**Nơi gửi đi**		**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng		
Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
3	Cảnh báo an toàn	Thay đổi thứ tự
4	Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
4	Quy trình thực hiện	Bổ sung trách nhiệm của các nhân viên liên quan trong từng bước thực hiện
5	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm test nhanh Onsite HAV IgM từ bệnh phẩm máu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Vạch C: vạch chứng
- Vạch T: vạch thử phát hiện kháng thể IgM

5. NGUYÊN LÝ

- Onsite HAV IgM Rapid Test là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch, theo nguyên lý dòng chảy một chiều, bao gồm: vùng cộng hợp được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng thể chuột kháng IgM người, vùng kết quả được phủ sẵn bởi kháng nguyên HAV tái tổ hợp, vùng chứng (C) được phủ sẵn kháng thể đề kháng IgG chuột.
- Trong quá trình xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm được nhỏ vào vùng nhận mẫu của test thử, di chuyển dọc theo test thử nhờ mao dẫn. IgM kháng HAV, nếu có trong mẫu bệnh phẩm sẽ gặp và phản ứng với cộng hợp kháng thể chuột kháng IgM người tại vùng cộng hợp. Hóa hợp tạo thành tiếp tục di chuyển gặp và phản ứng với kháng nguyên HAV tái tổ hợp tại vùng kết quả làm xuất hiện vạch đỏ tại đây – gọi là vạch kết quả (T).

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

- Ống nghiệm đựng bệnh phẩm máu, máy ly tâm, bô can
- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay, đầu côn, pipet
- Sổ giao nhận bệnh phẩm, sổ test

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử Onsite HAV IgM Rapid Test
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm máu lấy đựng vào ống nghiệm không chứa chất chống đông hoặc có chứa chất chống đông

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm.
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Vạch chứng (C) luôn luôn xuất hiện nếu quy trình thực hiện đúng và kit thử hoạt động tốt.
- Nếu vạch (C) không xuất hiện, nguyên nhân có thể do không làm theo đúng hướng dẫn sử dụng hoặc kít thử bị hỏng. Tiến hành lại với kit thử khác

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
KTV tiếp nhận mẫu	Tiếp nhận mẫu	- Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
KTV nhóm miễn dịch	Chuẩn bị sinh phẩm	Kiểm tra tính nguyên vẹn của vỏ bao test, kiểm tra hạn sử dụng của test. Không dùng test khi vỏ bao không còn nguyên vẹn và đã hết thời gian sử dụng
KTV nhóm miễn dịch	Ghi thông tin bệnh nhân	Lấy test ra khỏi vỏ bao và đặt trên bề mặt phẳng, ghi tên, tuổi, mã bệnh nhân lên đầu thanh test để tránh nhầm lẫn giữa các bệnh nhân
KTV nhóm miễn dịch	Thực hiện xét nghiệm	- Dùng pipet mao quản có trong kit thử, hút huyết thanh bệnh nhân đến vạch 5µl nhỏ vào vị trí giếng S. - Nhỏ 2 giọt dung dịch buffet (60-80µl) vào vị trí giếng lớn. Khi test thử bắt đầu hoạt động, một màu đỏ tía chạy dọc ở cửa sổ đọc kết quả. - Đọc kết quả sau 15 phút (đọc kết quả sau khi vạch (C) xuất hiện). Không đọc kết quả sau 20 phút.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

KTV nhóm miễn dịch, BS chuyên khoa	Trả kết quả	- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Test thử hoạt động tốt nếu xuất hiện vạch đỏ tía tại vị trí vạch (C). Vạch (C) không xuất hiện thì kết quả không được chấp nhận
- Diễn dải kết quả:
  - Âm tính: Xuất hiện duy nhất 1 vạch màu đỏ tía ở vị trí (C)
  - Dương tính: Xuất hiện 2 vạch màu đỏ tía ở vạch (C) và vạch thử (T)
  - Không có giá trị: không có vạch màu nào trên thanh thử sau khi nhỏ mẫu bệnh phẩm hoặc chỉ xuất hiện ở vị trí vạch thử (T) mà không xuất hiện ở vị trí vạch (C)

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả)
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- Hướng dẫn sử dụng test Onsite HAV IgM Rapid Test.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ONSITE HAV IGM

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Ly tâm mẫu lấy huyết thanh		
3	Kiểm tra hạn sử dụng và tính toàn vẹn của test		
4	Ghi thông tin nhận diện bệnh nhân lên test		
5	Nhỏ 1 giọt (5µl) huyết thanh bệnh nhân vào giếng nhận mẫu của test		
6	Nhỏ 2 giọt buffet vào giếng nhận mẫu của test		
7	Đọc kết quả sau 15 phút		
8	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS		
Tổng điểm			