BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST NHANH SD BIOLINE FOB

Mã hiệu: **VS.MD.09.03** - Bản số: .01..

Ngày hiệu lực : ..16../.05../2024

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ
ĐÃ KIỂM

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng		
Số bản	**Nơi gửi đi**	**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**
4	Cảnh báo an toàn, Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
4	Quy trình thực hiện	Bổ sung trách nhiệm của các nhân viên liên quan trong từng bước thực hiện
5, 6	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm test nhanh SD BIOLINE FOB từ bệnh phẩm phân.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Vạch C: vạch chứng
- Vạch T: vạch thử

5. NGUYÊN LÝ

- SD BIOLINE FOB là một bộ xét nghiệm sắc ký miễn dịch cho chẩn đoán nhanh và định tính phát hiện máu (hemoglobin) ẩn trong mẫu phân người (tiềm ẩn trong đường tiêu hóa, ở bất cứ nơi nào từ miệng đến trực tràng) hay phát hiện kháng nguyên FOB (Fecal occult blood).
- Trên vùng xét nghiệm của SD BIOLINE FOB có một màng nitrocellulose gắn với kháng thể đơn dòng của chuột có khả năng kháng hemoglobin trong máu và một kháng thể khác được cộng hợp với nhiều hạt vàng (hạt nano vàng). Cộng hợp này được gắn trên miếng polyester hoặc miếng đệm như đệm cộng hợp.
- Mẫu bệnh phẩm khi chứa kháng nguyên FOB được nhỏ vào giếng (S), chất cộng hợp sẽ được hòa tan và di chuyển cùng với mẫu được bắt giữ bởi kháng thể kháng FOB, kháng thể này được cố định trên màng nitrocellulose tại vạch thử (T) trên test thử. Dung dịch tiếp tục di chuyển và được bắt giữ bởi chất phản ứng đối chứng vì vậy tạo ra vạch chứng (C) trên test thử.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

- Lọ đựng bệnh phẩm phân
- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử SD BIOLNE FOB
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm phân lấy trực tiếp vào lọ đựng sạch, không lấy qua bỉm (không nhận

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

bệnh phẩm đã lấy sau 2 tiếng).

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm.
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- SD BIOLINE FOB có vạch (T) và vạch (C) trên bề mặt. Cả 2 vạch này đều không nhìn thấy trong cửa sổ kết quả trước khi nhỏ mẫu. Vạch chứng (C) luôn luôn xuất hiện nếu quy trình thực hiện đúng và thuốc thử hoạt động tốt.
- Nếu vạch chứng (C) không xuất hiện, nguyên nhân có thể do không làm theo đúng hướng dẫn sử dụng hoặc kít thử bị hỏng do hết hạn sử dụng. Tiến hành lại với thanh thử khác.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
KTV tiếp nhận mẫu	Tiếp nhận mẫu	- Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
KTV nhóm miễn dịch	Chuẩn bị sinh phẩm	Kiểm tra tính nguyên vẹn của vỏ bao test, kiểm tra hạn sử dụng của test. Không dùng test khi vỏ bao không còn nguyên vẹn và đã hết thời gian sử dụng
KTV nhóm miễn dịch	Ghi thông tin bệnh nhân	- Lấy thanh thử ra khỏi bao và đặt trên bề mặt phẳng, khô. - Ghi tên và mã bệnh nhân lên bề mặt thanh thử
KTV nhóm miễn dịch	Thực hiện xét nghiệm	- Chọc que lấy mẫu gắn với nắp ống dung dịch chiết mẫu vào 5 vị trí khác nhau trên mẫu bệnh phẩm (phân rắn) hoặc hút 2 giọt (70-85 µl) mẫu phân bằng pipet nhựa cho vào ống dung dịch chiết mẫu. - Đóng nắp ống dung dịch chiết mẫu, lắc đều ít nhất 10 lần cho đến khi mẫu hòa tan đều trong dung dịch.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

			- Giữ ống dung dịch thẳng đứng, tháo nắp đậy đầu nhỏ giọt. Nhỏ 2 giọt dung dịch chiết mẫu (85-95 µl) vào ô nhận mẫu của test thử - Đọc kết quả sau 15 phút (đọc kết quả sau khi vạch (C) xuất hiện). Không đọc kết quả sau 20 phút
KTV nhóm miễn dịch, BS chuyên khoa		Trả kết quả	- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Test thử hoạt động tốt nếu xuất hiện vạch đỏ tía tại vị trí vạch chứng(C). Vạch chứng (C) không xuất hiện thì kết quả không được chấp nhận
- Diễn dải kết quả:
  - Âm tính: Xuất hiện duy nhất 1 vạch màu đỏ tía ở vị trí vạch chứng (C)
  - Dương tính: Xuất hiện 2 vạch màu đỏ tía ở vạch chứng (C) và vạch thử (T)
  - Không có giá trị: không có vạch màu nào trên thanh thử sau khi nhỏ mẫu bệnh phẩm hoặc xuất hiện một vạch thử (T).

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả)
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- Hướng dẫn sử dụng Test SD BIOLONE FOB.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM FOB

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Hòa bệnh phẩm phân vào ống dung dịch chiết mẫu		
3	Kiểm tra hạn sử dụng và tính toàn vẹn của test		
4	Đặt test lên mặt phẳng ngang, ghi thông tin nhận diện bệnh nhân lên test		
5	Nhỏ 2 giọt dung dịch chiết mẫu của bệnh nhân vào giếng nhận mẫu của test		
6	Đọc kết quả sau 15 phút		
7	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS		
Tổng điểm			