BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST NHANH ONSITE DENGUE Ag RAPID TEST

Mã hiệu: **VS.MD.12.03** - Bản số: 01

Ngày hiệu lực : 16/05/2024

BVĐK Đ
PHÒNG QUẢN
ĐÃ KIỂ

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng			
Số bản	**Nơi gửi đi**		**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng		

Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**
4	Cảnh báo an toàn, Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
4	Quy trình thực hiện	Bổ sung trách nhiệm của các nhân viên liên quan trong từng bước thực hiện
5, 6	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm test nhanh Onsite Dengue Ag Rapid Test-từ bệnh phẩm máu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Vạch C: vạch chứng
- Vạch T: vạch thử

5. NGUYÊN LÝ

- Virus Dengue có 4 tuyp huyết thanh khác nhau (1,2,3,4), cấu trúc đơn dòng, có vỏ bọc và RNA hướng dương. Virus lây truyền chủ yếu bởi muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus thuộc họ Stegemyia đốt ban ngày.
- NS1 là 1 glycoprotein có tính bảo tồn cao, tồn tại trong huyết thanh của bệnh nhân nhiễm virus Dengue với nồng độ cao tại giai đoạn lâm sàng sớm của bệnh. Kháng nguyên NS1 được tìm thấy từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 9 sau khi sốt trong mẫu của bệnh nhân nhiễm virus Dengue nguyên phát hoặc thứ phát.
- Xét nghiệm nhanh kháng nguyên NS1Ag là thử nghiệm sắc ký miễn dịch, theo nguyên lý dòng chảy một chiều, được thiết kế để xác định định tính kháng nguyên virus Dengue NS1Ag trong huyết thanh, huyết tương hay máu toàn phần người để chẩn đoán sớm nhiễm virus Dengue cấp tính.
- Vùng cộng hợp được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng thể chuột kháng Dengue Ag. Vạch kết quả được phủ sẵn bởi kháng thể thỏ kháng Dengue Ag, vạch chứng (C) được phủ sẵn kháng thể đề kháng IgG-chuột.
- Trong quá trình xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm được nhỏ vào vùng nhận mẫu của test thử, di chuyển dọc theo test thử nhờ mao dẫn. Dengue Ag, nếu có trong mẫu bệnh phẩm, sẽ gặp và phản ứng với cộng hợp kháng thể chuột kháng Dengue Ag tại vùng cộng hợp. Hóa hợp tạo thành tiếp tục di chuyển gặp và phản ứng với kháng thể thỏ kháng Dengue Ag tại vùng kết quả làm xuất hiện vạch màu đỏ tại đây (vạch thử (T)).

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

- Máy ly tâm, bô can

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử Onsite Dengue Ag Rapid Test
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm máu được lấy vào ống nghiệm không có chất chống đông hoặc có chứa chất chống đông.

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Dengue Ag test nhanh có vạch (T) và vạch (C) trên bề mặt. Cả 2 vạch này đều không nhìn thấy trong cửa sổ kết quả trước khi nhỏ mẫu. Vạch chứng luôn luôn xuất hiện nếu quy trình thực hiện đúng và thuốc thử hoạt động tốt.
- Nếu vạch (C) không xuất hiện, nguyên nhân có thể do không làm theo đúng hướng dẫn sử dụng hoặc kít thử bị hỏng do hết hạn sử dụng. Tiến hành lại với thanh thử khác

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
KTV tiếp nhận mẫu	Tiếp nhận mẫu	- Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
KTV nhóm miễn dịch	Chuẩn bị sinh phẩm	Kiểm tra tính nguyên vẹn của vỏ bao test, kiểm tra hạn sử dụng của test. Không dùng test khi vỏ bao không còn nguyên vẹn và đã hết thời gian sử dụng
KTV nhóm miễn dịch	Ghi thông tin bệnh nhân	Lấy test ra khỏi vỏ bao và đặt trên bề mặt phẳng, ghi tên, tuổi, mã bệnh nhân lên đầu thanh test để tránh nhầm lẫn giữa các bệnh nhân

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

KTV nhóm miễn dịch	Thực hiện xét nghiệm	- Dùng pipet nhựa trong kit thử, nhỏ 2 giọt huyết thanh bệnh nhân (60µl) vào giếng nhận mẫu của test thử. - Nhỏ ngay 1 giọt buffet (30-40µl) vào giếng nhận mẫu của test thử. Khi test thử bắt đầu hoạt động, một màu đỏ tía chạy dọc ở cửa sổ đọc kết quả. - Đọc kết quả trong vòng 20-25 phút (đọc sau khi vạch (C) xuất hiện). Không đọc kết quả sau 25 phút.
KTV nhóm miễn dịch, BS chuyên khoa	Trả kết quả	- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Test thử hoạt động tốt nếu xuất hiện vạch đỏ tía tại vị trí vạch (C). Vạch chứng (C) không xuất hiện thì kết quả không được chấp nhận
- Diễn dải kết quả:
  - Âm tính: Xuất hiện duy nhất 1 vạch màu đỏ tía ở vị trí (C)
  - Dương tính: Xuất hiện 2 vạch màu đỏ tía ở vạch chứng (C) và vạch thử (T)
  - Không có giá trị: không có vạch màu nào trên thanh thử sau khi nhỏ mẫu bệnh phẩm hoặc xuất hiện một vạch (T)

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả)
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- Hướng dẫn sử dụng test nhanh Onsite Dengue Ag Rapid Test.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM DENGUE NS1 AG

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Ly tâm mẫu lấy huyết thanh		
3	Kiểm tra hạn sử dụng và tính toàn vẹn của test		
4	Ghi thông tin nhận diện bệnh nhân lên test		
5	Nhỏ 2 giọt huyết thanh bệnh nhân vào giếng nhận mẫu của test thử		
6	Nhỏ 1 giọt buffet vào giếng nhận mẫu của test thử		
7	Đọc kết quả sau 20 phút		
8	Trả kết quả trên hệ thống LIS		
Tổng điểm			