BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST NHANH ONE STEP CHLAMYDIA SWAB/URINE TEST

Mã hiệu: **VS.MD.14.03** - Bản số: .01..

Ngày hiệu lực : .16./.05./2024

BVĐK Đ
PHÒNG QUẢN
ĐÃ KIỂ

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng			
Số bản	**Nơi gửi đi**		**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng		
Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**
4	Cảnh báo an toàn, Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
4	Quy trình thực hiện	Bổ sung trách nhiệm của các nhân viên liên quan trong từng bước thực hiện
5	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm test nhanh One Step Chlamydia Swab/Urine Test từ bệnh phẩm dịch âm đạo.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Vạch C: vạch chứng
- Vạch T: vạch thử

5. NGUYÊN LÝ

- Test thử One Step Chlamydia Swab/Urine Test là xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh, dùng để phát hiện kháng nguyên Chlamydia trachomatis trong dịch cổ tử cung ở nữ giới, dịch niệu đạo hoặc nước tiểu của nam giới. Xét nghiệm này áp dụng phương phá bánh kẹp "sandwich". Khi được thêm vào ô nhận mẫu, mẫu sẽ hấp thụ vào khay thử và kết hợp cộng hợp với kháng thể màu, sau đó tiếp tục di chuyển dọc theo chiều dài khay thử nhờ mao dẫn.
- Nếu nồng độ kháng nguyên Chlamydia trachomatis trong mẫu bệnh phẩm bằng hoặc cao hơn ngưỡng phát hiện của khay thử, kháng nguyên Chlamydia trachomatis sẽ kết hợp với cộng hợp kháng thể màu và bị vắt cặp bởi kháng thể đơn dòng đã được cố định sãn tại vạch kết quả (T) của khay thử, tạo thành một vạch màu có thể nhìn thấy trong vùng kết quả, cho kết quả là dương tính.
- Nếu nồng độ kháng nguyên Chlamydia trachomatis bằng 0 hoặc thấp hơn ngưỡng phát hiện, không có vạch màu xuất hiện ở vùng kết quả của khay thử, cho kết quả âm tính.
- Để kiểm soát quy trình xét nghiệm, một vạch màu sẽ luôn xuất hiện trong vùng chứng (C) để khẳng định xét nghiệm đã được thực hiện đúng cách.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

- Que tăm bông vô trùng chứa bệnh phẩm dịch âm đạo, dịch cổ tử cung
- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử One Step Chlamydia Swab/Urine Test

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm dịch âm đạo ở nữ giới, dịch niệu đạo ở nam giới lấy bằng que tăm bông vô trùng.

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Test Chlamydia có vạch (T) và vạch (C) trên bề mặt. Cả 2 vạch này đều không nhìn thấy trong cửa sổ kết quả trước khi nhỏ mẫu. Vạch chứng luôn luôn xuất hiện nếu quy trình thực hiện đúng và thuốc thử hoạt động tốt.
- Nếu vạch (C) không xuất hiện, nguyên nhân có thể do không làm theo đúng hướng dẫn sử dụng hoặc kít thử bị hỏng do hết hạn sử dụng. Tiến hành lại với thanh thử khác.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
KTV tiếp nhận mẫu	Tiếp nhận mẫu	- Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
KTV nhóm miễn dịch	Chuẩn bị sinh phẩm	Kiểm tra tính nguyên vẹn của vỏ bao test, kiểm tra hạn sử dụng của test. Không dùng test khi vỏ bao không còn nguyên vẹn và đã hết thời gian sử dụng
KTV nhóm miễn dịch	Ghi thông tin bệnh nhân	Lấy test ra khỏi vỏ bao và đặt trên bề mặt phẳng, ghi tên, tuổi, mã bệnh nhân lên đầu thanh test để tránh nhầm lẫn giữa các bệnh nhân
KTV nhóm miễn dịch	Thực hiện xét nghiệm	- Dùng pipet định mức 1 nhỏ dung môi A vào ống tube nhựa. - Lấy que tăm bông chứa bệnh phẩm ra khỏi ống cho vào ống tube chứa dung môi A. Xoay que tăm bông trong ống tube, để giũ bệnh phẩm vào dung môi.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

			- Dùng pipet định mức 2 nhỏ dung môi B vào ống tube. - Tiếp tục giữ bệnh phẩm trong hỗn hợp dung môi A và B. - Bỏ tăm bông ra khỏi ống nghiệm. Đậy nắp nhỏ giọt vào ống mẫu. - Nhỏ 3~4 giọt dung dịch (khoảng 100~125 µl) vào Giếng mẫu (S) của thanh thử. Khi test thử bắt đầu hoạt động, một màu đỏ tía chạy dọc ở của sổ đọc kết quả. - Đọc kết quả sau 10 phút trong vòng 20 phút. Không đọc sau 20 phút.
KTV nhóm miễn dịch, BS chuyên khoa	Trả kết quả		- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Test thử hoạt động tốt nếu xuất hiện vạch đỏ tía tại vị trí vạch (C). Vạch chứng (C) không xuất hiện thì kết quả không được chấp nhận
- Diễn dải kết quả:
  - Âm tính: Xuất hiện duy nhất 1 vạch màu đỏ tía ở vị trí C
  - Dương tính: Xuất hiện 2 vạch màu đỏ tía ở vạch chứng C và vạch thử T
  - Không có giá trị: không có vạch màu nào trên thanh thử sau khi nhỏ mẫu bệnh phẩm hoặc xuất hiện một vạch T

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả)
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng
- Hướng dẫn sử dụng test nhanh One Step Chlamydia Swab/Urine Test

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM SD BIOLINE CHLAMYDIA

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Hút dung môi A vào tube nhựa, giữ bệnh phẩm từ que tăm bông của bệnh nhân vào ống trong 10 giây		
3	Hút dung môi B vào tube, tiếp tục giữ bệnh phẩm trong hỗn hợp dung môi		
4	Bỏ que tăm bông ra khỏi tube, đóng nắp nhỏ giọt vào tube		
5	Kiểm tra hạn sử dụng và tính toàn vẹn của test thử		
6	Đặt test thử trên mặt phẳng ngang, ghi mã nhận diện bệnh nhân lên test thử		
7	Nhỏ 3-4 giọt dung môi vào giếng nhận mẫu của test thử		
8	Đọc kết quả sau 10 phút		
9	Trả kết quả trên hệ thống LIS		
Tổng điểm			