BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỰC HIỆN NỘI KIỂM TEST NHANH OnSite HCV Rapid test

Mã hiệu: **VS.MD.19.01** - Bản số: .....

Ngày hiệu lực : ..01../03.../.2021...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
KTV	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**BS.CKI Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Ths. Ngô Hữu Phương**	
Giám đốc	Phê duyệt	**TS.BS Nguyễn Văn Thường**	

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn thực hiện nội kiểm tra chất lượng sinh phẩm OnSite HCV Rapid test, thực hiện chẩn đoán phát hiện kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương bệnh nhân bằng phương pháp sắc ký miễn dịch, theo nguyên lý dòng chảy một chiều.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại Khoa Vi sinh, phòng miễn dịch, bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Nhân viên được phân công thực hiện nội kiểm sinh phẩm này phải tuân thủ theo đúng quy trình , danh sách cán bộ được phân công xem Phụ lục 1 (PL.01.VS.NS.17)
- Cán bộ phụ trách phòng Miễn dịch có trách nhiệm giám sát việc thực hiện theo đúng quy trình.
- Cán bộ QLCL và lãnh đạo khoa có trách nhiệm giám sát chung việc tuân thủ quy trình này.

4. NGUYÊN LÝ

- Dùng một mẫu đã biết trước kết quả âm tính hoặc dương tính để đánh giá chất lượng kít thử OnSite HCV Rapid test.

5. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- QC (Quality Control): nội kiểm

6. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ

- Hóa chất nội kiểm (chứng âm, chứng dương)
- Nguồn gốc: được lấy từ hóa chất ngoại kiểm (RIQAS Serolory) của RANDOX
- Các mẫu chứng ở dạng huyền dịch được hút 50µl vào các ống Eppendorf, lưu tủ âm sâu -31°C
- Pipetman loại 100µl, mã TTB P-8106
- Máy ly tâm, mã thiết bị Rotafix-32A

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- **Bước 3:** Nhỏ mẫu chứng âm/01 test, chứng dương/01test theo quy trình thực hiện test nhanh OnSite HCV Rapid Test phân tích mẫu bệnh phẩm, mã qui trình VS.MD.03.01
- **Bước 4:** Đọc kết quả trong vòng 15 phút
- **Bước 5:** Vào sổ nội kiểm theo biểu mẫu BM.01.VS.MD.19 và sổ test nhanh BM.01.VS.MD.02 sơ đồ test nhanh BM.02.VS.MD.02
- **Bước 6**: Đánh giá kết quả nội kiểm

10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Ghi chép kết quả vào biểu mẫu nội kiểm theo BM.01.VS.MD.19. Kết quả thế đạt yêu cầu khi vạch chứng xuất hiện, chứng âm, chứng dương có kết quả tương thích với kết quả biết trước.
- Khi kết quả nội kiểm đạt yêu cầu, báo cáo phụ trách hoặc cán bộ phụ trách QLCL kiểm tra xem xét kết quả nội kiểm ký xác nhận và sẽ được tiếp tục thực hiện xét nghiệm trên mẫu bệnh nhân.
- Khi kết quả nội kiểm không đạt yêu cầu, cần báo cáo phụ trách hoặc cán bộ phụ trách QLCL, viết báo cáo không phù hợp, phân tích nguyên nhân gốc rễ và thực hiện hành động khắc phục theo biểu mẫu BM.02.VS.QL.13. Sau khi đã có hành động khắc phục cần làm lại nội kiểm, nếu đạt, tiếp tục làm trên mẫu bệnh nhân, nên không được phải dừng xét nghiệm và tìm nguyên nhân.

➢ **Kiểm soát hàng tháng:** Trưởng phòng xét nghiệm/nhân viên QLCL/lãnh đạo khoa kiểm tra xem xét các kết quả nội kiểm trong tháng theo biểu mẫu BM.01.VS.MD.19

➢ **Các biện pháp khắc phục khi kết quả nội kiểm không đạt:**

- **Bước 1:** Xác định loại quy tắc vi phạm
- **Bước 2:** Xác định loại lỗi ngẫu nhiên hay hệ thống
- **Bước 3:** Xác định nguyên nhân dẫn đến thay đổi gần đây
- **Bước 4:** Kiểm tra lại quy trình xét nghiệm, xem xét các yếu tố thông thường hay ảnh hưởng tới hệ thống xét nghiệm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

SỔ NỘI KIỂM TEST NHANH OnSite HCV Rapid test

Ngày thực hiện	Thứ tự test	Lô/ Lot	NXS	HSD	Vạch chứng	Vạch mẫu (Kết quả mong đợi)		Vạch mẫu (Kết quả thực tế)		Kết luận	Người thực hiện	Người giám sát
						Chứng âm	Chứng dương	Chứng âm	Chứng dương			

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

SỔ THỰC HIỆN TEST NHANH

Ngày …… tháng…… năm 20…... Người thực hiện:……

Tên/Barcode	HBs	HCV	NS1	Rota	EV71	Dengue		Rubella		TPHA	Chlam	HAV	HEV	TB	RSV	FOB
						IgM	IgG	IgM	IgG							

PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH NHÂN VIÊN THỰC HIỆN NỘI KIỂM

STT	Họ và tên
1	Trần Thị Quy
2	Đỗ Quốc Hưng
3	Hoàng Ngọc Linh
4	Nguyễn Duy Dũng
5	Trần Thanh Bình
6	Nguyễn Thị Hương

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST NHANH RSV

Mã hiệu: **VS.MD.07.01** - Bản số: .....

Ngày hiệu lực : ..01../..03/..2021..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
KTV	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**BS.CKI Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Ths. Ngô Hữu Phương**	
Giám đốc	Phê duyệt	**TS.BS Nguyễn Văn Thường**	