BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST NHANH COVID-19 AG

Mã hiệu: **VS.MD.22.02** - Bản số: .01..

Ngày hiệu lực : .16../.05../2024

BVĐK ĐỨC
PHÒNG QUẢN LÝ C
ĐÃ KIỂM S

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng			
Số bản	**Nơi gửi đi**		**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng		
Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**
3	Cảnh báo an toàn, Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
4	Quy trình thực hiện	Bổ sung trách nhiệm của các nhân viên liên quan trong từng bước thực hiện
5	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm test nhanh BioCredit Covid-19 Ag từ bệnh phẩm dịch hầu họng, dịch tỵ hầu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Vạch C: vạch chứng
- Vạch T: vạch thử

5. NGUYÊN LÝ

- BIOCREDIT COVID 19 Ag là một que thử nhanh có hệ thống hiển thị màu kép theo nguyên tắc xét nghiệm sắc ký miễn dịch theo dòng chảy. Que thử có vùng đệm liên hợp vàng dạng keo và một dải màng được phủ sẵn các kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên SARS-CoV-2 trên vạch thử (T). Nếu kháng nguyên SARS-CoV-2 có trong bệnh phẩm, sẽ xuất hiện vạch đỏ tía tại vạch thử (T) dưới dạng phức hợp vàng kháng thể-kháng nguyên-kháng thể. Vạch chứng (C) để kiểm tra chất lượng test thử, quy trình thực hiện, vạch chứng (C) xuất hiện khi quy trình được thực hiện chính xác, chất lượng test thử tốt.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử BioCredit Covid-19 Ag test nhanh
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm dịch hầu họng, dịch tỵ hầu lấy bằng que tăm bông chuyên dụng

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Vạch chứng luôn luôn xuất hiện nếu quy trình thực hiện đúng và kit thử hoạt động tốt.
- Nếu vạch (C) không xuất hiện, nguyên nhân có thể do không làm theo đúng hướng dẫn sử dụng hoặc kít thử bị hỏng. Tiến hành lại với kit thử khác.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
KTV tiếp nhận mẫu	Tiếp nhận mẫu	- Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
KTV nhóm miễn dịch	Chuẩn bị sinh phẩm	Kiểm tra tính nguyên vẹn của vỏ bao test, kiểm tra hạn sử dụng của test. Không dùng test khi vỏ bao không còn nguyên vẹn và đã hết thời gian sử dụng
KTV nhóm miễn dịch	Ghi thông tin bệnh nhân	- Lấy thanh thử ra khỏi bao và đặt trên bề mặt phẳng, khô. - Ghi tên và mã bệnh nhân lên bề mặt thanh thử.
KTV nhóm miễn dịch	Thực hiện xét nghiệm	- Mở nắp và cho que tăm bông ngoáy dịch hầu họng của bệnh nhân vào ống tube chứa sẵn dung dịch chiết mẫu. Giũ bệnh phẩm vào ống tube trong 10 giây. Đậy nắp lọc lại. - Nhỏ 3 giọt dung dịch từ ống tube vào giếng thử. - Đọc kết quả sau 10 phút trong vòng 15 phút (đọc sau khi vạch (C) xuất hiện). Không đọc kết quả sau 15 phút.
KTV nhóm miễn dịch, BS chuyên khoa	Trả kết quả	- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Test thử hoạt động tốt nếu xuất hiện vạch đỏ tía tại vị trí vạch (C). Vạch (C) không xuất hiện thì kết quả không được chấp nhận
- Diễn dải kết quả:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Âm tính: Xuất hiện duy nhất 1 vạch màu đỏ tía ở vị trí (C)
- Dương tính: Xuất hiện 2 vạch màu đỏ tía ở vạch (C) và vạch thử (T)
- Không có giá trị: không có vạch màu nào trên thanh thử sau khi nhỏ mẫu bệnh phẩm hoặc chỉ xuất hiện ở vị trí vạch thử (T) mà không xuất hiện ở vị trí vạch (C)

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý giữ bệnh phẩm đủ thời gian để tránh gây sai số (âm tính giả).
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng
- Hướng dẫn sử dụng test nhanh BIOCREDIT COVID-19 Ag

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TEST NHANH COVID-19 AG

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Mở nắp dung dịch chiết mẫu, giũ bệnh phẩm 10 giây trong dung dịch		
3	Bỏ que tăm dịch tỵ hầu, đậy nắp nhỏ giọt vào ống dung dịch chiết mẫu		
4	Kiểm tra hạn sử dụng và tính toàn vẹn của test thử. Lấy test ra khỏi bao, đặt test trên mặt phẳng ngang, ghi thông tin nhận diện bệnh nhân lên test thử		
5	Giữ ống chiết mẫu theo chiều thẳng đứng, nhỏ 3 giọt dung dịch chiết mẫu vào giếng thử		
6	Đọc kết quả sau 10 phút		
7	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS		
Tổng điểm			