BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ASAN EASY TEST ADENO

Mã hiệu: **VS.MD.23.02** - Bản số: 01

Ngày hiệu lực : 16/05/2024

BVĐK ĐỨC
PHÒNG QUẢN LÝ
ĐÃ KIỂM

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng			
Số bản	**Nơi gửi đi**		**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng		

Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**
3	Cảnh báo an toàn	Thay đổi thứ tự
4	Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
4	Quy trình thực hiện	Bổ sung trách nhiệm của các nhân viên liên quan trong từng bước thực hiện
5	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm test nhanh Asan Easy Test Adeno từ bệnh phẩm dịch hầu họng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- Vạch C: vạch chứng
- Vạch T: vạch thử phát hiện bệnh nhân nhiễm Adeno

5. NGUYÊN LÝ

- Asan Easy Test Adeno là xét nghiệm sắc ký miễn dịch để định tính sự hiện diện của nhiều chủng Adenovirus trong tăm bông mũi họng, mẫu dịch hút và mẫu phân. Lớp mạng được bao phủ các kháng thể đơn dòng từ chuột, trên vùng vạch thử, kháng nguyên kháng virus. Trong suốt quá trình thử nghiệm, mẫu được cho phản ứng với cộng hợp màu (các kháng thể đơn dòng từ chuột). Hỗn hợp này sau đó di chuyển lên trên màng theo lực mao dẫn. Vì mẫu chảy qua lớp màng này, nên các hạt màu này sẽ di chuyển theo. Trong trường hợp kết quả dương tính, kháng thể đặc hiệu trên màng sẽ bắt giữ cộng hợp màu. Hỗn hợp này tiếp tục di chuyển qua lớp màng đến nơi kháng thể thứ cấp đã được cố định ở vùng vạch chứng.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay, đầu côn, pipet

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử Asan Easy Test Adeno
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm hầu họng lấy bằng que tăm bông chuyên dụng

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Vạch chứng (C) luôn luôn xuất hiện nếu quy trình xét nghiệm thực hiện đúng và kit thử hoạt động tốt. Nếu vạch chứng (C) không xuất hiện, nguyên nhân có thể do không làm theo dướng dẫn sử dụng hoặc kit thử bị hỏng, tiến hành lại với kit thử khác.
- Cả vạch chứng (C) và vạch thử (T) đều không nhìn thấy trong cửa sổ đọc kết quả trước khi tiến hành xét nghiệm.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
KTV tiếp nhận mẫu	Tiếp nhận mẫu	- Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
KTV nhóm miễn dịch	Chuẩn bị sinh phẩm	Kiểm tra tính nguyên vẹn của vỏ bao test, kiểm tra hạn sử dụng của test. Không dùng test khi vỏ bao không còn nguyên vẹn và đã hết thời gian sử dụng
KTV nhóm miễn dịch	Ghi thông tin bệnh nhân	- Lấy ống tube sạch trong hộp kit thử, ghi tên tuổi bệnh nhân lên thành ống tube, dùng pipet hút dung môi bơm vào ống tube đến vạch định mức.
KTV nhóm miễn dịch	Thực hiện xét nghiệm	- Cho que tăm bông ngoáy dịch hầu họng của bệnh nhân vào ống tube, giũ bệnh phẩm vào ống tube trong 10 giây. - Lấy thanh thử test ra khỏi bao, cắm que test vào ống tube sao cho đầu mũi tên trên thanh thử hướng xuống dưới. - Đọc kết quả sau 15 phút (đọc kết quả sau khi vạch (C) xuất hiện). Không đọc kết quả sau 20 phút
KTV nhóm miễn dịch, BS chuyên khoa	Trả kết quả	- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày.

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Test thử hoạt động tốt nếu xuất hiện vạch đỏ tía tại vị trí vạch (C). Vạch (C) không xuất hiện thì kết quả không được chấp nhận
- Diễn dải kết quả:
- Âm tính: Xuất hiện duy nhất 1 vạch màu đỏ tía ở vị trí (C)
- Dương tính: Xuất hiện 2 vạch màu đỏ tía ở vạch (C) và vạch thử (T)
- Không có giá trị: không có vạch màu nào trên thanh thử sau khi nhỏ mẫu bệnh phẩm hoặc chỉ xuất hiện ở vị trí vạch thử (T) mà không xuất hiện ở vị trí vạch chứng (C)
- Kết quả xét nghiệm được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả).
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm

13. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng
- Hướng dẫn sử dụng test nhanh Asan Easy Tets Adeno

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TEST NHANH ADENO

Họ tên người được đánh giá:.....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Ghi tên tuổi/barcode bệnh nhân lên thành ống tube, hút dung môi bằng pipet định mức vào ống		
3	Giữ ống thẳng đứng, giũ tăm bông vào ống trong 10 giây		
4	Lấy test ra khỏi bao, cắm thẳng test vào ống theo chiều mũi tên trên test		
5	Đọc kết quả sau 10 phút, không đọc sau 15 phút		
6	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS		
Tổng điểm			