BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỰC HIỆN NỘI KIỂM THUỐC NHUỘM ZIEHL-NEELSEN

Mã hiệu: **VS.NS.15.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
3	Kiểm tra chất lượng	

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này hướng dẫn các bước thực hiện kiểm tra chất lượng thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại Khoa Vi sinh, bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Các nhân viên khoa Vi sinh được phân công có trách nhiệm thực hiện quy trình này.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, CHỮ VIẾT TẮT

a) Thuật ngữ sử dụng: không áp dụng

b) Chữ viết tắt:

- QC (Quality control): Nội kiểm tra chất lượng
- QLCL: Quản lý chất lượng

5. NGUYÊN LÝ

- Sử dụng lam mẫu có trực khuẩn kháng cồn kháng acid bắt màu đỏ trên nền xanh đã được xác định để thực hiện nhuộm Ziehl-Neelsen. Dựa vào lam mẫu này và kết quả nhuộm để đánh giá chất lượng thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen.

6. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ

- Lam kính đã dàn bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn kháng cồn kháng acid đã được khẳng định.
- Đèn cồn, giá cắm lam.
- Kính hiển vi, dầu soi.
- Bể nhuộm Ziehl-Neelsen.
- Tủ an toàn sinh học cấp 2.
- Máy sấy lam (nếu có).
- Bộ nhuộm Ziehl-Neelsen.

7. AN TOÀN

- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý mẫu và thực hiện theo quy định trong sổ tay an toàn STAT.XN.
- Xem tất cả các mẫu thử nghiệm như là nguồn lây.
- Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.
- Nếu xảy ra đổ tràn với mẫu nội kiểm xử trí theo quy trình xử lý sự cố đổ tràn…
- Rác thải, găng tay, nước thải đưa vào hệ thống rác thải y tế, xử lý theo quy trình của bệnh viện.

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Đảm bảo thuốc nhuộm còn hạn sử dụng.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

9. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

9.1 Thời gian thực hiện nội kiểm như sau:

- Thường quy: Thực hiện nội kiểm mỗi ngày một lần vào đầu giờ sáng.
- Nội kiểm bổ sung: Khi thấy kết quả bất thường, khi thay đổi nhà sản xuất, khi thay đổi số Lot hóa chất sinh phẩm thuốc nhuộm.

9.2 Trước khi chạy nội kiểm

- Kiểm tra lot, hạn sử dụng của bộ nhuộm Ziehl-Neelsen, phát hiện các bất thường nếu có (biến đổi màu sắc) ghi vào phiếu nội kiểm thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen BM.01.VS.NS.15.

9.3 Tiến hành thực hiện mẫu nội kiểm

- Tiến hành nhuộm theo quy trình Ziehl-Neelsen VS.NS.06.
- Đọc kết quả; phân tích kết quả; ghi kết quả vào phiếu nội kiểm thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen BM.01.VS.NS.15.

10. DIỄN GIẢI BÁO CÁO

- Xem xét tiêu chuẩn đánh giá trong biểu mẫu BM.01.VS.NS.15.
- Ghi chép kết quả và phân tích kết quả vào biểu mẫu BM.01.VS.NS.15.

Kiểm soát kết quả nội kiểm:

- Hàng tuần Trưởng khoa hoặc cán bộ phụ trách QLCL kiểm tra xem xét kết quả nội kiểm, ghi nhận và ký vào phiếu nội kiểm BM.01.VS.NS.15.
- Hàng tháng Trưởng khoa kiểm tra xem xét các kết quả nội kiểm trong tháng, ghi nhận và ký vào phiếu nội kiểm BM.01.VS.NS.15.
- Nhân viên thực hiện nội kiểm phụ trách in kết quả, lưu hồ sơ nội kiểm ở tủ hồ sơ phòng hành chính khoa.

Các biện pháp khắc phục khi kết quả nội kiểm không đạt:

- **Bước 1:** Xác định kết quả không đạt là do nguyên nhân gì.
- **Bước 2:** Xác định loại lỗi ngẫu nhiên hay hệ thống.
- **Bước 3:** Xác định nguyên nhân dẫn đến thay đổi gần đây.
- **Bước 4:** Kiểm tra lại quy trình xét nghiệm, xem xét các yếu tố thông thường hay ảnh hưởng tới hệ thống xét nghiệm.
- **Bước 5:** Kiểm tra đối chiếu các giải pháp và ghi chép vào hồ sơ khắc phục sự cố.

Thực hiện nội kiểm lại, nếu đạt, tiếp tục thực hiện các xét nghiệm khác của bệnh nhân. Nếu vẫn không đạt, phải dừng các xét nghiệm cho bệnh nhân, tiếp tục tìm nguyên nhân gốc rễ.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Khi tẩy cồn acid cần tẩy sạch các vết màu đỏ Fucsin để tránh gây dương tính giả.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên hồ sơ	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Phiếu nội kiểm thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen	BM.01.VS.NS.15	Hồ sơ nội kiểm thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình nhuộm Ziehl-Neelsen	VS.NS.06

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm – Trần Hữu Tâm – Nhà xuất bản Y học.
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-BYT ngày 20/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
- Quyết định 2429/QĐ-BYT năm 2017: Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

PHIẾU NỘI KIỂM THUỐC NHUỘM ZIEHL-NEELSEN

Ngày QC: .....

Số Lot thuốc nhuộm: .....Hãng sản xuất: .....

Hạn sử dụng: .....

Người QC: .....

Nhận xét cảm quan về bộ thuốc nhuộm:

STT	**Các nhận xét cảm quan**	**Thuốc nhuộm**	
		Đỏ Fuchsin	**Xanh Methylen**
1	Lắng cặn	□ Có □ Không	□ Có □ Không
2	Biến đổi màu sắc	□ Có □ Không	□ Có □ Không

Kiểm tra tính chất bắt màu:

STT	**Kết quả**	**Mẫu thử nghiệm (mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được khẳng định bằng phương pháp PCR)**	
		Nền vi trường	**Trực khuẩn kháng cồn kháng acid**
1	Kết quả mong đợi	Màu xanh lam của dung dịch xanh Methylen	Trực khuẩn bắt màu đỏ Fuchsin, mảnh
2	Kết quả thực tế		
3	Kết luận (*)	□ Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu	□ Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu

(*): Trường hợp không đạt tiếp tục điền thông tin dưới đây

Phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ:

Hành động khác phục tức thì:

Hành động phòng ngừa:

Người thực hiện **Người giám sát**

NV QLCL/Trưởng khoa (giám sát định kỳ)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH NỘI KIỂM THUỐC NHUỘM ZIEHL-NEELSEN

Họ tên người được đánh giá: .....

Ngày đánh giá:.....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Chuẩn bị lam nội kiểm đã dàn bệnh phẩm AFB dương tính		
2	Nhỏ Fucshin lên vị trí bệnh phẩm đã được dàn trên lam		
3	Dùng ngọn lửa đèn cồn hơ qua lại đến khi dung dịch Fucshin bốc hơi		
4	Để nguội và rửa lại dưới vòi nước chảy nhẹ		
5	Tẩy màu bằng Cồn-Acid (tẩy cho đến khi hết màu đỏ). Rửa lại với nước		
6	Phủ xanh methylene lên vị trí dàn bệnh phẩm 30 giây - 1 phút		
7	Rửa lại với nước, để khô		
8	Soi trên vật kính x100		
9	Đánh giá kết quả nhuộm soi và kết quả quan sát thực tế thuốc nhuộm		
10	Ghi chép vào biểu mẫu BM.01.VS.NS.15		
Tổng điểm			