BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẤY KHUẨN KIỂM TRA BỀ MẶT

Mã hiệu: **VS.NC.29.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
QLCL khoa	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn thực hiện mẫu cấy khuẩn kiểm tra bề mặt y tế khu làm việc
- Đánh giá sự hiện diện của các vi sinh vật trên các bề mặt chăm sóc y tế

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng tại Khoa Vi sinh, bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm lấy mẫu cấy khuẩn kiểm tra bề mặt y tế
- Nhân viên nhóm Nuôi cấy có trách nhiệm thực hiện xử lý mẫu cấy khuẩn
- Trưởng nhóm Nuôi cấy có trách nhiệm báo cáo kết quả cấy khuẩn với Phụ trách khoa
- Phụ trách khoa có trách nhiệm giám sát chung và báo cáo kết quả cấy khuẩn với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

4. NGUYÊN LÝ

Vi sinh vật được đánh giá về số lượng và chất lượng bằng phương pháp nuôi cấy kinh điển. Vi sinh vật được định danh dựa vào đặc điểm nuôi cấy, một số tính chất chuyển hóa, các đặc điểm về hình thái học và có thể kết hợp với tính chất kháng nguyên.

5. ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- QLCL: quản lý chất lượng
- VSV: vi sinh vật
- VK: vi khuẩn

6. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ

a. Trang thiết bị:

- Kính hiển vi quang học
- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Tủ ấm thường, tủ ấm CO_2
- Máy định danh vi khuẩn Vitek 2

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

b. Sinh phẩm hóa chất, vật tư tiêu hao

- Lam kính, que cấy, dầu soi
- Nước muối sinh lý, cồn 96°
- Thuốc nhộm Gram
- Canh thang BHI (5ml), thạch máu, thạch Macconkey
- Card định danh
- Bông, đèn cồn, panh, khay đựng bệnh phẩm
- Găng tay, khẩu trang, bút viết kính

c. Bệnh phẩm:

- Mẫu các bề mặt chăm sóc y tế

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Lưu ý lấy mẫu cần tiến hành càng nhanh càng tốt để hạn chế tối đa sự ô nhiễm từ môi trường không khí
- Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì xem xét quy trình khử trùng bề mặt, chất lượng nước sát trùng... để đưa ra những khuyến cáo thích hợp

8. AN TOÀN

- Đảm bảo các quy định an toàn theo sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Xem tất cả các mẫu thử nghiệm như là nguồn lây nhiễm.
- Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.
- Nếu xảy ra đổ tràn với mẫu ngoại kiểm xử trí theo quy trình xử lý sự cố đổ tràn trong sổ tay an toàn, mã tài liệu STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Rác thải, găng tay, nước thải đưa vào hệ thống rác thải y tế, xử lý theo quy trình của bệnh viện.

9. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

9.1 Thời gian thực hiện cấy khuẩn kiểm tra bề mặt:

- Tần suất: Thực hiện chạy mẫu ngoại kiểm 1 tháng/lần.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khi mẫu cấy khuẩn đến: nhân viên nhóm Nuôi cấy tiếp nhận mẫu và để mẫu trong tủ ấm CO_2 và vào sổ tiến trình nuôi cấy, mã tài liệu BM.01.VS.NC.01

9.2 Lấy bệnh phẩm:

- Dùng 1 que tăm bông vô khuẩn đã được làm ướt bằng nước muối sinh lý 0,9% quệt mạnh như nhau vào mỗi bề mặt cần kiểm tra và trong thời gian 10 giây. Cho tăm bông vào ống canh thang BHI (5ml), hơ qua ngọn lửa đèn cồn. Đậy nút ống.

9.3 Tiến hành kỹ thuật

- Nuôi cấy và ủ ấm ống canh thang ở 35- 37^oC, 24-48 tiếng, khí trường thường
- Đánh giá độ đục của canh thang
- Nếu canh thang đục thì nhuộm Gram để nhận định hình thể từng loại vi khuẩn
- Cấy chuyển ống canh thang đục ra môi trường thạch máu, thạch Macconkey (cấy phân vùng). Ủ ấm thạch máu trong tủ ấm 35- 37^oC, trong khí trường CO_2 5%; thạch Macconkey trong tủ ấm 35- 37^oC, khí trường thường
- Định danh từng loại vi khuẩn dựa vào các tính chất sinh hóa vật học

10. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

- Dương tính: Có vi sinh vật trên bề mặt. Phân lập và định danh được vi khuẩn gây bệnh. Trả kết quả tên vi khuẩn đến mức độ chi và/hoặc loài
- Âm tính: Không tìm thấy hoặc không phân lập được vi sinh vật

11. HỒ SƠ VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO

STT	Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian
1	Sổ tiến trình nuôi cấy	BM.01.VS.NC.01	Phòng làm việc	5 năm
2	Phiếu kiểm nghiệm vô trùng về phương diện vi sinh vật	BM.01.VS.NC.27	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm

12.TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.XN.02
- Sổ tay chất lượng: STCL.ISO.XN.01
- Sổ tay khách hàng: STDVKH.XN.02

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Quy trình cấy phân vùng: VS.NC.01.02
- Quy trình hướng dẫn cấy chuyển: VS.NC.11.01

13.TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học, quyết định 26/QĐ-BYT của Bộ Y tế, ban hành 03/01/2013
- Bộ môn Vi sinh Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Vi sinh vật y học, nhà xuất bản Y học 2007
- Bộ môn Vi sinh Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Vi khuẩn y học, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009
- Viên Y học Lao động, Thường quy kỹ thuật y học lao động và về sinh môi trường, nhà xuất bản Y học 1993
- Brenniman GR. Allen RJ (1993), “Inpact of rapackaging hazaduus (infectious) hospital waste on the indoor air quality of a hospital”, 128 (2-3), pp. 141-9

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.