BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH QUẢN LÝ
TRANG THIẾT BỊ KHỐI XÉT NGHIỆM

Mã hiệu: **XN.QL.01.03** - Bản số: 01.XN

Ngày hiệu lực : 8/4/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
TK HHTM	Biên soạn	**Nguyễn Hoài Nam**	
PTP VTTB		**Vũ Cường**	
TP VTTB	Kiểm soát	**Nguyễn Đăng Tuân**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

THÀNH PHỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	*Phòng Quản lý chất lượng*	01	*Khoa HHTM*
		02-05	*Khoa HS,VS,GPB, Phòng VTTB*

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
3	Bổ sung nội dung	Bổ sung *mục 4.1 trách nhiệm của NV PXN.*
9	Thêm tiêu đề	Thêm đề mục *4.5.1 Sử dụng TTB tại PXN.*
10-11	Bổ sung nội dung	Bổ sung nội dung về *sự cố nghiêm trọng và tai nạn liên quan đến TTB trong PXN.*
17	Bổ sung nội dung	Thêm mục 16 trong quy định về hồ sơ TTB: *Hồ sơ báo ghi chép và báo cáo sự cố nghiệm trọng và tai nạn liên quan đến TTB.*
19	Bổ sung nội dung	Bổ sung nội dung *tài liệu tham thảo mục 5 Nghị định 98/2021/NĐ-CP về Quản lý trang thiết bị y tế.*
BM16	Bổ sung nội dung	Bổ sung việc *xem xét độ chính xác và hệ số hiệu chỉnh.*
BM08	Sửa nội dung	Thay cột *Ghi chú bằng cột Yêu cầu về năng lực cơ quan hiệu chuẩn.*
All	Sửa biểu mẫu	Cập nhật biểu mẫu và mã quy trình theo *quy trình quản lý tài liệu mới từ phòng QLCL*
20	Bổ sung tài liệu tham khảo	Bổ sung tài liệu tham khảo *SR02 của AOSC*

1. MỤC ĐÍCH

Quy định dự trù mua sắm, tiếp nhận, lắp đặt, quản lý, thiết lập hồ sơ cho trang thiết bị.

Nhằm đảm bảo theo dõi hoạt động và hiệu quả sử dụng của trang thiết bị, kịp thời xử lý trong các tình huống.

2.PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho toàn bộ trang thiết bị tại khối xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3.TRÁCH NHIỆM:

Phòng VTTB có trách nhiệm quản lý chung toàn bộ trang thiết bị, máy móc, dụng cụ xét nghiệm tại các PXN Huyết học-Truyền máu, Hóa Sinh, Vi Sinh, Giải Phẫu Bệnh và phân công nhân viên thuộc phòng VTTB chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và theo dõi hoạt động định kỳ.

Lãnh đạo các PXN hoặc Phụ trách kỹ thuật PXN chịu trách nhiệm quản lý máy móc thiết bị, dụng cụ và phân công người bảo trì giúp theo dõi, chuẩn bị, lập kế hoạch, kiểm tra việc quản lý thiết bị tại PXN của mình.

Nhân viên các PXN có trách nhiệm tuân thủ sử dụng trang thiết bị, máy, dụng cụ xét nghiệm theo quy trình này.

4.ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT

- TTB: Trang thiết bị.
- VTTB: Phòng vật tư thiết bị bệnh viện.
- PXN: Phòng xét nghiệm.
- BV: Bệnh viện.

5.NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Lãnh đạo PXN	**Dự trù mua sắm TTB**	- Nội dung chi tiết tại mục 5.1 - PNX lập dự trù TTB theo **BM.01.XN.QL.01**
Lãnh đạo PXN **Phòng VTTB** **Nhân viên PXN**	**Tiếp nhận và lắp đặt TTB**	- Nội dung chi tiết tại mục 5.2 - Xây dựng bảng kiểm lắp đặt thiết bị **BM.02.XN.QL.01** - Cấp mã TTB. - Cấp nhãn TTB. - Cập nhật danh sách thiết bị PXN **BM.10.XN.QL.01**
	Sử dụng TTB	- Nội dung chi tiết tại mục 5.3 - Lập hồ sơ theo dõi vận hành cho từng TTB theo **BM.18.XN.QL.01** và đánh giá, cập nhật hằng ngày
	Bão dưỡng bảo trì định kỳ TTB	- Nội dung chi tiết tại mục 5.4.1 - PXN lập danh mục TTB cần bảo dưỡng, bảo trì định kỳ gửi về Phòng VTTB theo **BM.07.XN.QL.01** - Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cho toàn bộ TTB **BM.17.XN.QL.01** - Xây dựng, lập " Hồ sơ bảo dưỡng trang thiết bị bởi người sử dụng" cho TTB thuộc khoa, phòng mình quản lý theo **BM.19.XN.QL.01**
	TTB lỗi, hỏng	- Nếu TTB phát sinh lỗi, không sử dụng được báo quản lý TTB và dánh nhãn TTB không sử dụng được **BM.03.XN.QL.01** - Cập nhật trong hồ sơ vận hành TTB **BM.18.XN.QL.01**

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Kỹ sư sửa chữa **QLCL PXN** **QL TTB PXN**		**Sửa chữa TTB trong PXN**	- Nội dung chi tiết tại mục 5.4.2 - PXN yêu cầu kỹ sư sửa chữa, bảo trì TTB ghi lại nhật ký và nội dung vào phần 2 trong lý lịch TTB **BM.12.XN.QL.01** và cập nhật vào sổ Sổ theo dõi, quản lý máy móc thiết bị y tế **BM.04.XN.QL.01** - Lập báo cáo sửa chữa bảo dưỡng TTB **BM.06.XN.QL.01** - QL TTB gỡ phiếu Thiết bị không sử dụng được.
Kỹ sư sửa chữa **QLCL PXN** **QL TTB PXN**		**Sửa chữa TTB ngoài PXN**	- Nội dung chi tiết tại mục 5.4.3 - Người sử dụng thiết bị lập phiếu đề nghị sửa chữa bảo trì thiết bị có mang thiết bị ra khỏi PXN theo **BM.05.XN.QL.01** - Khử khuẩn trước khi sửa chữa, bảo trì và trước khi đưa vào sử dụng và lưu trong hồ sơ TTB theo **BM.14.XN.QL.01** - PXN yêu cầu kỹ sư sửa chữa, bảo trì TTB ghi lại nhật ký và nội dung vào phần 2 trong lý lịch TTB **BM.12.XN.QL.01** và cập nhật vào sổ Sổ theo dõi, quản lý máy móc thiết bị y tế **BM.04.XN.QL.01** - Lập báo cáo sửa chữa bảo dưỡng TTB **BM.06.XN.QL.01** - QL TTB gỡ phiếu Thiết bị không sử dụng được.
		Kiểm định , hiệu chuẩn TTB	- Nội dung chi tiết tại mục 5.5 - Hàng năm quản lý kỹ thuật hoặc trưởng khoa lập danh mục hiệu chuẩn thiết bị theo

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

			BM.08.XN.QL.01 gửi về phòng VTTB - Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn TTB hằng năm theo **BM.09.XN.QL.01** - Phòng VTTB ký kết hợp động với đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và thực hiện. - Sau khi nhận kết quả hiệu chuẩn thiết bị, nhân viên quản lý trang thiết bị cần xem xét, kiểm tra các thông tin trong báo cáo và ghi chép lại theo biểu mẫu xem xét kết quả hiệu chuẩn **BM.16.XN.QL.01**
		Thanh lý TTB	- Nội dung chi tiết tại mục 5.6 - PXN lập phiếu đề nghị thanh lý thiết bị theo **BM.13.XN.QL.01**
		Dự phòng trường hợp hỏng TTB	- Nội dung chi tiết tại mục 5.7
		Lập hồ sơ TTB	- Nội dung chi tiết tại mục 5.8

5.1 Dự trù, mua sắm TTB

- Dựa theo nhu cầu và phương pháp xét nghiệm, các PXN hằng năm đưa ra các yêu cầu về lựa chọn, mua sắm TTB cần thiết cho quá trình công tác.
- Các yêu cầu bao gồm:

+ Tính năng, công suất của máy.

+ Tính bền vững.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ An toàn.

+ Giá cả.

+ Nhà sản xuất.

+ Tính phức tạp của kĩ thuật.

+ Các bộ phận thay thế.

+ Đào tạo, bảo dưỡng tại cơ sở, dịch vụ chăm sóc khách hàng, trình độ của kỹ sư, khả năng xử lý kịp thời theo yêu cầu của người có thẩm quyền đối với TTB.

- PNX lập dự trù TTB theo **BM.01.XN.QL.01**, phòng VTTB sau đó trình hội đồng mua sắm, hội đồng khoa học bệnh viện và Lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt.

5.2 Tiếp nhận và lắp đặt thiết bị.

- Nhận TTB khi có mặt của các cơ quan chức năng:

+ Đại diện phòng VTTB.

+ Kỹ sư lắp đặt sử dụng của hãng TTB.

+ Nhân viên của PNX được giao nhiệm vụ phụ trách TTB.

- Kiểm tra thông tin đầy đủ của TTB: Chủng loại, mã thiết bị, số serial/code, ngày lắp, nước sản xuất so với biên bản bàn giao hãng hoặc phòng VTTB.

- Xác định vị trí lắp đặt TTB, yêu cầu và xây dựng bảng kiểm **BM.02.XN.QL.01** dựa vào Installation trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, theo nguyên tắc: đảm bảo tối ưu về luồng công việc, liên tục, một chiều, an toàn, đạt hiệu quả cao.

- Sau khi hoàn thành việc lắp đặt và kiểm tra vận hành, thẩm định chất lượng phải có biên bản bàn giao và hướng dẫn sử dụng TTB bằng Tiếng việt. Biên bản này có thể do hãng cung cấp TTB hoặc phòng VTTB lập, mỗi bên giữ 1 bản.

- Yêu cầu Công ty lắp đặt đào tạo hướng dẫn sử dụng cho nhân viên có liên quan trong khoa về TTB.

- Cấp mã và lập nhãn nhận biết duy nhất cho TTB theo quy định sau:

+ Quy định cấp mã TTB:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Nhân viên Quản lý TTB, Phụ trách PXN có trách nhiệm phối hợp lập mã số riêng cho từng TTB, mỗi Trang thiết bị sẽ được lập Mã số ký hiệu XX.YY.ZZ, trong đó:

XX: Chữ viết tắt của PXN.

YY: Tên của thiết bị.

ZZ: Số thứ tự thiết bị.

Ví dụ: HH.DxH800.01 (PXN Huyết học, máy DxH800, thiết bị số 01).

SH.AU5800.02(PXN Sinh hóa, máy AU5800, thiết bị số 02).

+ Quy định cấp nhãn nhận biết duy nhất cho TTB:

Dán nhãn với các thông tin sau trên mỗi TTB, kích cỡ nhãn có thể in to nhỏ cho phù hợp với kích thước TTB, nhưng nội dung đảm bảo theo mẫu:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

NHÃN LÝ LỊCH THIẾT BỊ

TÊN THIẾT BỊ: .....

MÃ THIẾT BỊ:.....

MODEL: ..... SERI:.....

HÃNG SẢN XUẤT:.....

NƯỚC SẢN XUẤT:.....

NĂM SẢN XUẤT: ..... NĂM SỬ DỤNG:.....

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ:.....

HOTLINE SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG: .....

- Danh sách TTB đã cấp mã được cập nhật theo **BM.10.XN.QL.01**
- Sau khi đại diện hãng cung cấp/ kỹ sư hãng lắp đặt, PXN cùng phòng VTTB và kỹ sư hãng tiến hành chạy thử và xác nhận hoạt động của TTB có đúng với quy cách, yêu cầu, và các quy định về quản lý chất lượng. Lập hồ sơ lưu trữ theo **BM.15.XN.QL.01** và để trong hồ sơ TTB.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Lập hồ sơ TTB tại PNX: Lập lý lịch TTB **BM.12.XN.QL.01** bản gốc tại PXN do nhân viên quản lý TTB phụ trách, bản sao đặt tại Phòng đặt máy, và hồ sơ TTB được quy định theo **mục 5.8** của quy trình này.

Lưu ý: Nhân viên tuyệt đối không sử dụng TTB trước khi bàn giao.

5.3 Sử dụng TTB

5.3.1 Sử dụng TTB tại PXN

- Chỉ những người đã qua đào tạo, hướng dẫn và được Trưởng khoa phân công (có tên trong danh sách sử dụng thiết bị) mới được sử dụng thiết bị, có trách nhiệm lập các hướng dẫn sử dụng.
- Người không có nhiệm vụ không được sử dụng, thay đổi, sửa chữa thiết bị và các hồ sơ liên quan.
- Trong quá trình sử dụng nhân viên PXN sử dụng TTB phải thực hiện công tác khử nhiễm, tránh lây nhiễm chéo vào đầu giờ trước khi sử dụng và cuối giờ khi kết thúc công việc để bàn giao trực. Cụ thể:

  + Tháo và đổ toàn bộ nước thải TTB (nếu có).

  + Vệ sinh bề mặt TTB bằng dung dịch khử khuẩn thích hợp (Cồn 70 độ). Nếu có vết máu khử nhiễm bằng dung dịch Javen.

  + Vệ sinh các thiết bị đi kèm TTB như máy tính, bàn phím, màn hình, tay barcode (nếu có)

  (Một số TTB đặc thù riêng như Tủ An toàn sinh học, Tủ ấm 37 độ) cần khử khuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất đi kèm nếu có)

- Khi gặp dấu hiệu bất thường của thiết bị, người sử dụng thiết bị phải ngưng việc sử dụng và báo cho quản lý kỹ thuật để có quyết định và biện pháp cách ly, đồng thời dán phiếu **"Thiết bị không sử dụng được"** theo **BM.03.XN.QL.01** lên thiết bị và cập nhật vào Hồ sơ theo dõi vận hành thiết bị **BM.18.XN.QL.01**
- Áp dụng quy trình sửa chữa TTB nêu tại **mục 5.4** trong quy trình này.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Quản lý chất lượng PXN phải xem xét ảnh hưởng của dấu hiệu bất thường này và thực hiện các biện pháp phù hợp quy trình **"Kiểm soát sự không phù hợp"** của từng PXN đã xây dựng và phê duyệt hoặc quy trình chung của khối xét nghiệm.

- PXN có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi vận hành cho từng TTB theo **BM.18.XN.QL.01** và đánh giá, cập nhật hằng ngày.

5.3.2 Sự cố nghiêm trọng và tai nạn liên quan đến TTB trong PXN

- Trường hợp trang thiết bị y tế có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc quốc tế về nguy cơ tiềm ẩn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng hoặc có thể dẫn đến tử vong cho người sử dụng, PXN hoặc hãng cung cấp TTB có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo chủ quản các cấp và toàn bộ nhân viên PXN về nguy cơ được cảnh báo và các hướng dẫn, cách xử lý, tạm ngưng hoặc thù hồi theo các văn bản, thông báo ban hành (Nghị định 98/2021/NĐ-CP Quản lý trang thiết bị y tế của Chính phủ)
- PXN phải trang bị các dụng cụ sơ cứu tại chỗ, tiến hành sơ cứu và cấp cứu tại chỗ với nhân viện gặp phải sử cố nghiệm trọng và tai nạn liên quan đến TTB. Trong các trường hợp vượt ngoài khả năng sơ cấp cứu, cần nhanh chóng vận chuyển nhân viên gặp sự cố xuống khoa Cấp cứu bệnh viện.
- Phòng VTTB có trách nhiệm: Lập hồ sơ điều tra sự cố, bao gồm: Báo cáo điều tra sự cố và các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện TTB đã xảy ra sự cố hoặc tai nạn trong PXN. Trong quá trình điều tra, lập hồ sơ có thể mời các cơ quan, đoàn thể chuyên nghành cùng phối hợp.
- Các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tính mạng, cháy nổ, thảm họa cần giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra, xác minh của các cơ quan liên quan.

5.3.2.1 Nếu các sự cố và tai nạn liên quan đến TTB trong PXN do nguyên nhân TTB hoặc điều kiện PXN:

- Nếu các TTB được xác định là có lỗi hoặc nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, PXN có trách nhiệm tạm dừng việc sử dụng thiết bị y tế đó. Báo

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

cáo phòng VTTB và lãnh đạo bệnh viện theo quy trình "Quy trình xử lý sau phơi nhiễm" của các PXN để có hình thức phản ánh đến các cơ quan chủ quản (Sở Y tế, Bộ Y tế).

5.3.2.2 Nếu các sự cố và tai nạn liên quan đến TTB trong PXN do nguyên nhân người sử dụng:

- Lãnh đạo bệnh viện, phòng VTTB và PXN xem xét về khả năng của nhân viên, người sử dụng đã xảy ra sự cố và toàn bộ nhân viên PXN có sử dụng cùng TTB đấy.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, rút kinh nghiệm về sử dụng TTB lại cho nhân viên PXN.
- Phòng VTTB kiểm tra và giám sát sử dụng TTB sau khi đã đào tạo lại.

5.4 Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa TTB.

5.4.1 Bão dưỡng bảo trì định kỳ TTB

- Hằng năm PXN lập danh mục TTB cần bảo dưỡng, bảo trì định kỳ gửi về Phòng VTTB theo **BM.07.XN.QL.01.03**
- Phòng VTTB sẽ đề xuất và ký hợp đồng bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hằng năm với các hãng cung cấp dịch vụ và TTB.
- PXN phối hợp cùng Phòng VTTB lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cho toàn bộ TTB trong khoa, phòng hằng năm tùy theo đặc thù loại TTB, khuyến cáo của hãng sản xuất và các quy định nếu có theo **BM.17.XN.QL.01**
- PXN có trách nhiệm xây dựng, lập " Hồ sơ bảo dưỡng trang thiết bị bởi người sử dụng" cho TTB thuộc khoa, phòng mình quản lý theo **BM.19.XN.QL.01**
- Quản lý TTB hoặc lãnh đạo khoa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động bảo dưỡng TTB hằng ngày và yêu cầu hoàn thành hồ sơ.

5.4.2 Sửa chữa bảo trì TTB tại trong PXN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Nhân viên PXN xác định nguyên nhân các TTB lỗi phần mềm, phần cứng, máy xét nghiệm hoặc các lỗi liên quan báo phụ trách quản lý TTB và Quản lý PXN. Cập nhật vào sổ quản lý sửa chữa, bảo dưỡng TTB **BM.04.XN.QL.01**

- Gọi hotline báo hãng cung cấp phân phối và bảo hành, bảo dưỡng TTB. Đồng thời báo về phòng VTTB.

- PXN phân công người giám sát, theo dõi cộng tác sửa chữa bảo trì thiết bị trong suốt quá trình sửa chữa, bảo trì.

- PXN phải trang bị bảo hộ cho nhân viên sửa chữa, bảo trì thiết bị tại trong phòng.

- Sau khi sửa chữa, bảo trì phụ trách quản lý TTB hoặc Trưởng khoa kiểm tra và ký xác nhận vào phiếu sửa chữa, bảo dưỡng của hãng TTB. Giữ 1 liên tại sổ nhật ký bảo dưỡng .

- PXN yêu cầu kỹ sư sửa chữa, bảo trì TTB ghi lại nhật ký và nội dung vào phần 2 trong lý lịch TTB **BM.12.XN.QL.01**

- Nếu là các TTB phân tích xét nghiệm có nội kiểm phải có nhân viên quản lý chất lượng của PXN đánh giá và chạy nội kiểm sau sửa chữa.

- TTB chỉ được phép sử dụng lại, gỡ nhãn "**Thiết bị không sử dụng**" khi có xác nhận của quản lý chất lượng PXN cùng quản lý TTB theo **BM.06.XN.QL.01**.

5.4.3 *Sửa chữa bảo trì TTB tại ngoài PXN*

- Người sử dụng thiết bị lập phiếu đề nghị sửa chữa bảo trì thiết bị có mang thiết bị khỏi PXN theo phần 1(mặt trước) **BM.05.XN.QL.01**

- Nếu trang thiết bị cần thay thế với giá trị lớn, hồ sơ, giấy tờ phức tạp. Trưởng PXN viết Phiếu đề xuất xem xét và trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt (nếu cần).

- Quản lý kỹ thuật và người sử dụng thiết bị phải thực hiện các biện pháp khử khuẩn trước khi sửa chữa, bảo trì và trước khi đưa vào sử dụng và lưu trong hồ sơ TTB theo **BM.14.XN.QL.01**

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM.SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khi đưa TTB ra khỏi PNX cần có các hình thức bảo quản để tránh hư hỏng, đổ vỡ TTB như xe đẩy hàng, thùng xốp hoặc giấy bóng khí.

- Trước khi đưa thiết bị đưa ra khỏi PXN để sửa chữa, phụ quản lý thuật phải kiểm tra tình trạng thiết bị trước và sau khi sửa chữa, cần lập hồ sơ ký kết 3 bên PXN, phòng VTTB và kỹ sư hãng nếu có.

- Khi sửa chữa, bảo trì xong, người thực hiện lập báo cáo sửa chữa bảo trì theo **BM.06.XN.QL.01**.

- PXN yêu cầu kỹ sư sửa chữa, bảo trì TTB ghi lại nhật ký và nội dung vào phần 2 trong lý lịch TTB **BM.12.XN.QL.01** và cập nhật vào sổ Sổ theo dõi, quản lý máy móc thiết bị y tế **BM.04.XN.QL.01**

- Quản lý TTB hoặc người tạo phiếu gỡ nhãn "Thiết bị không sử dụng" để đưa vào sử dụng.

5.5 Kiểm định, hiệu chuẩn TTB

5.5.1 Lập danh mục và kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn:

- Hàng năm quản lý kỹ thuật hoặc trưởng khoa lập danh mục hiệu chuẩn thiết bị theo **BM.08.XN.QL.01** gửi về phòng VTTB, và kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị theo **BM.09.XN.QL.01**

- Việc hiệu chuẩn được thực hiện định kỳ theo kế hoạch và được hiệu chuẩn trong các trường hợp thiết bị nhập vào, sau khi sửa chữa hoặc khi có dấu hiệu nghi ngờ về độ chính xác của thiết bị.

5.5.2 Thực hiện kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn:

- Phòng VTTB có trách nhiệm liên hệ, lập hợp đồng với đơn vị được phép kiểm định hiệu chuẩn TTB theo quy định.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Đối với các thiết bị mà tại Việt Nam có thể kiểm định, hiệu chuẩn được thì PXN phải thực hiện hiệu chuẩn như: Tủ lạnh, máy ly tâm, pipet, nồi hấp, tủ ấm, tủ sấy, cân, nồi hấp, hood vô trùng.

- Với các thiết bị mà tại Việt Nam chưa thể hiệu chuẩn được như các máy xét nghiệm Hóa sinh, huyết học...thì thực hiện nghiêm túc chế độ bảo trì, bảo dưỡng của hãng.

- Các thiết bị được hiệu chuẩn theo danh mục theo đúng kế hoạch mới đưa vào sử dụng, sau đó người chịu trách nhiệm theo dõi thiết bị cập nhật giấy chứng nhận hiệu chuẩn và đánh dấu đã thực hiện (x) vào kế hoạch hiệu chuẩn của PXN.

5.5.3 Xem xét kết quả hiệu chuẩn

- Sau khi nhận kết quả hiệu chuẩn thiết bị, nhân viên quản lý trang thiết bị cần xem xét, kiểm tra các thông tin trong báo cáo và ghi chép lại theo biểu mẫu xem xét kết quả hiệu chuẩn **BM.16.XN.QL.01**

- Việc thực hiện xem xét kết quả hiệu chuẩn dựa vào các tiêu chí sau:

+ Xem xét độ chính xác được công bố đối với thiết bị dựa trên hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

+ Xem xét hệ số hiệu chỉnh.

- Nếu giá trị hiệu chỉnh nhỏ hơn giá trị của độ chính xác thì thiết bị đó có thể sử dụng tiếp tục mà không cần giá trị hiệu chỉnh.

- Nếu giá trị hiệu chỉnh lớn hơn giá trị của độ chính xác hoặc chuẩn xác định một cách đáng kể, cần báo cáo tới lãnh đạo PXN để xem xét việc sử dụng giá trị hiệu chỉnh với trang thiết bị.

- Ghi lại giá trị hiệu chỉnh cần áp dụng và thông báo giá trị hiệu chỉnh đối với thiết bị cho bộ phận nhân viên liên quan, điền vào biểu mẫu Xem xét kết quả hiệu chuẩn **BM.16.QL.XN.QL.01**

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

5.6. Thanh lý thiết bị:

- PXN lập phiếu đề nghị thanh lý thiết bị theo **BM.13.XN.QL.01** cho những thiết bị hư hỏng, không sửa chữa được hoặc không còn phù hợp với quy trình xét nghiệm.

- Phòng VTTB có nhiệm vụ đưa danh mục của PXN đề nghị thanh lý phối hợp với Phòng Tài chính kế toán trình hội đồng mua sắm kiển kê tài sản và duyệt Ban giám đốc để thanh lý theo quy định của bệnh viện và pháp luật.

5.7 Dự phòng trong trường hợp thiết bị hư hỏng.

5.7.1 Trong trường hợp TTB hư hỏng có thể khắc phục tại PXN và không cần gián đoạn dịch vụ xét nghiệm tại bệnh viện.

- Quy định các hành động sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục về chất lượng diễn ra có thời gian nhỏ hơn 4 tiếng được xếp vào không gián đoạn dịch vụ xét nghiệm.

- PNX thông báo lên phần mềm quản lý bệnh viện lý do và thời gian dự kiến khắc phục xong để khách hàng sử dụng dịch vụ nắm được.

5.7.2 *Trong trường hợp TTB hư hỏng không khắc phục tại PXN và cần thực hiện phương án dự phòng.*

- Quy định các hành động sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục về chất lượng diễn ra có thời gian lớn hơn 4 tiếng hoặc phải diễn ra bên ngoài PXN thì đều cần phải thực hiện phương án dự phòng.

- Nếu PXN có ký kết hợp đồng với các đơn vị khác thì áp dụng quy trình chuyển gửi mẫu có bảo quản, đóng gói và lưu hồ sơ theo quy định trong sổ tay khách hàng.

- Trường hợp PXN có thiết bị có thể thay thế dự phòng hoặc tương đương đang hoạt động. Cần lưu trong hồ sơ nhật ký máy chuyển các xét nghiệm sang thiết bị nào thay thế.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Nếu TTB dự phòng đã lâu tắt máy, không hoạt động nhiều ngày trước khi được sử dụng lại cần đảm bảo về chất lượng xét nghiệm, nội kiểm, ngoại kiểm đạt yêu cầu tương đương với thiết bị chính đang thay thế.

5.8 Hồ sơ trang thiết bị.

- Mỗi PXN phải lập danh sách TTB thuộc PXN mình quản lý theo **BM.10.XN.QL.01** và danh sách đơn vị cung cấp TTB, bào trì bảo dưỡng, sửa chữa TTB theo **BM.11.XN.QL.01**

- Mỗi hồ sơ thiết bị chính phải có các tài liệu sau và để lần lượt theo thứ tự:

STT	Nội dung Hồ sơ thiết bị
1	Danh sách TTB của toàn khoa
2	Dạnh sách đơn vị cung cấp TTB, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa TTB.
3	Lý lịch trang thiết bị.
4	Bảng kiểm lắp đặt- Sử dụng TTB
5	Phiếu bài giao nghiệm thu và phiếu xác nhận hoạt động TTB
6	Hồ sơ theo dõi vận hành thiết bị *(có thể để tại vị trí máy . Khi hết sổ lưu tại hồ sơ máy)*
7	Hồ sơ bảo dưỡng thiết bị bởi người sử dụng *(có thể để tại vị trí máy . Khi hết sổ lưu tại hồ sơ máy)*
8	Sổ bảo dưỡng máy *(có thể để tại vị trí máy. Khi hết sổ lưu tại hồ sơ máy).*
9	Các báo cáo sử chữa, bảo dưỡng TTB mẫu của khoa kèm theo biên bản của hãng (nếu có)
10	Hồ sơ khử nhiễm TTB (nếu có)
11	Kết quả hiệu chuẩn TTB và phiếu đánh giá hiệu chuẩn TTB (nếu có)
12	Hướng dẫn sử dụng máy tiếng Anh
13	Hướng dẫn sử dụng máy tiếng Việt
14	Hồ sơ sản xuất thiết bị CO-CQ *Bản photo*
15	Phiếu đề nghị thanh lý TTB *(nếu có)*
16	Hồ sơ báo ghi chép và báo cáo sự cố nghiệm trọng và tai nạn liên quan đến TTB (nếu có)

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

6.1 Hồ sơ, biểu mẫu

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Đề xuất trang thiết bị hằng năm	BM.01.XN.QL.01	PXN-VTTB	05 năm
Bảng kiểm lắp đặt-Sử dụng thiết bị	BM.02.XN.QL.01	Hồ sơ thiết bị tương ứng-PXN	Đến khi thanh lý
Phiếu nhãn thiết bị không sử dụng được	BM.03.XN.QL.01	Hồ sơ thiết bị tương ứng-PXN	05 năm
Sổ theo dõi, quản lý máy móc thiết bị y tế	BM.04.XN.QL.01	Hồ sơ thiết bị tương ứng-PXN	05 năm
Sổ báo hỏng và xác nhận sửa chữa vật tư trang thiết bị	BM.05.XN.QL.01	PXN-VTTB	05 năm
Báo cáo sửa chữa bảo dưỡng TTB	BM.06.XN.QL.01	Hồ sơ thiết bị tương ứng-PXN	Đến khi thanh lý
Đề xuất bảo trì bão dưỡng trang thiết bị hằng năm	BM.07.XN.QL.01	PXN-VTTB	05 năm
Danh mục hiệu chuẩn thiết bị	BM.08.XN.QL.01	PXN-VTTB	05 năm
Kế hoạch hiểu chuẩn thiết bị	BM.09.XN.QL.01	PXN	05 năm
Bản kê khai TTB của PXN	BM.10.XN.QL.01	PXN-VTTB	Đến khi có bản cập nhật mới
Danh sách liên hệ đơn vị cung cấp TTB của PXN	BM.11.XN.QL.01	PXN-VTTB	Đến khi có bản cập nhật mới
Lý lịch thiết bị	BM.12.XN.QL.01	PXN	Đến khi thanh lý
Đề nghị thanh lý TTB	BM.13.XN.QL.01	PXN-VTTB	05 năm sau khi đã thanh

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

			lý
Hồ sơ khử nhiễm thiết bị	BM.14.XN.QL.01	PXN	Đến khi thanh lý
Phiếu bàn giao nghiệm thu và phiếu xác nhận hoạt động	BM.15.XN.QL.01	Hồ sơ thiết bị tương ứng-PXN	Đến khi thanh lý.
Phiếu xem xét kết quả hiệu chuẩn TTB	BM.16.XN.QL.01	Hồ sơ thiết bị tương ứng-PXN	Đến khi có bản cập nhật mới
Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ TTB	BM.17.XN.QL.01	PXN-VTTB	05 năm
Hồ sơ theo dõi vận hành thiết bị	BM.18.XN.QL.01	PXN	05 năm
Hồ sơ bảo dưỡng thiết bị bởi người sử dụng	BM.19.XN.QL.01	PXN	05 năm

6.2 Phụ lục:

- Không áp dụng

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	XN.QL.02
Quy trình xử lý sau phơi nhiễm	HH.QL.38
Sổ tay dịch vụ khách hàng	STDVKH.XN

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ y tế, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành 2014.
- TCVN 15189 : 2014, *Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực*, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tài liệu yêu cầu đánh giá phòng xét nghiệm y tế AGLM 01 phiên bản 03 ban hành tháng 08 năm 2016 của Văn phòng công nhận chất lượng BoA.
- Tài liệu yêu cầu bổ sung cộng nhận phòng xét nghiệm y tế SR02 ban hành tháng 08 năm 2023 của AOSC
- Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, Chính phủ ban hành ngày 08/11/2021.
- ISO 15189:2022, *Medical laboratories – Requirements for quality and competence*, 2022.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA:.....

ĐỀ XUẤT DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM.....

TT	Tên trang thiết bị	Đơn vị	Số lượng hiện có	Năm Sx/ Năm đưa vào sd	Số lượng cần	Giải thích nhu cầu	Đề xuất tính năng, yêu cầu kỹ thuật
I	Năm						
.....							
II	Năm						
.....							
III	Năm						
...							

Hà Nội, ngày tháng năm 20...
TRƯỞNG KHOA/PHÒNG

Xác nhận nhận dự trù
Nhận ngày tháng năm 20...
TRƯỞNG PHÒNG VTTB
(Hoặc người được ủy quyền)

(*) Tạo Biểu mẫu thành 02 bản, 1 bản gửi phòng VTTB, 1 bản lưu tại khoa

BẢNG KIỂM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

I. Thông tin trang thiết bị :

1. Tên thiết bị :.....
2. Mã thiết bị : .....
3. Hãng sản xuất : ..... 4. Nước sản xuất : .....
5. Model :..... 6.Số Seri:.....
7. Công ty phân phối lắp đặt : .....
8. Ngày bắt đầu lắp đặt :.....
9. Ngày kiểm tra :.....
10. Vị trí lắp đặt :.....

II. Nội dung

Các yêu cầu về điều kiện lắp đặt thiết bị (*)	Đáp ứng			Yêu cầu
	Có	Không	KAD	
Nguồn điện:				
- Nguồn điện: - V				
- UPS lưu điện KVA				
- Lioa có aptomat				
-				
Nguồn nước vào:				
-				
-				
Nguồn nước thải:				
-				
-				
Không gian:				
- Cách tường tối thiểu.....m -				
Điều kiện môi trường:				

- Nhiệt độ phòng khi máy hoạt động: 18 - 30 ^{0}C				
- Độ ẩm phòng khi máy hoạt động: <80%				
Một số điều kiện khác				
-				
-				

(*) Các yêu cầu về điều kiện lắp đặt thiết bị được xây dựng dựa vào bảng kiểm Installation trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Kết luận: ☐ Thiết bị được lắp đặt đúng yêu cầu của nhà sản xuất

☐ Thiết bị chưa được lắp đặt theo yêu cầu của nhà sản xuất

Đề nghị:

.....

.....

.....

.....

Đại diện hãng/kỹ sư lắp đặt: _____ Ngày lắp đặt: _____

Người kiểm tra (PXN): _____ Ngày kiểm tra: _____

Người phê duyệt(VTTB): _____ Ngày phê duyệt _____

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ - KHỐI XÉT NGHIỆM

NHÃN THIẾT BỊ KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC

THIẾT BỊ KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC	
Tên:	
Loại:	Mã số TTB
Tình trạng:	
Người lập:	Ngày:

Người không có phận sự không được treo, tháo phiếu này.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM.04.XN.QL.01
..8../4../2024

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
****

SỔ THEO DÕI QUẢN LÝ < NHẬT KÝ>
MÁY MÓC THIẾT BỊ Y TẾ

Tên thiết bị : .....

Khoa sử dụng : .....

Model : .....

Hãng/ nước sản xuất : .....

Người quản lý : .....

Ngày sử dụng : .....

STT	Ngày tháng	Nội dung	Sửa chữa		Thu hồi	Điều chuyển	Bảo dưỡng	Ghi chú	Xác nhận	
			Tại khoa	Tại P.VT					Khoa Sử dụng	P. VT

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
****

SỔ BÁO HỎNG VÀ XÁC NHẬN SỬA CHỮA VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

KHOA, PHÒNG :.....

NĂM :.....

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BVĐK ĐỨC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : ……..

Ngày.....tháng.....năm 20....

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA

Khoa, Phòng : .....

Tên máy đề nghị sửa chữa : .....

Tình trạng hư hỏng :.....

.....

.....

.....

Lý do hỏng : .....

.....

Phụ lục tài liệu kèm theo :.....

.....

Người giao máy **Người nhận máy**

Trưởng, phó khoa phòng (hoặc y tá trưởng ký tên)

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BVĐK ĐỨC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : ……..

Ngày.....tháng.....năm 20....

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA

Khoa, Phòng : .....

Tên máy đề nghị sửa chữa : .....

Tình trạng hư hỏng :.....

.....

.....

.....

Lý do hỏng : .....

.....

Phụ lục tài liệu kèm theo :.....

.....

Người giao máy **Người nhận máy**

Trưởng, phó khoa phòng (hoặc y tá trưởng ký tên)

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BVĐK ĐỨC GIANG
Số : ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ngày.....tháng.....năm 20....

PHẦN SỬA CHỮA, TRẢ THIẾT BỊ

Ngày nhận máy : ..... Ngày sửa xong : .....

Tình trạng hư hỏng khi nhận máy :.....

.....

.....

.....

Nguyên nhân hư hỏng :.....

.....

.....

Vật liệu sửa chữa :.....

.....

Tình trạng máy sau sửa ; .....

.....

Người trả máy

Trưởng, phó khoa phòng (hoặc y tá trưởng ký tên)

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BVĐK ĐỨC GIANG
Số : ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ngày.....tháng.....năm 20....

PHẦN SỬA CHỮA, TRẢ THIẾT BỊ

Ngày nhận máy : ..... Ngày sửa xong : .....

Tình trạng hư hỏng khi nhận máy :.....

.....

.....

.....

Nguyên nhân hư hỏng :.....

.....

.....

Vật liệu sửa chữa :.....

.....

Tình trạng máy sau sửa ; .....

.....

Người trả máy

Trưởng, phó khoa phòng (hoặc y tá trưởng ký tên)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM.06.XN.QL.01
../../2024

BÁO CÁO SỬA CHỮA, BẢO TRÌ THIẾT BỊ

1.Tên thiết bị, dụng cụ:	2. Loại:	3. Mã số thiết bị:	
4. Hãng sản xuất cung ứng:	5. Người quản lý:	6. Người, đơn vị sửa chữa:	7. Thời gian sửa chữa: từ ngày……. đến ngày…….

8. Nội dung, kết quả sửa chữa:

Trước: Sau:

9. Kết luận của người sửa chữa:

□ Thiết bị đã sửa chữa đạt yêu cầu đưa vào sử dụng (gỡ phiếu không sử dụng)

□ không sửa chữa được, thiết bị không thể sử dụng (treo phiếu không sử dụng)

□ …

□ …

Người sửa chữa:_____ Ngày:_____

10. Kết quả kiểm tra chất lượng sau sửa chữa (nếu không có vật liệu nội kiểm bỏ qua mục này)

□ Thiết bị nội kiêm đạt yêu cầu.

□ Thiết bị sau sửa chữa nội kiêm không đạt

□ …

□ …

Quản lý chất lượng PXN:_____ Ngày:_____

11. Ý kiến của đơn vị quản lý:

□ Đồng ý với kết luận của người sửa chữa trên

□ Không đồng ý với kết luận của người sửa chữa trên

□ …

□ …

Đơn vị quản lý: _____ Ngày:_____

11. Duyệt:

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA:.....

DANH MỤC TTBYT ĐỀ NGHỊ BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ NĂM 20....

STT	Tên TTBYT	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1				
2				
..				
..				

Hà Nội, ngày tháng năm 20
TRƯỞNG KHOA/PHÒNG

Xác nhận nhận dự trù
Nhận ngày tháng năm 201..
TRƯỞNG PHÒNG VTTB
(Hoặc người được ủy quyền)

(*) Tạo Biểu mẫu thành 02 bản, 1 bản gửi phòng VTTB, 1 bản lưu tại khoa

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA .....

ĐỀ XUẤT DANH MỤC HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ NĂM.....

STT	Tên thiết bị	Mã thiết bị	Model	Seri	Tần xuất đề nghị(*)	YC về năng lực CQ thực hiện hiệu chuẩn

Ghi chú:
(*) Tần suất đề nghị hiệu chuẩn trang thiết bị tham khảo tại Tài liệu yêu cầu đánh giá phòng xét nghiệm y tế AGLM 01 phiên bản 03 ban hành tháng 08/2016 của Văn phòng công nhận chất lượng BoA và Tài liệu yêu cầu bổ sung cộng nhận phòng xét nghiệm y tế SR02 ban hành tháng 08/2023 của AOSC

Ngày tháng năm
Trưởng khoa

Xác nhận nhận đề xuất
Nhận ngày tháng năm 20..
TRƯỞNG PHÒNG VTTB
(Hoặc người được ủy quyền)

(*) Tạo Biểu mẫu thành 02 bản, 1 bản gửi phòng VTTB, 1 bản lưu tại khoa

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM.09.XN.QL.01
..8./..4./2024

KHOA.....

KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ NĂM.....

TT	Tên thiết bị	Mã số thiết bị	Yêu cầu về tần suất HC	Lần HC gần nhất	Tháng												Đơn vị thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Ghi chú: HC: hiệu chuẩn

Trưởng khoa

Ngày tháng năm 20
Người lập

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM.10.XN.QL.01
8../4../2024

KHOA .....

Bản cập nhật ngày ..... tháng..... năm.....

BẢN KÊ KHAI VỀ THIẾT BỊ Y TẾ CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	TÊN THIẾT BỊ	MÃ THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG	KÍ HIỆU THIẾT BỊ (MODEL)	HÃNG SẢN XUẤT	NƯỚC SẢN XUẤT	NĂM SẢN XUẤT	TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG	BẢO DƯỠNG/ HIỆU CHUẨN	SỐ SERI

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ **LÃNH ĐẠO PHÒNG XÉT NGHIỆM** **ĐẠI DIỆN CƠ SỞ**

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM.11.XN.QL.01
8./4../2024

KHOA .....

Bản cập nhật ngày ..... tháng..... năm.....
Theo kết quả thầu năm .....

DANH SÁCH LIÊN HỆ ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	TÊN THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG	KÍ HIỆU THIẾT BỊ (MODEL)	HÃNG SẢN XUẤT	TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG	NGƯỜI QUẢN LÝ	CÔNG TY CUNG CẤP HÓA CHẤT	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH KINH DOANH (SĐT)	NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT (SĐT)

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ **LÃNH ĐẠO PHÒNG XÉT NGHIỆM** **NHÂN VIÊN KÊ KHAI**

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA/PHÒNG.....

LÝ LỊCH THIẾT BỊ

TÊN THIẾT BỊ:.....

MÃ THIẾT BỊ: .....

MODEL: .....SERI:.....

HÃNG SẢN XUẤT: .....

NƯỚC SẢN XUẤT: .....

NĂM SẢN XUẤT: ..... NĂM SỬ DỤNG:.....

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ:.....

Lập hồ sơ ngày……tháng……năm 20……

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ THIẾT BỊ

Mã số:		Mã số mới	
Mã số mới:		Mã số mới:	

LÝ LỊCH THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị: Việt: Anh:			
2. Serial No:	3. Số sản xuất:	4. Kiểu loại:	
5. Đặc tính kỹ thuật:			
6. Lĩnh vực sử dụng:			
7. Nơi sản xuất:		8. Năm sản xuất:	
9. Ngày nhập:		10. Ngày đưa vào sử dụng:	
11. Nguồn – Đơn hàng		12. Khấu hao(%) …….. năm	
13.Giá nhập:	VND	USD	
14. Dạng thiết bị	□ Quý hiếm	□ Trung bình	□ Thông thường
15. Tình trạng khi mới nhận	□ Mới	□ Đã sử dụng	□ Tân trang
16. Hiệu chuẩn thiết bị Nơi hiệu chuẩn: Chu kỳ hiệu chuẩn: □ Kiểm tra hàng ngày	□ C: cần hiệu chuẩn □ 3T	□ 6T	□ K: không cần □ 1N □ 2N
17. Bảo trì: Hàng ngày Nơi bảo trì: Phương thức:	□ ……tháng	□ ……năm	□ khi cần
18. Phụ tùng chính:			
19. Đơn vị quản lý		Mã TB ban đầu:	

Chuyển đến ngày	Ký giao:	Ký nhận	Mã TB mới	
Chuyển đến ngày	Ký giao:	Ký nhận	Mã TB mới	
Chuyển đến ngày	Ký giao:	Ký nhận	Mã TB mới	

20. Các ghi chú khác:

Người lập: Ngày:	Đơn vị quản lý: Ngày:	Người duyệt: Ngày:

PHẦN 2: THEO DÕI SỬ DỤNG, SỬA CHỮA, THAY THẾ, NÂNG CẤP THIẾT BỊ

Ngày	Sửa chữa/bảo dưỡng/thay thế/nâng cấp/chuyển sử dụng	Tình trạng	Người liên quan ký tên	Ghi chú

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA.....

PHIẾU ĐỀ NGHỊ THANH LÝ THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị dụng cụ:		2. Loại/ Sêri:	3. Mã số thiết bị:
4. Hãng sản xuất:	5. Người quản lý:	6. Đơn vị quản lý:	7. Ngày:

8. Tình trạng hư hỏng: .....
.....
.....
.....
.....
.....

9. Yêu cầu khác: .....
.....
.....
.....
.....

Phụ trách PXN: **Ngày:**

10. Giám đốc bệnh viện (người được ủy quyền):
□ Chờ giải quyết
□ Đồng ý chuyển đến ◊ Thẩm định ◊ Sửa chữa ◊ Bảo trì
○ ....
○ ....
□ ...

Giám đốc Bệnh viện **Ngày:**
(Người được ủy quyền)

HỒ SƠ KHỬ NHIỄM THIẾT BỊ

I. THÔNG TIN CHUNG :

Tên thiết bị:..... Serial No:..... Mã thiết bị: .....

Ngày thực hiện khử nhiễm:.....

Mục đích khử nhiễm (Sửa chữa, bảo trì, hiệu chuẩn vv):.....

II. HOẠT ĐỘNG KHỬ NHIỄM:

1. Tráng máy theo hồ sơ bảo dưỡng của từng thiết bị (nếu có) ☐

2. Khử nhiễm thiết bị bằng dung dịch: ☐ Javen loãng 0.5%

(Tùy từng tiết bị để sử dụng dung dịch phù hợp) ☐ Cồn 70°

☐ Nước cất

Dung dịch đặc biệt khác: .....

.....

3. Cung cấp cho kỹ sư các trang thiết bị bảo hộ như găng tay, khẩu trang, mũ vv khi thực hiện sửa chữa, bảo trì, hiệu chẩn vv. ☐

4. . Các nội dung thực hiện đặc biệt khác của từng thiết bị (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày tháng năm

NGƯỜI GIÁM SÁT
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN
(ký và ghi rõ họ tên)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM.15.XN.QL.01
..8./.4./2024

BIÊN BẢN BÀN GIAO, NGHIỆM THU CHẠY THỬ

Tên thiết bị	
Mã thiết bị	
Hãng sản xuất	
Nước sản xuất	

Model:	**Số seri: .....**
Nhà cung cấp:	**Điện thoại: .....**

I. Văn bản căn cứ:

- Hợp đồng cung cấp hoặc sửa chữa thiết bị.

II. Nội dung:

STT	Nội dung	Có	Không	Ghi chú
1. Bàn giao				
	- Chứng chỉ CO, CQ,...			
	- Các chi tiết theo hợp đồng:			
	Máy chính			
	Phụ kiện kèm theo			
	Hóa chất chạy thử (nếu có)			
	UPS			
	.....			
	- Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt			
	- Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh			Lưu P.VT
2. Đào tạo: (có bảng danh sách người được đào tạo đính kèm)				
	- Hướng dẫn sử dụng			
	- Hướng dẫn bảo dưỡng			
3. Chạy thử thiết bị:		**Đạt**	**KĐ**	
	Kết nỗi hệ thống LIS (nếu có)			
	Hoạt động bình thường, không báo lỗi			
	Kết quả so sánh thiết bị cùng hệ thống (nếu có)			
	Kết quả so sánh thiết bị khác hệ thống (nếu có)			
	Kết quả xác nhận phương pháp xét nghiệm (nếu có)			

(Đính kèm theo kết quả xét nghiệm thử nghiệm trên)

Đề nghị: Đưa thiết bị vào sử dụng: Có ☐ Không ☐

Ngày tháng năm

Phòng VT-TBYT	**Phòng xét nghiệm**	**Đại diện hãng/ Kỹ sư lắp đặt**
(ký và ghi rõ họ tên)	*(ký và ghi rõ họ tên)*	*(ký và ghi rõ họ tên)*

PHIẾU XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ

III. Thông tin chung:

Tên thiết bị: .....

Mã số thiết bị: .....

Ngày lắp đặt: .....

Ngày thực hiện xác nhận: .....

IV. Nội dung xác nhận:

STT	Nội dung xác nhận	Đạt/đủ	Không đạt/ không đủ	Ghi chú
1. Phần xác nhận thử nghiệm của kỹ sư				
a.	Xác nhận việc kết nối của hệ thống với: - Nguồn điện - Mạng LIS			
b.	Xác nhận việc sao lưu, truy suất và lưu trữ thông tin của thiết bị theo mô tả của nhà sản xuất (nếu có)			
c.	Các chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất.			
	.....			
2. Phần xác nhận thử nghiệm của người sử dụng *(Chọn một trong các hình thức số a, b hoặc c)*				
a.	Kết quả so sánh thiết bị cùng hệ thống *(Áp dụng cho thiết bị lắp mới hoặc sửa chữa)*			
b.	Kết quả so sánh thiết bị khác hệ thống (nếu có) *(Áp dụng cho thiết bị lắp mới hoặc sửa chữa)*			
c.	Kết quả xác nhận phương pháp xét nghiệm *(Áp dụng cho thiết bị lắp mới hoặc sửa chữa)*			
d.	Kết quả xét nghiệm trên bộ mẫu QC *(Áp dụng cho thiết bị sau khi được bảo dưỡng)*			
	.....			

(Đính kèm theo kết quả xét nghiệm thử nghiệm trên)

Đề nghị: Đưa thiết bị vào sử dụng: Có ☐ Không ☐

Ngày tháng năm

Phòng VT-TBYT	**Khoa xét nghiệm**	**Đại diện hãng/ Kỹ sư lắp đặt**
(ký và ghi rõ họ tên)	*(ký và ghi rõ họ tên)*	*(ký và ghi rõ họ tên)*

PHIẾU XEM XÉT KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

Tên thiết bị: .....

Mã số thiết bị: .....

Kiểm tra, đối chiếu các thông tin sau có trên báo cáo hiệu chuẩn hay không:

- Tên thiết bị: Có □ Không □ Không đầy đủ/ Sai □
- Model: Có □ Không □ Không đầy đủ/ Sai □
- Số Seri: Có □ Không □ Không đầy đủ/ Sai □
- Ngày hiệu chuẩn thiết bị: Có □ Không □ Không đầy đủ/ Sai □
- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn thiết bị: Có □ Không □ Không đầy đủ/ Sai □
- Tiêu chuẩn sử dụng và liên kết chuẩn: Có □ Không □ Không đầy đủ/ Sai □
- **Kết quả sau hiệu chuẩn:**

  + Độ chính xác được công bố:

  + Hệ số hiệu chỉnh được công bố:

**Ghi chú:*

Nếu giá trị hiệu chỉnh nhỏ hơn giá trị của độ chính xác thì thiết bị đó có thể sử dụng tiếp tục mà không cần giá trị hiệu chỉnh.

Nếu giá trị hiệu chỉnh lớn hơn giá trị của độ chính xác hoặc chuẩn xác định một cách đáng kể, cần báo cáo tới lãnh đạo PXN để xem xét việc sử dụng giá trị hiệu chỉnh với trang thiết bị.

Không phải thiết bị nào cũng được công bố đủ 2 thông số độ chính xác và hệ số hiệu chỉnh. Căn cứ vào phiếu báo cáo kết quả hiệu chuẩn để sử dụng.

- Kết luận:
  - Thiết bị hoạt động ổn định không cần hiệu chỉnh □
  - Thiết bị hoạt động ổn định nhưng cần hiệu chỉnh □ (Thông số hiệu chỉnh: +/-....)

    (Thông số hiệu chỉnh được điền vào hồ sơ theo dõi mà TTB đang sử dụng)
  - Thiết bị cần phải sửa chữa/hiệu chuẩn lại □

Ghi chú nếu có:

.....

Ngày tháng năm

TRƯỞNG KHOA
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ- KHỐI XÉT NGHIỆM

KẾ HOẠCH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ TRANG THIẾT BỊ
Năm:

TT	Tên thiết bị	Mã số thiết bị	Đơn vị thực hiện		Chu kỳ *(tính theo tháng)*	Tháng											
			Nội bộ	Thuê ngoài		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ngày tháng năm 20

Trưởng phòng VTTB **Trưởng khoa xét nghiệm** **Người lập**

HỒ SƠ THEO DÕI VẬN HÀNH THIẾT BỊ

Tháng:...../ năm 20..... Tên thiết bị:..... Mã thiết bị:..... Serial No: .....

STT	Ngày vận hành	Thời gian vận hành *từ.... đến.... (Giờ)*	Tình trạng vận hành TTB *(Ghi rõ Hoạt động tốt, hoặc ghi rõ lỗi hoặc mã lỗi trên TTB*	Tình trạng sử dụng *(Ghi rõ: Không sử dụng, điều chuyển mẫu sang TTB khác, Tốt)*	Người giao TTB	Người nhận TTB

KHOA:.....

HỒ SƠ BẢO DƯỠNG TTB BỞI NGƯỜI SỬ DỤNG CHECK LIST

Tháng:...../ năm 20..... Tên thiết bị:..... Mã thiết bị:..... Serial No: .....

Nội dung bảo dưỡng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HẰNG NGÀY																														
(Nội dung bảo dưỡng)																														
.....																														
Người thực hiện																														
HẰNG TUẦN																														
(Nội dung bảo dưỡng)																														
.....																														
Người thực hiện																														
HẰNG THÁNG																														
(Nội dung bảo dưỡng)																														
.....																														
Người thực hiện																														
KHI BỊ SỰ CỐ ĐỔ VỠ																														
Vệ sinh vị trí đổ tràn *(áp dụng quy trình xử lý đổ tràn)*																														
Người thực hiện																														

Người kiểm tra: