BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

Mã hiệu: **XN.QL.02.02** - Mã bản: 01..XN

Ngày hiệu lực : 01/06/2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Nhân viên	Biên soạn	Nguyễn Thị Ngân	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Hoài Nam Đào Quang Trung Đào Thị Nguyệt	
TP. QLCL	Quản lý và Ban hành	Phạm Quốc Tuấn	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	Đoàn Văn Phúc	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Mã bản	Nơi lưu giữ	Mã bản	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01 02-04	Khoa Hoá sinh Khoa HHTM,VS, GPB

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
Trưởng khoa, phòng					
Trưởng phòng QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
4,5	Mục 5 Nội dung thực hiện	Bổ sung phân loại sự không phù hợp

1. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn các khoa Hóa Sinh, Huyết học truyền máu, Vi sinh, Giải phẫu bệnh thực hiện đúng các quy định phạm vi, trách nhiệm nhận biết và kiểm soát sự không phù hợp trong hoạt động của khoa Hóa Sinh, Huyết học truyền máu, Vi sinh, Giải phẫu bệnh.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này áp dụng cho tất cả sự không phù hợp được ghi nhận trong quá trình hoạt động của khoa Hóa Sinh, Huyết học truyền máu, Vi sinh, Giải phẫu bệnh.

3. TRÁCH NHIỆM

- Trưởng khoa/phòng: chịu trách nhiệm đảm bảo quy trình này được thực hiện tại khoa/phòng mình.

- Nhân viên chất lượng của khoa/phòng: giúp trưởng khoa/phòng điều tra nguyên nhân của sự không phù hợp; xây dựng kế hoạch, theo dõi, giám sát việc thực hiện các kế hoạch hành động khắc phục, hành động phòng ngừa.

- Tất cả nhân viên khoa Hóa Sinh, Huyết học truyền máu, Vi sinh, Giải phẫu bệnh: phát hiện và báo cáo sự không phù hợp; thực hiện kế hoạch hành động khắc phục, hành động phòng ngừa khi được phân công.

4. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT

4.1 Định nghĩa

- Sự không phù hợp: là sự không đáp ứng một yêu cầu.

- Yêu cầu: Là những quy định, cam kết đã được công bố cụ thể bằng văn bản gồm:

+ Quy định của nhà nước, của bệnh viện, những chính sách, mục tiêu, quy định, qui chế, chuyên môn, y đức, qui trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn,…

+ Tiêu chuẩn liên quan.

+ Cam kết với khách hàng.

4.2 Chữ viết tắt

- Sự không phù hợp: SKPH

- Hành động khắc phục/phòng ngừa: HĐKP/PN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Quản lý chất lượng: QLCL

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Các bước thực hiện cụ thể
Tất cả cán bộ, nhân viên	Nguồn gốc xác định SKPH	**1.** Sự không phù hợp có thể xảy ra trong toàn bộ các quá trình tạo, cung cấp sản phẩm/ dịch vụ của các khoa xét nghiệm. Nguồn xác định sự không phù hợp có thể từ: a. Phản hồi, khiếu nại của khách hàng và các bên liên quan (khoa/phòng, cá nhân…). b. Khảo sát hài lòng khách hàng. c. Kết quả đánh giá chất lượng (nội bộ, bên ngoài) d. Họp xem xét của Lãnh đạo. e. Họp chất lượng định kỳ. f. Nhân viên trong khoa/phòng phát hiện khi thực hiện nhiệm vụ. g. Kết quả tự kiểm tra, giám sát. h. Thực hiện, xem xét kết quả kiểm soát chất lượng. i. Xem xét các hồ sơ chất lượng, kỹ thuật. j. Phân tích dữ liệu, phân tích chỉ số chất lượng. **2.** Đối với sự không phù hợp tiềm tàng (chưa xảy ra) có thể dựa vào các phương pháp trên và dựa vào thực hiện đánh giá rủi ro theo quy trình Quản lý rủi ro - XN.QL.24.
Tất cả cán bộ, nhân viên	Xác định, phát hiện và xử trí	**1.** Tất cả cán bộ nhân viên có trách nhiệm xác định sự không phù hợp (đã xảy ra hoặc tiềm tàng), bao gồm toàn bộ hệ thống Quản lý chất lượng từ giai đoạn trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm, quá trình sản xuất các chế phẩm máu và các quá trình khác...nhưng không giới hạn trong các điều sau: - Vi phạm chính sách và quy trình; - Ảnh hưởng sai lệch tới kết quả xét nghiệm; - Ảnh hưởng tới chất lượng máu/chế phẩm máu. - Ảnh hưởng tới sự an toàn của bệnh nhân, người hiến máu, nhân viên y tế và các đối tượng khách hàng khác. **2.** Khi phát hiện sự không phù hợp, nhân viên có thể tiến hành hành động xử lý tức thời (nếu cần thiết) để loại bỏ sự không phù hợp. **3.** Phân loại SKPH: - Loại 1: Ảnh hưởng mức độ nghiêm trọng + Sự không phù hợp gây ảnh hưởng sai lệch kết quả xét nghiệm như: kết quả nội kiểm vượt ngoài kiểm soát, kết quả xét nghiệm sai, nhầm mẫu bệnh phẩm, trả nhầm kết quả xét nghiệm giữa các bệnh nhân/người hiến máu, hoặc ảnh hưởng đến chất lượng của máu và chế phẩm máu, hoặc các sự cố nghiêm trọng khác v.v... Cần phải báo cáo ngay đến trưởng khoa và tùy theo SKPH mà trưởng khoa yêu cầu thực hiện các hành động sau (nếu cần): - Tạm dừng xét nghiệm, giữ lại các phiếu kết quả xét nghiệm chưa trả. Thu hồi kết quả xét nghiệm đã trả.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		- Thông báo cho bác sĩ lâm sàng, Lãnh đạo khoa lâm sàng về sự không phù hợp đã xảy ra, hướng giải quyết của khoa xét nghiệm và việc trả kết quả xét nghiệm sau khi thực hiện các hành động khắc phục đạt yêu cầu. - Những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm sai cần được đánh dấu để tránh nhầm lẫn với bệnh nhân khác. - Điều tra nguyên nhân và thực hiện ngay các hành động khắc phục. Trưởng khoa xét nghiệm xem xét kết quả thực hiện hành động khắc phục và tiếp tục thực hiện xét nghiệm, trả kết quả bị trì hoãn hoặc trả kết quả xét nghiệm khác nếu các hành động khắc phục đạt yêu cầu. - Loại 2: Ảnh hưởng mức độ trung bình + Sự không phù hợp không gây ảnh hưởng nghiêm trọng hay có hại đến sức khỏe bệnh nhân hoặc không khiến bác sĩ lâm sàng đưa ra các thay đổi lớn đến việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Tuy nhiên, những sự không phù hợp này có thể ảnh hưởng tới chất lượng công việc, thời gian trả kết quả phòng xét nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Nếu xảy ra một cách liên tục, hệ thống, những sự không phù hợp này cần lấy hành động khắc phục để ngăn chặn việc tái diễn. + Với sự không phù hợp loại này Trưởng khoa sẽ quyết định có cần HĐKP không - Loại 3: Ảnh hưởng mức độ nhẹ (ảnh hưởng không đáng kể) + SKPH không gây ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe bệnh nhân cũng như tiến trình công việc, có thể do các lỗi ghi chép, có thể không hoặc có ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng ở mức độ thấp và không lặp lại. Với SKPH loại này, nhân viên QLCL ghi nhận và đóng sự không phù hợp, không cần thực hiện hành động khắc phục.
Tất cả cán bộ, nhân viên phát hiện sự không phù hợp	Lập phiếu báo cáo SKPH	**1.** Lập phiếu báo cáo sự không phù hợp, nội dung báo cáo cần chỉ rõ: - Nguồn gốc của sự không phù hợp? - Sự không phù hợp liên quan đến khoa, phòng nào? - Về sự không phù hợp gì? Xảy ra với ai? Khi nào? ở đâu? Diễn biến tình huống dẫn đến sự không phù hợp như thế nào? - Hành động xử lý tức thời (nếu có): Làm việc gì? Bởi ai? Khi nào? Kết quả? - Thời gian và người lập phiếu. **2.** Nhân viên chứng kiến hoặc nhận biết sự SKPH có trách nhiệm báo cáo ngay tại thời điểm nhận biết hoặc càng sớm càng tốt trong vòng 24 giờ, và điền vào "Sổ theo dõi xử lý sự không phù hợp" theo mẫu BM01.XN.QL.02

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Sổ theo dõi xử lý sự không phù	BM01.XN.QL.02	Tủ hồ sơ	05 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

STT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu
	hợp		tại khoa	
2	Phiếu báo cáo sự không phù hợp	BM02.XN.QL.02	Tủ hồ sơ tại khoa	05 năm

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tiêu chuẩn ISO 15189: 2022 Phòng thí nghiệm y tế - Yêu cầu về chất lượng và năng lực.
- Quy trình nhận biết và kiểm soát sự không phù hợp.
- Sổ tay chất lượng.
- Sổ theo dõi sự không phù hợp.
- Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/1/2013 của Bộ y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

SỔ THEO DÕI SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

Ngày phát hiện	Nguồn gốc/ Giai đoạn phát hiện SKPH	Bộ phận/vị trí có SKPH	NV phát hiện SKPH	Mô tả SKPH	Hành động tức thì	Mã số phiếu HĐKP (nếu có)

PHIẾU BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

Mã số phiếu.....

Khoa/phòng liên quan:

Nguồn gốc sự không phù hợp:

- ❑ Đánh giá chất lượng (nội bộ, bên ngoài)
- ❑ Khảo sát hài lòng của khách hàng
- ❑ Phản hồi, khiếu nại của khách hàng
- ❑ Xem xét của Lãnh đạo
- ❑ Kết quả nội/ ngoại kiểm soát chất lượng
- ❑ Nhân viên tự phát hiện khi làm nhiệm vụ
- ❑ Kết quả tự kiểm tra, giám sát
- ❑ Xem xét các hồ sơ chất lượng, kỹ thuật
- ❑ Phân tích dữ liệu, phân tích chỉ số chất lượng
- ❑ Đánh giá nguy cơ

1. Mô tả sự không phù hợp hoặc sự không phù hợp tiềm tàng (do người lập phiếu ghi)
Cần chỉ rõ: Vấn đề không phù hợp gì? Xảy ra với ai? Khi nào? ở đâu? Diễn biến dẫn đến sự không phù hợp như thế nào?

.....

.....

.....

.....

Thời gian phát hiện:.....Người phát hiện:.....

2. Hành động xử lý tức thời (nếu có): Làm việc gì? Bởi ai? Khi nào? Kết quả?

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ...../...../..... **Người báo cáo/lập phiếu:** .....