BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG XÉT NGHIỆM

Mã hiệu: **XN.QL.10.01** - Bản số: 01...XN

Ngày hiệu lực : ...../...4.../2024

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Trưởng khoa Vi sinh	Biên soạn	**Đào Quang Trung**	
Trưởng khoa HH-TM	Kiểm soát chung	**Nguyễn Hoài Nam**	
Trưởng khoa Sinh hóa		**Nguyễn Thị Hoa**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01-04	Khối xét nghiệm

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐK					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định các điều kiện môi trường trong phòng xét nghiệm nên được theo dõi và ghi hồ sơ để đảm bảo chúng không bị ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm, an toàn, hiệu quả các dịch vụ cung cấp, đảm bảo sức khỏe an toàn cho nhân viên phòng xét nghiệm, bệnh nhân, khách đến thăm.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng tại các khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng xét nghiệm chịu trách nhiệm theo dõi nhiệt độ, ẩm độ, và các điều kiện tiện nghi trong phòng xét nghiệm. Đồng thời, nhân viên phòng xét nghiệm có nhiệm vụ báo ngay cho nhân viên an toàn hoặc nhân viên quản lý chất lượng nếu các điều kiện trên không đạt để có hướng xử lý kịp thời.
- Nhân viên an toàn chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ theo quy trình đã soạn thảo, giải quyết các vấn đề phát sinh khi các điều kiện trên không đạt.

4. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

Định nghĩa

Không áp dụng

Từ viết tắt

- TK: Trưởng khoa
- QLCL: Quản lý chất lượng
- PXN: Phòng xét nghiệm
- ATSH: An toàn sinh học
- TTB: Trang thiết bị

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN

5.1 Tiện nghi PXN

- **Sàn nhà**: Chống ăn mòn, chống nấm mốc, bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ hằng ngày. Chống trơn trợt đối với phòng rửa, phòng thay đồ.
- **Tường:** Vật liệu chịu nước, phẳng nhẵn bền vững. Ốp hoặc sơn toàn bộ bề mặt. Khu rửa, phòng tắm phải được ốp gạch men.
- **Trần nhà**: Bề mặt phẳng, có khoảng không để lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thiết bị kỹ thuật.
- **Cửa ra vào**: được lắp kính và có khóa an toàn.
- **Ánh sáng**: Đảm bảo đủ ánh sáng để thực hiện các thao tác chính, không bị ảnh hưởng đến kết quả đọc bằng mắt.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- **Nguồn điện**: Cung cấp các thiết bị y tế và chiếu sáng.

+ Có kết nối với nguồn điện ưu tiên đảm bảo nguồn điện cung cấp liên tục không bị ảnh hưởng đến dịch vụ xét nghiệm

+ Có trang thiết bị đèn cực tím cho khu vực cần thiết

+ Tất cả các TTB, phương tiện PXN phải được tiếp đất và kiểm tra định kỳ hằng năm

- **Nguồn nước:** được cung cấp nước sạch để rửa tay và phục vụ cho xét nghiệm. Nước thải được thoát vào hệ thống chung của bệnh viện, riêng hóa chất độc hại được xử lý sơ bộ không còn độc hại trước khi đưa vào hệ thống chung

- **Chất thải:** chất thải sinh hoạt, y tế được phân loại và chuyển tới bộ phận xử lý chung của bệnh viện tuân thủ theo quy định về Quản lý chất thải y tế kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015.

- **Độ thoáng khí:** Khu vực nhuộm và lấy mẫu bệnh phẩm, nhận mẫu luôn thoáng và thông gió (có thể dùng quạt thông gió).

- **Thiết bị an toàn được kiểm tra đầy đủ định kỳ:** Tủ ATSH, máy ly tâm có nắp đậy, dụng cụ rửa mắt/dung dịch rửa mắt, dụng cụ xử lý mẫu tràn đổ, bộ sơ cứu.

- **Bố trí các TTB:** Các TTB đặt ở vị trí vững chắc, chống rung, máy ly tâm đặt ở vị trí tách biệt tránh ảnh hưởng đến hoạt động của TTB khác.

- **Bố trí khu vực xét nghiệm:** Có các khu vực riêng biệt: nhận mẫu, phòng điều chế, phòng phát máu,…

5.2 Yêu cầu của phòng xét nghiệm và cách thức kiểm tra

Nhiệt độ và độ ẩm:

- Nhân viên PXN sử dụng nhiệt ẩm kế để kểm tra nhiệt độ, độ ẩm PXN, ghi lại mỗi ngày vào 8h và 16h theo biểu mẫu "Phiếu theo dõi nhiệt độ và độ ẩm phòng xét nghiệm", mã tài liệu: BM.01.XN.QL.10

+ Độ ẩm môi trường PXN không quá 70%.

+ Môi trường phòng xét nghiệm các khoa: 21°C-26°C

- Nhân viên PXN sử dụng nhiệt kế ẩm kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh bảo quản, ghi lại vào đầu giờ sáng hàng ngày theo "Phiếu theo dõi nhiệt độ tủ lạnh bảo quản", mã tài liệu: BM.02.XN.QL.10

+ Tủ lạnh bảo quản hồng cầu: 2°C-6°C

+ Tủ lạnh bảo quản huyết tương tươi đông lạnh: -18°C đến -25°C

+ Tủ lạnh bảo quản chủng chuẩn: -30°C, - 80°C (tùy loại chủng chuẩn)

+ Tủ lạnh bảo quản hóa chất và tủ bệnh phẩm lưu: 2°C-8°C

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Riêng phòng Nuôi cấy vi sinh tổng hợp - khoa Vi sinh:

- Tuân thủ An toàn sinh học theo quy định của Quốc gia: Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT ngày 20/02/2019 của Bộ Y tế hợp nhất Nghị định 103/2016/NĐ-CP "*Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm*" và Nghị định 155/2018/NĐ-CP "*Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế*".
- Tủ an toàn sinh học:

+ Theo dõi đèn cực tím (UV) của tủ ATSH theo "Hướng dẫn sử dụng tủ ATSH cấp 2 Thermo 1300 series A2", mã tài liệu: VS.HD.04.01

+ Nhân viên PXN được phân công cấy kiểm tra không khí, cấy kiểm tra bề mặt tủATSH 1 lần/tuần theo quy trình VS.NC.31.01, VS.NC.31.01

- Cấy kiểm tra không khí phòng xét nghiệm 1 lần/tuần theo quy trình VS.NC.27.01.

Kiểm tra chức năng thiết bị an toàn định kỳ: Các thiết bị hỗ trợ an toàn lao động sẽ được kiểm tra định kỳ hàng tháng theo "Bảng kiểm tra trang thiết bị an toàn phòng xét nghiệm", mã tài liệu BM.03.XN.QL.10.

Kiểm tra độ ồn, độ rọi PXN: định kỳ PXN được kiểm tra tiếng ồn, kiểm tra ánh sáng, kiểm tra thông gió 1 năm 1 lần, lưu hồ sơ quan trắc môi trường của bên kiểm tra.

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Stt	Tên hồ sơ	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu theo dõi nhiệt độ, độ ẩm PXN	BM.01.XN.QL.10	Hồ sơ kiểm soát môi trường PXN-Tủ hồ sơ	5 năm
1	Phiếu theo dõi nhiệt độ tủ lạnh bảo quản	BM.02.XN.QL.10	Hồ sơ kiểm soát môi trường PXN-Tủ hồ sơ	5 năm
2	Bảng kiểm tra trang thiết bị an toàn PXN	BM.03.XN.QL.10	Hồ sơ kiểm soát môi trường PXN-Tủ hồ sơ	5 năm
3	Hồ sơ quan trắc môi trường		Hồ sơ kiểm soát môi trường PXN-Tủ hồ sơ	5 năm

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Quy trình Kiểm soát tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng	HT.QL.01
Quy trình kiểm soát hồ sơ	XN.QL.27

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Quy trình cấy kiểm tra không khí tủ ATSH	VS.NC.31
Quy trình cấy kiểm tra bề mặt tủ ATSH	VS.NC.32
Quy trình kỹ thuật cấy khuẩn không khí phòng xét nghiệm	VS.NC.27
Hướng dẫn sử dụng tủ ATSH cấp 2 Thermo 1300 series A2	VS.HD.04

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ y tế, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành 2014.
- TCVN 15189 : 2014, *Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực*, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- ISO 15189:2022, *Medical laboratories – Requirements for quality and competence*, 2012.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA.....

BM.01.XN.QL.10
9./.9./2024

PHIẾU THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM THÁNG..... NĂM 20.....

Tên phòng:.....
Thiết bị theo dõi:.....Mã thiết bị:.....
Nhiệt độ cho phép: .....
Độ ẩm cho phép: .....

Ngày / Thời gian	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E
.....																																																																			
.....																																																																				
.....																																																																				
.....																																																																				
.....																																																																				
.....																																																																				
.....																																																																				
Tên																																																																				

Nhiệt độ °C

Độ ẩm %

M: Sáng
E: Chiều

Nhiệt độ: Màu đỏ
Độ ẩm: Màu xanh

Lưu ý: *Nhiệt độ phòng/thiết bị nằm trong khoảng giới hạn cho phép. Nếu vượt qua giới hạn cho phép, yêu cầu xem xét lại phòng/thiết bị và chất lượng mẫu.*

Lưu hồ sơ này cùng tài liệu gốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA.....

BM.02.XN.QL.10
4../4../2024

PHIẾU THEO DÕI NHIỆT ĐỘ TỦ LẠNH BẢO QUẢN

Thiết bị được kiểm soát: Mã thiết bị:
Thiết bị theo dõi:
Nhiệt độ cho phép: Thời gian theo dõi:

Ngày / Nhiệt độ (°C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Người theo dõi																															

Tủ lạnh bảo quản hồng cầu: 2°C-6°C
Tủ lạnh bảo quản huyết tương tươi đông lạnh: -20°C đến -30°C
Tủ lạnh bảo quản chủng chuẩn: -30°C, - 80°C
Tủ lạnh bảo quản hóa chất và tủ bệnh phẩm lưu: 2°C-8°C

Lưu hồ sơ này cùng tài liệu gốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

KHOA.....

BM.03.XN.QL.10

../../2024

BẢNG KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN PHÒNG XÉT NGHIỆM

Tháng ..... Năm.....

Ngày kiểm tra	Bình cứu hỏa		Đèn chiếu sáng		Vòi xịt mắt khẩn cấp		Bộ dụng cụ xử lý phơi nhiễm	Bộ dụng cụ phòng chống sốc	Tủ thuốc Y tế	Người kiểm tra
	Kiểm tra cảm quan	Tình trạng khối lượng	Số bóng không sáng	Vị trí	Trạng thái van mở nước	Mở nước chảy liên tục trong 15ph				

Lưu hồ sơ này cùng tài liệu gốc