BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH NGOẠI KIỂM

Mã hiệu: **XN.QL.18.02** Mã bản: 01.-XN

Ngày hiệu lực : 02../.06../2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Nhân viên	Biên soạn	**Nguyễn Thị Ngân**	
TK HS	Kiểm soát chuyên môn	**Nguyễn Thị Hoa**	
TKHHTM		**Nguyễn Hoài Nam**	
TK VS		**Đào Quang Trung**	
TK GPB		**Đào Thị Nguyệt**	
TP QLCL	Quản lý và Ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Mã bản	Nơi lưu giữ	Mã bản	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng		Khoa Hoá sinh Khoa Huyết học truyền máu
		01-04	Khoa Vi sinh Khoa Giải phẫu bệnh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
Trưởng khoa					
Trưởng phòng QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
3	2.Phạm vi áp dụng	Bổ sung chữ Giải phẫu bệnh
4	5.2 kiểm tra chất lượng	Nêu rõ mẫu ngoại kiểm thực hiện như mẫu BN
6	5.4.1 các bước thực hiện	Bổ sung tiêu chí lựa chọn đơn vị ngoại kiểm
8	5.4.2 tần suất thực hiện ngoại kiểm	Tần suất ngoại kiểm khoa Giải phẫu bệnh

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này hướng dẫn cách thực hiện ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm nhằm giúp nhân viên biết cách thực hiện ngoại kiểm tra, đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại các khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho tất cả các xét nghiệm được thực hiện tại các khoa xét nghiệm (Hóa sinh, Huyết học – Truyền máu, Vi sinh, Giải phẫu bệnh) mà có chương trình ngoại kiểm tương ứng, nhằm giám sát khách quan các khía cạnh liên quan của quá trình xét nghiệm.

3. TRÁCH NHIỆM

Tất cả nhân viên khoa Xét nghiệm (Sinh hóa, Vi sinh, Huyết học-truyền máu, Giải phẫu bệnh) được phân công có trách nhiệm thực hiện theo quy trình này

Giám sát: Trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng, Quản lý kỹ thuật, và nhân viên quản lý chất lượng được phân công giám sát viêc tuân thủ quy trình này

4. ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa:

- Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm (External quality asessment), gọi tắt là ngoại kiểm tra, là một trong những công cụ quan trọng của kiểm tra chất lượng được sử dụng để giám sát chất lượng xét nghiệm, là công tác đánh giá việc thực hiện xét nghiệm của các phòng xét nghiệm thông qua so sánh liên phòng xét nghiệm.

- Đơn vị triển khai ngoại kiểm (cơ quan/đơn vị kiểm chuẩn): là một tổ chức độc lập có trách nhiệm và vai trò trong việc xây dựng, vận hành chương trình ngoại kiểm tra, phải được sự cho phép của quốc gia (Bộ y tế) hoặc quốc tế.

- Chương trình ngoại kiểm tra: là khoảng thời gian xác định thực hiện ngoại kiểm tra theo chu kỳ (6 tháng, 12 tháng…)

4.2 Thuật ngữ:

Không áp dụng

4.3 Chữ viết tắt:

- EQA: Ngoại kiểm tra (External Quality Assessment)
- NVQLCL: Nhân viên quản lý chất lượng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- NV: Nhân viên
- KTV: Kỹ thuật viên
- PXN: Phòng xét nghiệm
- XN: Xét nghiệm
- SKPH: sự không phù hợp
- HĐKP: hành động khắc phục
- HĐPN: hành động phòng ngừa

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN

5.1 Trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm:

5.1.1 Trang thiết bị:

- Từng loại máy phân tích cho từng xét nghiệm
- Kính hiển vi, dầu soi kính, bàn tính.
- Các trang thiết bị tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng

5.2. Hóa chất, sinh phẩm:

- Hóa chất ngoại kiểm
- Hóa chất, dụng cụ thực hiện các xét nghiệm ngoại kiểm
- Cup nhựa

5.2 Kiểm tra chất lượng

- Chất lượng mẫu ngoại kiểm: Mẫu ngoại kiểm phải được bảo quản thẳng đứng, đúng nhiệt độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất..

- Mẫu ngoại kiểm phải được xử lý và chạy cùng với mẫu bệnh phẩm lâm sàng theo tần suất đã thỏa thuận với nhà cung cấp chương trình EQA, tuyệt đối không được xử lý khác biệt so với quy trình xử lý mẫu bệnh phẩm thông thường của phòng xét nghiệm

5.3 An toàn

5.3.1 Kiểm soát môi trường và an toàn:

- Kiểm soát môi trường: nhiệt độ từ 18°C đến 25°C, độ ẩm < 70%.

- Thực hiện an toàn sinh học: Thực hiện đúng quy trình, xử lý mẫu nội kiểm đã chạy đúng quy trình, xử lý an toàn đối với bệnh phẩm nguy hại.

- Thực hiện an toàn hóa chất: Vỏ lọ hóa chất và các lọ hóa chất sau khi sử dụng phải phân loại và được xử lý theo đúng quy trình xử lý hóa chất và rác thải.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Thực hiện an toàn điện, cháy nổ trong phòng xét nghiệm: Theo quy định về an toàn điện . Được qui định tại sổ tay an toàn phòng xét nghiệm.

5.3.2 An toàn thực hành:

- Mặc trang phục bảo hộ khi làm xét nghiệm: áo blouse, áo choàng
- Đeo găng tay, khẩu trang trong tất cả quá trình tiếp xúc với mẫu, hóa chất
- Thao tác đúng quy trình
- Khi bị tràn, đổ vỡ, rơi vãi hay có khả năng phơi nhiễm với vật liệu lây nhiễm phải báo cáo cho người phụ trách phòng xét nghiệm. Cần lập biên bản và lưu giữ hồ sơ về các sự cố này. Được qui định tại sổ tay an toàn phòng xét nghiệm.
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc và sau khi kết thúc mỗi buổi làm việc.

5.3.3 An toàn hóa chất:

- Các chất thải từ máy và hóa chất thải độc hại sẽ được xử lý sơ bộ trước khi đổ vào hệ thống chung quy định.
- Ghi ngày nhận, mở hóa chất, đọc nhãn mác hóa chất trước khi sử dụng
- Hóa chất chưa sử dụng xếp gọn gàng, phân loại rõ ràng
- Hóa chất thải bỏ được đổ, phải được bỏ vào túi rác màu đen và xử lý theo đúng quy định.

5.3.4 An toàn thiết bị và phòng tránh cháy nổ:

- Thiết bị phải có dây dẫn và phích cắm riêng biệt với các thiết bị khác
- Tất cả các trang thiết bị xét nghiệm phải có phích 3 chấu hoặc nối đất
- Bảo đảm bàn tay và bề mặt làm việc khô trước khi chạm vào thiết bị điện hoặc dây nối
- Tuân thủ các hướng dẫn an toàn về phòng cháy chữa cháy

5.4 Nội dung thực hiện

5.4.1 Các bước thực hiện:

Bước 1:

- Tìm hiểu rõ thông tin về các lĩnh vực ngoại kiểm tra được triển khai và đăng ký tham gia ngoại kiểm tra với đơn vị triển khai ngoại kiểm theo mẫu đăng ký của đơn vị triển khai ngoại kiểm (bằng văn bản hoặc bằng website nếu có).

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Phòng xét nghiệm phải lựa chọn chương trình ngoại kiểm (EQA) từ các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo các mẫu ngoại kiểm phù hợp với xét nghiệm đang thực hiện, và nếu có thể, mô phỏng các mẫu lâm sàng thông thường. Phòng xét nghiệm ưu tiên các chương trình EQA được công nhận theo ISO/IEC 17043

Trong trường hợp không có chương trình ngoại kiểm phù hợp hoặc để bổ sung cho EQA, phòng xét nghiệm sẽ thực hiện các hoạt động giám sát chất lượng khác (ví dụ: so sánh giữa các phương pháp, kiểm tra liên phòng) để đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm

Bước 2:

- Nhận tài liệu hướng dẫn thực hiện ngoại kiểm tra từ đơn vị triển khai ngoại kiểm và tiến hành khai báo phương pháp, thiết bị, thuốc thử, nhà cung cấp mẫu ngoại kiểm tương ứng với từng xét nghiệm mà phòng xét nghiệm đã đăng ký.
- Tài liệu hướng dẫn có thể bao gồm:

+Thông tin liên lạc của đơn vị triển khai ngoại kiểm

+Quy định chung

+Các bước thực hiện ngoại kiểm tra

+Biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

+Bảng mã khai báo phương pháp, thiết bị, thuốc thử

+Lịch phân tích mẫu ngoại kiểm và thời hạn gửi kết quả ngoại kiểm tra về đơn vị triển khai ngoại kiểm

+Hướng dẫn bảo quản và phân tích mẫu ngoại kiểm

Bước 3:

- Lập kế hoạch ngoại kiểm, dự toán kinh phí trình lãnh đạo bệnh viện phê duyệt.
- Đặt mua mẫu ngoại kiểm từ nhà cung cấp mẫu ngoại kiểm.

Bước 4:

Nhận mã của PXN, mã chương trình, mã thiết bị từ đơn vị triển khai ngoại kiểm để đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin kết quả ngoại kiểm tra.

Bước 5:

- Nhận mẫu ngoại kiểm:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Nhận mẫu từ đơn vị giao mẫu thông qua kỹ thuật viên trưởng hoặc nhân viên giao mẫu ngoại kiểm.

+ Kiểm tra đối chiếu thông tin mẫu ngoại kiểm với các chương trình ngoại kiểm đã đăng ký.

- Kiểm tra tình trạng mẫu ngoại kiểm (tính toàn vẹn, màu sắc, nhiệt độ, điều kiện bảo quản…)

- Kiểm tra hạn sử dụng của mẫu ngoại kiểm

+ Ghi nhận các thông tin vào "Phiếu nhập mẫu ngoại kiểm" - mã BM02. XN.QL.18.01.

+ Nếu có bất thường về mẫu phải lập tức phản hồi với đơn vị cung cấp mẫu

+ Bảo quản mẫu ngoại kiểm theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bước 6:

- Phân tích mẫu ngoại kiểm.

+ Thực hiện kiểm tra, chuẩn bị mẫu theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

+ Thực hiện phân tích mẫu ngoại kiểm theo đúng hướng dẫn, lịch phân tích của đơn vị triển khai ngoại kiểm. Mẫu ngoại kiểm được phân tích như mẫu bệnh nhân, do nhân viên thực hiện xét nghiệm thực hiện.

+ In kết quả dưới dạng phiếu trả kết quả giống mẫu bệnh nhân, lưu vào hồ sơ "Kết quả ngoại kiểm" theo từng chương trình.

+ Nhập kết quả ngoại kiểm theo hướng dẫn của đơn vị triển khai ngoại kiểm theo đúng quy định, đúng thời hạn khuyến cáo.

+ Lưu kết quả ngoại kiểm đã gửi vào máy và hồ sơ "Kết quả ngoại kiểm" theo từng chương trình và ghi chú một số vấn đề sai sót (nếu có) trong thời điểm phân tích mẫu ngoại kiểm.

Bước 7:

- Nhận bảng phân tích kết quả ngoại kiểm tra từ đơn vị triển khai ngoại kiểm.

- Dựa vào bảng phân tích nhận được để đánh giá các kết quả đạt hoặc không đạt.

- Trao đổi kết quả ngoại kiểm với nhân viên thực hiện xét nghiệm.

- Báo cáo Trưởng khoa xem xét kết quả ngoại kiểm.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Ghi chép sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa vào "Sổ theo dõi kết quả ngoại kiểm tra" – mã BM01. XN.QL.18.01.

5.4.2 Tần suất thực hiện ngoại kiểm:

- Thời gian tần suất thực hiện ngoại kiểm: Ít nhất 1 chương trình ngoại kiểm/quý, hoặc tham gia ngoại kiểm ít nhất 10 mẫu/ năm cho lĩnh vực xét nghiệm y tế đăng ký công nhận và có ít nhất 1 kết quả đạt đối với từng lĩnh vực trước khi được công nhận

- Giải phẫu bệnh tần suất thực hiện ngoại kiểm: ít nhất 1 chương trình ngoại kiểm/năm.

5.5 Diễn giải kết quả:

5.5.1 Diễn giải, kết quả và báo cáo

- Nhận bảng phân tích kết quả ngoại kiểm tra từ đơn vị triển khai ngoại kiểm.

- Phòng xét nghiệm phải rà soát và đánh giá hiệu suất đạt được trong các chương trình EQA để xác định hiệu quả của các quá trình xét nghiệm."

Khi kết quả ngoại kiểm không đạt yêu cầu hoặc có những sai khác đáng kể so với kết quả mong đợi, phòng xét nghiệm phải ngay lập tức tiến hành điều tra nguyên nhân gốc rễ và xử lý sự không phù hợp theo 'Quy trình kiểm soát sự không phù hợp' (XN.QL.02) và 'Quy trình thực hiện hành động khắc phục' (XN.QL.03). Điều này bao gồm việc xác định tác động tiềm ẩn đến kết quả bệnh nhân trước đó và thực hiện hành động khắc phục thích hợp.

Các hành động khắc phục phải được theo dõi hiệu quả và ghi lại đầy đủ. Phòng xét nghiệm phải sử dụng kết quả EQA như một công cụ để cải tiến liên tục các quá trình xét nghiệm và hệ thống quản lý chất lượng

5.5.2 Điều tra nguồn gốc vấn đề

- Để xác định nguồn gốc vấn đề, chính yếu là xác định được nguyên nhân phổ biến gây chất lượng kém. Lỗi có thể xảy ra bất kỳ giai đoạn nào của quá trình xét nghiệm. Lỗi phân tích có thể chia làm 3 vùng chính: lỗi hành chính, lỗi hệ thống và lỗi ngẫu nhiên.

+ Lỗi hệ thống: dẫn đến kết quả không chính xác, luôn cho thấy xu hướng lệch âm hoặc lệch dương

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Lỗi ngẫu nhiên: ảnh hưởng đến độ tập trung của kết quả, làm kết quả biến đổi theo cả hai hướng lệch âm và lệch dương

- Hiệu quả xét nghiệm kém của một mẫu đơn thuần có thể do lỗi ngẫu nhiên. Nếu chất lượng xét nghiệm kém xảy ra ở vài mẫu, thì khả năng cao lỗi hệ thống xảy ra trong trưởng hợp này, quá trình phân tích nên được xem xét lại.

5.5.3 Thực hiện hành động khắc phục:

Hành động khắc phục là hành động để sửa chữa lỗi và các yếu tố không phù hợp. Một số lỗi có thể dễ dàng phát hiện như lỗi hành chính đơn giản và dễ dàng khắc phục. Tuy nhiên nếu có biểu hiện của lỗi hệ thống hoặc lỗi ngẫu nhiên thì phải thực hiện các hành động khắc phục cụ thể hơn

- Lỗi hệ thống: Thực hiện bảo trì trang thiết bị, hiệu chuẩn, đào tạo nhân viên, đánh giá nhân viên

- Lỗi ngẫu nhiên: Nếu tất cả các nguyên nhân có thể đã được loại trừ, một kết quả không đạt có thể do lỗi ngẫu nhiên. Chạy lại mẫu (nếu được), nếu kết quả phân tích chấp nhận được, không cần hành động khắc phục. Nếu vấn đề còn, tìm hiểu thêm nguyên nhân có thể khởi nguồn của lỗi hệ thống.

5.5.4 Kiểm tra hiệu quả của hành động khắc phục:

- Những kết quả đạt mà thể hiện sai số hoặc xu hướng có vấn đề cũng phải được xem xét (giá trị cảnh báo, giá trị vượt ngưỡng giới hạn cho phép của đơn vị triển khai ngoại kiểm), nhân viên QLKT, QLCL và nhân viên tiến hành phân tích nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục. Các nguyên nhân gây sai số được xem như một SKPH phải được ghi chú và lưu lại trong hồ sơ SKPH, HĐKP, HĐPN theo quy định trong quy trình SKPH, HĐKPvà HĐPN – mã QL.KPH.01.

- Hiệu quả hoặc tác động của bất kỳ hành động khắc phục có thể được đánh giá bằng cách tiếp tục giám sát hiệu quả xét nghiệm theo thời gian.

5.6 Báo cáo kết quả hàng năm:

- Định kỳ tháng 12 hàng năm, PXN phải gửi báo cáo kết quả thực hiện ngoại kiểm theo mẫu đính kèm ở 'Phụ lục 1' về cho AOSC.

- Nếu có kết quả ngoại kiểm nằm ngoài khoảng chấp nhận PXN cần gửi kèm hồ sơ phân tích nguyên nhân và hành động khắc phục SKPH đó về cho AOSC.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

**** Những điểm cần lưu ý:***

- Mẫu EQA có khả năng độc hại về sinh học. Mẫu được lấy hoàn toàn từ người và đều được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-2, HCV, HBsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối mẫu này nên được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm.
- Mẫu EQA chỉ được dùng phân tích trong ống nghiệm; không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ các khuyến cáo thông thường yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất PXN.
- Mẫu EQA phải thực hiện cùng với mẫu bệnh nhân, và được xử lý như mẫu bệnh nhân

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

6.1. Hồ sơ, biểu mẫu

Stt	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Sổ theo dõi kết quả ngoại kiểm tra	BM01.XN.QL.18	Tủ hồ sơ tại khoa	5 năm
2	Phiếu nhập mẫu ngoại kiểm	BM02.XN.QL.18	Tủ hồ sơ tại khoa	5 năm
3	Bảng phân tích kết quả ngoại kiểm tra		Tủ hồ sơ tại khoa	5 năm
4	Phiếu kết quả ngoại kiểm		Tủ hồ sơ tại khoa	5 năm
5	Phiếu báo cáo kết quả cho AOSC hàng năm		Tủ hồ sơ tại khoa	5 năm

6.2. Phụ lục

TT	Tên phụ lục	

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên tài liệu	Mã
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	XN.QL.02
Quy trình thực hiện hành động khắc phục	XN.QL.03
Quy trình lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp hàng hóa-dịch vụ	XN.QL.08

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm - Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh
- Quy định về thử nghiệm thành thạo đối với PXN của AOSC.
- Kiểm soát chất lượng xét nghiệm.
- Bảng xử lý sự cố trong kiểm soát chất lượng.
- Bộ y tế, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành 2014.
- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng PXN y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- ISO 15189:2012, Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence, 2012

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

PHIẾU XEM XÉT KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM (EQAS)

(Review EQAS result record)

Chương trình*(Scheme):* ... **Năm**(*Year)*....

Chu kỳ*(Cycle No.) :*.... **Mẫusố**(Sample No.)……

Máy xét nghiệm (machine): …….. – ….

Ngày nhận mẫu*(Panel received date*) **Ngày báo cáo***(Report date)*

Kết quả xem xét*(Review Analyzed report)*

Các chỉ số phù hợp*(Concordances)*

_____

_____

_____

_____

Các chi số không phù hợp (Detail of *discordances*):

_____

_____

_____

_____

Xem xét nguyên nhân kết quả không phù hợp – NẾU CÓ (*Review cause of Discordance*):

_____

_____

_____

Hành động khắc phục đề xuất – NẾU CÓ (*Corrective action)*:

Hành động khắc phục	Người thực hiện	Thời gian hoàn thành

Được xem xét và đề xuất*(Review by)* _____ Ngày*(Date)* _____

Trưởng khoa xét nghiệm*(Lab section Head)* _____ Ngày*(Date)* _____

(KẾT QUẢ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC XIN XEM MẶT SAU)

Kiểm tra – Xác nhận thực hiện hành động khắc phục*(do cán bộ quản lý chất lượng của khoa xét nghiệm thựchiện)*

Đạt ☐ Không đạt Biện pháp KP-PN mới ☐

Nhận xét:

.....

.....

.....

Ngày:...../...../.....**Người kiểm tra:** .....

Kiểm tra – Xác nhận thực hiện hành động khắc phục*(do cán bộ phòng quản lý chất lượng thực hiện)*

Đạt ☐ KhôngđạtBiệnpháp KP-PN mới ☐

Nhận xét:

.....

.....

.....

Ngày:...../...../.....**Người kiểm tra:** .....

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

BM02.XN.QL.18
10/04/2024

PHIẾU NHẬP MẪU NGOẠI KIỂM

Tên mẫu EQA	Ngày nhập	Số lượng nhập	LOT	DATE	Điều kiện khi nhận (tình trạng mẫu EQA)	Kiểm tra thông tin mẫu EQA	Người giao	Người nhận