PHIẾU KẾ HOẠCH XÁC NHẬN QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM

1/ Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân

2/ Bộ phận thực hiện: Sinh học phân tử

3/ Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026

4/ Người thực hiện: *Ghi rõ trình độ (Bác sĩ, Kỹ thuật viên)*

STT	Nhân viên thực hiện	Thời gian	Nội dung công việc
1	BS Đào Quang Trung	01/2026	Phân tích số liệu
2	CN Đỗ Quốc Hưng	17/12/2026	Đánh giá các điều kiện cơ bản
3	KTV Nguyễn Thị Kim Loan	17/12/2026	Chuẩn bị hóa chất, vật tư
4	BS Đào Quang Trung	01/2026	Xác định độ chính xác
5	BS Đào Quang Trung	01/2026	Xác định độ nhạy
6	BS Đào Quang Trung	01/2026	Xác định độ đặc hiệu

5/ Đánh giá các điều kiện cơ bản:

Theo biểu mẫu "Đánh giá các điều kiện cơ bản", mã tài liệu: BM.01.VS.QL.33

6/ Các bước tiến hành:

6.1 Xác định loại xác nhận và các tiêu chí xác nhận

Phân loại phương pháp *(định lượng, định tính, bán định lượng)*

Định tính

Xác định tiêu chí xác nhận

Độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu, âm tính giả, dương tính giả.

6.2 Chuẩn bị

Chuẩn bị hóa chất

Bộ kit Six Respiratory Pathogens Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)

Chuẩn bị mẫu

- Mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu đựng trong môi trường vận chuyển: 20 mẫu âm tính, 20 mẫu dương tính (đã biết kết quả)

Trang thiết bị, vật tư

- Máy xét nghiệm PCR Iponatic III – Portable Molecular Workstation S
- Tủ ATSH JSCB-1200SB (Hàn Quốc)
- Pipet 1000µl, pipet 100µl
- Đầu côn 1000µl, đầu côn 100µl

Scanned with CamScanner

6.3 Cách tiến hành và chỉ tiêu đánh giá

Tiến hành với 20 mẫu âm và 20 mẫu dương

2 KTV khác nhau, tiến hành thực hiện chạy máy xét nghiệm đa mồi hô hấp với 20 mẫu âm và 20 mẫu dương trong 3 ngày chạy khác nhau. Trong đó:

+ Ngày 1: chạy 16 mẫu âm (8 mẫu âm/1 máy x 2 máy)

+ Ngày 2: chạy 4 mẫu âm (2 mẫu/1 máy x 2 máy) và 12 mẫu dương (6 mẫu/1 ngày x 2 máy)

+ Ngày 3: chạy 8 mẫu dương (4 mẫu/1 ngày x 2 máy)

Phương pháp tính kết quả

$$\text{Độ chính xác} = \frac{\text{Số mẫu dương tính thật} + \text{Số mẫu âm tính thật}}{\text{Tổng số kết quả thí nghiệm}} \text{x } 100$$

$$\text{Độ nhạy} = \frac{\text{Số mẫu dương tính thật}}{\text{Số mẫu dương tính thật} + \text{Số mẫu âm tính giả}} \text{x } 100$$

$$\text{Độ đặc hiệu} = \frac{\text{Số mẫu âm tính thật}}{\text{Số mẫu âm tính thật} + \text{Số mẫu dương tính giả}} \text{x } 100$$

$$\text{Tỷ lệ dương tính giả} = \frac{\text{Số mẫu dương tính giả}}{\text{Số mẫu âm tính thật} + \text{Số mẫu dương tính giả}} \text{x } 100$$

$$\text{Tỷ lệ âm tính giả} = \frac{\text{Số mẫu âm tính giả}}{\text{Số mẫu âm tính giả} + \text{Số mẫu dương tính thật}} \text{x } 100$$

Tiêu chuẩn chấp thuận

- Độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu là $\geq 90\%$
- Tỷ lệ dương tính giả, tỷ lệ âm tính giả là $\leq 10\%$

7/ Đề xuất, kiến nghị

.....

.....

.....

Nhận xét: .....

.....

.....

Scanned with CamScanner

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Trưởng khoa

BS.CKII. Đào Quang Trung

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Người lập phiếu

Đỗ Quốc Huy

Scanned with CamScanner

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN

1/ Tên xét nghiệm: Vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR đa mồi

2/ Phương pháp xét nghiệm: MuDT (Multiple Detection Temperatures) - Công nghệ phát hiện đa đích

3/ Bộ phận thực hiện: Sinh học phân tử

STT	Các điều kiện lựa chọn	Phù hợp/sẵn có	Khả năng phong xét nghiệm	Người thực hiện
1	**Mục đích xét nghiệm:** Phát hiện định tính sự có mặt của các tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp (Influenzae A, Influenzae B, RSV, Adenovirrus, HRV, Mycoplasma pneumoniae)	- Quy trình đảm bảo theo các yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình xét nghiệm vi khuẩn nhuộm soi (quy trình kỹ thuật bao gồm 14 mục)	- Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân, mã tài liệu: VS.PCR.08.01 đã được ban hành ngày 16/12/2024	Đỗ Quốc Hưng
2	**Nguyên lý của phương pháp**	Sử dụng cặp mồi cụ thể và đầu dò huỳnh quang cụ thể được thiết kế để phát hiện vùng bảo tồn của acid nucleic của tác nhân gây bệnh cần phát hiện, cùng với các thành phần như dung dịch PCR và áp dụng nhiều công nghệ phát hiện PCR định lượng thời gian thực bằng huỳnh quang trên thiết bị PCR định lượng huỳnh quang. Sự thay đổi tín hiệu huỳnh quang cho phép phát hiện nhanh acid nucleic của tác nhân gây bệnh đường hô hấp trong các mẫu	- Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân, mã tài liệu: VS.PCR.08.01 đã được ban hành ngày 16/12/2024	Đỗ Quốc Hưng
3	**Nguồn nhân lực (đào tạo, tập huấn)**	- Quy trình quản lý nhân sự được viết theo yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình quản lí	- Quy trình quản lí nhân sự, mã tài liệu XN.QL.30.01	Đào Quang Trung

Scanned with CamScanner

		nhân sự (quy trình quản lý gồm 8 mục) -Tất cả nhân viên được đào tạo và thực hiện đúng quy trình, có đánh giá năng lực hàng năm - Tất cả nhân viên được đào tạo về Vi sinh và có chứng chỉ ATSH cấp I	ban hành ngày 4/4/2024 - Quy trình kiểm tra tay nghề nhân viên khối xét nghiệm, mã tài liêu XN.QL.05.01 ngày ban hành 4/4/2024	
4	**Hóa chất,sinh phẩm**	- Quy trình quản lý sinh phẩm vật tư hóa chất được viết theo yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình quản lí nhân sự (quy trình quản lý gồm 8 mục) - Bộ sinh phẩm Six Respiratory Pathogens Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	- Quy trình quản lý sinh phẩm vật tư hóa chất, mã tài liệu XN.QL.19.01 ban hành ngày 4/4/2024 - Hồ sơ trúng thầu - Hồ sơ đánh giá ngoại quan vào ngày nhận hàng	Nguyễn Thị Kim Loan
5	**Bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị:** - Máy xét nghiệm PCR Iponatic III – Portable Molecular Workstation S - Tủ ATSH JSCB-1200SB (Hàn Quốc)	- Quy trình quản lý trang thiết bị được viết theo yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình quản lí trang thiết bị (quy trình quản lý gồm 8 mục)	- Quy trình quản lý trang thiết bị, mã tài liệu XN.QL.01.03 đã được ban hành ngày 8/4/2024 - Máy xét nghiệm PCR Iponatic III – Portable Molecular Workstation S đầy đủ CO, CQ - Quy trình hướng dẫn sử	Nguyễn Duy Dũng

Scanned with CamScanner

			dụng tủ an toàn sinh học - Tủ ATSH JSCB-1200SB được hiệu chuẩn 29/09/2025	
6	**Điều kiện môi trường và các điều kiện quy định trong phương pháp (lấy mẫu, bảo quản…)**	- Quy trình kiểm soát môi trường xét nghiệm được viết theo yêu cầu của quyết định 5530/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành đối với quy trình quản lí trang thiết bị (quy trình quản lý gồm 8 mục) - Phòng XN đạt chứng nhận ATSH cấp II - Tủ âm sâu (-30^{0}C) - Tủ lạnh 2^{0}C - 8^{0}C - Nhiệt độ phòng xét nghiệm: 21 – 26^{0}C - Độ ẩm: ≤70%	- Quy trình kiểm soát môi trường xét nghiệm, mã tài liệu XN.QL.10.01 ngày ban hành 4/4/2024 - Hồ sơ theo dõi nhiệt độ độ ẩm PXN, nhiệt độ tủ bảo quản - Hồ sơ quan trắc môi trường	Đỗ Quốc Hưng
7	**An toàn sinh học phòng xét nghiệm**		- Phòng XN đạt chứng nhận ATSH cấp II (kèm theo chứng nhận của sở y tế)	Vũ Thị Thu Trang

4/ Kết luận:

☑ Có khả năng thực hiện xác nhận giá trị sử dụng

☐ Không có khả năng thực hiện xác nhận giá trị sử dụng

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Trưởng khoa

BS.CKII. Đào Quang Trung

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Người đánh giá

Scanned with CamScanner

DANH SÁCH MÃ HÓA MẪU

1/ Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân

2/ Bộ phận thực hiện: Sinh học phân tử

TT	Tên bệnh nhân	Mã bệnh nhân (Nguồn gốc mẫu)	Kết quả	Mã hóa mẫu
1	Nguyễn Minh Quân	25007630 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+); ADN (+)	PCR.01
2	Nguyễn Thiên Hoàng Anh	25016273 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+); HRV (+)	PCR.02
3	Bùi Ngọc Lan	25021310 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.03
4	Nguyễn Hữu Phúc	25006517 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.04
5	Nguyễn Đắc Hoàng An	25021801 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+)	PCR.05
6	Đỗ Tuệ Nhi	25023339 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.06
7	Trần Tâm Anh	25019455 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+)	PCR.07
8	Trần Tú Quyên	25020100 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.08
9	Ngô Nguyên Khôi	25020548 – BV Đại học Phenikaa	ADN (+)	PCR.09
10	Cấn Ngọc Nguyên Phong	250001731 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.10
11	Phạm Công Hoan	250004547 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+); ADN (+)	PCR.11
12	Đỗ Bảo Ngọc	250004633 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+); HRV (+)	PCR.12
13	Lương giáp Tú	250032952 – BV Đại học Phenikaa	ADN (+)	PCR.13
14	Phan Thảo Nhi	250022468 – BV Đại học Phenikaa	ADN (+)	PCR.14
15	Nguyễn Trúc Linh	250035226 – BV Đại học Phenikaa	ADN (+)	PCR.15
16	Nguyễn Ngọc Minh Huy	250035402 – BV Đại học Phenikaa	Influenzae A (+)	PCR.16
17	Dương Chí Quang	250032040 – BV Đại học Phenikaa	Influenzae A (+); HRV (+)	PCR.17
18	Nguyễn Hạnh San	250038238 – BV Đại học Phenikaa	RSV (+); HRV (+); ADN (+)	PCR.18
19	Hoàng Minh Châu	250034786 – BV Đại học Phenikaa	HRV (+)	PCR.19
20	Trần Ngọc Minh An	250042601 – BV Đại học Phenikaa	Influenzae A (+)	PCR.20
21	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.21
22	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.22
23	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.23
24	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.24
25	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.25
26	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.26
27	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.27

Scanned with CamScanner

28	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.28
29	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.29
30	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.30
31	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.31
32	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.32
33	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.33
34	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.34
35	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.35
36	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.36
37	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.37
38	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.38
39	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.39
40	Mẫu âm tính	Nước muối sinh lý	Âm tính	PCR.40

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Trưởng khoa

BS.CKII. Đào Quang Trung

Ngày 17 tháng 12 năm 2025
Người mã hóa mẫu

Chu Thị Huyền

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

PHIẾU GHI KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân

Người thực hiện: Đỗ Quốc Hưng **Người giám sát:** Đào Quang Trung

Ngày thực hiện:

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
1	PCR.01	RSV (+); ADN (+)	RSV (+); ADN (+)	x			
2	PCR.02	RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+)	x			
3	PCR.03	HRV (+)	HRV (+)	x			
4	PCR.04	HRV (+)	HRV (+)	x			
5	PCR.05	RSV (+)	RSV (+)	x			
6	PCR.06	HRV (+)	HRV (+)	x			
7	PCR.07	Âm tính	RSV (+)				x
8	PCR.08	Âm tính	HRV (+)				x
9	PCR.09	ADN (+)	ADN (+)	x			
10	PCR.10	HRV (+)	HRV (+)	x			

Scanned with CamScanner

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
11	PCR.11	HRV (+); ADN (+)	HRV (+); ADN (+)	x			
12	PCR.12	RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+)	x			
13	PCR.13	ADN (+)	ADN (+)	x			
14	PCR.14	ADN (+)	ADN (+)	x			
15	PCR.15	ADN (+)	ADN (+)	x			
16	PCR.16	Influenzae A (+), ADN (+)	Influenzae A (+)		x		
17	PCR.17	Influenzae A (+); HRV (+)	Influenzae A (+); HRV (+)	x			
18	PCR.18	Influenzae A (+); RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+); ADN (+)		x		
19	PCR.19	HRV (+)	HRV (+)	x			
20	PCR.20	Influenzae A (+)	Influenzae A (+)	x			
21	PCR.21	Âm tính	Âm tính			x	
22	PCR.22	Âm tính	Âm tính			x	
23	PCR.23	Âm tính	Âm tính			x	
24	PCR.24	Âm tính	Âm tính			x	

Scanned with CamScanner

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
25	PCR.25	Âm tính	Âm tính			x	
26	PCR.26	Âm tính	Âm tính			x	
27	PCR.27	Âm tính	Âm tính			x	
28	PCR.28	Âm tính	Âm tính			x	
29	PCR.29	Âm tính	Âm tính			x	
30	PCR.30	Âm tính	Âm tính			x	
31	PCR.31	Âm tính	Âm tính			x	
32	PCR.32	Âm tính	Âm tính			x	
33	PCR.33	Âm tính	Âm tính			x	
34	PCR.34	Âm tính	Âm tính			x	
35	PCR.35	Âm tính	Âm tính			x	
36	PCR.36	Âm tính	Âm tính			x	
37	PCR.37	Âm tính	Âm tính			x	
38	PCR.38	Âm tính	Âm tính			x	

Scanned with CamScanner

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BM.04.VS.QL.33
16/12/2025

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
39	PCR.39	Âm tính	Âm tính			x	
40	PCR.40	Âm tính	Âm tính			x	

Ngày.....tháng.....năm 2026
Trưởng khoa

Ngày.....tháng.....năm 2026
Nhân viên QLCL

Đỗ Quốc Huy

Scanned with CamScanner

PHIẾU GHI KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân
Người thực hiện: Trần Thị Quy **Người giám sát:** Đào Quang Trung
Ngày thực hiện:

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
1	PCR.01	RSV (+); ADN (+)	RSV (+); ADN (+)	x			
2	PCR.02	RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+)	x			
3	PCR.03	HRV (+)	HRV (+)	x			
4	PCR.04	HRV (+)	HRV (+)	x			
5	PCR.05	RSV (+)	RSV (+)	x			
6	PCR.06	HRV (+)	HRV (+)	x			
7	PCR.07	Âm tính	RSV (+)				x
8	PCR.08	ADN (+)	HRV (+)		x		
9	PCR.09	ADN (+)	ADN (+)	x			
10	PCR.10	HRV (+)	HRV (+)	x			

Scanned with CamScanner

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
11	PCR.11	HRV (+); ADN (+)	HRV (+); ADN (+)	x			
12	PCR.12	RSV (+); HRV (+)	RSV (+); HRV (+)	x			
13	PCR.13	ADN (+)	ADN (+)	x			
14	PCR.14	ADN (+)	ADN (+)	x			
15	PCR.15	ADN (+)	ADN (+)	x			
16	PCR.16	Influenzae A (+)	Influenzae A (+)	x			
17	PCR.17	Influenzae A (+); HRV (+)	Influenzae A (+); HRV (+)	x			
18	PCR.18 (San)	Influenzae A (+); RSV (+); HRV (+); ADN (+)	RSV (+); HRV (+); ADN (+)		x		
19	PCR.19	HRV (+)	HRV (+)	x			
20	PCR.20	Influenzae A (+)	Influenzae A (+)	x			
21	PCR.21	Âm tính	Âm tính			x	
22	PCR.22	Âm tính	Âm tính			x	
23	PCR.23	Âm tính	Âm tính			x	
24	PCR.24	Âm tính	Âm tính			x	

Scanned with CamScanner

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
25	PCR.25	Âm tính	Âm tính			x	
26	PCR.26	Âm tính	Âm tính			x	
27	PCR.27	Âm tính	Âm tính			x	
28	PCR.28	Âm tính	Âm tính			x	
29	PCR.29	Âm tính	Âm tính			x	
30	PCR.30	Âm tính	Âm tính			x	
31	PCR.31	Âm tính	Âm tính			x	
32	PCR.32	Âm tính	Âm tính			x	
33	PCR.33	Âm tính	Âm tính			x	
34	PCR.34	Âm tính	Âm tính			x	
35	PCR.35	Âm tính	Âm tính			x	
36	PCR.36	Âm tính	Âm tính			x	
37	PCR.37	Âm tính	Âm tính			x	
38	PCR.38	Âm tính	Âm tính			x	

Scanned with CamScanner

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BM.04.VS.QL.33
16/12/2025

STT	Mã mẫu	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Dương tính		Âm tính	
				Thật	Giả	Thật	Giả
39	PCR.39	Âm tính	Âm tính			x	
40	PCR.40	Âm tính	Âm tính			x	

Ngày.....tháng.....năm.....
Trưởng khoa

Ngày.....tháng.....năm.....
Nhân viên QLCL

Đỗ Quốc Huy

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

1/ Tên quy trình: Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân

2/ Bộ phận thực hiện: Sinh học phân tử

Tổng số thử nghiệm: n=80

KTV thực hiện	Ngày thực hiện	Dương tính		Âm tính	
		Thật (TP)	Giả (FP)	Thật (TN)	Giả (FN)
Đỗ Quốc Hưng	12/12/2026	16	2	20	2
Trần Thị Quy	13/12/2026	17	2	20	1

Độ chính xác: (TP+TN)/n x 100
Độ đặc hiệu: TN/(TN+FP) x 100
Độ nhạy: TP/(TP+FN) x 100
Tỷ lệ dương tính giả: FP/(TN+FP) x 100
Tỷ lệ âm tính giả: FN/(TP+FN) x 100

TP: Số mẫu dương tính thật TN: Số mẫu âm tính thật n = TP+FP+TN+FN
FP: Số mẫu dương tính giả FN: Số mẫu âm tính giả

Kết luận:

Stt	Chỉ số đánh giá	Ngưỡng chấp nhận	Kết quả	Đạt	Không đạt
1	Độ chính xác	≥ 90%	91,25%	x	
2	Độ nhạy	≥ 90%	91,67%	x	
3	Độ đặc hiệu	≥ 90%	90,9%	x	
4	Tỷ lệ dương tính giả	≤ 10%	9,09%	x	
5	Tỷ lệ âm tính giả	≤ 10%	8,33%	x	

Nhận xét:
Độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu, tỷ lệ dương tính giả, tỷ lệ âm tính giả đều đạt theo tiêu chuẩn chấp thuận. Chấp nhận phương pháp xét nghiệm và đưa vào sử dụng để

Scanned with CamScanner

thực hiện xét nghiệm "Vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR đa mồi" theo "Quy trình xét nghiệm vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Realtime PCR 6 tác nhân".

Ngày.....tháng.....năm 2026
Trưởng khoa

BS.CKII. Đào Quang Trung

Ngày.....tháng.....năm 2026
Người lập biểu

Scanned with CamScanner