BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KHỬ NHIỄM PHÒNG XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

Mã hiệu: **VS.PCR.05.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
KTV	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Chuyên viên		**Đặng Văn Xuyên**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy đinh về việc làm sạch phòng, thiết bị dụng cụ phòng xét nghiệm nhằm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ cho nhân viên xét nghiệm.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình áp dụng cho nhân viên phòng xét nghiệm Sinh học phân tử thuộc khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả nhân viên phòng Sinh học phân tử thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Cán bộ Quản lý an toàn sinh học có trách nhiệm đảm bảo nhân viên thực hiện tuân thủ đúng các quy định.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG VÀ TỪ VIẾT TẮT

- ATSH: An toàn sinh học
- BSC: Tủ an toàn sinh học
- SARS-CoV: Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng

5. VẬT TƯ, HÓA CHẤT

a.Trang phục bảo hộ cá nhân

- Mũ y tế dùng 1 lần
- Khẩu trang y tế dùng 1 lần
- Áo quần xét nghiệm dùng 1 lần
- Găng tay không bột dùng 1 lần
- Sục kín mũi, bao giày dùng 1 lần
- Kính bảo hộ (tấm che mặt)

b. Hóa chất khử nhiễm

- Javen 2%
- Cồn 70°
- DNA Zap
- Nước cất 2 lần

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Cloramin B

c. Dụng cụ vệ sinh

- Vải/khăn thấm/giấy thấm
- Cây lau

6. NGUYÊN LÝ

- Dùng các chất hoá học để bẻ gẫy các cấu trúc cuả các vật liệu di truyền gây nguy cơ phát tán và nhân lên làm nhiễm chéo trong phòng xét nghiệm dẫn đến việc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.
- Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình làm các xét nghiệm SARS-CoV-2

7. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

7.1. Vệ sinh phòng xét nghiệm

a. Tường, cửa kính:

- Dùng khăn ẩm lau nhiều lần đến sạch (lau kỹ các kẽ, góc tường)
- Lau lại bằng khăn thấm ướt Javel 2% để sau 5 phút
- Lau đi lau lại bằng khăn 2-3 lần
- Lau lại bằng khăn sạch nhúng nước sạch và sử dụng khăn sạch lau khô

b. Sàn nhà :

- Dùng cây lau ướt lau bề mặt sàn đến khi sạch.
- Xịt dung dịch Javen 2% để sau 5 phút
- Lau đi lau bằng khăn thấm javen 2-3 lần
- Lau lại bằng khăn lau sạch và bằng nước sạch và để khô

c. Tần suất vệ sinh

- Thời gian phân công vệ sinh *(Theo phụ lục 1)*

Chú ý:

- Làm vệ sinh theo thứ tự:
+ Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài
+ Trần → tường/cửa → bàn/thiết bị → sàn
- Thao tác vệ sinh: Dọn dẹp → Rửa/lau ướt → tẩy uế/khử trùng → lau khô
- Thường xuyên xả cây lau hay khăn lau bằng nước sạch

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Phải có 2 cái xô, một cái chứa nước rửa và một cái chứa dung dịch vệ sinh. Khi nào nước rửa trở nên bẩn phải thay bằng nước sạch
- Không được dùng vật ẩm làm vệ sinh những chỗ có điện.
- Không được sử dụng chổi vì nó làm bụi bay từ nơi này đến nơi khác và gây ra ô nhiễm không khí.
- Khi tổng vệ sinh hàng tuần, sử dụng dung dịch Javen 10% thay thế cho Javen 2%.
- Sau mỗi lần vệ sinh, bật đèn UV liên tục trong 30 phút.
- Sau khi làm vệ sinh, phải ghi vào Phiếu theo dõi vệ sinh.

7.2. Vệ sinh thiết bị

- Đeo găng tay bảo vệ trước khi tiến hành vệ sinh.
- Rút nguồn điện trước khi vệ sinh máy.
- Xịt hoặc lau ướt bề mặt máy bằng dung dịch Javen 2% để trong 5 phút
- Lau bề mặt bằng giấy ướt, sau đó thay găng tay mới
- Lau đi, lau lại 2-3 lần bằng khăn sạch
- Thay găng tiếp, sau đó xịt dung dịch nước sạch và lau khô bằng giấy thấm và tiếp tục thay găng.
- Xịt dung dịch DNAZap tại những khu vực cần làm sạch, sau đó tiếp tục thay găng
- Tiếp tục xịt nước sạch, lau sạch và sau đó lau khô
- Mở cửa kính đến vị trí an toàn.

7.3. Vệ sinh tủ An toàn sinh học

- Sử dụng giấy thấm lau ướt toàn bộ bề mặt trong của tủ ATSH bằng Javel 2% , để sau 5 phút.
- Lau bằng khăn lau đi lau lại 2-3 lần, sau đó thay găng, thay khăn;
- Lau lại bằng khăn thấm nước sạch, sau đó lau khô
- Xịt ethanol 70% lên toàn bộ bề mặt của thiết bị và lau khô.
- Xịt ethanol 70% lần 2 lên toàn bộ bề mặt của thiết bị và để khô tự nhiên.
- Đóng kín cửa tủ mở đèn UV trong 30 phút.
- Thực hiện vệ sinh sau khi kết thúc công việc.

7.4. Quy định đường đi của nhân viên

a. Quy định chung

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Mỗi nhân viên được phân công làm việc trong từng khu vực nhất định, không được phép di chuyển sang các khu vực không thuộc phạm vi làm việc của mình.

b. Đối với nhân viên phòng tách chiết

- Nhân viên vào làm xét nghiệm trong phòng này thực hiện thay giày, dép và thay đồ lần tại phòng đệm và mang bảo hộ cá nhân đầy đủ gồm: áo, mũ, kính, khẩu trang, bao giày => sau đó vào phòng tách
- Khi đi ra ngoài tiến hành thay đồ bảo hộ và đi theo đường khác.

c. Đối với nhân viên làm việc tại phòng Mix mẫu

- Nhân viên vào làm việc thực hiện thay giày, dép và mặc áo bảo hộ tại phòng đệm, mang đầy đủ áo, mũ, khẩu trang mới => vào phòng mix mẫu.
- Khi đi ra ngoài, nhân viên thực hiện theo trình tự ngược lại.
- Thay áo phòng hộ hàng ngày mang đi giặt không sử dụng lại.
- *Lưu ý: Nhân viên mix chứng dương sau cùng và nên thay găng sau khi đã mix mẫu chứng dương xong để mang đi spindown.*

8. QUY ĐỊNH AN TOÀN

- Khi thực hiện khử nhiễm phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
- Sử dụng hóa chất khử nhiễm đúng quy định cho phòng xét nghiệm.
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.
- Thực hiện theo đúng nguyên tắc phân loại cấp độ an toàn sinh học đối với nhóm nguy cơ của tác nhân sinh học

9. LƯU Ý BỔ SUNG

- Sử dụng Javel 2% lau tủ ATSH chú ý lau khô mới được sử dụng tủ, tránh việc mix mẫu ngay vì dễ dẫn đến việc làm đứt gãy vật liệu di truyền, ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.

10. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Quy trình sau xét nghiệm: VS.QL.11.01
- Quy trình xử lý rác thải: VS.QL.16.01
- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- Cẩm nang an toàn phòng thí nghiệm.
- *Safety in health-care laboratories*. Geneva, World Health Organization, 1997, (http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_LAB_97.1.pdf).
- Dentifying and Preventing DNA Contamination in a DNA-Typing Laboratory (By Terri Sundquist and Joseph Bessetti Promega Corporation)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Phụ Lục 1

Bảng theo dõi vệ sinh phòng xét nghiệm

	Ngày	Tuần
Nền	**X**	**X**
Tường		**X**
Bàn, ghế, tủ	**X**	**X**
Kính, cửa	**X**	**X**

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.