



GELEN MALZEME KALİTE KONTROL FORMU  
(STERİLİZASYON ZARFI VE RULOLARI)  
INCOMING MATERIAL QUALITY CONTROL FORM  
(STERILIZATION ENVELOPE AND ROLLS)

Malzeme giriş tarihi:	17.09.2022
Fatura irsaliye no:	wdfsg
Malzeme adı:	BANT ÇİFT TARAFLI 20*20*3
Malzeme miktarı:	60AD
Malzeme lot no / üretim tarihi:	sdgf
Kritik tedarikçi / üretici adı:	BASAL TEKNİK TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.

MALZEME GİRDİ KONTROLÜ

KONTROL KRİTERİ	KONTROL SIKLIĞI	KONTROL MİKTARI	KABUL KRİTERİ	KONTROL METODU & ÖLÇÜM ALETİ	KONTROL SONUCU
Fatura / irsaliye kontrolü	Her fatura / irsaliye	Tüm koliler	Gelen malzeme miktarı fatura / irsaliye ile aynı olmalı, birim fiyat teklifte yazan ile aynı olmalı.	Göz ile fiyat ve miktar kontrol edilir.	Uygun Değil
Raf ömrü kontrolü	Giriş yapan her parti	Tüm koliler	Raf ömrü en az 5 yıl olmalı	Göz ile kontrol	Uygun
Miktar uygunluğu (Koli adedi)	Giriş yapan her parti	Tüm koliler	En az sipariş edilen miktarda olmalı	Göz ile sayarak	
Miktar uygunluğu (koli içi adet)	Giriş yapan her parti	En az 1 koli	Koli üzerinde yazan miktar kadar olmalı	Göz ile sayarak / ürün Teknik Bilgi formunda yer alan adetler	
Ambalaj uygunluğu	Giriş yapan her parti	Tüm koliler	Temiz ve hasarsız olmalı	Göz ile kontrol	
Yırtık / hasar kontrolü	Giriş yapan her parti	En az 1 koli	Yırtık / hasar olmamalı	Göz ile kontrol	
Gramaj Uygunluğu Weight Eligibility	Giriş yapan her parti Logged in every party	En az 1 adet at least 1 piece	Sipariş edilen gramajda olmalı(+/-3 gr/m2) In the ordered weight should be (+/-3 gr/m2)	Hassas terazi ile gramaj ölçümü/Göz ile kontrol precision balance Weight measurement with/Visual check	
Ölçü Kontrolü (En-Boy) Size Control (Aspect)	En az 1 koli	En az sipariş edilen en ve boyda olmalı Must be at least ordered width and length	En az sipariş edilen en ve boyda olmalı Must be at least ordered width and length	Göz ile kontrol eye control	
Kapatma sağlamlık, düzgünlük kontrolü	Giriş yapan her parti Logged in every party	En az 1 koli At least 1 parcel	Zarf ve rulolarda kapatma yerleri düzgün olmalı, açılmalar olmamalı In envelopes and rolls closures are correct there should be no openings	Göz ile kontrol eye control	
İndikatör renk değişim kontrolü indicator color change control	Giriş yapan her parti Logged in every party	En az 1 adet at least 1 piece	Sterilizasyon işlemine maruz bırakıldığında indikatör rengi belirtilen renge dönmeli to the sterilization process when exposed indicator color specified should turn color	Sterilizasyon sonrası göz ile kontrol Sterilization visual inspection after	
Doküman /Analiz Sertifikası kontrolü Document / Certificate of Analysis control	Giriş yapan her parti Logged in every party	Tüm koliler All parcels	İlk defa tedarik edilen malzemeler için güncel sertifikalar, ürün bilgi formu, malzeme test raporları olmalı Analiz sertifikası sonuçları uygun olmalı For materials supplied for the first time, up-to-date certificates, product information form, material test reports must be available.	Göz ile kontrol eye control	

**KOLİ İÇİ MİKTAR UYGUNLUĞU ALTTA YER ALAN DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA KONTROLLER SAĞLANACAKTIR.**  
**CONTROLS WILL BE PROVIDED ACCORDING TO THE COMPATIBILITY OF THE AMOUNT IN THE BOX AND ACCORDING TO**  
**THE VALUES LISTED BELOW.**

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN AÇIKLAMASI PRODUCT DESCRIPTION	BOYUT DIMENSION	KUTU İÇİ ADET QUANTITY IN BOX		
DSR50200	STERİLİZASYON RULO STERILIZATION ROLLER	5cmX200mt	12 ADET PIECE		
DSR75200	STERİLİZASYON RULO STERILIZATION ROLLER	7,5cmX200mt	8 ADET PIECE		
DSR10200	STERİLİZASYON RULO STERILIZATION ROLLER	10cmX200mt	6 ADET PIECE		
DSR15200	STERİLİZASYON RULO STERILIZATION ROLLER	15cmX200m	4 ADET PIECE		
DSR20200	STERİLİZASYON RULO STERILIZATION ROLLER	20cmX200mt	2 ADET PIECE		
DSR25200	STERİLİZASYON RULO STERILIZATION ROLLER	25cmX200mt	2 ADET PIECE		
DSR30200	STERİLİZASYON RULO STERILIZATION ROLLER	30cmX200mt	2 ADET PIECE		
DSR35200	STERİLİZASYON RULO STERILIZATION ROLLER	35cmX200mt	2 ADET PIECE		
DSR40200	STERİLİZASYON RULO STERILIZATION ROLLER	40cmX200mt	2 ADET PIECE		
DSP2025	STERİLİZASYON POŞETİ STERILIZATION BAG	20X25 cm	1400 ADET PIECE		
DSP2525	STERİLİZASYON POŞETİ STERILIZATION BAG	25X25 cm	1300 ADET PIECE		
DSP2530	STERİLİZASYON POŞETİ STERILIZATION BAG	25X30 cm	1300 ADET PIECE		
DSP2535	STERİLİZASYON POŞETİ STERILIZATION BAG	25X35 cm	1200 ADET PIECE		
DSP2540	STERİLİZASYON POŞETİ STERILIZATION BAG	25X40 cm	1200 ADET PIECE		
DSP4052	STERİLİZASYON POŞETİ STERILIZATION BAG	40X52 cm	1200 ADET PIECE		
DSP4055	STERİLİZASYON POŞETİ STERILIZATION BAG	40X55 cm	1200 ADET PIECE		

<b>DOKÜMAN/ANALİZ SERTİFİKASI KONTROLÜ MSDS /Analiz Sertifikası aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda kontrol edilecektir.</b> <b>DOCUMENT/CERTIFICATE OF ANALYSIS CHECK MSDS / Certificate of Analysis will be checked in accordance with the information below.</b>						
ÖZELLİKLER FEATURES	BİRİM UNIT	STANDARD	DEĞERLER VALUES		ANALİZ SERTİFİKASINDA BELİRTİLEN ANALYSIS STATED IN THE CERTIFICATE	
KALINLIK THICKNESS	MICRON	ASTM D 374	LAM.FILM/ 52+_5			
COF	F/M / M/M	ASTM F 1894	0,30-0,35 / 0,35-0,40			
ISIL KAPATMA THERMAL SHUT-OFF	°c	ASTM F 88	150 ± 5			
YIRTILMA RIPPING	G MD TD	D1922	40 ± 5/ 50 ± 5			
PARLAKLIK BRIGHTNESS	%	ASTMD 2457	150 ± 5			
<b>ALTTA YER ALAN DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA KONTROLLER SAĞLANACAKTIR.</b> <b>CONTROLS WILL BE PROVIDED ACCORDING TO THE VALUES LISTED BELOW.</b>						
STERİLİZASYON YÖNTEMİ STERILIZATION METHOD	STERİLİZASYON ÖNCESİ STERILIZATION PRE	STERİLİZASYON SONRASI AFTER STERILIZATION				
EO	MAVİ BLUE	TURUNCU/ KAHVERENGİ ORANGE/ BROWN				
<b>Fiziksel ve Kimyasal özellikler güvenlik bilgi formunda belirtilen değerler arasındaki uygunluk kontrolü dikkate alınarak kontrol edilecektir.</b> <b>Checks for control in terms of values in the Physical and Chemical properties data sheet.</b>						
ÖZELLİKLER FEATURES	BİRİM UNIT	TEST METOT TEST METHOD			DEĞERLER VALUES	ANALİZ SERTİFİKASINDA BELİRTİLEN ANALYSIS STATED IN THE CERTIFICATE
TABAN AĞIRLIK BASE WEIGHT	g/m2	ISO 536			60	
GERİLME DİRENCİ TENSILE STRENGTH	kN/m	EN ISO 1924-2	MD	CD	6,3	2,5
YAŞ GERİLEME DİRENCİ AGE REGRESSION RESISTANCE	kN/m	EN ISO 1924-2	MD	CD	2,1	1,1
YIRTILMA DİRENCİ REAR RESISTANCE	Mn	ISO 1974	MD	CD	550	570
PATLAMA DİRENCİ EXPLOSION RESISTANCE	kPa	ISO 2758			290	
ISLAKTA PATLAMA wet burst resistance	kPa	ISO 3689			100	
ISLAKLIĞA DİRENCİ WET RESISTANCE	kN/m	ISO 3781	MD		1,3	
COBB 60	g/m2	ISO 535			20	
HAVA GEÇİRGENLİĞİ AIR PERMEABILITY	µm/(Pa.s)	ISO 5636-3			11,4	
PÜRÜZSÜZLÜK SMOOTHNESS	ml/mn	ISO 8791-2	FS/WA		450/450	
<b>Uygun Olmayan Ürün Miktarı</b> <b>Inappropriate Product Quantity</b>						
<b>Uygun Olmayan Ürün Değerlendirmesi</b> <b>Inappropriate Product Rating</b>						
<b>SONUÇ/DEĞERLENDİRME</b> <b>CONCLUSION/EVALUATION</b>						
<b>KALİTE KONTROL SORUMLUSU ONAY</b> <b>QUALITY CONTROL OFFICER APPROVAL</b>						
<b>DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU ONAY</b> <b>WAREHOUSE SHIPMENT RESPONSIBLE APPROVAL</b>						
<b>Giriş Kontrol Kabul Etiketi</b> <b>Access Control Acceptance Label</b>						