

Raman PlotMatch Builder

v0.9.0-beta

RAPPORT D'ANALYSE

Analyse spectrale Raman

Informations de l'analyse

Échantillon actif :	CR-G3-05/22042026
Laser échantillon :	633 nm
Base de données :	excellent_unoriented
Spectres affichés :	1
Références :	1
Pics annotés :	3


27 April 2026

Ir. Basile-Vladimir Fauconnier — bvfaconnier@gmail.com

Auteur du rapport

Application développée par Ir. Basile-Vladimir Fauconnier — bvfaconnier@gmail.com

Outil IA d'assistance au développement : Claude Anthropic Opus 4.7



Échantillon : 22042026 — 0055 CDAE+CBRAE

Laser : 633 nm • 1 spectre(s), 1 référence(s), 3 pic(s)

Position (cm ⁻¹)	Label	Minéral source
342.0	E_g	<i>pyrite</i>
378.0	A_g	<i>pyrite</i>
429.0	$T_g^{(3)}$	<i>pyrite</i>

#	Minéral	Fichier source	Laser
1	pyrite	Pyrite__R050070__Raman__532____Raman_Data_Processed__	532 nm