

이퀄라이징

압력을 재고 분석하는 순서입니다.

1

연결 후 전원 켜기 본체와 튜브를 연결하고 전원 버튼을 **약 3초** 길게.

2

모드 선택 **이퀄라이징 · 호흡 훈련** 중 하나를 고릅니다.

3

영점 보정 **약 5초간** 압력을 가하지 마세요.

4

측정 **[시작]** → 코에 대고 이퀄라이징 → **[정지]**.

5

분석 **[분석]**에서 통계·기법 추정·조언을 봅니다.



사용 설명서

기능이 많으므로 정독을 권장합니다.

equalscope.kr/manual.html

호흡 훈련 $\text{CO}_2 \cdot \text{O}_2$

훈련 테이블에 맞춰 음성이 호흡과 숨참기를 안내합니다.

1

테이블 고르기 [테이블]에서 고르거나 만듭니다.

2

훈련하기 [시작] → 음성 안내대로 진행합니다.

3

기록 보기 [기록]에서 라운드별로 확인합니다.

4

모드 바꾸기 이퀄로 돌아갈 땐 **설정** → [전환].

안전

물 밖에서만 하세요 — 예고 없이 의식을 잃을 수 있습니다. 숨참기 전 과호흡 금지, 이상하면 즉시 중단. 물에서는 버디·강사와 함께.



사용 설명서

많은 기능에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

equalscope.kr/manual.html