

首都医科大学附属北京友谊医院

生命伦理委员会伦理审查意见

2025-P1-械-006-01

试验项目名称	评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验					
试验目的	评价江苏势通生物科技有限公司研制的结肠胶囊式内窥镜系统的有效性和安全性。	例数	48 例	检测报告	有厂家自检报告和注册检验报告	
申办单位	江苏势通生物科技有限公司					
申请专业	消化内科	承担责任	☒ 组长单位 ☐ 参加单位	专业 项目	负责人	张澍田 李鹏
主要审查文件	见附件。					
伦理委员会声明	*本伦理委员会严格按照 ICH/GCP、中国 GCP 及相关法规组成和工作。 *本伦理委员会的组成和工作相对独立。					
审查方式	☒ 会议审查 ☐ 快速审查 ☒ 初始审查 ☐ 跟踪审查 ☐ 复审					
审查时间	2025 年 4 月 9 日		会议地点		门诊楼九层 9054。	
审查委员	见会议签到表。					
审批意见： 1、伦理委员会审查结论：①同意；② 作必要修正后 同意；③作必要修正后重审；④不同意； ⑤终止或暂停已批准的试验。 意见和建议：见审查意见表。 2、该研究进行过程中将接受伦理委员会的定期跟踪审查？ ☒ 是 ☐ 否 定期跟踪审查频率： ☐ 3 个月 ☐ 6 个月 ☒ 12 个月						
备注： 1. 如涉及中国人类遗传资源行政许可或备案，在取得中国人类遗传资源管理办公室批件或完成中国人类遗传资源备案后方可依法依规开展研究。 2. 本项临床试验应当在伦理委员会同意进行之日起 1 年内实施。逾期未实施的，本批件自行废止。 3. 修正后同意/复审项目，应将修正后文件及时反馈给伦理委员会，以便签署意见或安排复审。 4. 在试验实施过程中，如需对研究方案、知情同意书等文件做任何修改，应及时向本伦理委员会提交修改申请，经重新审查，获得批准后方可执行。 5. 发生严重不良事件及可能影响风险/受益比的任何事件和新信息须及时报告伦理委员会。 6. 定期/年度跟踪审查项目，于到期前 1 个月内（无论试验开始与否）提交定期跟踪审查申请。 7. 如有不依从/违背方案或暂停/提前终止的试验项目，应及时以书面文件告知本伦理委员会。 8. 临床试验结束后，须及时向伦理委员会提交结题报告。						
主任委员/副主任委员签字 伦理委员会（盖章） 日期：2025 年 4 月 10 日						

伦理委员会地址：北京市西城区永安路 95 号（邮编：100050）联系人：靳聪 电话/传真：010-63139850

首都医科大学附属北京友谊医院

生命伦理委员会

伦理审查文件清单

2025-P1-械-006-01

研究项目：评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验

审查文件：

1. 递交信
2. 伦理审查申请书
3. 本中心主要研究者资质
4. 本中心拟参加本试验的研究团队所有成员名单
5. 本中心拟参加本试验的研究团队成员资质
6. 主要研究者的利益冲突声明和保密协议
7. 无需临床试验审批说明
8. 注册产品行业标准或技术要求
9. 自检报告
10. 产品注册检验合格报告（具有资质的检验机构出具的一年内报告）
11. 关于无需开展动物实验的说明
12. 临床试验机构的设施和条件能够满足试验的综述
13. 试验用医疗器械的研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求的声明
14. 对照产品的合法来源证明及说明书等文件
15. 申办者资质证明：（1）营业执照复印件（2）无生产许可证说明
16. CRO 资质证明：营业执照复印件
17. 监查员的资质证明（含 GCP 培训证书、身份证复印件）、简历及委托函
18. 申办者或 CRO 委托临床试验机构进行临床试验的委托函
19. 申办者给 CRO 的委托函
20. 申办者保证所提供资料真实性的声明

首都医科大学附属北京友谊医院

生命伦理委员会

日期：2025年4月10日



首都医科大学附属北京友谊医院

生命伦理委员会

伦理审查文件清单

2025-P1-械-006-01

研究项目：评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验

审查文件：

21. 研究者保证所提供资料真实性的声明
22. 临床研究方案（V1.0/2025年03月31日）
23. 知情同意书样本（V1.0/2025年03月31日）
24. 受试者招募材料（V1.0/2025年03月31日）
25. 关于不提供研究病历样表说明
26. 病例报告表样表（V1.0/2025年03月31日）
27. 研究者手册（V1.0/2025年03月31日）
28. 关于不提供组长单位批件说明
29. 关于无中心实验室说明
30. 关于无需申报人类遗传资源管理的说明
31. 研究中心列表
32. 关于保险的说明
33. 方案讨论会议纪要
34. 受试者评分表（V1.0/2025年03月31日）
35. 伦理审查申请自查表
36. 项目概要表
37. 结肠胶囊式内窥镜系统肠道准备标准操作规程（V1.0/2025年03月31日）
38. 结肠胶囊式内窥镜系统检查及中心阅片标准操作规程（V1.0/2025年03月31日）
39. 试验器械说明书
40. 医疗器械临床试验申请表

凉友
伦理委员
10103

首都医科大学附属北京友谊医院
生命伦理委员会

日期：2025年4月10日



首都医科大学附属北京友谊医院

生命伦理委员会

审查意见附表

2025-P1-械-006-01

研究项目：评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验

审查意见：

1. 自身对照设计下，受试者是先做电子结肠镜还是结肠胶囊内窥镜检查？两者时间间隔多久？实施两种检查的医生是否为同一人？关于检查的过程需要细化和完善。
2. 方案中对于主要评价指标的描述“TP, FP, FN, TN”的计算规则需要明确。此外，关于中心阅片两种检查结果是否一致的描述，“大小匹配”的具体标准是什么？为何不在同一段位进行比较，若出现下述情况：电子结肠镜在同一和相邻结肠段位均检出息肉，结肠胶囊内窥镜仅在相邻结肠段位检查息肉，那么同一位置和相邻段位均计入一致？是否符合科学性？
3. 中心阅片，是否评价者盲态评价，片子如何编盲？同一片子几个阅片者审阅，阅片者的资质要求等，方案中未提及需要补充。
4. 舒适度评价量表需要提供，并说明该量表来源。
5. 对于数据集的定义不符合自身对照设计的逻辑，没有对受试者进行随机不存在 ITT 集，对于符合方案集的定义也不符合该设计内容。
6. 方案自述为自身对照，为何会涉及到随机？请完善方案相关细节。
7. 如方案变更，需变更相应的知情同意。



首都医科大学附属北京友谊医院

生命伦理委员会

日期：2025年4月10日



首都医科大学附属北京友谊医院生命伦理委员会 会议签到表

姓名	性别	伦理委员会 职务	所在单位	专业	职称	签名	日期	是否回避	
								是	否
吴 静	女	主任委员	北京友谊医院	消化内科	主任医师、教授	吴静	2025.4.9		✓
马 红	女	副主任委员	北京友谊医院	肝病内科	主任医师、教授	马红	2025.4.9		✓
孙 颖	女	委员	北京友谊医院	老年医学	主任医师				
姚宏伟	男	委员	北京友谊医院	普外科	主任医师、教授				
孙志荣	男	委员	北京友谊医院	医院管理	主管技师	孙志荣	2025.4.9		✓
黄樱硕	女	委员	北京友谊医院	心血管内科	副主任医师	黄樱硕	2025.4.9		✓
孔媛媛	女	委员	北京友谊医院	流行病学与卫生统计学	研究员	孔媛媛	2025.4.9		✓
杨春秀	女	委员	北京友谊医院	药 学	主管药师	杨春秀	2025.4.9		✓
郝亚超	女	委员	北京泽博律师事务所	法律	合伙人 律师				
苗玉敏	女	委员	北京市华卫律师事务所	法学	律 师	苗玉敏	2025.4.9		✓
李 军	男	委员	首都医科大学	管理学	副教授	李军	2025.4.9		✓
张 鹏	男	委员	北京友谊医院	外科学	主任医师				
杨大为	男	委员	北京友谊医院	影像诊断	主任医师				
左 旭	女	委员	北京友谊医院	社会医学与卫生事业 管理	助理研究员	左旭	2025.4.9		✓

本名单的适用期从 2025 年 3 月 19 日开始。若伦理委员会委员组成发生变化, 名单将及时更新。

首都医科大学附属北京友谊医院

生命伦理委员会伦理审查批件

2025-P1-械-006-02

试验项目名称	评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验					
试验目的	评价江苏势通生物科技有限公司研制的结肠胶囊式内窥镜系统的有效性和安全性。	例数	48 例	检测报告	有厂家自检报告和注册检验报告	
申办单位	江苏势通生物科技有限公司					
申请专业	消化内科	承担责任	☒ 组长单位 ☐ 参加单位	专业 项目	负责人	张澍田 李鹏
主要审查文件	见附件。					
伦理委员会声明	*本伦理委员会严格按照 ICH/GCP、中国 GCP 及相关法规组成和工作。 *本伦理委员会的组成和工作相对独立。					
审查方式	☐ 会议审查 ☒ 快速审查 ☐ 初始审查 ☐ 跟踪审查 ☒ 复审					
审查时间	2025 年 4 月 29 日 2025 年 4 月 29 日 2025 年 4 月 30 日	会议地点		不适用		
审查委员	姚宏伟、孔媛媛、孙志荣					
审批意见： 1、伦理委员会审查结论： ☒ ①同意； ☐ ②作必要修正后同意； ☐ ③作必要修正后重审； ☐ ④不同意； ☐ ⑤终止或暂停已批准的试验。 意见和建议：无。 2、该研究进行过程中将接受伦理委员会的定期跟踪审查？ ☒ 是 ☐ 否 定期跟踪审查频率： ☐ 3 个月 ☐ 6 个月 ☒ 12 个月						
备注： 1. 如涉及中国人类遗传资源行政许可或备案，在取得中国人类遗传资源管理办公室批件或完成中国人类遗传资源备案后方可依法依规开展研究。 2. 本项临床试验应当在伦理委员会同意进行之日起 1 年内实施。逾期未实施的，本批件自行废止。 3. 修正后同意/复审项目，应将修正后文件及时反馈给伦理委员会，以便签署意见或安排复审。 4. 在试验实施过程中，如需对研究方案、知情同意书等文件做任何修改，应及时向本伦理委员会提交修改申请，经重新审查，获得批准后方可执行。 5. 发生严重不良事件及可能影响风险/受益比的任何事件和新信息须及时报告伦理委员会。 6. 定期/年度跟踪审查项目，于到期前 1 个月内（无论试验开始与否）提交定期跟踪审查申请。 7. 如有不依从/违背方案或暂停/提前终止的试验项目，应及时以书面文件告知本伦理委员会。 8. 临床试验结束后，须及时向伦理委员会提交结题报告。						
主任委员/副主任委员签字： 伦理委员会（盖章） 日期：2025 年 5 月 6 日						

伦理委员会地址：北京市西城区永安路 95 号（邮编：100050）联系人：靳聪 电话/传真：010-63139850

首都医科大学附属北京友谊医院

生命伦理委员会

伦理审查文件清单

2025-P1-械-006-02

研究项目：评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验

审查文件：

1. 递交信
2. 复审申请
3. 临床研究方案-清洁版（V1.1/2025年04月11日）
4. 临床研究方案-修订版（V1.1/2025年04月11日）
5. 知情同意书-清洁版（V1.1/2025年04月11日）
6. 知情同意书-修订版（V1.1/2025年04月11日）
7. 结肠胶囊式内窥镜系统检查及中心阅片标准操作规程-清洁版（V1.1/2025年04月11日）
8. 结肠胶囊式内窥镜系统检查及中心阅片标准操作规程-修订版（V1.1/2025年04月11日）
9. 临床试验机构和主要研究者信息-清洁版（V1.1/2025年04月11日）
10. 临床试验机构和主要研究者信息-修订版（V1.1/2025年04月11日）
11. 文件修订说明
12. 保险正文
13. 受试者舒适度评价调研问卷（V1.0/2025年03月31日）

首都医科大学附属北京友谊医院

生命伦理委员会

日期：2025年5月6日

