

受试者知情同意声明

“我已被告知胶囊式内窥镜系统临床试验的研究的背景、目的、步骤、风险及获益情况。我有足够的时间和机会进行提问，问题的答复我很满意。我也被告知，当我有问题、想反映困难、顾虑、对研究的建议，或想进一步获得信息，或为研究提供帮助时，应当与谁联系。我已经阅读这份知情同意书，并且同意参加本研究。我知道我可以在研究期间的任何时候无需任何理由退出本研究。

我被告知我将得到这份知情同意书的副本，上面包含我和研究者的签名。”

受试者签名

杨永军

日期 2023.3.13, 13:30

受试者联系电话

13730215827

(当受试者知情同意能力欠缺或不足时，增加或替换以下方式：)

监护人签字

日期

研究者告知声明

“我已告知该受试者胶囊式内窥镜系统临床试验的研究背景、目的、步骤、风险及获益情况，给予他/她足够的时间阅读知情同意书、与他人讨论，并解答了其有关研究的问题；我已告知该受试者当遇到与研究相关的问题时可随时与李鹏医生联系，遇到与自身权利/权益相关问题时随时与首都医科大学附属北京友谊医院生命伦理委员会联系，并提供了准确的联系方式；我已告知该受试者他/她可以退出本研究。我已告知该受试者他/她将得到这份知情同意书的副本，上面包含我和他/她的签名。”

研究者签名

李鹏

日期

2023.3.13, 13:32



知情同意书交接记录表

项目名称	胶囊式内窥镜系统临床试验			
申办方	江苏势通生物科技有限公司			
中心号/研究中心	01/首都医科大学附属北京友谊医院			
负责科室/主要研究者	消化内科/李鹏			
受试者姓名缩写	性别	知情同意书签署时间	受试者领用知情同意书时间	受试者领用知情同意书签名
YYJV	男	2023.3.13	2023.3.13	杨永军

注意：每个受试者签署一张表，不同受试者不能签署同一张表格



容城县人民医院
医学影像科检查报告单

电子胶片



微信扫一扫
查看电子胶片

姓名：杨永军

性别：男

年龄：32岁

登记号：0000079927

检查号：FS20230302089

住院号：——

病区：

病床号：

检查项目：CT平扫+三维重建(全腹(包括盆腔))

检查所见：

肝脏形态、大小正常，各叶比例正常，肝裂不宽，肝实质内未见异常密度区，肝内胆管无扩张。胆囊大小及形态正常、壁不厚，腔内未见异常密度。胰腺大小形态正常，实质内未见异常密度，主胰管未见扩张。脾脏未见增大，形态及密度正常。

双侧肾上腺形态规整，未见明确异常密度。

双肾大小、形态正常，实质内未见异常密度，肾盂肾盏未见扩张。双侧输尿管未见扩张，壁未见异常增厚。膀胱充盈良好，壁未见异常增厚，腔内未见异常密度。精囊腺形态规整，未见明确异常密度。前列腺体积未见增大，实质内未见异常密度。

肠管分布正常，肠壁未见异常增厚，肠腔内未见异常密度。盆-腹腔内未见积液及肿大淋巴结。

诊断意见：

全腹CT平扫未见明确异常。

请结合临床及时进一步检查。

1111. 2023. 3. 13

报告医师：

李强

审核医师：

郭英茹

报告日期：2023年03月02日 10:43:03

提示：本报告仅供临床参考使用，不作其它证明文件使用！报告经审核医师手工签字后生效。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

首都医科大学附属北京友谊医院(西城院区)

门诊病历

姓名:杨永军 性别:男 年龄:32岁 ID号13692277

就诊科室:消化门诊 就诊日期:2023年03月13日

病情摘要:

文化程度:初中 保险类型:新农合。

神志清、精神可。患者可能符合我科正在开展的一项“胶囊式内窥镜系统临床试验”。刘揆亮医生详细解答研究的目的、风险、获益及试验流程回答了患者提出的所有问题,告知患者按照临床试验程序,对于涉及临床试验的检查,先行自费,后续报销。知情同意开始时间为2023-3-13 上午13:00,患者充分理解知情同意内容,患者经充分考虑后表示愿意参加该临床试验,并于2023-3-13 上午13:30在本院签署知情同意书,签署一式两份,知情同意书版本为(首都医科大学附属北京友谊医院知情同意书版本号V1.0 版本日期为2022年08月10日;基于方案编号:JSST-2208 版本号V1.0 版本日期为2022年08月10日),一份已签署的知情同意书交由受试者保存,一份存档研究中心。受试者筛选号为:

010005。

现病史:



首都医科大学附属北京友谊医院(西城院区)

门诊病历

姓名:杨永军 性别:男 年龄:32岁 ID号13692277

就诊科室:消化门诊 就诊日期:2023年03月13日

本次需要胶囊式内窥镜检查的适应症为:无法解释的腹痛,经上下消化道内镜检查无阳性发现者。

既往病史:

疾病史:否认心脏病史,否认糖尿病、脑血管病、精神疾病史。否认肝炎史、结核史、疟疾史。过敏史:无;输血史:无,预防接种史:无,传染病史:无。其他系统回顾无特殊。患者否认吞咽障碍病史、胃肠动力障碍病史、严重便秘史、胃肠道梗阻/狭窄/粘连/憩室/瘘管/穿孔病史、急性肠炎病史、溃疡性结肠炎病史、放射性结肠病史、细菌性痢疾病史、严重缺铁性疾病病史、不稳定型冠心病或心肌梗死、重要器官(心脏、肺脏、肝脏、肾脏)功能障碍病史。

手术史:有于三年前进行阑尾炎手术,具体时间不详。患者既往三个月未参加过其他药物/器械临床试验。

合并用药:患者于2023-02-21至2023-03-08服用匹维溴胺片 50mg tid po 治疗腹痛

生命体征 血压 118/80 mmHg 体温:36.7℃, 脉搏:79次/分,



首都医科大学附属北京友谊医院(西院区)

门诊病历

姓名:杨永军

性别:男

年龄:32岁

ID号13692277

就诊科室:消化门诊

就诊日期:2023年03月13日

呼吸:19次/分, 身高178cm, 体重75kg。

处理:

1. 血HCG: 患者男性, 未执行HCG检查
2. 入排标准核查: 患者经筛选, 符合所有入选标准, 不符合所有排除标准, 并告知受试者进行检查前准备。

本次无不良事件, 无器械缺陷, 无方案偏离;

流行病学史: [流行病学史]

本人就诊

流行病学史: [流行病学史]

本人就诊

诊断: [诊断]

处理:

医师签名:

[签名]

CLC
2023.3.13



首都医科大学附属北京友谊医院(西城院区)

门诊病历

姓名:杨永军 性别:男 年龄:32岁 ID号13692277

就诊科室:消化门诊 就诊日期:2023年03月14日

病情摘要:

患者于昨日19:00、今早5:00使用灌肠用药,口服复方聚乙二醇电解质散68.56g/包*3,口服西甲硅油乳剂40mg10ml*1瓶。

生命体征血压 121/ 80mmHg 体温:36.4℃, 脉搏:70次/分, 呼吸:19次/分, 身高178cm, 体重74kg

1. 入排标准核查: 患者经筛选, 符合所有入选标准, 不符合所有排除标准, 经系统随机, 患者随机号R010005, 胶囊编号: PC0126008, 分组结果: 试验组。

2. 按照胶囊操作指南, 行检查前准备, 检查时间: 2023年3月14日, 吞服胶囊时间: 上午10点27分; 吞服成功, 胶囊式内窥镜在吞服后未经内镜推送80min内通过幽门。

本次无不良事件, 无器械缺陷, 无方案偏离; 嘱患者胶囊排出后及时回院, 并将排出的胶囊带回。

流行病学史: [流行病学史]

本人就诊



首都医科大学附属北京友谊医院(西城院区)

门诊病历

姓名:杨永军

性别:男

年龄:32岁

ID号13692277

就诊科室:消化门诊

就诊日期:2023年03月14日

诊断:[诊断]

处理:

医师签名:

[签名]

(111)

2023.3.14



首都医科大学附属北京友谊医院(西城院区)

门诊病历

姓名:杨永军

性别:男

年龄:32岁

ID号13692277

就诊科室:消化门诊

就诊日期:2023年03月16日

病情摘要:

010005患者今日完成V3访视,患者于2023年3月16日 11:31排出胶囊,完成胶囊的回收和送回,患者2023年3月16日已送回图像记录仪,阅片后实际通过幽门用时为:14分56秒

今日测量生命体征:血压110/74 mmHg 体温:36.7℃ 脉搏:75次/分 呼吸:20次/分。查体:神志清、精神可。未见颈静脉怒张及颈动脉异常搏动,未闻及颈动脉杂音。全肺未闻及明显干湿啰音。心界不大,律齐,心音可,未闻及明显杂音、心包摩擦音。腹平坦,腹软,无压痛反跳痛,无腹肌紧张,肝、脾肋下未触及,Murphy征阴性,麦氏点无压痛,腹部叩诊呈鼓音。双下肢不肿,患者今日来本院中医科就诊,医生诊断为痰淤互结证、抑郁状态故记录AE,上报AE,痰淤互结证I级

、抑郁状态I级,与研究器械肯定无关,于研究流程肯定无关,开始时间为2023-03-16,患者今日开始服用:1.草酸艾司西酞普兰片 20mg,po口服,每日一次,用于治疗抑郁。2.罗拉片 1mg,po口服,每晚一次,用于治疗抑郁。3.乌灵胶囊 3粒po口服,每日三次,此药为预防用药。



首都医科大学附属北京友谊医院(西城院区)

门诊病历

姓名:杨永军

性别:男

年龄:32岁

ID号13692277

就诊科室:消化门诊

就诊日期:2023年03月16日

由刘揆亮研究者在十二指肠、空肠、回肠各部位随机选取2段视频(每段60秒,共6段)进行处理后,由宗晔医生和杨迅医生盲法进行独立审评完成检查图像质量评价、其他次要标准评价。

图像质量评价:

01杨迅医生评价:十二指肠形态及结构(粘膜、皱襞、绒毛、血管等)显示情况5分,空肠形态及结构(粘膜、皱襞、绒毛、血管等)显示情况4分,回肠形态及结构(粘膜、皱襞、绒毛、血管等)显示情况5分,图像伪影5分,图像均匀性5分,是否符合优良标准:是。

02宗晔医生评价:十二指肠形态及结构(粘膜、皱襞、绒毛、血管等)显示情况5分,空肠形态及结构(粘膜、皱襞、绒毛、血管等)显示情况4分,回肠形态及结构(粘膜、皱襞、绒毛、血管等)显示情况4分,图像伪影5分,图像均匀性5分,是否符合优良标准:是。

图像质量评价取01和02两位医生综合评分的最低分,故最低分为4分。



首都医科大学附属北京友谊医院(西城区)

门诊病历

姓名:杨永军 性别:男 年龄:32岁 ID号13692277

就诊科室:消化门诊 就诊日期:2023年03月16日

设备常用功能评价:

01刘揆亮医生评价:图像存储、传输、管理为:良,图像处理软件界面友好性为:优,参数设置:良,读片功能为:优,图像、报告编辑为:优,总结为:良。

02李红梅医生评价:图像存储、传输、管理为:良,图像处理软件界面友好性为:优,参数设置:良,读片功能为:优,图像、报告编辑为:优,总结为:良。

设备常用功能评价取01和02两位医生评价低者为准,故评价为:良

设备稳定性评价:

01刘揆亮医生评价:工作流为:优,使用稳定性为优,综合为优。; 02李红梅医生评价:工作流为:优,使用稳定性为优,综合为优; 设备稳定性评价取01和02两位医生最低的评分,故评分为优。

全小肠检查完成情况:已完成; 小肠全景图像生成情况:未完成; 出具诊断报告日期:2023年3月15日,检查诊断时间:01:22:35。



首都医科大学附属北京友谊医院(西城院区)

门诊病历

姓名:杨永军 性别:男 年龄:32岁 ID号13692277

就诊科室:消化门诊 就诊日期:2023年03月16日

患者于2023年3月14日完舒适度评价:胶囊式内镜吞咽方便度为4分;图像记录仪穿戴便捷性为4分;图像记录仪穿戴舒适度为4分,胶囊式内窥镜系统使用舒适度整体评分为4分。

上次访视至今,患者未使用与试验用试验医疗器械和对照器械功效相似的产品,未使用促胃肠动力药物,无其他合并用药。

上次访视至今,患者未发生过任何不良事件,器械无识别错误,无产品质量问题、无设计缺陷、无消毒包装破损等器械缺陷情况。

检查结果:小肠粘膜未见明显异常。

流行病学史:[流行病学史]

本人就诊

诊断:腹痛

处理:

医师签名:

CLK [签名]

2023.3.16.



受试者入组审核确认表

项目名称	胶囊式内窥镜系统临床试验				
申办单位	江苏势通生物科技有限公司				
研究中心	首都医科大学附属北京友谊医院	中心编号	01		
专业组	消化内科	主要研究者	李鹏		
筛选号	010005	姓名缩写	YYJV	ICF 签署时间	2023.3.13

入选标准			
(患者必须满足以下所有入选标准才可入组本研究)	是	否	NA
(1) 年龄 18-70 周岁 (含 18 周岁及 70 周岁), 性别不限;	☒	☐	☐
(2) 临床需要胶囊式内窥镜检查小肠者 (包括但不限于不明原因的消化道出血、无法解释的腹痛、无法解释的腹泻、各种炎症性肠病, 肠梗阻者及肠狭窄者除外。)	☒	☐	☐
(3) 胃肠道生理结构完整;	☒	☐	☐
(4) 受试者或其监护人能够理解试验目的, 显示对研究方案有足够的依从性, 自愿参加试验并签署知情同意书。	☒	☐	☐

排除标准			
(具有以下任何一项的患者不能入组本研究)	是	否	NA
(1) 有严重吞咽困难者;	☐	☒	☐
(2) 有严重的胃肠道动力障碍或严重便秘者;	☐	☒	☐
(3) 消化道畸形、狭窄、穿孔或瘘管者;	☐	☒	☐
(4) 急性肠炎、严重的缺血性疾病及放射性结肠炎, 如细菌性疾病活动期、溃疡性结肠炎急性期, 尤其暴发型者;	☐	☒	☐
(5) 体内植入心脏起搏器者或其他电子仪器者;	☐	☒	☐
(6) 有已知的手术吻合口狭窄可能会引起胶囊滞留者;	☐	☒	☐
(7) 有胃肠道手术史者;	☐	☒	☐
(8) 有手术禁忌症者;	☐	☒	☐
(9) 拒绝行腹部手术者;	☐	☒	☐
(10) 妊娠、哺乳期及精神病者;	☐	☒	☐
(11) 正在参加或三个月内参加过其他药物/医疗器械临床试验者;	☐	☒	☐
(12) 不能准确交流治疗中的感受, 无法正常沟通者;	☐	☒	☐



(13) 研究者认为不宜参加本临床试验的。	☐	☒	☐
-----------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

审核入选、排除标准
筛选期各项检查是否已全部完成?
☒ 是 ☐ 否; 如否, 请说明原因: _____
该受试者是否符合所有入选标准且不符合任何一条排除标准?
☒ 是 ☐ 否; 如否, 请说明: _____

研究者签名: LKL

日期: 2023.3.14



模块 >

人口学资料

知情同意书

现病史

既往病史

生命体征

血妊娠检查

入排标准

询问页

10) 妊娠、哺乳期及精神病者

否

11) 正在参加或三个月内参加过其他药物/医疗器械临床试验者

否

12) 不能准确交流治疗中的感受, 无法正常沟通者

否

13) 研究者认为不宜参加本临床试验的

否

入组评估

病人是否符合所有的入选标准且不符合所有的排除标准

是

是否告知如何进行检查前准备

是

是否随机

是

随机时间

2023-03-14 09:03

随机结果

试验组

随机号

R010005

受试者生命体征记录表

方案名称		胶囊式内窥镜系统临床试验							
中心号/研究中心		01/首都医科大学附属北京友谊医院							
主要研究者		李鹏							
受试者姓名缩写/筛选号		YYJU / 010001							
访视	日期	血压 (mmHg)	脉搏 (次/ 分)	呼吸 (次/ 分)	体温 (°C)	身高 (cm)	体重 (kg)	操作者	备注
访视 1	2023.3.13	118/80	79	19	36.7	178	75	孙磊	
访视 2	2023.3.14	121/80	70	19	36.6			孙磊	
访视 3	2023.3.16	110/74	75	20	36.7			孙磊	
访视 4									
访视 5									



胶囊式内窥镜系统使用舒适度评价表

方案名称	胶囊式内窥镜系统临床试验		
中心号/研究中心	01/首都医科大学附属北京友谊医院	主要研究者	李鹏
筛选号	010005	受试者姓名缩写	YYTV
胶囊式内窥镜系统使用舒适度评价			
评价项目	评价		
胶囊式内镜吞咽方便度	☐ 5分 ☒ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分		
图像记录仪穿戴便捷性	☐ 5分 ☒ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分		
图像记录仪穿戴舒适度	☐ 5分 ☒ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分		
胶囊式内窥镜系统使用舒适度整体评分： <u>4</u> 分			
评价日期：2023年3月14日			
评价标准：上述各项根据使用者的主观感受进行中立的评价，5分=非常满意，4分=满意，3分=比较满意，2分=不满意，1分=非常不满意。胶囊式内窥镜系统舒适度的整体评分以以上各评估项目中最低分为准。整体评分≥ 3分，即可认为该病例满足临床应用，符合舒适度标准。			
受试者签名： 杨永军 日期：2023.3.14			



胶囊式内窥镜系统图像质量评价表

方案名称	胶囊式内窥镜系统临床试验		
中心号/研究中心	01/首都医科大学附属 北京友谊医院	主要研究者	李鹏
筛选号	01005	受试者姓名缩写	YYJV

1	检查图像质量评价	
	评价项目	评价
	十二指肠形态及结构 (粘膜、皱襞、绒毛、 血管等) 显示情况	医生1: ☒ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	空肠形态及结构(粘膜、 皱襞、绒毛、血管等) 显示情况显示情况	医生1: ☐ 5分 ☒ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	回肠形态及结构(粘膜、 皱襞、绒毛、血管等) 显示情况	医生1: ☒ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	图像伪影	医生1: ☒ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	图像均匀性	医生1: ☒ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	是否符合优良标准: ☒ 是 ☐ 否	
	评价日期: 23年3月16日	
评价标准: 上述各项由其他两位医生盲法进行独立审评, 根据主观感受进行中立的评价, 综合判定图像质量, 具体评估标准见方案表格1。若两人评价不同, 以评价低者为准。检查图像质量的整体评分以以上各评估项目中最低分为准, 整体评分≥ 3分, 即可认为该病例满足临床应用, 符合优良标准。		
医生签字: 杨文 日期: 23.3.16		



胶囊式内窥镜系统图像质量评价表

方案名称	胶囊式内窥镜系统临床试验		
中心号/研究中心	01/首都医科大学附属北京友谊医院	主要研究者	李鹏
筛选号	01005	受试者姓名缩写	YYJU

1 检查图像质量评价	
评价项目	评价
十二指肠形态及结构 (粘膜、皱襞、绒毛、 血管等)显示情况	医生 ₁ : ☒ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
空肠形态及结构(粘膜、 皱襞、绒毛、血管等) 显示情况显示情况	医生 ₂ : ☐ 5分 ☒ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
回肠形态及结构(粘膜、 皱襞、绒毛、血管等) 显示情况	医生 ₂ : ☐ 5分 ☒ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
图像伪影	医生 ₁ : ☒ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
图像均匀性	医生 ₂ : ☒ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
是否符合优良标准: ☒ 是 ☐ 否	
评价日期: 2023年3月16日	
评价标准: 上述各项由其他两位医生盲法进行独立审评, 根据主观感受进行中立的评价, 综合判定图像质量, 具体评估标准见方案表格1。若两人评价不同, 以评价低者为准。检查图像质量的整体评分以以上各评估项目中最低分为准, 整体评分≥ 3分, 即可认为该病例满足临床应用, 符合优良标准。	
医生签字:  日期: 2023/3/16	



胶囊式内窥镜系统图像质量评价表

方案名称	胶囊式内窥镜系统临床试验		
中心号/研究中心	01/首都医科大学附属 北京友谊医院	主要研究者	李鹏
筛选号	0/005	受试者姓名缩写	YYJU

1	检查图像质量评价	
	评价项目	评价
	十二指肠形态及结构（粘膜、皱襞、绒毛、血管等）显示情况	医生__： ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	空肠形态及结构（粘膜、皱襞、绒毛、血管等）显示情况	医生__： ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	回肠形态及结构（粘膜、皱襞、绒毛、血管等）显示情况	医生__： ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	图像伪影	医生__： ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	图像均匀性	医生__： ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
	是否符合优良标准： ☐ 是 ☐ 否	
	评价日期：__年__月__日	

评价标准：上述各项由其他两位医生盲法进行独立审评，根据主观感受进行中立的评价，综合判定图像质量，具体评估标准见方案表格 1。若两人评价不同，以评价低者为准。检查图像质量的整体评分以以上各评估项目中最低分为准，整体评分 ≥ 3 分，即可认为该病例满足临床应用，符合优良标准。请同步评价随机选取的视频段其肠道准备情况：

1、选取的十二指肠视频 1 肠道准备情况：☒优 ☐良 ☐差

2、选取的十二指肠视频 2 肠道准备情况：☒优 ☐良 ☐差

3、选取的空肠视频 1 肠道准备情况：☒优 ☐良 ☐差

4、选取的空肠视频 2 肠道准备情况：☒优 ☐良 ☐差

5、选取的回肠视频 1 肠道准备情况：☒优 ☐良 ☐差

6、选取的回肠视频 2 肠道准备情况：☒优 ☐良 ☐差

医生签字：  日期： 2023.11.2



胶囊式内窥镜系统图像质量评价表

方案名称	胶囊式内窥镜系统临床试验		
中心号/研究中心	01/首都医科大学北京医院	主要研究者	李鹏
筛选号	010005	受试者姓名缩写	YJUV

1 检查图像质量评价	
评价项目	评价
十二指肠形态及结构(粘膜、皱襞、绒毛、血管等)显示情况	医生__: ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
空肠形态及结构(粘膜、皱襞、绒毛、血管等)显示情况	医生__: ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
回肠形态及结构(粘膜、皱襞、绒毛、血管等)显示情况	医生__: ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
图像伪影	医生__: ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
图像均匀性	医生__: ☐ 5分 ☐ 4分 ☐ 3分 ☐ 2分 ☐ 1分
是否符合优良标准: ☐ 是 ☐ 否	
评价日期: ____年__月__日	

评价标准: 上述各项由其他两位医生盲法进行独立审评, 根据主观感受进行中立的评价, 综合判定图像质量, 具体评估标准见方案表格 1。若两人评价不同, 以评价低者为准。检查图像质量的整体评分以以上各评估项目中最低分为准, 整体评分 ≥ 3 分, 即可认为该病例满足临床应用, 符合优良标准。请同步评价随机选取的视频段其肠道准备情况:

- 1、选取的十二指肠视频 1 肠道准备情况: ☒优 ☐良 ☐差
- 2、选取的十二指肠视频 2 肠道准备情况: ☒优 ☐良 ☐差
- 3、选取的空肠视频 1 肠道准备情况: ☒优 ☐良 ☐差
- 4、选取的空肠视频 2 肠道准备情况: ☒优 ☐良 ☐差
- 5、选取的回肠视频 1 肠道准备情况: ☒优 ☐良 ☐差
- 6、选取的回肠视频 2 肠道准备情况: ☒优 ☐良 ☐差

医生签字: 彭

日期: 2023/11/03



胶囊式内窥镜系统设备常用功能、设备稳定性、其他次要标准评价表

方案名称	胶囊式内窥镜系统临床试验方案		
中心号/研究中心	01/首都医科大学附属 北京友谊医院	主要研究者	李鹏
筛选号	010005	受试者姓名缩写	YYJV

1	设备常用功能评价	
	评价项目	评价医生 <u> </u>
	图像存储、传输、管理	☐ 优 ☒ 良 ☐ 差
	图像处理软件界面友好性	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	参数设置	☐ 优 ☒ 良 ☐ 差
	读片功能	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	图像、报告编辑	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	设备常用功能整体评价:	☐ 优 ☒ 良 ☐ 差
	评价日期: 2023年3月15日	

评价标准: 上述各项由参加临床验证的两位医生进行独立审评, 根据研究者的主观感受进行中立的评价, 具体评估标准见方案表格 3。若两人评价不同, 以评价低者为准。评价指标均达到评价为“优”, 则认为该病例设备常用功能评价为“优”; 评价指标出现评价为“良”的项, 且无评价为“差”的项, 即认为该病例设备常用功能评价为“良”; 评价指标出现评价为“差”的项, 则认为该病例设备常用功能评价为“差”。以上各项评估至少为良, 即可认为该病例满足临床应用。

2	设备使用稳定性评价	
	评价项目	评价医生 <u> </u>
	工作流	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	使用稳定性	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	设备使用稳定性整体评价:	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	评价日期: 2023年3月15日	

评价标准: 上述各项由参加临床验证的两位医生进行独立审评, 根据研究者的主观感受进行中立的评价, 具体评估标准见方案表格 4。若两人评价不同, 以评价低者为准。以上各项评估至少为良, 即可认为该病例满足临床应用。

3	其他次要标准评价	
	是否完成全小肠检查	☒ 是 ☐ 否
	是否完成小肠全景图像生成	☒ 是 ☒ 否
	该受试者检查小肠全景图像的覆盖率: <u>100%</u>	
	出具诊断报告时间: 2023年3月15日	
	该受试者检查诊断时间: 01:22:35	

医生签字:

李鹏

日期: 2023.3.15



胶囊式内窥镜系统设备常用功能、设备稳定性、其他次要标准评价表

方案名称	胶囊式内窥镜系统临床试验方案		
中心号/研究中心	01/首都医科大学附属 北京友谊医院	主要研究者	李鹏
筛选号	01/0005	受试者姓名缩写	YYJV

1	设备常用功能评价	
	评价项目	评价医生 <u>2</u>
	图像存储、传输、管理	☐ 优 ☒ 良 ☐ 差
	图像处理软件界面友好性	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	参数设置	☐ 优 ☒ 良 ☐ 差
	读片功能	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	图像、报告编辑	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	设备常用功能整体评价:	☐ 优 ☒ 良 ☐ 差
	评价日期: 2023年3月15日	

评价标准: 上述各项由参加临床验证的两位医生进行独立审评, 根据研究者的主观感受进行中立的评价, 具体评估标准见方案表格 3。若两人评价不同, 以评价低者为准。评价指标均达到评价为“优”, 则认为该病例设备常用功能评价为“优”; 评价指标出现评价为“良”的项, 且无评价为“差”的项, 即认为该病例设备常用功能评价为“良”; 评价指标出现评价为“差”的项, 则认为该病例设备常用功能评价为“差”。以上各项评估至少为良, 即可认为该病例满足临床应用。

2	设备使用稳定性评价	
	评价项目	评价医生 <u>2</u>
	workflows	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	使用稳定性	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	设备使用稳定性整体评价:	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差
	评价日期: 2023年3月15日	

评价标准: 上述各项由参加临床验证的两位医生进行独立审评, 根据研究者的主观感受进行中立的评价, 具体评估标准见方案表格 4。若两人评价不同, 以评价低者为准。以上各项评估至少为良, 即可认为该病例满足临床应用。

3	其他次要标准评价	
	是否完成全小肠检查	☒ 是 ☐ 否
	是否完成小肠全景图像生成	☐ 是 ☒ 否
	该受试者检查小肠全景图像的覆盖率: <u>NA</u> %	
	出具诊断报告时间: 2023年3月15日	
	该受试者检查诊断时间: 01:22:35	

医生签字:

李鹏

日期:

2023.3.15



胶囊式内窥镜系统临床试验

胶囊式内窥镜系统其他次要标准评价表

方案名称	胶囊式内窥镜系统临床试验		
中心号/研究中心	01/首都医科大学附属 北京友谊医院	主要研究者	李鹏
筛选号	010005	受试者姓名缩写	YYJU

5	胶囊内镜报告其他信息	
	是否识别出十二指肠乳头	☒ 是 ☐ 否
	是否通过回盲瓣	☒ 是, 通过时间: <u>7</u> 时 <u>32</u> 分 <u>07</u> 秒 ☐ 否
	小肠通过时间	<u>7</u> 时 <u>17</u> 分 <u>11</u> 秒
	小肠病变检出	☐ 是, 病变类型: _____ ☒ 否

医生签字: 李鹏

日期: 2023. 11. 2



胶囊式内窥镜系统临床试验

检查图像质量评估表

中心编号/名称	01/ 首都医科大学附属北京友谊医院					
受试者筛选号	010005					
独立评估人	1、杨红					
请先评价随机选取的视频段其肠道准备情况：						
1、选取的十二指肠视频1 肠道准备情况： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 差						
2、选取的十二指肠视频2 肠道准备情况： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 差						
3、选取的空肠视频1 肠道准备情况： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 差						
4、选取的空肠视频2 肠道准备情况： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 差						
5、选取的回肠视频1 肠道准备情况： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 差						
6、选取的回肠视频2 肠道准备情况： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 差						
评分标准	5分	4分	3分	2分	1分	评分
评价项目						
十二指肠形态及结构（粘膜、皱襞、绒毛、血管等）显示情况	非常清晰	清晰	一般清晰，不影响分析判断	不清晰，影响分析判断	非常不清晰，无法进行分析判断	4分
空肠形态及结构（粘膜、皱襞、绒毛、血管等）显示情况	非常清晰	清晰	一般清晰，不影响分析判断	不清晰，影响分析判断	非常不清晰，无法进行分析判断	3分
回肠形态及结构（粘膜、皱襞、绒毛、血管等）显示情况	非常清晰	清晰	一般清晰，不影响分析判断	不清晰，影响分析判断	非常不清晰，无法进行分析判断	3分
图像伪影	无任何伪影	图像存在轻度伪影，伪影对分析判断无影响	图像存在中度伪影，尚不影响重要结构的显示，不影响分析判断	图像存在较多伪影，影响重要结构的显示，比较影响分析判断	图像存在严重伪影，无法进行分析判断	4分
图像均匀性	非常均匀	均匀	欠均匀	不均匀	非常不均匀	3分
是否符合优良标准：	☒ 是，以上最低分 ≥ 3 分			☐ 否，以上最低分 ≤ 2 分		

我已确认此评估表中记录的所有数据均真实、准确

独立评估人1 杨红签字：_____

签字日期：2023.11.14



胶囊式内窥镜系统临床试验

检查图像质量评估表

中心编号/名称	01/ 首都医科大学附属北京友谊医院					
受试者筛选号	010005					
独立评估人	2、王晔					
请先评价随机选取的视频段其肠道准备情况： 1、选取的十二指肠视频1 肠道准备情况： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 2、选取的十二指肠视频2 肠道准备情况： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 3、选取的空肠视频1 肠道准备情况： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 差 4、选取的空肠视频2 肠道准备情况： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 差 5、选取的回肠视频1 肠道准备情况： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 6、选取的回肠视频2 肠道准备情况： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差						
评分标准	5分	4分	3分	2分	1分	评分
十二指肠形态及结构（粘膜、皱襞、绒毛、血管等）显示情况	非常清晰	清晰	一般清晰，不影响分析判断	不清晰，影响分析判断	非常不清晰，无法进行分析判断	<u>5</u> 分
空肠形态及结构（粘膜、皱襞、绒毛、血管等）显示情况	非常清晰	清晰	一般清晰，不影响分析判断	不清晰，影响分析判断	非常不清晰，无法进行分析判断	<u>4</u> 分
回肠形态及结构（粘膜、皱襞、绒毛、血管等）显示情况	非常清晰	清晰	一般清晰，不影响分析判断	不清晰，影响分析判断	非常不清晰，无法进行分析判断	<u>3</u> 分
图像伪影	无任何伪影	图像存在轻度伪影，伪影对分析判断无影响	图像存在中度伪影，尚不影响重要结构的显示，不影响分析判断	图像存在较多伪影，影响重要结构的显示，比较影响分析判断	图像存在严重伪影，无法进行分析判断	<u>5</u> 分
图像均匀性	非常均匀	均匀	欠均匀	不均匀	非常不均匀	<u>5</u> 分
是否符合优良标准：	☒ 是，以上最低分 ≥ 3 分			☐ 否，以上最低分 ≤ 2 分		
我已确认此评估表中记录的所有数据均真实、准确 独立评估人2 王晔签字： <u>王晔</u> 签字日期： <u>2023.11.4</u>						





III

阅片描述:

胶囊运行顺利, 于14分56秒进入小肠, 7小时32分7秒进入大肠, 小肠内运行时间7小时17分11秒, 肠道准备良好

1. 所见胃窦粘膜见少许片状发红
2. 所见小肠粘膜光滑, 未见糜烂/溃疡/狭窄等病变, 可见十二指肠乳头
3. 所见图片提示胶囊位于回盲瓣附近, 所见大肠粘膜未见明显异常

检查结果:

小肠粘膜未见明显异常

诊疗建议:

请结合临床

报告医生: 管理员

报告日期: 2023-03-15

LLC
2023.3.15.

