

OBSERVACIONES ESTACION SANTA ROSALIA (2016-2025)

Año	Aplicación	Observación
2016	MAIGRAI	No se hizo tratamiento de datos
2017	MAIGRAI	No se hizo tratamiento de datos
2018	MAIGRAI	No se hizo tratamiento de datos
2019	N/A	No hay datos
2020	N/A	No hay datos
2021	MeerKAD	Se reemplazo valores por fuera de los rangos establecidos por NaN.
2022	N/A	No hay datos
2023	N/A	No hay datos
2024	MeerKAD	Se reemplazo valores por fuera de los rangos establecidos por NaN.
2025	MeerKAD	Se reemplazo valores por fuera de los rangos establecidos por NaN.

Depuración y control de calidad de datos.

Con el fin de garantizar la coherencia y la calidad de la información registrada por los sensores, se definieron rangos válidos por variable. Todo valor que se encuentre fuera del rango establecido se considera atípico o erróneo y fue reemplazado por un valor nulo (NaN). Los límites se trataron como inclusivos (se permiten los valores exactamente iguales a los extremos del rango).

Variable	Rango válido
temperatura_(°C)	[0, 50]
humedad_(%)	[0, 100]
lluvia_(mm)	[0, 100]
radiacion_solar_(W/m2)	[0, 2000]
direccion_viento_(°)	[0, 361]
velocidad_viento_(m/s)	[0, 90]
voltaje_bateria_(VDC)	[0.1, 20]
pres_atmosferica_(hPa)	[500, 1100]

Además del control por rangos, se aplicaron filtros de calidad orientados a depurar valores.

1. Rachas de valores idénticos (sensor “pegado”):
Se reemplazaron por NaN las celdas que pertenecen a tramos consecutivos superiores a 20 valores idénticos en la misma variable, al considerarse indicio de mal funcionamiento o congelamiento del sensor.