

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ANTERIOR: Nº CAL-2025/0842

Referência de Pontos e Condições Metrológicas Anteriores

1. DADOS DO INSTRUMENTO DE CLIENTE

Instrumento: Multímetro Digital 4½ Dígitos | Fabricante: Fluke | Modelo: 87-V
Número de Série: 42910842 | TAG do Cliente: MM-04 | Ordem de Serviço Anterior: OS-8420
Data da Calibração Anterior: 15/09/2025 | Temperatura: 22,8 °C | Umidade Relativa: 54 %

2. PONTOS CALIBRADOS ANTERIORMENTE (REFERÊNCIA DE BANCADA)

[Escala 400 mV DC] -> Pontos: 40.00 mV, 200.00 mV, 380.00 mV (Incerteza: 0,012 mV)
[Escala 4 V DC] -> Pontos: 0.4000 V, 2.0000 V, 3.8000 V (Incerteza: 0,0003 V)
[Escala 40 V DC] -> Pontos: 4.000 V, 20.000 V, 38.000 V (Incerteza: 0,003 V)
[Escala 400 V DC] -> Pontos: 40.00 V, 200.00 V, 380.00 V (Incerteza: 0,04 V)
[Escala 1000 V DC] -> Pontos: 100.0 V, 500.0 V, 1000.0 V (Incerteza: 0,2 V)
[Escala 400 V AC 60Hz] -> Pontos: 40.0 V, 200.0 V, 380.0 V (Incerteza: 0,15 V)
[Escala 10 A DC] -> Pontos: 1.000 A, 5.000 A, 10.000 A (Incerteza: 0,004 A)

3. PADRÕES UTILIZADOS NA OCASIÃO

Padrão Primário: Calibrador Multifunção Fluke 5522A (Certificado Válido RBC-2025/1109)
Cabo Blindado de Baixa Têmpera Térmica Fluke 5500A/LEADS

4. NOTAS DO TÉCNICO ANTERIOR

- O instrumento apresentou excelente linearidade em todas as escalas de DCV.
- O conector COM apresentava leve oxidação superficial e foi limpo com álcool isopropílico antes da medição.