

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ANTERIOR: N° CAL-2025/0911

Referência de Pontos e Condições Metrológicas Anteriores

1. IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO

Instrumento: Manômetro Digital de Precisão | Fabricante: WIKA | Modelo: CPG1500
Número de Série: 1104829 | TAG: PT-201 | Faixa: 0 a 700 bar

2. PONTOS DE CALIBRAÇÃO UTILIZADOS (CICLO IDA E VOLTA)

Ponto 1: 0,0 bar (0% FE) | Ponto 2: 140,0 bar (20% FE)
Ponto 3: 280,0 bar (40% FE) | Ponto 4: 420,0 bar (60% FE)
Ponto 5: 560,0 bar (80% FE) | Ponto 6: 700,0 bar (100% FE)
Ciclo de descida realizado nos mesmos 6 pontos após espera de 5 minutos na pressão máxima.

3. PADRÃO METROLÓGICO UTILIZADO

Balança de Pressão de Pistão Fluke 7601 (Pressão Hidráulica com Óleo Mineral Sebacato)
Incerteza do padrão: 0,008% do valor medido