

No.	Descripción Cuadro Básico Institucional de Equipo Médico	Cumple/ No cumple	Manual Usuario/Manual Servicio/Ficha técnica y/o Catálogo
1	Análisis vectorial de impedancia bioeléctrica	Cumple	Ficha técnica, pág. 1
2	Equipo médico portátil	Cumple	Ficha técnica, pág. 1
3	Con nueve frecuencias de medición	Cumple	Ficha técnica, pág. 2
4	Frecuencias inferiores 1,2,5,10,20,50, KHz	Cumple	Ficha técnica, pág. 2
5	Frecuencias mayores 100, 200 y 500	Cumple	Ficha técnica, pág. 2
6	Con software médico para PC	Cumple	Ficha técnica, pág. 2
7	Parámetros de medición BIVA, BCC, IMC, EW, TBW, ICW, HYD, FFM, FM, SMM	Cumple	Ficha técnica, pág. 2
8	Preparar los resultados de forma clara, individual y gráfica	Cumple	Ficha técnica, pág. 2
9	Disponibilidad para imprimir	Cumple	Ficha técnica, pág. 2
10	Seis módulos para la evaluación completa de los datos de medición	Cumple	Ficha técnica, pág. 1
11	Resultados con precisión y validación patrón de oro médico- científico	Cumple	Ficha técnica, pág. 1
12	Compatible con sistemas windows, puesto usb, y red lan/ethernet	Cumple	Ficha técnica, pág. 1

No.	Refacciones	Aplica/ No aplica	Observaciones
1	N/A	No aplica	

No.	Accesorios opcionales	Aplica/ No aplica	Observaciones
1	N/A	No aplica	
2	N/A	No aplica	
3	N/A	No aplica	
4	N/A	No aplica	
5	N/A	No aplica	
6	N/A	No aplica	

No.	Consumibles	Aplica/ No aplica	Observaciones
1	N/A	No aplica	
2	N/A	No aplica	
3	N/A	No aplica	
4	N/A	No aplica	