



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DE TEMPERATURA

Monitoramento Contínuo de Cadeia Fria — Conforme RDC 430/2020 (ANVISA) / IN 87/2019 (MAPA)

INSTRUMENTO	TC-900E Log [005]
MODELO	—
ENDEREÇO RS-485	5
FONTE	Sitrad PRO
PERÍODO	09/06/2026 18:14 → 09/06/2026 20:14
TOTAL DE LEITURAS	241 (100% de cobertura)
ALARMES NO PERÍODO	0 total 0 ativos 0 resolvidos
STATUS CONFORMIDADE	CONFORME

ESTATÍSTICAS DO PERÍODO

PARÂMETRO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	LEITURAS
T1 Sonda 1 (°C)	21.5	28.6	21.8	241
T2 Sonda 2 (°C)	21.4	21.6	21.5	241
T3 Sonda 3 (°C)	-62.1	-62.1	-62.1	241
Setpoint (°C)	-15.0	-15.0	-15.0	241

GRÁFICO DE TENDÊNCIA




Gráfico gerado com 241 leituras | intervalo de coleta: 30 segundos

LOG DE ALARMES E DESVIOS (0 ocorrência(s) no período)

☐ Nenhum alarme ou desvio registrado no período.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



O presente relatório atesta que o instrumento **TC-900E Log [005]** foi monitorado continuamente no período de **09/06/2026 18:14** a **09/06/2026 20:14**, com cobertura de **100%** das leituras esperadas. O sistema de monitoramento opera em conformidade com os requisitos de rastreabilidade de temperatura estabelecidos pela **RDC 430/2020 (ANVISA)** e **IN 87/2019 (MAPA)**. Total de ocorrências de alarme no período: **0**.

Sistema Automático

Gerado automaticamente pelo sistema

Data: 09/06/2026 17:14

Responsável Técnico

Carimbo e assinatura

Data: __/__/____