

Certificado de análise

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
WALTON-ON-THAMES
Surrey
KT12 4RZ
UNITED KINGDOM
Data da impressão: 13 OUT 2022

Tipo de vasilhame: C1.6A - 1.6L Aluminum Canister
Válvula de conexão: 5/8" # 18 UNF
Pressão de enchimento @ 15 °C: 68.0 bar-g
Pressão de enchimento @ 15 °C: 69.341 kg/cm2
Conteúdo @ 0°C, 1013 mbar: 0.107 Nm3

Material 355583 MISTURA DE GASES, C1.6A	Data de fabricação 31 OUT 2021	Data de análise 09 NOV 2021	Consumir até 31 OUT 2023
Lote 3107534		Lugar de origem 0925	

Límite inferior	Límite superior	Valor nominal	Valor actual	Unidade	Incert. Expandida	Nr. rep.	Análise		
						Desvio	Fase	Frequência	Método
Metano		2.500	2.504	% mole	± 2%rel			B	Ana
Monóxido de Carbono		100.0	101.3	ppm mo	± 2%rel			B	Ana
Sulfureto de Hidrogénio		25.0	24.0	ppm mo	± 5%rel			B	Ana
Oxygen		18.00	17.99	% mole	± 2%rel			B	Ana
Nitrogênio			79.5	% mole	± 2%rel			B	Ana

Este certificado é emitido electronicamente sendo válido sem assinatura.

Observações:

Observações:

Calibration Certificate Issued by Sartorius UK Limited

Certificate No 508ACA052

Sartorius UK Limited
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT199QQ