



# RELATÓRIO DE ENSAIO

## AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

2021228/144411

DATA ENSAIO: 26/02/2021

DATA EMISSÃO: 26/02/2021

### 01| CONTRATANTE

Razão Social:	IPMMI - Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen	CNPJ:	60.194.990/0022-00
Nome Fantasia:	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		
Endereço:	Avenida Coronel Marcos Konder nº 1111, Centro - Itajaí/SC - CEP: 88301-303		

### 02| EPI'S

Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual							
Tipo	Marca	Filtração	SN	Nº Patri.	Sala	Resultado	Obs.
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,5	3708	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,5	7312	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,5	7314	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,5	PT01	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,5	PT02	-	Hemodinâmica	Não Conforme	Retirado de Uso
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,5	PT03	-	Hemodinâmica	Não Conforme	Retirado de Uso
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT04	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT05	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT06	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT07	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT08	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	3633	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV01	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV12	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV10	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV13	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV06	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 14	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 15	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5	AV22	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV16	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV17	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV18	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV20	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Luva	Konex	0,5	LD01	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Luva	Konex	0,5	LE01	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Luva	Konex	0,5	LD02	-	Hemodinâmica	Conforme	-
Luva	Konex	0,5	LE02	-	Hemodinâmica	Conforme	-

+55 (48) 3181-0368

contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajaí, SC, CEP 88307-620



2021228/144411

## RELATÓRIO DE ENSAIO AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DATA ENSAIO: 26/02/2021

DATA EMISSÃO: 26/02/2021

### 3| PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), todos as vestimentas de proteção individual estão em conformidade.

#### OBSERVAÇÕES:

- 1) Os protetores de tireóide que estavam quebrados (PT02 e PT03), foram retirados de uso e deverão ser descartados conforme legislação sanitária e ambiental.
- 2) INTERVENCIÓNISTA: Periodicidade de execução dos testes é 6 meses.

### 4| FOTOS



RENATO D. PACIÊNCIA  
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO