



RELATÓRIO DE ENSAIO

AValiação DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

2021429/152451

DATA ENSAIO: 29/04/2021

DATA EMISSÃO: 29/04/2021

01| CONTRATANTE

Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL	CNPJ:	12.846.027/0001-89
Nome Fantasia:	HOSPITAL SÃO JOSÉ		
Endereço:	Rua Waldemiro Mazurechen nº 80, Centro - Jaraguá do Sul/SC - CEP: 89251-830		

02| EPI'S

Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual							
Tipo	Marca	Filtração	SN	Nº Patri.	Sala	Resultado	Obs.
Avental	Konex	0,5 mmPb	CT 01	-	Tomografia	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5 mmPb	TOMO 01	-	Tomografia	Conforme	-
Avental	Kiran	0,35 mmPb	RX 01	-	Sala 01 RX	Conforme	-
Avental	Kiran	0,35 mmPb	RX 02	-	Sala 02 RX	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5 mmPb	PT 01	-	Sala 01 RX	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Kiran	0,35 mmPb	PT 02	-	Sala 02 RX	Conforme	-
Avental	Konex	0,5 mmPb	AV 01	-	Mamografia	Conforme	-
Avental	Konex	0,5 mmPb	PS	-	Mamografia	Não Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5 mmPb	PT 03	-	Mamografia	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,5 mmPb	PT 04	-	Mamografia	Conforme	-
Avental	Konex	0,5 mmPb	TOMO 02	-	Tomografia	Conforme	-

3| PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), **as vestimentas de proteção individual estão em conformidade**, com exceção do Avental PS da Sala de Mamografia, que foi retirado de uso.

Radiologia: Periodicidade de execução dos testes é 12 meses.




RELATÓRIO DE ENSAIO AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

2021429/152451

DATA ENSAIO: 29/04/2021

DATA EMISSÃO: 29/04/2021

4| FOTOS



RENATO D. PACIÊNCIA
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO