



RELATÓRIO DE ENSAIO

AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

2021415/15248

DATA ENSAIO: 15/04/2021

DATA EMISSÃO: 15/04/2021

01| CONTRATANTE

Razão Social:	HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS REUNAX	CNPJ:	82.986.985/0001-30
Nome Fantasia:	HOSPITAL AZAMBUJA		
Endereço:	Rua Azambuja nº 1089, Azambuja - Brusque/SC - CEP: 88353-902		

02| EPI'S



Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual							
Tipo	Marca	Filtração	SN	Nº Patri.	Sala	Resultado	Obs.
Avental	Planidéia	0,5 mmPb	AV 01	-	Tomografia	Conforme	-
Avental	0	0,5 mmPb	AV 02	-	Tomografia	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5 mmPb	AV 03	-	Raios X	Conforme	-
Avental	Rayons	0,5 mmPb	AV 04	-	Raios X	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5 mmPb	PT 01	-	Raios X	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5 mmPb	PT 02	-	Tomografia	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5 mmPb	PT 03	-	Mamografia	Conforme	-
Protetor Gonodal	Konex	0,5 mmPb	PG G	-	Raios X	Conforme	-
Protetor Gonodal	Konex	0,5 mmPb	PG M	-	Raios X	Conforme	-

3| PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), as vestimentas de proteção individual estão em conformidade.

Radiologia: Periodicidade de execução dos testes é 12 meses.

4| FOTOS

RENATO D. PACIÊNCIA
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO

+55 (48) 3181-0368

contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620