



RELATÓRIO DE ENSAIO

AValiação DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

2020813/93934

DATA ENSAIO: 13/08/2020

DATA EMISSÃO: 13/08/2020

01| CONTRATANTE

Razão Social:	IPMMI	CNPJ:	60.194.990/0022-00
Nome Fantasia:	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		
Endereço:	Avenida Coronel Marcos Konder nº 1111, Centro - Itajaí/SC - CEP: 88301-303		

02| EPI'S

Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual							
Tipo	Marca	Filtração	SN	Nº Patri.	Sala	Resultado	Obs.
Avental	Konex	0,5	AV 08	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,35	AV 021	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,35	NS-3859	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,35	AV 4	-	Centro Cirúrgico	Conforme	Rasgado
Avental	Planidéia	0,35	AV 21	-	Centro Cirúrgico	Conforme	Rasgado
Avental	Planidéia	0,35	AV 5	-	Centro Cirúrgico	Conforme	Rasgado
Avental	Konex	0,5	3636	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	3631	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 01	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 03	-	Centro Cirúrgico	Conforme	Rasgado região perna
Avental	Konex	0,5	AV 001	-	Centro Cirúrgico	Conforme	Rasgado região perna
Avental	Konex	0,5	NS-0036	-	Centro Cirúrgico	Conforme	Rasgado região abd
Avental	Konex	0,5	AV 04	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 07	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	3708	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	3712	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	7312	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	7314	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	3711	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	PT 01	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT 04	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT 12	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT 13	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 40	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-



+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajaí, SC,
CEP 88307-620



RELATÓRIO DE ENSAIO AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

2020813/93934

DATA ENSAIO: 13/08/2020


DATA EMISSÃO: 13/08/2020

3| PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), as vestimentas de proteção individual estão em conformidade.

Validade do relatório 6 meses.

4| FOTOS



RENATO D. PACIÊNCIA
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO