

# RELATÓRIO DE ENSAIO

## AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

202157/121442

DATA ENSAIO: 07/05/2021  
DATA EMISSÃO: 07/05/2021

## 01| CONTRATANTE

Razão Social:	IPMMI	CNPJ:	60.194.990/0022-00
Nome Fantasia:	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		
Endereço:	Avenida Coronel Marcos Konder nº 1111, Centro - Itajaí/SC - CEP: 88301-303		

## 02| EPI'S

Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual							
Tipo	Marca	Filtração	SN	Nº Patri.	Sala	Resultado	Obs.
Avental	Konex	0,5	AV 01	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 02	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 03	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 04	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 05	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 021	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 06	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 07	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 08	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 10	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 11	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5	AV 09	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Konex	0,5	AV 12	-	Centro Cirúrgico	Não Conforme	Retirado de Uso
Avental	Konex	0,5	AV 13	-	Centro Cirúrgico	Não Conforme	Retirado de Uso
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT 01	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT 02	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT 03	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT 04	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	PT 05	-	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	PT 06	-	Centro Cirúrgico	Não Conforme	Retirado de Uso
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	PT 07	-	Centro Cirúrgico	Não Conforme	Retirado de Uso
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,35	PT 08	-	Centro Cirúrgico	Não Conforme	Retirado de Uso



## RELATÓRIO DE ENSAIO AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

202157/121442

DATA ENSAIO: 07/05/2021



DATA EMISSÃO: 07/05/2021

### 3| PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), as vestimentas de proteção individual estão em conformidade.

Validade do relatório 6 meses.

### 4| FOTOS



RENATO D. PACIÊNCIA  
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO