



RELATÓRIO DE ENSAIO

AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

202084/155610

DATA ENSAIO: 04/08/2020

DATA EMISSÃO: 04/08/2020

01| CONTRATANTE

Razão Social: HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS REUNAX CNPJ: 82.986.985/0001-30

Nome Fantasia: HOSPITAL AZAMBUJA

Endereço: Rua Azambuja nº 1089, Azambuja - Brusque/SC - CEP: 88353-902

02| EPI'S

Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual						
Tipo	Marca	Filtração	Identificação	Sala	Resultado	Obs.
Avental	Planidéia	0,5	AV 01	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5	AV 22	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5	9169	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5	AV 02	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5	AV 21	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5	9168	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5	9167	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Avental	Planidéia	0,5	AV 20	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Kiran	0,5	PT 01	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Kiran	0,5	PT 02	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Kiran	0,5	PT 03	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Starmedic	0,5	Dr Rudimar	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5	PT 20	Centro Cirúrgico	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Planidéia	0,5	PT 21	Centro Cirúrgico	Conforme	-

3| PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), as vestimentas de proteção individual estão em conformidade.

Validade do relatório 6 meses.




RELATÓRIO DE ENSAIO AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

202084/155610

DATA ENSAIO: 04/08/2020

DATA EMISSÃO: 04/08/2020

4| FOTOS



RENATO D. PACIÊNCIA
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO