



2021121/183351

RELATÓRIO DE ENSAIO

AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DATA ENSAIO: 21/01/2021
DATA EMISSÃO: 21/01/2021

01| CONTRATANTE

Razão Social:	RADUS RADIOLOGIA E MAMOGRAFIA SS LTDA
CNPJ:	29.637.502/0001-00
Endereço:	Rua Vereador Guilherme Niebuhr nº 101, Centro - Brusque/SC - CEP: 88350-110

02| EPI'S

Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual							
Tipo	Marca	Filtração	SN	Nº Patri.	Sala	Resultado	Obs.
Avental	Kiran	0,5	AV 01	-	RAIO X	Conforme	-
Avental	NECIPA	0,5	AV 02	-	RAIO X	Conforme	-
Avental	NECIPA	0,5	AV 03	-	RAIO X	Conforme	-
Protetor de Tireóide	NECIPA	0,5	PT 01	-	RAIO X	Conforme	-
Protetor de Tireóide	NECIPA	0,5	PT 02	-	RAIO X	Conforme	-
Protetor de Tireóide	KONEX	0,5	186	-	RAIO X	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Odontologic	0,25	PT 01	-	MAMOGRAFIA	Conforme	-
Protetor Gonodal	NECIPA	0,5	GD 01	-	RAIO X	Conforme	-
Protetor Gonodal	NECIPA	0,5	GD 02	-	RAIO X	Conforme	-
Protetor Gonodal	NECIPA	0,5	GD 03	-	RAIO X	Conforme	-
Protetor Gonodal	KONEX	0,5	17	-	RAIO X	Conforme	-
Luva	NECIPA	0,5	-	-	RAIO X	Conforme	-
Óculos	NECIPA	0,5	2750	-	RAIO X	Conforme	-
Óculos	NECIPA	0,5	2753	-	RAIO X	Conforme	-

3| PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), todos as vestimentas de proteção individual estão em conformidade. RELATÓRIO VALIDADE DE 1 ANO.





2021121/183351

RELATÓRIO DE ENSAIO

AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DATA ENSAIO: 21/01/2021
DATA EMISSÃO: 21/01/2021

4| FOTOS



RENATO D. PACIÊNCIA
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO