



2021430/18590

RELATÓRIO DE ENSAIO AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DATA ENSAIO: 30/04/2021

DATA EMISSÃO: 30/04/2021

01| CONTRATANTE

Razão Social:	MEDICAL CENTER IMAGE RADIOLOGIA LTDA	CNPJ:	85.122.083/0001-44
Nome Fantasia:	MCI - Unidade Itajaí		
Endereço:	Rua Samuel Heusi nº 178, Centro - Itajaí/SC - CEP: 88301-320		

02| EPI'S



Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual							
Tipo	Marca	Filtração	SN	Nº Patri.	Sala	Resultado	Obs.
Avental	konex	0,5 mmPb	1	-	Sala Raios X	Conforme	-
Protetor de Tireóide	konex	0,5 mmPb	2	-	Sala Raios X	Conforme	-
Protetor de Tireóide	konex	0,5 mmPb	3	-	Sala Raios X	Conforme	-
Óculos	konex	0,5 mmPb	4	-	Sala Raios X	Conforme	-

3| PARECER TÉCNICO


Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), as vestimentas de proteção individual estão em conformidade.

Radiologia: Periodicidade de execução dos testes é 12 meses.


4| FOTOS

RENATO D. PACIÊNCIA
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO

 +55 (48) 3181-0368

 contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

 R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajaí, SC, CEP 88307-620