



2021512/14568

# RELATÓRIO DE ENSAIO

## AValiação DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DATA ENSAIO: 12/05/2021  
DATA EMISSÃO: 12/05/2021

### 01| CONTRATANTE

Razão Social:	CENTRO DE COLUNA E IMAGEM	CNPJ:	13.345.523/0001-11
Nome Fantasia:	CENTRO DE COLUNA E IMAGEM		
Endereço:	Rua Rui Barbosa nº 200 - D, Centro - Chapecó/SC - CEP: 89801-042		

### 02| EPI'S

Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual							
Tipo	Marca	Filtração	SN	Nº Patri.	Sala	Resultado	Obs.
Avental	Konex	0,5	AV 01	-	CC	Conforme	-
Avental	Konex	0,25	AV 02	-	CC	Conforme	-
Avental	Konex	0,25	AV 03	-	CC	Conforme	-
Avental	Konex	0,25	AV 04	-	CC	Conforme	-
Protetor de Tiroíde	Sem marca	-	PT 01	-	CC	Conforme	-
Protetor de Tiroíde	Planidéia	0,5	11395	-	CC	Conforme	-
Protetor de Tiroíde	Planidéia	0,5	11396	-	CC	Conforme	-
Protetor de Tiroíde	Planidéia	0,5	11397	-	CC	Conforme	-
Óculos	Sem Marca	0,5	PLE 99	-	CC	Conforme	-
Óculos	Sem Marca	0,5	Azul	-	CC	Conforme	-
Óculos	Yves Saint Paul	0,5	Preto	-	CC	Conforme	-

### 3| PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), as vestimentas de proteção individual estão em conformidade.

OBS:

- 1) A validade do relatório é de 6 meses, contados a partir da data do ensaio.
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local




2021512/14568

## RELATÓRIO DE ENSAIO AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DATA ENSAIO: 12/05/2021  
DATA EMISSÃO: 12/05/2021

### 4| FOTOS



RENATO D. PACIÊNCIA  
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO