



# RELATÓRIO DE ENSAIO AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

2021213/151334

DATA ENSAIO: 03/02/2021  
DATA EMISSÃO: 03/02/2021

## 01| CONTRATANTE

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 11.891.451/0001-82  
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDIM  
Endereço: R. Antônio Pinto Pereira nº S/N, Vila Angelica - Jardim/SC - CEP: 79240-000

## 02| EPI'S

Avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual						
Tipo	Marca	Filtração	SN	Sala	Resultado	Obs.
Avental	Rayons	0,5 mmPb	AV 01	Mamografia	Conforme	-
Protetor de Tireóide	Konex	0,5 mmPb	36814	Mamografia	Conforme	-

## 3| PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017) e INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 54, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, as vestimentas de proteção individual estão em conformidade.

Radiologia: Periodicidade de execução dos testes é 12 meses.

## 4| FOTOS



RENATO D. PACIÊNCIA  
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO

+55 (48) 3181-0368

contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC,  
CEP 88307-620