Listado de pruebas de antígeno, útiles para SARS-CoV-2 durante la contingencia de COVID-19 en México

Nombre de la Prueba	No. Catálogo	Fabricante	Sensibilidad (Concordancia positiva*)	Especificidad (Concordancia negativa*)	Antígeno Detectado	Instrumento requerido
COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette	INCP-C81	HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO. LTD.	82.54% (IC95 70.90% a 90.95%)	100.00% (IC95 98.77% a 100.00%)	Nucleocápside	No requiere
CerTest SARS-CoV-2 Ag Test	SC820001PC	CerTest Biotec, S.L.	81.82% (IC95 67.29% a 91.81%)	98.97%(IC95 97.37% a 99.72%)	Antígenos virales	No requiere
GeneFinder™ COVID-19 Ag Rapid Test	INFI01ACA	OSANG Healthcare Co. Ltd.	90.16% (IC95 79.81% a 96.30%)	97.72% (IC95 95.36% a 99.08%)	Antígenos virales	No requiere
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)	52026075 y controles 52104084 52104085	Genrui Biotech Inc.	80.95% (IC95 72.13% a 87.96%)	98.78% (IC95 96.46% a 99.75%)	Proteínas virales	No requiere
SARS-Cov2 Antigen Rapid Test System	RT45-2214	Monocent, Inc.	83.21% (IC95 78.19%-87.48%)	95.28% (IC95 91.71%-97.62%)	Proteína de Nucleocapside	No requiere
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test	9901-NCOV-01G	SD Biosensor, Inc.	88.66% (IC95 80.61%-94.20%)	98.97% (IC95 96.34%-99.88%)	Proteína de Nucleocapside	No requiere
STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test	Q-NCOV-01G	SD Biosensor, Inc.	93.12% (IC95 88.03%-96.52%)	100% (IC95 98.17%-100%)	Proteínas virales	No requiere
Panbio™ COVID-19 Ag RAPID Test Device	41FK10	Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH	85.0 (IC 95% 75-91)	99.0 (IC 95% 96-100)	Proteína de Nucleocapside	No requiere

Listado de pruebas de antígeno, útiles para SARS-CoV-2 durante la contingencia de COVID-19 en México

Nombre de la Prueba	No. Catálogo	Fabricante	Sensibilidad (Concordancia positiva*)	Especificidad (Concordancia negativa*)	Antígeno Detectado	Instrumento requerido
Sofia2 SARS Antigen FIA	20374	Quidel Corporation	90.0 (IC 95% 80-95)	97.0(IC 95% 93.0-99.6)	Proteína de Nucleocapside	Sofia 2

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 13 DE MAYO DE 2021