Listado de Pruebas Moleculares por RT-PCR Multiplexado, útiles para el diagnóstico de SARS-CoV-2 durante la contingencia de COVID-19 en México

Nombre Prueba	No Catálogo	Fabricante	Sensibilidad Analítica (Límite de Detección)	Especificidad Analítica (Ausencia de reacciones cruzadas)	Genes Detectados	Número de reacciones necesarias por cada muestra
Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV	XPCOV2/FLU/RSV-10	CEPHEID, USA	**	100%	N2 y E de SARS-CoV-2; M, PB2 y PA de Influenza A; M y NS de Influenza B; y N de RSV	1-Muestra directa
Xpert® Xpress SARS-CoV-2/FLU/RSV	XPCOV2/FLU/RSV-10	CEPHEID, Suecia	**	100%	N2 y E de SARS-CoV-2; M, PB2 y PA de Influenza A; M y NS de Influenza B; y N de RSV	1-Muestra directa
cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Control Kit cobas® 6800/8800 Buffer Negative Control Kit	P/N: 09233474190 P/N: 09233482190 P/N: 07002238190	Roche Molecular Systems, Inc.	**	100%	ORF1ab y E de SARS-CoV-2, M de Influenza A, NEP/NS1 de Influenza B y RNAsa P*	1-Muestra directa
CoviFlu Kit Multiplex	G2LCoFM-04	Genes2life SAPI de CV.	50 copias/reacción	100%	N de SARS-CoV-2, M de Influenza A y B y RNAsa P*	1
Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay	RV10259X	Seegene Inc.	50 copias/reacción	100%	S, N, RdRP, Gen humano*	1

Listado de Pruebas Moleculares por RT-PCR Multiplexado, útiles para el diagnóstico de SARS-CoV-2 durante la contingencia de COVID-19 en México

Nombre Prueba	No Catálogo	Fabricante	Sensibilidad Analítica (Límite de Detección)	Especificidad Analítica (Ausencia de reacciones cruzadas)	Genes Detectados	Número de reacciones necesarias por cada muestra
AccuPower® RV1 Multiplex Kit	RV1-2112	BIONEER Corporation	100 copias/reacción	100%	Genes E, N y RdRP de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y IC	1
FLU-COVID RT-PCR KIT	MAD-003942M-L (FLU-COVID MMIX referencia, MAD003942M-100-L y FLU COVID PC referencia MAD-FLU-COVID)	Vitro, S.A.	10 copias por reacción	100%	Gen N del SARS-CoV2, gen M de Influenza A, gen M de Influenza B y Rnasa P humana	1

* Los genes RNAsa P y Actina son genes humanos que permiten evaluar la calidad de la muestra
** Plataformas cerradas con sensibilidad mayor a las pruebas convencionales

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 03 DE JUNIO DE 2021