

PRUEBAS DE ANTÍGENO QUE NO SE CONSIDERAN ÚTILES

Solicitante	Nombre de la Prueba	No. Catálogo	Fabricante	Sensibilidad (Concordancia positiva* mínimo 80%)	Especificidad (Concordancia negativa* mínimo 95%)	Oficio
DLP MEDICAL, S.A. DE C.V.	Gmate® COVID-19 Ag SALIVA	AG-020	PHILOSYS Co., Ltd.	38.95%	97.96%	DGE-DSAT-09902-2022 21-06-2022
AXMILAB, S.A DE C.V.	RapiGEN BIOCREDIT COVID-19 Ag	G61RHA20C	RapiGEN, Inc.	77.57%	96.64%	DGE-DSAT-09664-2022 16-06-2022
BIO LEBEN, S.A. DE C.V.	DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette	Z20999CE	DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H. (DIALAB GmbH)	65.22%	99.31%	DGE-DSAT-07544-2022 12-05-2022
Investigación Diagnóstica, S.A. de C.V.	NG-TEST® SARS-CoV-2 Ag	NGB-COV-S23-028	NG-BIOTECH	75.65%	99.44%	DGE-DSAT-06850-2022 02-05-2022
Comercializado Armored Mex, S. de R.L. de C.V.	Aria COVID-19 Ag RAPID TEST	R0182C	CTK Biotech Inc	76.00%	93.78%	DGE-DSAT-05880-2022 12-04-2022
BIO-RAD, S.A.	Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)	12015553, 12016147	Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd.	75.64%	99.73%	DGE-DSAT-05193-2022 04-04-2022
Kabla Comercial, S.A. de C.V.	RAMP® COVID-19 Antigen Test	C1120-25 C1120-100	Response Biomedical Corp.	76.47%	95.76%	DGE-DSAT-03426-2022 28-02-2022
DLP MEDICAL, S.A. de C.V.	Gmate® COVID-19 Ag	AG-019	PHILOSYS Co., Ltd.	75.00%	87.04%	DGE-DSAT-02878-2022 23-02-2022
Promotora SN, S.A.P.I. de C.V.	Nova Test®SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)	nCov-500	Atlas Link Technology Co., Ltd.	76.77%	97.64%	DGE-DSAT-02872-2022 23-02-2022



PRUEBAS DE ANTÍGENO QUE NO SE CONSIDERAN ÚTILES

Solicitante	Nombre de la Prueba	No. Catálogo	Fabricante	Sensibilidad (Concordancia positiva* mínimo 80%)	Especificidad (Concordancia negativa* mínimo 95%)	Oficio
Comercial Biomédica KMT, S.A. de C.V.	COVICHEK™ COVID-19 Ag Kit	CAG301	WIZCHEM CO., LTD	62.79%	99.81%	DGE-DSAT-21710-2021 26-10-2021
Amunet, S.A. de C.V.	Prueba rápida en cartucho COVINET-Ag	DIAM-029	Amunet S.A. de C.V.	72.22%	98.50%	DGE-DSAT-021038-2021 25-10-2021
Accutest Research Laboratories Mexico, S.A. de C.V.	2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunocromatography)	CG2905 CG2910 CG2925 CG2950	Beijing Lepu Medical Technology Co. Ltd.	52.53%	98.66%	DGE-DSAT-14688-2021 20-09-2021
Accutest Research Laboratories Mexico, S.A. de C.V.	COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)	SL030101-10, SL030101-25	ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.,	72.97%	98.12%	DGE-DSAT-14687-2021 20-09-2021
Kabla Comercial, S.A. de C.V.	Certum COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)	ICOV-802	Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.	54.10%	98.57%	DGE-DSAT-012000-2021 19-08-2021
COMERCIAL BIOMÉDICA KMT, S.A. DE C.V.	GenBody COVID-19 Ag	COVAG025	GenBody INC.	75.81%	97.24%	DGE-DSAT-011999-2021 19-08-2021
Biotechnological Solutions, S.A. de C.V.	SARS-CoV-2/Flu A/ Flu B Ag Rapid Test	VLD01-03-13-011	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	75.00%	99.51%	DGE-DSAT-09355-2021 29-06-2021
MAFER MERCANTIL, S.A. de C.V.	COVID-19 Antigen Rapid Test	I-118 (P)	LuSys Laboratories, InC.	80.00%	88.24%	DGE-DSAT-08939-2021 21-06-2021
Medialisis, S.A. de C.V.	SGTi-flex COVID-19 Ag	CAGT025E2	SUGENTECH, INC.	75.00%	100.00%	DGE-DSAT-06100-2021 27-04-2021



PRUEBAS DE ANTÍGENO QUE NO SE CONSIDERAN ÚTILES

Solicitante	Nombre de la Prueba	No. Catálogo	Fabricante	Sensibilidad (Concordancia positiva* mínimo 80%)	Especificidad (Concordancia negativa* mínimo 95%)	Oficio
GRUPO ORUTEK, S.A. de C.V.	First Sign® SARS-CoV-2 Antigen Test	FSSA-CK20	W. H. P. M., Inc.	73.68%	99.29%	DGE-DSAT-04982-2021 31-03-2021
Becton Dickinson de México, S.A. de C.V.	BD Veritor™ System For Rapid Detection of SARS-CoV-2	256082	Becton, Dickinson and Company	68.42%	98.82%	DGE-DSAT-04660-2021 26-03-2021
PROVISION GROUP, S.A. de C.V.	QuickProfile™™ COVID-19 Antigen Test	71110B	LumiQuick Diagnostics, Inc.	77.55%	98.01%	DGE-DSAT-04659-2021 26-03-2021
García Ferretiz, S.A. de C.V.	2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold assay)	973682	Beijing Diagreat Biotechnologies Co., Ltd.	73.40%	100.00%	DGE-DSAT-03710-2021 12-03-2021
Kabla Comercial, S.A. de C.V.	Instant-view® PLUS COVID-19 Antigen Test	05-9315	Alfa Scientific Designs, Inc.	81.98%	75.83%	DGE-DSAT-3152-2021 04-03-2021
Kabla Comercial, S.A. de C.V.	Certum COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab)	ICOV-502	Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.	72.07%	95.95%	DGE-DSAT-00205-2021 08-01-2021