CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS NO UBICADOS INICIALMENTE Y POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS

Entidad: E.S.E. Carmen Emilia Ospina
Sede: CAIMI
Asunto: Aclaración sobre la ubicación e identificación de equipos biomédicos reportados inicialmente como no encontrados en el servicio

Por medio de la presente, se certifica que, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de la sede CAIMI de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en el mes de abril, algunos equipos relacionados en el inventario institucional no fueron encontrados inicialmente en el servicio donde se encontraban registrados.

Esta situación obedeció a diferentes circunstancias presentadas al momento de realizar las actividades de mantenimiento preventivo, entre ellas: equipos que no se encontraban disponibles para su intervención, equipos ubicados en áreas o espacios bajo llave que impedían el acceso en el momento de la visita, y equipos que se encontraban físicamente en la sede, pero estaban ubicados en servicios diferentes a los consignados en el inventario institucional.

Por lo anterior, al momento de consolidar y remitir la información correspondiente para la consultoría, en las observaciones de los respectivos reportes de mantenimiento se dejó constancia de que los equipos no se encontraban en el servicio, de acuerdo con las condiciones evidenciadas durante la visita técnica. Esta anotación correspondió a la imposibilidad de localizar los equipos en el lugar registrado o de disponer de ellos para su verificación en ese momento, y no necesariamente a la pérdida física de los mismos.

Posteriormente, durante la ejecución del siguiente mantenimiento preventivo, conforme al cronograma anual establecido para el mes de Julio, o en el desarrollo de las rondas de verificación realizadas, los equipos fueron encontrados e identificados, permitiendo establecer su ubicación física y continuar con las actividades correspondientes, según las condiciones de disponibilidad de cada equipo.

Como soporte de lo anterior, se adjuntan los reportes de mantenimiento preventivo y/o de verificación correspondientes a cada uno de los equipos relacionados, en los cuales se registraron las observaciones realizadas durante las visitas técnicas y la información disponible sobre su ubicación e identificación posterior.

La presente certificación se expide con el propósito de aclarar las circunstancias por las cuales algunos equipos biomédicos fueron reportados inicialmente como no encontrados en el servicio y posteriormente fueron localizados, dejando constancia de que dicha situación estuvo relacionada con su disponibilidad, accesibilidad o ubicación física al momento de las visitas, de acuerdo con los registros y soportes documentales correspondientes.

Se firma en Neiva, Huila, a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2026.

Atentamente,



KELLY CATHERINE REYES MORENO
Ingeniera Biomédica
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Anexos: Reportes individuales de mantenimiento preventivo y/o rondas de verificación de los equipos biomédicos relacionados.

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 43824

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO	1.2 CARACTER		
Preventivo ☐ Correctivo ☒ Entrega/Instalación ☐ Capacitación ☐	Garantía ☐	Contrato ☒	Factura ☐ Otro ☐
Ingeniero / Técnico	**Ciudad / Municipio**		**Fecha (Dia/Mes/Año)**
Ever adames	Neiva		08/10/26

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE Leo Cairmi	**Teléfono:**	8631319
Funcionario de contacto:	Kelly Reyes	**Cargo:**	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Succionador		**No. de Contrato:**	521	**Inventario:** 3404
Ubicación:	Bodega admin	**Marca:** Thomas	**Modelo:**	1130	**Serie:** 7990002352

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Equipo presenta fisura en reservorio

4.2 Procedimiento realizado ☒

☒ Revisión inicial del equipo	☒ Prueba neumáticas	☒ Limpieza general del equipo
☒ Mantenimiento de acuerdo a protocolo	☐ Validación y configuración software	☒ Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
☒ Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	☐ Revisión y funcionamiento del sistema	☐ Pruebas finales de todas las funciones del equipo
☒ Revisión y mantenimiento sistema mecánico	☐ Revisión de accesorios	☐ Validación y puesta en marcha del equipo
☐ Revisión y mantenimiento sistema electrónico	☐ Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	☒ El equipo queda trabajando bien
☐ Revisión y mantenimiento sistema óptico	☐ Pruebas hidráulicas	☐ Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
☐ Revisión Batería.	☐ Revisión y mantenimiento sistema neumático	☐ Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido ☒ En proceso ☐ Equipo fuera de servicio ☐ Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: ☒ SI: ☐

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
1	reservorio		

6. Observaciones Equipo presenta fisura en reservorio. Sistema de compresión funciona adecuadamente. Recomendado cambio reservorio. Funciona con observaciones.

Hora de Llegada _____ **Hora de Salida** _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
TP CN20A-79.663
REG. INVIMA [illegible]

Firma _____

Cliente:
Firma _____
Nombre Ana Ivoby Araujo E.

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 868 7498

Escaneado con CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 43823

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO				1.2 CARACTER			
Preventivo ☐	Correctivo ☒	Entrega/Instalación ☐	Capacitación ☐	Garantía ☐	Contrato ☒	Factura ☐	Otro ☐

Ingeniero / Técnico	Ciudad / Municipio	Fecha (Dia/Mes/Año)
Ever adames	Neiva.	08/10/2026

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE CSU CANAIMP	Teléfono:	8671818
Funcionario de contacto:	Kelly Reyes	Cargo:	Ing biomedica

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Micropipeta.		No. de Contrato:	021	Inventario: 2820
Ubicación:	Laboratorio.	Marca:	Human	Modelo:	5-80 ml	Serie: NIR

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Equipo no pasa test de Volumen.

4.2 Procedimiento realizado ☒

☒ Revisión inicial del equipo	☒ Prueba neumáticas	☒ Limpieza general del equipo
☒ Mantenimiento de acuerdo a protocolo	☐ Validación y configuración software	☐ Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
☐ Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	☐ Revisión y funcionamiento del sistema	☐ Pruebas finales de todas las funciones del equipo
☒ Revisión y mantenimiento sistema mecánico	☐ Revisión de accesorios	☐ Validación y puesta en marcha del equipo
☐ Revisión y mantenimiento sistema electrónico	☐ Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	☐ El equipo queda trabajando bien
☐ Revisión y mantenimiento sistema óptico	☐ Pruebas hidráulicas	☐ Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
☐ Revisión Bateria.	☐ Revisión y mantenimiento sistema neumático	☐ Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido ☐ En proceso ☐ Equipo fuera de servicio ☒ Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: ☒ SI: ☐

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones Equipo presenta obturacion en carcasa, no cumple test de volumen, sistema de lectura bloqueado se recomienda dar de baja.

Hora de Llegada

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón

Firma

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Hora de Salida

Cliente: ESE CSU

Firma

Nombre Maricelo

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Powered by CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42295

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO	1.2 CARACTER
Preventivo [X] Correctivo [ ] Entrega/Instalación [ ] Capacitación [ ]	Garantía [ ] Contrato [X] Factura [ ] Otro [ ]

Ingeniero / Técnico	Ciudad / Municipio	Fecha (Dia/Mes/Año)
Ever adames	Neiva	09/07/26

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE CEO CAMI	Teléfono:	8631818
Funcionario de contacto:	Kelly Reyn	Cargo:	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Equipo de Oxigeno de Pared		No. de Contrato:	521	Inventario: 3237
Ubicación:	Sala partos Alm	Marca:	Welch Allyn	Modelo: 65-777	Serie: NR

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Cronograma de mtto preventivo.

4.2 Procedimiento realizado [X]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Prueba neumáticas	[X] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[ ] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[ ] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[ ] Revisión Batería.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [X] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones Faltan cabezales del equipo #2.

Hora de Llegada _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
TP CN205-19485
REG. INVIMA: RM2000009 024

Firma _____

Hora de Salida _____

Cliente:

Firma _____

Nombre Ana Ruby Araujo E.

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Cl Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 830.110.570-0 Tel. 608 656 7426

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42296

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO	1.2 CARACTER		
Preventivo [X] Correctivo [ ] Entrega/Instalación [ ] Capacitación [ ]	Garantia [ ]	Contrato [X]	Factura [ ] Otro [ ]
Ingeniero / Técnico	**Ciudad / Municipio**	**Fecha (Dia/Mes/Año)**	
Ever adames	Neiva	09/07/26	

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE CEO CAIMI	**Teléfono:**	8631878
Funcionario de contacto:	Kelly Reyes	**Cargo:**	Ing Biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Tensiometro de Pared		**No. de Contrato:**	520	**Inventario:** 6397
Ubicación:	Sal Parto Alm	**Marca:** Welch Allyn	**Modelo:**	1/A Aime	**Serie:** 200109000000

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Cronograma de mto preventivo

4.2 Procedimiento realizado [X]

[X] Revisión inicial del equipo	[X] Prueba neumáticas	[X] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[ ] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[ ] Revisión Batería.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones Equipo operativo en el Servicio

Hora de Llegada _____ **Hora de Salida** _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
T.P. CN20[illegible]
Firma _____

Cliente:
Firma _____
Nombre Ana Ingay Arango C.

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Caliche Impresores - Garcia Solano y Compañia S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 866 7496

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 43825

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO	1.2 CARACTER		
Preventivo ☐ Correctivo ☒ Entrega/Instalación ☐ Capacitación ☐	Garantía ☐	Contrato ☒	Factura ☐ Otro ☐
Ingeniero / Técnico	**Ciudad / Municipio**		**Fecha (Dia/Mes/Año)**
Ever adames	Neiva		08/10/26

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE Hlo CAIMI	**Teléfono:**	8631818
Funcionario de contacto:	Kelly Reyes	**Cargo:**	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Succionador		**No. de Contrato:**	521	**Inventario:** 3259.
Ubicación:	Sala Parto. 1	**Marca:**	**Modelo:**		**Serie:**

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Equipo no aspira manguera siliconada.

4.2 Procedimiento realizado ☒

☒ Revisión inicial del equipo	☒ Prueba neumáticas	☒ Limpieza general del equipo
☒ Mantenimiento de acuerdo a protocolo	☐ Validación y configuración software	☒ Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
☒ Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	☐ Revisión y funcionamiento del sistema	☐ Pruebas finales de todas las funciones del equipo
☒ Revisión y mantenimiento sistema mecánico	☐ Revisión de accesorios	☐ Validación y puesta en marcha del equipo
☐ Revisión y mantenimiento sistema electrónico	☐ Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	☒ El equipo queda trabajando bien
☐ Revisión y mantenimiento sistema óptico	☐ Pruebas hidráulicas	☐ Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
☐ Revisión Bateria.	☐ Revisión y mantenimiento sistema neumático	☐ Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido ☐ En proceso ☒ Equipo fuera de servicio ☐ Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: ☒ SI: ☐

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
1	Niple 1/4 NPT		

6. Observaciones Requiere niple espina de Pescado de 1/4" para fijar manguera siliconada.
Ubicado en Bodega de medicamentos de Parto

Hora de Llegada _____ **Hora de Salida** _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
T.P. CN2018-79...
REG. INVIMA ...

Firma _____

Cliente:
Firma _____
Nombre Ana Ingby Araujo E.

Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 866 7496

CS Escaneado con CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 40998

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO	1.2 CARACTER		
Preventivo ☐ Correctivo ☑ Entrega/Instalación ☐ Capacitación ☐	Garantía ☐ Contrato ☑ Factura ☐ Otro ☐		
Ingeniero / Técnico	**Ciudad / Municipio**	**Fecha (Dia/Mes/Año)**	
Juan D. Perdomo	Neiva	03 Agosto 2026	

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: ESE CEO / Crimp	**Teléfono:**
Funcionario de contacto:	**Cargo:**

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Pasa baba Digital		**No. de Contrato:**	**Inventario:**	4427
Ubicación:	Sala Partos	**Marca:** Jaeger	**Modelo:** 354	**Serie:**	835417720687

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Error de Paso

4.2 Procedimiento realizado ☐ Mantenimiento Correctivo

☑ Revisión inicial del equipo	☐ Prueba neumáticas	☐ Limpieza general del equipo
☐ Mantenimiento de acuerdo a protocolo	☐ Validación y configuración software	☐ Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
☐ Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	☐ Revisión y funcionamiento del sistema	☐ Pruebas finales de todas las funciones del equipo
☐ Revisión y mantenimiento sistema mecánico	☐ Revisión de accesorios	☐ Validación y puesta en marcha del equipo
☐ Revisión y mantenimiento sistema electrónico	☐ Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	☐ El equipo queda trabajando bien
☐ Revisión y mantenimiento sistema óptico	☐ Pruebas hidráulicas	☐ Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
☐ Revisión Batería.	☐ Revisión y mantenimiento sistema neumático	☑ Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido ☐ En proceso ☐ Equipo fuera de servicio ☑ Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: ☐ SI: ☐

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones Verificacion de Estado Fisico, se detecta daño en Cables de Pasaya, se intenta realizar test de Calibracion pero Equipo se Bloquea, la calibracion no es posible, se recomienda dar de Baja, Fuera de Servicio

Hora de Llegada _____ **Hora de Salida** _____

Ingeniero Técnico: Juan D. Perdomo

Firma _____

Cliente:

Firma _____

Nombre

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Calcha Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 888 7400

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42229

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO	1.2 CARACTER		
Preventivo [X] Correctivo [ ] Entrega/Instalación [ ] Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ] Otro [ ]
Ingeniero / Técnico	Ciudad / Municipio	Fecha (Dia/Mes/Año)	
Ever adames	Neiva	14/07/26	

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE CEO CAIMI	Teléfono:	8631818
Funcionario de contacto:	Kelly Reyes	Cargo:	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Doppler Fetal		No. de Contrato: 521	Inventario:	6222
Ubicación:	Sala Parto 1	Marca: Edan	Modelo: Sonobex Pro II	Serie:	M1420096A062

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Cronograma de mtto preventivo

4.2 Procedimiento realizado [X]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Prueba neumáticas	[X] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[X] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[X] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[X] Revisión Bateria.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones Equipo Funciona correctamente.

Hora de Llegada _____ Hora de Salida _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
T.P CN206 79465
C.C. 1117[illegible]

Firma _____

Cliente:
Firma
Nombre Anabby Araujo C.

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Cultura Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 866 7496

Powered by CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42232

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO				1.2 CARACTER			
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Entrega/Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]

Ingeniero / Técnico	Ciudad / Municipio	Fecha (Dia/Mes/Año)
Ever adames	Neiva	14/07/26

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE CEO CAICMA	Teléfono:	8631819
Funcionario de contacto:	Kelly Reyes	Cargo:	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	lampara de examen		No. de Contrato:	521	Inventario: 3225
Ubicación:	Sala Parto Almac	Marca: welch Allyn	Modelo:	65300	Serie: NIR

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico: Cronograma de mtto preventivo

4.2 Procedimiento realizado [ ]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Prueba neumáticas	[X] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[X] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[X] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[X] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[ ] Revisión Bateria.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones: Equipo operativo en el Servicio.

Hora de Llegada _____ Hora de Salida _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
T.P CN2016 79485
Firma

Cliente:
Firma
Nombre Ana Indey Arroyo C.

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Ci Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.573-0 Tel. 608 866 7490

Powered by CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42233

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO				1.2 CARACTER			
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Entrega/Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]

Ingeniero / Técnico	Ciudad / Municipio	Fecha (Dia/Mes/Año)
Ever adames	Neiva	14/07/26

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE CEO CAIMI	Teléfono:	8631818
Funcionario de contacto:	Kelly Reyes	Cargo:	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	lampara de examen		No. de Contrato:	521	Inventario: 3223
Ubicación:	Sala Partos Almac	Marca:	welch Allyn	Modelo: 65-J00	Serie: NM

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Coonograma de mtto preventivo

4.2 Procedimiento realizado [X]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Prueba neumáticas	[X] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[X] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[ ] Revisión Batería.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones Equipo operativo en el Servicio.

Hora de Llegada _____ Hora de Salida _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
T.P. CN20[illegible]
Firma

Cliente:
Firma
Nombre Ana Inés Reyes C.

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 866 7496

Powered by CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42236

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO				1.2 CARACTER			
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Entrega/Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]

Ingeniero / Técnico	Ciudad / Municipio	Fecha (Dia/Mes/Año)
Ever adames	Neiva	14/07/26

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE CIO CAIMI	Teléfono:	8631818
Funcionario de contacto:	Nelly Reyes	Cargo:	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Tensiometro Pediatrico		No. de Contrato: 521	Inventario:	N/A
Ubicación:	Sala Parto Mma	Marca: Welch Allyn	Modelo: 5 Shaft Resistant	Serie:	180309105049

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Cronograma de Mto preventivo.

4.2 Procedimiento realizado [X]

[X] Revisión inicial del equipo	[X] Prueba neumáticas	[X] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[ ] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[ ] Revisión Batería.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones Equipo operativo en el Servicio

Hora de Llegada _____ **Hora de Salida** _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Raigón
T.P. CN20[illegible]
Firma

Cliente:
Firma
Nombre Ana Isabel Arango C.

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Caldve Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 866 7496

Powered by CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42237

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO	1.2 CARACTER
Preventivo [X] Correctivo [ ] Entrega/Instalación [ ] Capacitación [ ]	Garantía [ ] Contrato [X] Factura [ ] Otro [ ]

Ingeniero / Técnico	Ciudad / Municipio	Fecha (Dia/Mes/Año)
Ever adames	Neiva	14/07/26

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: ESE CEO CAMI	Teléfono: 8671318
Funcionario de contacto: Kelly Reyes	Cargo: Ing biomedica

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Foto Foro		No. de Contrato: 521	Inventario: OVS 3748
Ubicación: Sala partos Alm	Marca: welch allyn		Modelo: 4600R	Serie: 18030188

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico: Cronograma de mto preventivo

4.2 Procedimiento realizado [X]

[X] Revisión Inicial del equipo	[ ] Prueba neumáticas	[X] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[ ] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[X] Revisión Bateria.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones: Equipo operativo en el Servicio

Hora de Llegada _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
TP CN20[illegible]
Firma

Hora de Salida _____

Cliente:
Firma
Nombre Ana Ingby Arroyo B.

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 866 7496

Powered by CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42238

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO				1.2 CARACTER			
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Entrega/Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantia [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]

Ingeniero / Técnico	Ciudad / Municipio	Fecha (Dia/Mes/Año)
Ever adames	Neiva	14/09/26

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE CEO CAimi	Teléfono:	8631818
Funcionario de contacto:	Kelly Reyes	Cargo:	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Fonendoscopio		No. de Contrato: 521	Inventario:	N/A
Ubicación:	Sala para Alm	Marca: Riester	Modelo: Duplex	Serie:	N/A

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico: Cronograma de mtto preventivo

4.2 Procedimiento realizado [X]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Prueba neumáticas	[ ] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[ ] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[ ] Revisión Batería.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones: Equipo Funciona correctamente

Hora de Llegada: _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
TP CN20[illegible]
Firma: _____

Hora de Salida: _____

Cliente:
Firma: _____
Nombre: Ana Isabel Araque.

Powered by CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42239

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO	1.2 CARACTER		
Preventivo [X] Correctivo [ ] Entrega/Instalación [ ] Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ] Otro [ ]
Ingeniero / Técnico	**Ciudad / Municipio**	**Fecha (Dia/Mes/Año)**	
Ever adames	Neiva	14/07/26	

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE CEO CAIMI	**Teléfono:**	8631918
Funcionario de contacto:	Kelly Reyes	**Cargo:**	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	lampara halogena		**No. de Contrato:**	521	**Inventario:**	ANR
Ubicación:	Sala Parto Alm	**Marca:**	welch Allyn	**Modelo:**	76600	**Serie:**	NR

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Cronograma de mto preventivo

4.2 Procedimiento realizado [X]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Prueba neumáticas	[ ] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[ ] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[X] Revisión Bateria.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
2	pilas AAA		

6. Observaciones requiere bateria funciona con observaciones

Hora de Llegada _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Ramón
TP CN20-79484

Firma _____

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Hora de Salida _____

Cliente:
Firma _____
Nombre Ana Fabiola Arroyo E.

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Powered by CamScanner

INGEMEDICAL ADAME SAS

ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NIT.900.120.879-6

REPORTE DE SERVICIO
No. 42240

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO	1.2 CARACTER
Preventivo [X] Correctivo [ ] Entrega/Instalación [ ] Capacitación [ ]	Garantia [ ] Contrato [X] Factura [ ] Otro [ ]

Ingeniero / Técnico	Ciudad / Municipio	Fecha (Dia/Mes/Año)
Ever adams	Neiva	14/07/26

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente:	ESE Leo Cairni	Teléfono:	8631818
Funcionario de contacto:	Kelly Reys	Cargo:	Ing biomedico

3. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Pesa Gramera		No. de Contrato: 521	Inventario:	5513
Ubicación: Sala Partos Alm	Marca:	Seca	Modelo: 22089	Serie:	NR

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Diagnostico Cronograma de mto preventivo

4.2 Procedimiento realizado [X]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Prueba neumáticas	[X] Limpieza general del equipo
[X] Mantenimiento de acuerdo a protocolo	[ ] Validación y configuración software	[ ] Limpieza interna de componentes y ajustes de conectores
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema óptico	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Entrega instalación y capacitación equipo nuevo
[X] Revisión Batería.	[ ] Revisión y mantenimiento sistema neumático	[ ] Acciones correctivos / ver observaciones

4.3 Estado del Servicio Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro:

5. Cambio o instalación de partes: NO: [X] SI: [ ]

PARTES REQUERIDAS

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie

6. Observaciones Equipo operativo en el Servicio

Hora de Llegada _____ **Hora de Salida** _____

Ingeniero Técnico: Ing. Ever Adames Raigón
TP CN20[illegible]9185
Firma

Cliente:
Firma
Nombre Ana Indyp Araujo C.

INGEMEDICAL ADAMES S.A.S.
ASESORIAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIONES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

Calle 14 No. 5-35 Cel: 310 785 7976 Neiva - Huila
E-mail: everadamesr_2504@hotmail.com - ingemedicaladames@hotmail.com

Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. NIT 800.110.570-0 Tel. 608 866 7496

Powered by CamScanner