
SwitchArray-2026-S008 維修檢測完成紀錄


- 室外檢測完成日期: 2026-10-28

時間序列檢視


室內浮接測試時間序列 PSU:SHOW S008202610281325




室內浮接測試時間序列 PSU:HIDE S008202610281325



室內標準地層測試時間序列 PSU:SHOW S008202610281333



室內標準地層測試時間序列 PSU:HIDE S008202610281333




R2MS_Lite_CSV_CurrentQC 分析摘要

- **來源檔案**： `S008202610281333.v299T.csv`
- **產生時間**：2026-10-30 16:43:40
- **資料筆數**：原始 1890 筆 → 篩選後 1134 筆（每 10 筆保留 3~8）
- **判定標準**：AVG(MEAS/PSU) > 115.00%
- **BOARD 對應**：CH01–CH08 = BOARD 01、CH09–CH16 = BOARD 02、…、CH57–CH64 = BOARD 08


```
BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[%],count,BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[
01,CH01,0.001058337,0.066687425,100.00,12,02,CH09,0.002110035,0.066687425, 99.67,24
01,CH02,0.002110428,0.066687425, 99.70,24,02,CH10,0.002117508,0.066687425,100.02,24
01,CH03,0.002111856,0.066687425, 99.75,24,02,CH11,0.002120407,0.066687425,100.16,24
01,CH04,0.002117224,0.066687425,100.01,24,02,CH12,0.002121315,0.066687425,100.20,24
01,CH05,0.002112045,0.066687425, 99.76,24,02,CH13,0.002116364,0.066687425, 99.97,24
01,CH06,0.002122207,0.066687425,100.24,24,02,CH14,0.002118208,0.066687425,100.05,24
01,CH07,0.002113805,0.066687425, 99.85,24,02,CH15,0.002116099,0.066687425, 99.95,24
01,CH08,0.002117928,0.066687425,100.04,24,02,CH16,0.002113023,0.066687425, 99.81,24
03,CH17,0.002123682,0.066687425,100.31,24,04,CH25,0.002113830,0.066687425, 99.85,24
03,CH18,0.002114996,0.066687425, 99.90,24,04,CH26,0.002122494,0.066687425,100.25,24
03,CH19,0.002114581,0.066687425, 99.88,24,04,CH27,0.002125561,0.066687425,100.40,24
03,CH20,0.002112903,0.066687425, 99.80,24,04,CH28,0.002115328,0.066687425, 99.92,24
03,CH21,0.002116339,0.066687425, 99.96,24,04,CH29,0.002119600,0.066687425,100.12,24
03,CH22,0.002115187,0.066687425, 99.91,24,04,CH30,0.002111735,0.066687425, 99.75,24
03,CH23,0.002114251,0.066687425, 99.87,24,04,CH31,0.002115811,0.066687425, 99.94,24
03,CH24,0.002118042,0.066687425,100.05,24,04,CH32,0.002115144,0.066687425, 99.91,24
05,CH33,0.002111761,0.066687425, 99.75,24,06,CH41,0.002118793,0.066687425,100.08,24
05,CH34,0.002121506,0.066687425,100.21,24,06,CH42,0.002121398,0.066687425,100.20,24
05,CH35,0.002114189,0.066687425, 99.87,24,06,CH43,0.002115099,0.066687425, 99.91,24
05,CH36,0.002112613,0.066687425, 99.79,24,06,CH44,0.002119038,0.066687425,100.09,24
05,CH37,0.002115517,0.066687425, 99.93,24,06,CH45,0.002112581,0.066687425, 99.79,24
05,CH38,0.002119133,0.066687425,100.10,24,06,CH46,0.002113417,0.066687425, 99.83,24
05,CH39,0.002115478,0.066687425, 99.93,24,06,CH47,0.002119453,0.066687425,100.11,24
05,CH40,0.002115213,0.066687425, 99.91,24,06,CH48,0.002115192,0.066687425, 99.91,24
07,CH49,0.002118830,0.066687425,100.08,24,08,CH57,0.002106874,0.066687425, 99.52,24
07,CH50,0.002116558,0.066687425, 99.98,24,08,CH58,0.002111930,0.066687425, 99.76,24
07,CH51,0.002122759,0.066687425,100.27,24,08,CH59,0.002116625,0.066687425, 99.98,24
07,CH52,0.002116048,0.066687425, 99.95,24,08,CH60,0.002113532,0.066687425, 99.83,24
07,CH53,0.002120216,0.066687425,100.15,24,08,CH61,0.002112496,0.066687425, 99.79,24
07,CH54,0.002124687,0.066687425,100.36,24,08,CH62,0.002111164,0.066687425, 99.72,24
07,CH55,0.002116870,0.066687425, 99.99,24,08,CH63,0.002120072,0.066687425,100.14,24
07,CH56,0.002115120,0.066687425, 99.91,24,08,CH64,0.001054988,0.066687425, 99.67,12
```

超標通道：無

野外測試時間序列 PSU:SHOW S008202610281342



野外測試時間序列 PSU:HIDE S008202610281342




R2MS_Lite_CSV_CurrentQC 分析摘要

- **來源檔案**： `S008202610281342.v299T.csv`
- **產生時間**：2026-10-30 16:43:47
- **資料筆數**：原始 1890 筆 → 篩選後 1134 筆（每 10 筆保留 3~8）
- **判定標準**：AVG(MEAS/PSU) > 115.00%
- **BOARD 對應**：CH01–CH08 = BOARD 01、CH09–CH16 = BOARD 02、…、CH57–CH64 = BOARD 08


```
BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[%],count,BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[
01,CH01,0.000211624,0.017779356,102.51,12,02,CH09,0.000627371,0.017779356,100.09,24
01,CH02,0.000503238,0.017779356, 99.61,24,02,CH10,0.000577298,0.017779356,100.18,24
01,CH03,0.000566005,0.017779356,100.32,24,02,CH11,0.000528852,0.017779356,100.36,24
01,CH04,0.000560254,0.017779356,100.35,24,02,CH12,0.000498000,0.017779356,101.75,24
01,CH05,0.000656792,0.017779356, 99.55,24,02,CH13,0.000535922,0.017779356, 99.71,24
01,CH06,0.000760463,0.017779356, 99.99,24,02,CH14,0.000581112,0.017779356,100.50,24
01,CH07,0.000764131,0.017779356,100.18,24,02,CH15,0.000500263,0.017779356,100.31,24
01,CH08,0.000704329,0.017779356,100.03,24,02,CH16,0.000429559,0.017779356,100.79,24
03,CH17,0.000444435,0.017779356,100.68,24,04,CH25,0.000377284,0.017779356, 99.89,24
03,CH18,0.000437301,0.017779356,101.92,24,04,CH26,0.000378565,0.017779356,101.00,24
03,CH19,0.000398530,0.017779356,100.09,24,04,CH27,0.000358231,0.017779356,101.50,24
03,CH20,0.000360086,0.017779356,100.46,24,04,CH28,0.000333820,0.017779356,100.14,24
03,CH21,0.000305016,0.017779356,101.26,24,04,CH29,0.000331124,0.017779356,101.89,24
03,CH22,0.000291993,0.017779356,101.61,24,04,CH30,0.000350531,0.017779356, 99.88,24
03,CH23,0.000315482,0.017779356,100.79,24,04,CH31,0.000369731,0.017779356,101.55,24
03,CH24,0.000350295,0.017779356,101.20,24,04,CH32,0.000397847,0.017779356,100.11,24
05,CH33,0.000446166,0.017779356, 99.77,24,06,CH41,0.000511721,0.017779356,100.47,24
05,CH34,0.000426325,0.017779356,101.67,24,06,CH42,0.000651327,0.017779356,100.08,24
05,CH35,0.000392487,0.017779356,101.06,24,06,CH43,0.000735799,0.017779356,100.00,24
05,CH36,0.000434120,0.017779356, 99.92,24,06,CH44,0.000728738,0.017779356, 99.92,24
05,CH37,0.000507240,0.017779356, 99.92,24,06,CH45,0.000711858,0.017779356, 99.88,24
05,CH38,0.000549357,0.017779356,100.32,24,06,CH46,0.000717407,0.017779356, 99.77,24
05,CH39,0.000517188,0.017779356,100.37,24,06,CH47,0.000771615,0.017779356, 99.86,24
05,CH40,0.000468210,0.017779356,100.39,24,06,CH48,0.000790843,0.017779356, 99.78,24
07,CH49,0.000745592,0.017779356,100.02,24,08,CH57,0.000820765,0.017779356, 99.38,24
07,CH50,0.000719886,0.017779356, 99.93,24,08,CH58,0.000852672,0.017779356, 99.58,24
07,CH51,0.000749087,0.017779356,100.01,24,08,CH59,0.000797672,0.017779356,100.03,24
07,CH52,0.000805574,0.017779356, 99.74,24,08,CH60,0.000669994,0.017779356,100.17,24
07,CH53,0.000851250,0.017779356,100.35,24,08,CH61,0.000607791,0.017779356, 99.76,24
07,CH54,0.000839890,0.017779356,100.31,24,08,CH62,0.000575378,0.017779356, 99.58,24
07,CH55,0.000823952,0.017779356, 99.76,24,08,CH63,0.000532479,0.017779356,100.43,24
07,CH56,0.000818056,0.017779356, 99.86,24,08,CH64,0.000251864,0.017779356, 98.50,12
```

超標通道：無

NCU草坪時間序列 PSU:SHOW S008202610281349



NCU草坪時間序列 PSU:HIDE S008202610281349



R2MS_Lite_CSV_CurrentQC 分析摘要

- **來源檔案**： `S008202610281349.v299S.csv`
- **產生時間**：2026-10-30 16:43:54
- **資料筆數**：原始 19530 筆 → 篩選後 11718 筆（每 10 筆保留 3~8）
- **判定標準**：AVG(MEAS/PSU) > 115.00%
- **BOARD 對應**：CH01–CH08 = BOARD 01、CH09–CH16 = BOARD 02、…、CH57–CH64 = BOARD 08

```
BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[%],count,BOARD,CH,AVG(MEAS)[V],AVG(PSU)[V],AVG(MEAS/PSU)[
01,CH01,0.007477354,0.270973016,111.49,252,02,CH09,0.009186889,0.270973016,102.61,240
01,CH02,0.009368354,0.270973016,103.13,240,02,CH10,0.009339212,0.270973016,103.88,252
01,CH03,0.009708450,0.270973016,110.71,240,02,CH11,0.009032015,0.270973016,102.04,240
01,CH04,0.009325203,0.270973016,107.24,252,02,CH12,0.008920447,0.270973016,113.21,240
01,CH05,0.009228962,0.270973016,101.25,240,02,CH13,0.009083634,0.270973016,100.75,252
01,CH06,0.009663553,0.270973016,101.95,240,02,CH14,0.009782248,0.270973016,109.74,240
01,CH07,0.010759975,0.270973016,112.69,252,02,CH15,0.009080701,0.270973016,103.02,240
01,CH08,0.009593959,0.270973016,102.40,240,02,CH16,0.007304217,0.270973016,101.23,252
03,CH17,0.010229407,0.270973016,117.56,240,04,CH25,0.007614905,0.270973016,100.93,252
03,CH18,0.008751376,0.270973016,120.02,240,04,CH26,0.007596002,0.270973016,103.75,240
03,CH19,0.007915910,0.270973016,101.42,252,04,CH27,0.007028905,0.270973016,104.07,240
03,CH20,0.007242761,0.270973016,101.61,240,04,CH28,0.007286081,0.270973016,100.82,252
03,CH21,0.006348671,0.270973016,102.26,240,04,CH29,0.006764343,0.270973016,107.57,240
03,CH22,0.007263524,0.270973016,119.27,252,04,CH30,0.007615255,0.270973016,101.46,240
03,CH23,0.008112258,0.270973016,122.51,240,04,CH31,0.008850430,0.270973016,122.55,252
03,CH24,0.007997596,0.270973016,120.57,240,04,CH32,0.007388301,0.270973016,101.36,240
05,CH33,0.008498984,0.270973016,100.99,240,06,CH41,0.008245731,0.270973016,103.48,240
05,CH34,0.008194363,0.270973016,105.84,252,06,CH42,0.009531512,0.270973016,102.65,240
05,CH35,0.007988527,0.270973016,114.00,240,06,CH43,0.010009646,0.270973016,104.99,252
05,CH36,0.008112459,0.270973016,101.68,240,06,CH44,0.009440393,0.270973016,100.86,240
05,CH37,0.008470799,0.270973016,101.19,252,06,CH45,0.009453108,0.270973016,101.98,240
05,CH38,0.009447966,0.270973016,105.68,240,06,CH46,0.009509061,0.270973016,100.92,252
05,CH39,0.008430366,0.270973016,100.99,240,06,CH47,0.009544381,0.270973016,100.99,240
05,CH40,0.008192504,0.270973016,101.52,252,06,CH48,0.009632012,0.270973016,101.49,240
07,CH49,0.009704513,0.270973016,100.78,252,08,CH57,0.009521217,0.270973016,100.25,240
07,CH50,0.009432070,0.270973016,101.26,240,08,CH58,0.010024666,0.270973016,101.27,252
07,CH51,0.009541054,0.270973016,101.21,240,08,CH59,0.009629780,0.270973016,101.13,240
07,CH52,0.009849861,0.270973016,101.02,252,08,CH60,0.009151250,0.270973016,100.76,240
07,CH53,0.010133643,0.270973016,105.70,240,08,CH61,0.009177322,0.270973016,100.50,252
07,CH54,0.009673529,0.270973016,101.39,240,08,CH62,0.009080364,0.270973016,100.27,240
07,CH55,0.009990564,0.270973016,100.66,252,08,CH63,0.008448343,0.270973016,100.77,240
07,CH56,0.009606332,0.270973016,101.09,240,08,CH64,0.008852073,0.270973016,100.35,252
```

超標通道（6 個）：CH17 (117.56%)、CH18 (120.02%)、CH22 (119.27%)、CH23 (122.51%)、CH24 (120.57%)、CH31 (122.55%)

順推分析


- 用預設值順推，時間序列解算手動選用實際資料「S008202610281349.v299S.csv」。

逆推分析(S008202610281349.v299S.WS.ohm)

- 測線名稱改為「S008202610281349.v299S.WS」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」

- 其他維持預設值。


S008202610281349.v299S.WS 逆推結果



逆推分析(S008202610281349.v299S.WS.PSU.ohm)

- 測線名稱改為「S008202610281349.v299S.WS.PSU」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。


S008202610281349.v299S.WS.PSU 逆推結果



逆推分析(S008202610281349.v299S.MPR.ohm)

- 測線名稱改為「S008202610281349.v299S.MPR」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。

S008202610281349.v299S.MPR 逆推結果




逆推分析(S008202610281349.v299S.MPR.PSU.ohm)

- 測線名稱改為「S008202610281349.v299S.MPR.PSU」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」

- 其他維持預設值。


S008202610281349.v299S.MPR.PSU 逆推結果



逆推分析(S008202610281349.v299S.MGD.ohm)

- 測線名稱改為「S008202610281349.v299S.MGD」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。


S008202610281349.v299S.MGD 逆推結果



逆推分析(S999202610281236.v299S.MGD.PSU.ohm)

- 測線名稱改為「S008202610281349.v299S.MGD.PSU」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。

S008202610281349.v299S.MGD.PSU 逆推結果




逆推分析(S008202610281349.v299S.GD.ohm)

- 測線名稱改為「S008202610281349.v299S.GD」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」

- 其他維持預設值。

S008202610281349.v299S.GD 逆推結果



逆推分析(S008202610281349.v299S.GD.PSU.ohm)

- 測線名稱改為「S008202610281349.v299S.GD.PSU」
- 資料剔除次數改為「1」
- 色階範圍改為「[50,2000]」
- 其他維持預設值。

S008202610281349.v299S.GD.PSU 逆推結果

