

平潭一中岚城校区实验器材参数

4.2.1 （平潭一中岚城校区初中生物）实验室采购清单

（平潭一中岚城校区初中生物）实验室采购清单									
序号	编号	名称	规格 功能	单位	执行标准代号	数量	单价	小计	备注
2	30802000802	简易急救箱	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等	个		1			应定期更新箱内药品
3	30802000204	护目镜	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗	个	GB 14866	6			
4	30802000503	乳胶手套	耐酸碱	副	HG/T 2888	20			
5	30802000513	一次性PE手套	塑料材质	包		20			
6	20603040201	电磁炉	功率可调，额定功率≥1600 W	个	GB 4706.22	1			
7	30199008301	恒温水浴锅	水浴控温范围：室温+5℃~99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示	台		1			
8	40103000601	榨汁机	≥18000 r/min, ≥1.0 L	台		1			用于制备新鲜生物组织样液。
9	30199007501	烘干箱	电热鼓风型，功率≥600 W, 1.5 级（温度均匀性为±0.03℃, 温度波动性为 1.5℃），烘干温度250℃以下, 箱体内部有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm	台	GB/T 30435	1			用于烘干玻璃仪器、生物材料等。

10	30199007801	恒温培养箱	控温范围：室温+5℃~65℃，±1℃	台	GB/T 32710.9-2016	1			
11	30199002001	仪器车	600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg	辆		1			用于收纳实验器材。
12	30801006301	整理箱	PP 材质，储存及分发试剂用	个		5			
13	30199009112	大托盘	400 mm×300 mm×60 mm	个		5			
14	30199009111	小托盘	300 mm×200 mm×40 mm	个		5			
15	30199009201	实验用品提篮	木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm	个		2			
16	30199000401	打孔器	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通杆	套		2			用于实验材料的加工、仪器维修、自制教具等。
17	30199000501	打孔夹板	硬木或硬塑料制	个		1			
18	30199000601	打孔器刮刀	刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理，55 HRC ~ 60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为 60°±5°，锋刃 <0.1 mm	个		1			
19	30801000101	低压测电器	笔式，氖泡式，测电极长 ≤10 mm，测量范围 100 V ~ 500 V，辉光应稳定不闪烁	支		1			也称测电笔

20	30801000201	一字 螺丝 刀	ϕ 6 mm, 长 150 mm; ϕ 3 mm, 长 75 mm, 工作部带磁性, 硬度 $\geq$ 48 HRC; 旋杆采用铬钒钢, 旋杆长度 $\geq$ 100 mm, 应 经镀铬防锈处理; 手柄采 用高强度 PP+高强度 TPR 注塑成型	套	GB/T 10635 -2013	1			
21	30801000301	十字 螺丝 刀		套		1			
22	30801001201	钢手 锯	A 型 (单面) 300 mm, 齿数: 18 (每 25 mm) ; 可调钢锯架, 前后固定销 与相应孔的配合间隙 $\leq$ 0.3 mm; 安装锯条后, 锯条中心平面与锯架中 心平面的平行度 $\leq$ 2 mm; 钢锯在达到 99 N 拉力后经 1 min, 不应有 永久变形, 拉钉不得松动 脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时, 侧弯不 得超过 1.8 mm	把	QB/T 1108 -2015 GB/T 14764 -2008	1			
23	30801001301	剥线 钳	自动剥线钳, ϕ 0.5 mm~ ϕ 2.5 mm; 刃口 在闭合状态, 刃口间隙应 $\leq$ 0.3 mm; 刃口错位应 $\leq$ 0.2 mm; 钳口硬度应 $\geq$ 65 HRA 或 30 HRC	把	QB/T 2207 -2017	1			
24	30801001401	钢丝 钳	160 mm, 抗弯强度: 1120 N; 扭力: 15 N·m, 15°; 嘴顶缝隙: 0.4 mm; 剪切性能: ϕ 16 mm 钢 丝, 580 N; 夹持面硬 度 $\geq$ 44 HRC, PVC 全新 料环保手柄, 在 $\leq$ 18 N 的力作用下撑开角度 $\geq$ 22°	把	QB/T 2442.1 -2007	1			
25	30801001511	钢锤	0.25 kg, 羊角锤	把	QB/T 1290.8 -2010	1			

26	30801002002	活扳手	200 mm, 活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度 ≥ 40 HRC	把	GB/T 4440	1			
27	30801009901	砂轮片	$\phi 20$ mm ~ $\phi 30$ mm	片		3			断玻璃管用
28	30201000701	软尺	1500 mm	个		10			
29	30202000313	托盘天平	200 g, 0.2 g	台	QB/T 2087-2016	10			二选一
30	30202000542	电子天平	500 g, 0.01 g	台	GB/T 26497	1			
31	30203000202	电子秒表	专用型, 全时段分辨力 0.01 s; 有防震、防水功能, 电池更换周期 ≥ 1.5 年	个	GB/T 22778	15			
32	30204000201	红液温度计	0 °C ~ 100 °C, 分度值 1 °C, 示值误差 < 1.5 °C	支	JB/T 9262-1999	30			
33	30204000302	水银温度计	0 °C ~ 200 °C, 分度值 1 °C, 示值误差 < 0.5 °C, 有保护套	支	JB/T 9262-1999	5			
34	30204001801	干湿球温度计	-25 °C ~ 50 °C, 分度值 0.2 °C; 测量湿度 0% ~ 100%	个	GB/T 8747	10			
35	30814102001	计数器	手持式	个	GB/T 14482-1993	15			
36	30309000102	解剖器	不锈钢材料, 7 件, 包括: 2 把解剖剪 (直剪、弯剪各 1)、2 个镊子 (直头、弯头各 1)、2 个解剖刀 (圆头、尖头各 1)、1 个解剖针	套		15			
37	30309000201	解剖盘	260 mm $\times$ 200 mm $\times$ 30 mm, 蜡盘	个		15			
38	30309000301	骨剪	不锈钢材料, 130 mm	把	YY/T 1135-2008	1			
39	30309001301	普通手术剪	尖头, 140 mm	把	YY/T 0596-2006	2			

40	30309001401	眼用手术剪	尖头, 100 mm	把	YY/T 0596-2006	2			
41	30309001500	手术刀柄	刀柄外形轮廓应清晰, 刀柄与手术刀片配合时, 装卸应轻松	把	YY 0175-2005	2			
42	30309001600	手术刀片	刀片应平整, 刃口应锋利	包	YY 0174-2005	2			
43	30309001610	双面刀片	43 mm×22 mm	包		5			
44	30309001703	镊子	尖头, 140 mm	把	YY/T 0686-2017	2			
45	30309001704	镊子	弯头, 140 mm	把		2			
46	30309001901	眼科镊	直, 100 mm	把	YY/T 0819-2010	2			
47	30309010401	解剖针	六菱医用全钢	把		2			
48	30101000201	教学支架	方形座, 含铁夹、复夹、铁圈, 重心稳定不晃动, 夹持器内侧应有垫衬	套	JY/T 0393	10			也称铁架台
49	30101000601	三脚架	铁质, 环内径 75 mm, 高 150 mm	个		10			
50	30101000803	试管架	木质或塑料质, 8 孔, 孔径 21 mm, 立柱黏结牢固	个		10			
51	30601000102	量筒	10 mL	个	GB/T 12804-2011	30			
52	30601000105	量筒	50 mL	个		20			
53	30601000106	量筒	100 mL	个		20			
54	30601000109	量筒	500 mL	个		2			
55	30601000306	容量瓶	500 mL	个	GB/T 12806-2011	2			

56	30602000101	试管	ϕ 12 mm× 70 mm	支	QB/T 2561 -2002	30			
57	30602000102	试管	ϕ 15 mm× 150 mm			60			
58	30602001005	烧杯	50 mL	个	GB/T 15724 -2008	30			
59	30602001006	烧杯	100 mL	个		30			
60	30602001008	烧杯	250 mL	个		30			
61	30602001010	烧杯	500 mL	个		30			
62	30602001204	锥形 瓶	100 mL	个	GB/T 22362 -2008	15			
63	30602001205	锥形 瓶	250 mL	个		30			
64	30604000503	广口 瓶	125 mL	个	JY/T 0452	60			
65	30604000505	广口 瓶	500 mL	个		60			
66	30604000604	细口 瓶	250 mL	个	JY/T 0452	5			
67	30604000605	细口 瓶	500 mL	个		5			
68	30604001101	滴瓶	30 mL	个	JY/T 0434	75			
69	30604001102	滴瓶	60 mL	个		75			
70	30604001111	茶色 滴瓶	30 mL	个	JY/T 0434	75			
71	30604001112	茶色 滴瓶	60 mL	个		75			
72	30605008401	培养 皿	60 mm	套	GB/T 28213 -2011	60			
73	30605008403	培养 皿	90 mm	套		60			

74	30603000603	干燥器	磨口平整, 密封严实, 隔板大小合适, 不少于 5 个圆孔	个	GB/T 15723-1995	1			
75	30603007511	干燥管	U 型, ϕ 15 mm $\times$ 150 mm, 硼硅酸盐玻璃制, 玻璃壁厚度适中, 球体圆润, 导气管长度 $\geq$ 2 cm, 最好有防滑脱沟槽	个	JY/T 0436	15			
76	30603003101	漏斗	60 mm, 直径准确, 锥度适中	个	GB/T 28211-2011	15			
77	30603007112	三通连接管	Y 形, ϕ 7 mm $\sim$ ϕ 8 mm, 连接完好, 管口应作打磨或烧结处理	个	JY/T 0427	15			
78	30603007302	滴管	100 mm, 直形, 滴管尖嘴口径 1 mm, 上端有防滑脱翻口, 翻口处直径比滴管直径略多 1 mm $\sim$ 2 mm	支	JY/T 0433	150			
79	30603009302	玻璃钟罩	ϕ 150 mm $\times$ 280 mm, 玻璃壁厚度 $>$ 3 mm	个	JY/T 0425	2			
80	30809000200	载玻片	无色透明, 平整	盒		5			
81	30809000300	盖玻片	无色透明, 平整	包	JB/T 8230.4-1997	25			
82	30603000101	酒精灯	150 mL, 透明钠钙玻璃制, 无明显黄绿色; 灯口应平整, 瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm; 玻璃灯罩应磨口; 瓷灯头应为白色, 完全覆盖灯口, 表面无缺陷, 配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯	个	JY/T 0424	15			
83	30605005102	玻璃管	ϕ 5 mm $\sim$ ϕ 6 mm, 中性料, 管口应打磨或烧结, 避免划伤事故	kg	JY/T 0431	1			
84	30605005203	玻璃弯管	ϕ 7 mm $\sim$ ϕ 8 mm, 一端长度为 6 cm $\sim$ 7 cm, 一端长度约 20 cm, 形状	kg		0.5			

			为直角和钝角两种, 管口应打磨或烧结, 避免划伤事故						
85	30605005301	玻璃棒	ϕ 3 mm ~ ϕ 4 mm, 粗细均匀	kg	JY/T 0431	1			
86	30605000601	试管夹	木制或竹制, 长度 $\geq$ 200 mm, 宽度 20 mm, 厚度 20 mm; 试管夹闭口缝 $\leq$ 1 mm, 开口距 $\geq$ 25 mm; 毡块黏结牢固, 试管夹弹簧作防锈处理, 试管夹持部位圆弧内径 $\leq$ 15 mm	把		10			
87	30605000701	止水皮管夹	ϕ 3 mm 钢丝制成, 作防锈处理, 夹持角度 $\geq$ 60°, 弹性好, 不漏液	个		10			
88	30605003301	陶土网	功能等同于石棉网, 尺寸 $\geq$ 125 mm $\times$ 125 mm, 耐火材料为陶土	个		10			作为石棉网的替代品
89	30605004101	燃烧匙	铜勺, 勺 ϕ 18 mm, 深 10 mm, 铁柄, 柄长 300 mm, 长柄和铜勺连接稳定结实	把		10			
90	30605004202	药匙	长度 $\geq$ 13 cm, 带小勺, 材质可选金属、牛角、塑料	把		10			
91	30605006101	橡胶塞	000、00、0~10 号, 白色, 质地均匀	kg		1			
92	30605006203	橡胶管	外径 9 mm, 内径 6 mm, 乳白色, 具有耐油、耐酸碱、耐压等特性	kg		1			
93	30605007101	试管刷	ϕ 12 mm	个		25			
94	30605007103	试管刷	ϕ 18 mm	个		25			
95	30605008603	研钵	100 mm, 瓷或玻璃制, 配有研杵, 内部粗糙便于研磨, 外部光滑	个		15			
96	30605009501	记数载玻片	计数区边长为 1 mm, 由 400 个小方格组成	片		15			

		(计 数 板)							
97	30801005801	枝剪	高碳钢	把	QB/T 2289.4 -2012	5			
98	30801006101	水网	网口内径 50 cm, 网身 长 145 cm, 网目孔径 ≤1 mm	把		5			
99	30199010001	保温 桶	1 L ~ 2 L	个		3			
100	30809000400	标记 笔	双头, 油性墨水	支		10			
101	30701012101	碘	试剂	g		250			
102	30706000101	碘化 钾	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T1272-2007, 含量≥99%	g		250			
103	30704000201	氯化 钠	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T1266-2006, NaCl≥ 99%	g		500			
104	30710000301	碳酸 氢钠	试剂	g		500			
105	30715001101	氢氧 化钙 (熟 石 灰)	试剂	g		500			
106	30765004601	高锰 酸钾 _b	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T643-2008, KMnO ₄ ≥99%	g		500			易制 爆、 易制 毒
107	30768006201	盐酸 _b	试剂, ★提供检测报告。 依据 GB/T622-2006, HCl 含量 36.0~38.0%之 间	mL		500			易制 毒
108	30768051201	氢氧 化钠 _b	试剂	g		500			
109	30722030101	甘油	试剂	g		500			

110	30722005102	酒精 _b	工业, ★提供检测报告, 依据 GB/T679-2002, CH ₃ CH ₂ OH 体积分数≥95%	mL		2500			
111	30722005103	酒精 _b	医用	mL		2500			
112	30726005101	柠檬酸钠	试剂	g		500			
113	30733000201	蔗糖	试剂, ★提供检测报告, 依据 HG/3462-2013, 比旋光本领 α_m 需达到 +66.2~ +66.7 之间	g		500			
114	30734000101	可溶性淀粉	试剂	g		500			
115	30734010101	琼脂	试剂	g		500			
116	30733000101	葡萄糖	试剂	g		500			
117	30768000301	乙酸(醋酸) _b	试剂	mL		500			
118	30750000201	酚酞	试剂	g		5			
119	30751000101	pH 广泛试纸	1~14	本		15			
120	30751009102	定性滤纸	快速, 9 cm, 100 张	盒		8			
121	30199004008	生物显微镜	双目, 消色差物镜: 4×、10×、40×、100×; 广视场目镜: WF10×; 带照明光源和聚光镜, 亮度连续可调; 双层移动式载物台	台	GB/T 2985-2008	40			三选一; 原配备的单目显微镜仍可继续使用
122	30509390301	字母装片	“e” 或 “b”, 多重染色	片		40			

124	30199005102	放大镜	手持式, 有效通光孔径≥40 mm, 5 倍	个	JY/T 0378	30			
125	30509005401	洋葱鳞片叶表皮装片	细胞质着色均匀, 细胞核明显, 细胞界限清晰	片		40			
126	30409000101	植物细胞模型	以洋葱表皮细胞为参考材料, 示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构	件	JY/T 0190	1			
127	30409000102	动物细胞模型	示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构	件		1			
128	30409100401	草履虫模型	草履虫纵剖模型, 各部着色应协调, 并能相互区分	件	JY/T 291	1			
129	30509003501	植物细胞有丝分裂切片	洋葱根尖纵切, 应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞, 分裂各期染色体的形态特征典型, 分裂中期和后期纺锤丝隐约可见, 细胞核、核仁、染色体应着色明显, 细胞质色淡	片	JY/T 0083	40			
130	30509109402	单层扁平上皮装片	取材于动物的肠系膜等, 应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮	片	JY/T 89	40			
131	30509200301	纤维结缔组织切片	腱纵切, 取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱, 应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞	片	JY/T 93	40			
132	30509200401	疏松结缔组织装片	取材于哺乳动物的皮下结缔组织, 应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞	片	JY/T 94	40			
133	30509200501	骨骼肌纵横切	取材于哺乳动物的膈肌, 应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等	片	JY/T 96	40			

134	30509200601	平滑肌分离装片	取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层, 应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞	片	JY/T 97	40			
135	30509200702	心肌切片	取材于哺乳动物的心脏, 应能看清柱状并具有分枝的肌纤维 (肌细胞)	片	JY/T 98	40			
136	30509200802	运动神经元装片	应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维	片	JY/T 99	40			
137	30509005301	玉米种子纵切	应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘	片	JY/T 0342	40			
138	30409000201	根纵剖模型	应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料, 示根尖的解剖结构, 根尖中部做不同方向的纵剖面, 突出维管柱, 示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等	件	JY/T 0191	1			
139	30509002501	植物根尖纵切	应取材于玉米根, 取材部位为根冠至根毛区, 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等	片	JY/T 0068	40			
140	30509002701	顶芽纵切	应取材于黑藻顶芽, 应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴, 生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象	片	JY/T 0070	40			
141	30409000701	桃花模型	放大的盛开状态的桃花模型, 花冠的直径 $330\text{ mm} \pm 15\text{ mm}$, 示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊, 花瓣、雌蕊可拆装, 子房做纵剖	件	JY/T 0195	10			
142	30409000401	单子叶植物茎模型	应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺旋纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道, 各结构应位置准确, 修饰自然、正	件	JY/T 0192	1			

			确						
143	30409000501	双子叶草本植物茎模型	应以向日葵茎为参考材料, 示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构, 应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位	件	JY/T 0193	1			
144	30409000301	导管、筛管结构模型	显微结构的立体放大模型, 包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管, 形态结构应正确、自然	件	JY/T 296	1			
145	30509003101	木本双子叶植物茎横切	取材于三年生椴木枝, 应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线	片	JY/T 0073	40			
146	30509002801	南瓜茎纵切	应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔, 在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构	片	JY/T 0071	40			
147	30409000601	叶构造模型	以蚕豆叶为参考材料, 示双子叶植物叶的构造, 示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位	件	JY/T 0194	1			
148	30509005001	迎春叶横切	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等	片		40			
149	30409204101	人体半身模型	自然大, 橡胶制, 示消化系统、呼吸系统、泌尿系统	件	JY/T 0158	1			
150	30509201402	小肠切片	应能看清粘膜, 包括绒毛、粘膜肌层和肠腺, 粘	片	JY/T 238	40			

			膜下层、肌层和浆膜等						
151	30409200601	喉解剖模型	应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征	件	JY/T 0161	1			
152	30409200701	肺泡模型	应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征	件	JY/T 0162	1			
153	30409203101	膈肌运动模拟器	高度 250 mm±15 mm, 宽度或直径 220 mm±15 mm, 膈的直径(或长径) ≥170 mm; 应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺(或肺泡)等结构	件	JY/T 0553	1			
154	30509202401	人血涂片	染色均匀, 能看清红细胞和白血细胞, 细胞不重叠、无变形和自溶现象	片	JY/T 95	40			
155	30509201301	动静脉血管横切	取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉, 内皮应90%以上完整	片	JY/T 237	40			
156	30409200501	心脏解剖模型	三倍自然大, 示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦, 左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口	件	JY/T 0160	1			
157	30409200502	心脏解剖模型	自然大, 示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室	件	JY/T 0160	10			
158	40201000201	血压计	汞柱式, 带听诊器	个	GB 3053	10			二选一
159	30409201401	男性泌尿生殖	自然大, 结构清晰, 位置精准, 比例适宜	件	JY/T 298	1			

		系统模型							
160	30409201501	女性泌尿生殖系统模型	自然大, 结构清晰, 位置精准, 比例适宜	件	JY/T 297	1			
161	30409201801	肾单位、肾小体模型	肾单位模型 $\geq 400\text{ mm} \times 240\text{ mm}$, 示肾小体、肾小管和集合管等; 肾小体模型直径 $\geq 100\text{ mm}$, 半剖, 示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等	件	JY/T 0319	1			
162	30409200301	眼球解剖模型	6 倍自然大, 应采用硬质热塑性塑料制作, 角膜、虹膜应完整显示, 两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下, 各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然	件	JY/T 0164	10			
163	30409200401	眼球仪	由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成	件	JY/T 0562	1			
164	30409201202	耳解剖模型	6 倍自然大, 应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构	件	JY/T 0165	1			
165	30409200801	脑解剖模型	自然大, 大脑做正中矢状切面, 左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面, 并保留完整的脑干形态, 应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位	件	JY/T 0163	1			
166	30509200902	脊髓横切	应能看清被膜、灰质和白质	片	JY/T 100	10			

167	30801010101	橡皮锤	膝跳反射用	把		5			
168	30409200201	人体骨骼模型	850 mm, 各部分骨的形态特征, 应正确清晰, 富有真实感, 骨缝应清楚, 骨性鼻腔, 眶及所有孔, 管、沟、裂显示应正确自然	件	JY/T 0159	1			
169	30409202301	人体肌肉模型	850 mm 全身, 示浅层肌及部分深层肌	件	JY/T 0357	1			
170	30509103912	家蚕生活史标本	干制或包埋	盒/块	JY/T 0325	1			
171	30509103612	蝗虫生活史标本	干制或包埋	盒/块	JY/T 150	1			
172	30509103712	蜜蜂生活史标本	干制或包埋	盒/块	JY/T 151	1			
173	30509104012	菜粉蝶生活史标本	干制或包埋	盒/块	JY/T 0320	1			
174	30509100911	蛙发育顺序标本	浸制 °或包埋	瓶/块	JY/T 148	1			
175	30509203101	正常人染色体装片	多重染色	片		40			
176	30509101011	蛔虫标本	雌、雄各一条, 浸制 °或包埋	瓶/块		1			
177	30509105012	节肢动物标本	常见六种以上, 干制或包埋	盒/块	JY/T 0551	1			
178	30509105112	昆虫标本	常见六种以上, 干制或包埋	盒/块	JY/T 0552	1			

179	30509300201	细菌三型涂片	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态	片	JY/T 78	40			
180	30509300301	酵母菌装片	应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体	片	JY/T 79	40			
181	30509300101	青霉装片	应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩	片	JY/T 0076	40			
182	30509300401	曲霉装片	应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子	片	JY/T 252	40			

4.2.2 （平潭一中高中生物）实验室采购清单

（平潭一中高中生物）实验室采购清单									
序号	编号	名 称	规格 功能	单位	执行标准代号	数量	单价	小计	备注
1	70021	碘	试剂	克		750			序号1—18为实验药品，其他为实验器
2	72098	α -淀粉酶	质量分数为 2%	克		150			
3	71002	碳酸钙		克		750			
4	72091	定性滤纸		盒		15			
5	72101	胭脂红(洋红)	质量浓度为 0.01mol/L	克		30			

6	7210 2	龙胆紫	试剂	克		75			材。
7	7210 7	苏丹III	质量浓度为 0.01g/mL	克		50			
8	7300 5	丙酮	试剂	毫升		300 0			
9	7301 2	甲苯	试剂	毫升		500			
10	7301 6	无水乙醇	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T678-2002, 含量 ≥99%	毫升		750 0			
11	7302 3	石油醚	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T15894-2008, 沸 点在 60℃~90℃之 间	毫升		600 0			
12	7500 1	过氧化氢	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T6684-2002, 30% 过氧化氢的质量分 数≥30.0%	毫升		150 0			
13	7502 5	重铬酸钾	试剂	克		100 0			
14	7700 3	浓硫酸	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T625-2007, H2SO 4 质量分数达到 95%--98%之间	毫升		500			
15	7701 1	盐酸	试剂, ★依据 GB/T622-2006, HCL 含量为 36.0%~ 38.0%之间	毫升		500			
16	7701 1	盐酸	试剂, ★依据 GB/T622-2006, HCL 含量为 36.0%~ 38.0%之间	毫升		500			
17	7701 1	盐酸	试剂, ★依据 GB/T622-2006, HCL 含量为 36.0%~ 38.0%之间	毫升		500			
18	7703 2	氢氧化钠	试剂	克		500			

19	0200 2	打孔器	四件	套		5			
20	0200 9	书写白板	900mm×1800mm，双面，带支架	块		1			
21	0202 0	仪器车		辆		1			
22	0204 0	生物显微镜	≥640 倍	台		60			
23	0205 1	放大镜	手持式，有效通光孔径不小于 30mm，5 倍	个		20			
24	0207 0	电动离心机	0r/min~4000 r/min 10mL×8，无刷电机，带电锁	台		1			
25	0207 0	电动离心机	3000 r/min~16000 r/min 1.5mL× 12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁	台		1			
26	0207 3	磁力加热搅拌器	容量：20mL~3000mL 转速：0 r/min~ 1200 r/min，无级调速	台		1			
27	0208 0	高压灭菌锅	手提式，18L	台		1			
28	0208 0	高压灭菌锅	30L~50L，立式或卧式	台		1			
29	0208 2	恒温水浴锅	一列两孔或四孔	台		4			
30	0208 4	烘干箱	≥80L	台		1			
31	0208 7	恒温培养箱	室温+5℃~60℃，± 1℃，≥80L	台		1			
32	0208 9	超净工作台	双人单面，垂直送风，100 级，送风风速：0.3m/s~0.6m/s 可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置	台		2			
33	0210 2	注射器	5mL，塑料	支		25			
34	0210 2	注射器	100mL，塑料	支		25			
35	0211 9	整理箱	矮型，储存及分发药品用	个		10			

36	0212 1	塑料洗瓶	250mL 或 500mL	个	5			
37	1101 0	电子天平	200g, 0.01g	台	2			
38	1300 1	温度计	红液, 0℃~100℃	支	25			
39	1300 1	温度计	水银, 0℃~200℃	支	3			
40	1600 3	酸度计 (pH 计)	测量范围:pH 0~14, 分辨率:0.1	台	5			
41	1601 7	血球计数板		片	25			
42	1604 1	计数器	手持式	个	25			
43	2700 6	接种环	金属手柄, 合金金属丝	支	25			
44	2701 1	研磨过滤器	容量 20mL	个	25			
45	2701 2	光照培养架	实用多层, 安装方便, 插孔暗式布线, 独立开关, 光照强度 3000lx-5000lx-7000lx 三档可调	台	2			
46	2701 3	普通手术剪	直尖头, 140mm	把	30			
47	2701 4	眼用手术剪	直尖头, 100mm	把	3			
48	2701 5	手术刀柄		把	8			
49	2701 6	手术刀片		包	8			
50	2701 7	解剖镊	尖头, 125mm	把	27			
51	2701 7	解剖镊	阔头, 125mm	把	27			
52	2701 8	牙用镊	单弯, 160mm	把	8			
53	2701 9	眼用镊	直唇头齿, 100mm	把	2			
54	2702 0	电泳仪	四组输出, 输出电压: 2V~200V、输出电流: 2mA~200mA, 具有 36V 电压限制功能	台	2			

55	2702 1	恒温振荡器	室温+5℃~60℃, ±1℃ 容量: 100mL 锥形瓶 25 个或以上	台		1			
56	2702 2	水平电泳槽	聚碳酸脂注塑成型, 凝胶托盘带有荧光标尺, 具有开盖断电功能, 凝胶板规格: 60mm×60mm	个		8			
57	2702 3	垂直电泳槽	聚碳酸脂注塑成型槽体, 可实现原位制胶功能, 凝胶板规格: 75mm×83mm, 同时可以两块凝胶电泳	个		4			
58	2702 4	微量进样器	50μL	个		8			
59	2702 5	凝胶色谱柱	16mm×500mm	个		13			
60	2702 6	微量移液器	1μL~10μL	支		9			
61	2702 6	微量移液器	20μL~200μL	支		9			
62	2702 7	移液器架	可放置 5 支移液器	个		9			
63	2702 8	DNA 电泳图谱观察仪	非紫外光源, 观察凝胶面积>100mm×100mm	台		2			
64	2703 0	PCR 仪	容量: ≥30 管	台		1			
65	2703 1	组织捣碎匀浆机	0r/min~1200r/min, 无级调速 最大容量: 1L	台		1			
66	2703 3	果酒果醋发酵装置	透明, 最大容积 1L, 具水封及气泡限速装置, 可进行气泡观察计数	个		25			
67	2703 5	玻璃三角刮刀(涂布器)	玻璃	个		25			
68	3330 1	始祖鸟化石及复原模型				1			
69	3330 2	细胞亚显微结构模型				1			

70	3330 3	细胞膜结构模型				1			
71	3330 5	减数分裂中染色体变化模型组件				25			
72	3330 6	DNA 结构模型				1			
73	3330 7	DNA 双螺旋结构模型组件	四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离			25			
74	4320 9	植物细胞有丝分裂	洋葱根尖纵切	片		60			
75	4341 4	蝗虫精巢减数分裂切片		片		60			
76	4352 5	胰腺切片(示胰岛)		片		30			
77	4360 3	正常人染色体装片		片		10			
78	4360 4	DNA 和 RAN 在细胞中的分布		片		30			
79	4360 5	线粒体切片		片		30			
80	6000 1	量筒	10mL	个		30			
81	6000 1	量筒	25mL			30			
82	6000 1	量筒	50mL			30			
83	6000 1	量筒	100mL	个		30			
84	6100 1	试管	Φ 15mm $\times$ 150mm			200			
85	6102 0	烧杯	50mL	个		200			
86	6102 0	烧杯	100mL	个		100			
87	6104 1	锥形瓶	50mL	个		200			
88	6104 1	锥形瓶	100mL	个		200			
89	6104 1	锥形瓶	250mL	个		60			
90	6200 6	干燥器	160mm	个		1			
91	6202 1	冷凝器	直固, 300mm	个		10			

92	6203 1	漏斗	60mm	个		30			
93	6203 1	漏斗	90mm	个		30			
94	6207 3	滴管		支		200			
95	6301 1	广口瓶	250mL	个		50			
96	6302 1	细口瓶	250mL	个		5			
97	6302 1	细口瓶	500mL	个		5			
98	6302 1	细口瓶	1000mL	个		5			
99	6304 1	滴瓶	30mL	个		200			
10 0	6304 1	滴瓶	60mL	个		200			
10 1	6304 1	滴瓶	棕色, 30mL	个		100			
10 2	6304 1	滴瓶	棕色, 60mL	个		100			
10 3	6400 6	试管夹		把		25			
10 4	6408 4	培养皿	Φ 60mm	套		200			
10 5	6408 4	培养皿	Φ 120mm	套		30			
10 6		试管刷	小号和中号	把		各 30			
10 7	8030 2	载玻片		盒		5			
10 8	8030 3	盖玻片		包		30			
10 9	8100 1	测电笔	氖泡式	支		1			
11 0	8100 2	一字螺丝刀	长 150mm	支		1			
11 1	8100 3	十字螺丝刀	Φ 6mm, 长 150mm	支		1			
11 2	8100 9	木工锤	重 0.25kg	把		1			
11 3	8101 2	钢手锯		把		1			

11 4	8101 3	剥线钳		把		1			
11 5	8101 4	钢丝钳	250mm	把		1			
11 6	8102 0	活扳手	长 250mm	把		1			
11 7	8200 1	工作服	防酸碱	件		30			
11 8	8200 2	护目镜	侧面完全遮挡,耐酸碱,抗冲击	个		30			
11 9	8200 8	乳胶手套		付		5			
12 0	8200 9	洗眼器		套		1			
12 1	8201 4	急救包		个		1			

4.2.3 （平潭一中北街校区化学）实验室采购清单

（平潭一中北街校区化学）实验室采购清单									
序号	编号	名称	规格 功能	单位	执行标准代号	申购数量	单价	小计	备注
1	30802000601	耐酸手套	机械性能不低于 3 级, 无破损, 手套应有长度 $\geq$ 15 cm 的套袖	双		5	17	85.00	

2	30802000503	一次性乳胶手套	耐酸碱	盒		50	6.5	325.00	
3	30199000401	打孔器	刀口式, 材质为不锈钢管、钢管或黄铜管, 每组不少于 4 支, 外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm, 并配一支带柄金属通杆	套		2	17	34.00	
4	30199000801	电动钻孔器	钻头可拆卸, 应配有 2 个以上不同孔径的钻头	台		1	300	300.00	
5	30202000322	托盘天平	500 g, 0.5 g	台		1	35	35.00	
6	30202000512	电子天平	200 g, 0.01 g	台		30	48	1440.00	
7	30601000103	量筒	25 mL	个		50	12	600.00	
8	30601000106	量筒	100 mL	个		2	20	40.00	
9	30602000102	试管	Φ 15 mm × 150 mm	支		200	2.5	500.00	
10	30602000103	试管	Φ 18 mm × 180 mm	支		200	2.7	540.00	
11	30602000302	硬质玻璃管	Φ 15 mm × 150 mm	支		20	8	160.00	
12	30602000304	硬质玻璃管	Φ 20 mm × 250 mm	支		20	10	200.00	
13	30602001006	烧杯	100 mL	个		100	6	600.00	
14	30602001008	烧杯	250 mL	个		100	8	800.00	
15	30602001010	烧杯	500 mL	个		10	10	100.00	
16	30604000503	广口瓶	125 mL	个		200	16	3200.00	

17	30604000603	细口瓶	125 mL	个		300	16	4800.00	
18	30603000705	气体发生器	250 mL	个		5	70	350.00	
19	30603003101	漏斗	60 mm	个		50	5.5	275.00	
20	30603003102	漏斗	90 mm	个		6	9.85	59.10	
21	30603007302	滴管	100 mm	支		200	1	200.00	
22	30603007303	滴管	150 mm	支		200	1	200.00	
23	30605000501	镊子	不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿	个		50	8	400.00	
24	30605006101	橡胶塞	000、00、0~10 号	kg		10	4	40.00	
25	30605006302	乳胶管	外径 6 mm，内径 4 mm	m		4	11	44.00	
26	30605006305	乳胶管	外径 7 mm，内径 5 mm	m		4	11	44.00	
27	30308006201	储气袋	容积≥30 L，可承受≥10.6 kPa 压力，使用 PVC 和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50 cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气	个		4	19	76.00	
							总计	15447.1	

4.2.4 （北街小区初中物理）实验室采购清单

北街校区初中物理仪器采购								
序号	编码	器材名称	规格 功能	单 位	数 量	单 价	小 计	备注
1		橡胶管		米	50			
2		潜水艇模型	演示实验	个	10			
3		密度计	演示实验	个	20			
4		玻璃真空罩（抽气机）	演示实验	套	3			
5		探究光的反射和折射实验装置	学生实验	套	10			配有 激光 仪
6		探究平面镜成像实验装置	学生实验	套	60			不够
7		凸面镜	演示实验	个	5			
8		凹面镜	演示实验	个	5			

9		铜块、铁块、铝块组合	演示	块	60			
10		铅块	演示	块	60			
11		液压计	演示	个	10			
12		气压计	分组	个	5			
13		流体压强与流速关系演示器（配有吹风机）	演示	个	10			
14		飞机升力演示器	演示	个	10			
15		惯性小实验	演示	个	10			
16		二力平衡实验装置	演示	个	10			
17		探究杠杆平衡条件实验装置	分组实验	个	60			
18				个				不够
19		滑轮	分组	个	60			不够
20		探究动能与哪些因素有关实验	演示	个	5			
21		电机原理说明器	演示实验	个	5			
22		手摇交直流发电机	演示实验	个	5			
23		电流磁场演示器	演示实验	个	5			
24		电铃	演示实验	个	6			
25		电磁感应演示器	演示实验	个	6			
26		气体压缩演示仪	演示实验	个	10			
27		磁吸式电学演示器	演示实验	套	10			
28		玻璃棒、丝绸	演示实验	套	10			
29		橡胶棒、毛皮	演示实验	套	10			

30		小灯座	学生实验	个	100			铜质材料
31		单刀开关	学生实验	个	100			铜质材料
32		导线	学生实验	条	500			铜质材料
33		电池盒组	学生实验	盒	100			铜质材料
34		定值电阻（5 欧、10 欧、 20 欧）	学生实验	盒	60			铜质材料
35		焦耳定律演示器	演示实验	套	10			
36		滑动变阻器 0~20 欧	学生实验	个	50			
37		滑动变阻器 0~50 欧	学生实验	个	30			
38		验电器	演示实验	个	6			
39		双刀双掷开关	演示实验	个	10			铜质材料
40		电流表	学生实验	个	50			铜质材料
41		电压表	学生实验	个	50			铜质材料
42		学生电源	学生实验	台	50			铜质材料
43		探究电阻影响因素的装置	演示实验	套	10			
44		电阻箱	演示实验	台	5			
45		测电笔	演示实验	把	5			

4.2.5 （岚城校区高中化学模型）实验室采购清单

（ 岚城校区高中化学模型 ）实验室采购清单

序号	编号	模型名称	规格型号	单位	执行标准代号	数量	单价	小计	备注
1		简单立方堆积	球棍模型（球直径不小于 3 厘米）	个		3			
2		简单立方堆积	球棍模型（球直径不小于 3 厘米）	个		3			
3		体心立方堆积	球棍模型（球直径不小于 3 厘米）	个		3			
4		体心立方堆积	球棍模型（球直径不小于 3 厘米）	个		3			
5		面心立方堆积	球棍模型（球直径不小于 3 厘米）	个		3			
6		六方最密堆积	球棍模型（球直径不小于 3 厘米）	个		3			
7		GF2 晶体结构	球直径不小于 3 厘米	个		3			
8		苯分子大 π 键	球直径不小于 3 厘米	个		3			
9		金刚石晶胞	球直径不小于 3 厘米	个		3			
10		石墨晶胞	球直径不小于 3 厘米	个		3			
11		冰的晶胞	球直径不小于 3 厘米	个		3			
12		体心立方晶胞切面模型	球直径不小于 3 厘米	个		3			
13		苯分子比例模型	球直径不小于 3 厘米	个		3			
14		乙烯分子比例模型	球直径不小于 3 厘米	个		3			
15		乙炔分子比例模型	球直径不小于 3 厘米	个		3			
16		甲烷分子比例模型	球直径不小于 3 厘米	个		3			
17		白磷分子比例模型	球直径不小于 3 厘米	个		3			
18		二氧化碳分子比例模型	球直径不小于 3 厘米	个		3			
19		水分子比例模型	球直径不小于 3 厘米	个		3			
20		S-S σ 键电子云轮廓模型		个		3			
21		S-P σ 键电子云轮廓模型		个		3			
22		P-P 大 π 键电子云轮廓模型		个		3			
23		P-P 键电子云轮廓模型		个		3			

24		[ALF6]模型		个		3			
25		[Cu(H ₂ O) ₄]模型		个		3			

4.2.6 （岚城校区初中化学）实验室采购清单

	（岚城校区初中化学）实验室采购清单										
序号	编号	器材名称	规格要求	品名	教学性能	单位	执行标准	数量	单价	小计	备注

					代号				
1	2010100 0401	计算机 _a	台式机	台	GB/T 9813. 1	3			
2	3080200 0701	洗眼器	台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min~18 L/min	个		3			
3	3080200 1301	灭火毯	玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm	件		3			
4	3080200 0801	简易急救箱	箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质	个		3			
5	3080200 0101	实验服	可分为大、中、小号	件		150			
6	3080200 0204	护目镜	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型	个	GB 14866	150			
7	3080200 0301	防护面罩	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高	个	GB 14866	3			
8	3080200 0401	防毒口罩	E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气	个	GB 2890	3			
9	3080200 0406	防毒口罩	CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体	个		3			

10	3080200 0601	耐酸手套	机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度 $\geq$ 15 cm 的套袖	双	AQ 6102- 2007	10			
11	3080200 0503	一次性 乳胶手套	耐酸碱	盒	s、1 号 各一 半	4			
12	3030800 1201	化学实 验废水 处理装 置	主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量 $\geq$ 6 L/次	套		3			
13	3080200 3103	废液分 类回收 桶	塑料制，25 L	个		4			
14	3019900 6302	电动离 心机	转速 $\geq$ 4000 r/min，容量 5 mL、10 mL 离心管各 12 支，无刷电机，带电锁，有定时器	台	GB 19815 — 2005	3			
15	3019900 6901	电加热 器	密封式	个	GB 4706. 22	3			
16	3019900 7201	蒸馏水 器	不锈钢材质，出水量 $\geq$ 5 L/h，额定功率 $\geq$ 4500 W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置	台	YY/T 0280	3			
17	3019900 7301	列管式 烘干机	由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作，管壁厚 $\geq$ 2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。功率 $\geq$ 250 W，	台		3			

			绝缘电阻大于 100 MΩ						
18	3019900 7501	烘干箱	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为1.5 ℃），烘干温度250 ℃以下，箱体内部有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm	台	GB/T 30435	3			
19	3010200 0302	教学电源	交流 2 V~12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V~12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档	台	JY/T 0361	3			
20	3019900 2001	仪器车	600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg	辆		4			
21	3019900 9114	试剂瓶 托盘	搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm	个		36			
22	3019900 9201	实验用品提篮	木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm	个		6			
23	3080100 0213	一字螺丝刀	Φ 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性	支	GB/T 10635 -2013	3			
24	3080100 0313	十字螺丝刀	Φ 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性	支		3			
25	3080100 1411	钢丝钳	160 mm	把	QB/T 2442.1 — 2007	3			
26	3080100 1511	钢锤	0.25 kg，羊角锤	把	QB/T 1290.8 — 2010	3			

27	3080100 1801	三角锉	250 mm, 带柄	个	GB/T 5806 — 2003	3			
28	3080100 3111	民用剪刀	3 号, 150 mm, A 型	把	QB/T 1966 — 1994	6			
29	3080100 4101	玻璃瓶盖开启器	钢制	套		3			
30	3080100 4201	玻璃管切割器	可切割直径 20 mm 以下玻璃管	个		3			
31	3019900 0401	电动钻孔器	钻头可拆卸, 应配有 2 个以上不同孔径的钻头	台		3			
32	3019900 0501	托盘天平	100 g, 0.1 g	台	QB/T 2087— 2016	75			
33	3019900 0601	托盘天平	500 g, 0.5 g	台		3			
34	3019900 0801	电子天平	100 g, 0.0001 g	台	GB/T 26497	3			
35	3020200 0304	电子天平	200 g, 0.01 g	台	充电款	75			
36	3020200 0322	电子天平	1000 g, 0.1 g	台	充电款	3			
37	3020200 0504	红液温度计	0 °C~100 °C, 分度值 1 °C, 示值误差< 1.5 °C	支	JB/T 9262— 1999	75			
38	3020200 0512	水银温度计	0 °C~200 °C, 分度值 1 °C, 示值误差< 0.5 °C, 有保护套	支	JB/T 9262— 1999	3			
39	3020200 0551	数字测温计	量程-30 °C~200 °C, 分辨力 0.1 °C。不接电脑, 可独立运行, 自带显示屏	台		3			
40	3020400 0201	多用电表	直流电流、电压、电阻 2.5 级, 交流电压 5 级	个	JB/T 9283 — 1999	3			
41	3020400 0302	酸度计	笔式, pH 测量范围 0~14, 分辨力 0.1,	台	GB/T 11165	6			

			读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂		— 2005				
42	3020400 0702	教学支架	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬	套	JY/T 0393	75			
43	3020600 1101	三脚架	铁制，环内径 75 mm，高 150 mm	个		75			
44	3029900 0601	泥三角	陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 30 mm 坩埚	个		3			
45	3010100 0201	试管架	木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固	个		75			
46	3010100 0602	试管架	木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm	个		12			
47	3010100 0701	试管架	木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm	个		12			
48	3010100 0803	漏斗架	木制或塑料制	个		3			
49	3010100 0813	滴定台	人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚	个		3			
50	3010100 0823	滴定夹	铝制，加持部位有防滑脱凹槽	个		3			
51	3010100 0901	多用滴管架	塑料制，底部有圆形凹槽	个		75			
52	3010100 1001	量筒	10 mL	个	GB/T 12804 — 2011	75			
53	3010100 1101	量筒	25 mL	个		75			
54	3010100 1201	量筒	50 mL	个		75			
55	3060100 0102	量筒	100 mL	个		6			
56	3060100 0103	量筒	500 mL	个		6			
57	3060100 0105	容量瓶	250 mL	个	GB/T 12806	3			

					— 2011				
58	3060100 0106	容量瓶	500 mL	个		3			
59	3060100 0109	滴定管	酸式, 具 塞, 25 mL	支	GB/T 12805 — 2011	3			
60	3060100 0305	滴定管	碱式, 无 塞, 25 mL	支		3			
61	3060100 0306	滴定管	活塞材质 聚四氟乙 烯, 25 mL	支		6			
62	3060100 0401	试管	Φ 12 mm $\times$ 70 mm	支	QB/T 2561 — 2002	600			
63	3060100 0411	试管	Φ 15 mm $\times$ 150 mm	支		2000			
64	3060100 0421	试管	Φ 18 mm $\times$ 180 mm	支		1000			
65	3060200 0101	试管	Φ 20 mm $\times$ 200 mm	支		500			
66	3060200 0102	试管	Φ 32 mm $\times$ 200 mm	支		200			
67	3060200 0103	口部具 支试管	Φ 20 mm $\times$ 200 mm	支	JY/T 0441	30			
68	3060200 0104	硬质玻 璃管	Φ 15 mm $\times$ 150 mm	支	JY/T 0446	30			
69	3060200 0108	硬质玻 璃管	Φ 20 mm $\times$ 250 mm	支		30			
70	3060200 0204	烧杯	10 mL	个	GB/T 15724 — 2008	150			
71	3060200 0302	烧杯	25 mL	个		300			
72	3060200 0304	烧杯	50 mL	个		300			
73	3060200 1002	烧杯	100 mL	个		500			
74	3060200 1004	烧杯	250 mL	个		200			
75	3060200	烧杯	500 mL	个		30			

	1005								
76	3060200 1006	烧杯	1000 mL	个		30			
77	3060200 1008	烧瓶	250 mL, 圆底	个	GB/T 22362 — 2008	40			
78	3060200 1010	烧瓶	250 mL, 平底	个		10			
79	3060200 1011	锥形瓶	100 mL	个	GB/T 22362 — 2008	150			
80	3060200 1105	锥形瓶	250 mL	个		100			
81	3060200 1115	蒸馏烧 瓶	250 mL	个	GB/T 22362 — 2008	6			
82	3060200 1204	集气瓶	125 mL	个	JY/T 0438	300			
83	3060200 1205	集气瓶	250 mL	个		60			
84	3060200 1305	液封除 毒气集 气瓶	250 mL	个		15			
85	3060400 0103	广口瓶	60 mL	个	JY/T 0452	600			
86	3060400 0104	广口瓶	125 mL	个		100			
87	3060400 0204	广口瓶	250 mL	个		100			
88	3060400 0502	广口瓶	500 mL	个		20			
89	3060400 0503	茶色广 口瓶	60 mL	个	JY/T 0452	100			
90	3060400 0504	茶色广 口瓶	125 mL	个		15			
91	3060400 0505	茶色广 口瓶	250 mL	个		15			
92	3060400 0512	细口瓶	60 mL	个	JY/T 0452	800			
93	3060400 0513	细口瓶	125 mL	个		1500			

94	3060400 0514	细口瓶	250 mL	个		30			
95	3060400 0602	细口瓶	500 mL	个		15			
96	3060400 0603	细口瓶	1000 mL	个		6			
97	3060400 0604	细口瓶	3000 mL	个		6			
98	3060400 0605	茶色细 口瓶	60 mL	个	JY/T 0452	15			
99	3060400 0606	茶色细 口瓶	125 mL	个		75			
100	3060400 0608	茶色细 口瓶	250 mL	个		15			
101	3060400 0612	茶色细 口瓶	500 mL	个		6			
102	3060400 0613	茶色细 口瓶	1000 mL	个		3			
103	3060400 0614	滴瓶	30 mL	个	JY/T 0434	150			
104	3060400 0615	滴瓶	60 mL	个		200			
105	3060400 0616	茶色滴 瓶	30 mL	个	JY/T 0434	100			
106	3060400 1101	茶色滴 瓶	60 mL	个		15			
107	3060400 1102	酒精灯	150 mL	个	JY/T 0424	100			
108	3060400 1111	干燥器	150 mm	个	GB/T 15723 — 1995	3			
109	3060400 1112	气体发 生器	250 mL	个	JY/T 0426	3			
110	3060300 0101	冷凝器	300 mm ± 10 mm	支	GB/T 28212 — 2011	6			
111	3060300 0603	牛角管	Φ 18 mm × 150 mm	支	JY/T 0439	6			
112	3060300 0705	漏斗	60 mm	个	GB/T 28211 — 2011	100			

113	3060300 2105	漏斗	90 mm	个		10			
114	3060300 2303	安全漏斗	直形, 径长 300 mm	个	JY/T 0429	100			
115	3060300 3101	安全漏斗	双球	个		6			
116	3060300 3102	分液漏斗	50 mL, 锥型	个	QB/T 2110 — 1995	15			
117	3060300 3301	分液漏斗	50 mL, 球型	个		15			
118	3060300 3311	三通连接管	T 形	个	JY/T 0427	100			
119	3060300 3504	三通连接管	Y 形	个		100			
120	3060300 3513	滴管	100 mm	支	JY/T 0433	200			
121	3060300 7102	滴管	150 mm	支		300			
122	3060300 7112	干燥管	145 mm, 单球	支	JY/T 0436	12			
123	3060300 7302	干燥管	Φ 15 mm $\times$ 150 mm, U 型	支		6			
124	3060300 7303	玻璃活塞	直形	支	JY/T 0437	6			
125	3060300 7501	圆水槽	Φ 210 mm $\times$ 110 mm	个	JY/T 0443	6			
126	3060300 7511	圆水槽	Φ 270 mm $\times$ 140 mm	个		6			
127	3060300 7901	坩埚	瓷制, 30 mL, 耐热 $\geq$ 1200 $^{\circ}\text{C}$, 内外壁光滑, 外壁涂釉, 配有坩埚盖	个		10			
128	3060300 9103	坩埚钳	200 mm, 钢制, 中间弯 曲部分内径应在 2 cm $\sim$ 3 cm	个		80			
129	3060300 9105	烧杯夹	钢制或不锈钢制, 夹持 部位应有橡胶保护套, 避免与玻璃烧杯直接 接触	个		6			
130	3060500 0104	镊子	不锈钢制, 平头, 长 125 mm, 钢板厚 1.2 mm, 前部应有防滑脱锯齿	个		80			

131	3060500 0202	试管夹	木制或者竹制，长度 ≥ 200 mm，宽度约 20 mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝 ≤ 1 mm，开口距离 ≥ 25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径 ≤ 15 mm	个		100			
132	3060500 0301	止水皮管夹	$\Phi 3$ mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 $\geq 60^\circ$ ，弹性好，不漏液	个		80			
133	3060500 0501	螺旋皮管夹	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33 mm $\times$ 20 mm $\times$ 8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度 ≥ 1 mm	个		80			
134	3060500 0601	石棉网	金属网尺寸 ≥ 125 mm $\times$ 125 mm，0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理	个		80			
135	3060500 0701	燃烧匙	铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实	个		80			
136	3060500 0801	药匙	长度 ≥ 13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料	个		100			
137	3060500 3201	玻璃管	$\Phi 5$ mm ~ 6 mm	kg	JY/T 0431	20			已截好 25CM
138	3060500 3301	玻璃管	$\Phi 7$ mm ~ 8 mm	kg		20			已截好 25CM
139	3060500 4101	玻璃弯管	$\Phi 7$ mm ~ 8 mm	kg		3			已截好 25CM
140	3060500 4202	玻璃棒	$\Phi 5$ mm ~ 6 mm	kg	JY/T 0431	10			已截好 30CM
141	3060500 5102	玻璃棒	$\Phi 7$ mm ~ 8 mm	kg		10			已截好 30CM
142	3060500 5103	橡胶塞	000、00、0 $\sim$ 10 号	kg		30			

143	3060500 5203	橡胶管	外径 9 mm, 内径 6 mm	kg		10			
144	3060500 5302	乳胶管	外径 6 mm, 内径 4 mm	m		60			
145	3060500 5303	乳胶管	外径 7 mm, 内径 5 mm	m		60			
146	3060500 6101	乳胶管	外径 9 mm, 内径 6 mm	m		60			
147	3060500 6203	试管刷	Φ 12 mm	个		200			长度 25CM
148	3060500 6302	试管刷	Φ 18 mm	个		200			长度 25CM
149	3060500 6305	试管刷	Φ 32 mm	个		20			
150	3060500 6303	烧瓶刷	250 mL 烧瓶用	个		15			
151	3060500 7101	烧瓶刷	500 mL 烧瓶用	个		15			
152	3060500 7103	结晶皿	80 mm, 平底	个	JY/T 0440	6			
153	3060500 7108	表面皿	60 mm	个	JY/T 0430	80			
154	3060500 7205	表面皿	100 mm	个		6			
155	3060500 7206	研钵	60 mm	个		80			
156	3060500 8002	研钵	100 mm	个		5			
157	3060500 8101	蒸发皿	100 mm	个	QB/T 1992 — 2014	100			
158	3060500 8104	蒸发皿	120 mm	个		10			
159	3060500 8601	反应板	白色陶瓷, 6 孔, 表面有釉层, 不会发生溶液渗透	个		80			
160	3060500 8603	井穴板	透明塑料, 9 孔, 每孔 0.7 mL, 可以重复使用	个		80			
	3060500 8801	井穴板	透明塑料, 6 孔, 每孔 5 mL, 配 6 个双导气管的井穴塞, 可以重复使用	个		80			

162	3060500 8805	塑料多用滴管	弹性圆筒形吸泡和一根 $\Phi 1\text{ mm} \times 120\text{ mm}$ 的径管连接而成, 容积 4 mL, 环保材料, 弹性好	支		800			
163	3060500 8901	塑料洗瓶	250 mL 或 500 mL, 水嘴略向下倾斜, 口径 1 mm~2 mm, 瓶口紧实不漏气	个		80			
164	3060500 9002	塑料水槽	250 mm $\times$ 180 mm $\times$ 100 mm	个	JY/T 0053	80			
165	3060500 9011	集气瓶挂扣器	125 mL, 塑料制	个		80			
166	3060500 9102	集气瓶挂扣器	250 mL, 塑料制	个		15			
167	3019900 9001	注射器	10 mL, 塑料制, 符合医用器具卫生标准	只	GB 15810	80			
168	3019900 9301	酒精喷灯	坐式, 铜制, 壶体容积 $\geq 300\text{ mL}$, 火焰高度为 150 mm~180 mm, 火焰温度为 $960\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	个		6			
169	3060501 2103	储气装置	容积 $\geq 2\text{ L}$	台		6			
170	3060501 2104	储气袋	容积 $\geq 30\text{ L}$, 可承受 $\geq 10.6\text{ kPa}$ 压力, 使用 PVC 和橡胶尼龙材料制成, 导气管为硅胶软管, 长度 $\geq 50\text{ cm}$, 软管应有止气阀, 关闭时确保不漏气	个		6			
171	4020601 0204	磁力加热搅拌器	最大搅拌量 1 L, 搅拌速度 0 r/min~1200 r/min, 加热盘温度 $50\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 200\text{ }^{\circ}\text{C}$	个		6			
172	3019900 6701	初中化学实验材料	黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等	份		50			
173	3030800 0401	铝片	★提供检测报告, 依据 GB/T30905-2014, AL 含	g		500			

			量为 $\geq 99\%$						
174	3030800 6201	铝丝	提供检测报告，依据 GB/T30905-2014, Al 含 量为 $\geq 99\%$	g		500			
175	3019900 6501	铝箔	★提供检测报告，依据 GB/T30905-2014, Al 含 量为 $\geq 99\%$	g		200			
176	3080800 0101	锌片 (锌 花)	工业	g		1000			
177	3070100 0111	锌粒	工业，★提供检测报 告，依据 GB/T30905-2014, Zn 含 量结果为 $\geq 99\%$	g		1000			
178	3070100 0131	铁粉	试剂	g		200			
179	3070100 0151	铁丝	直径 ≤ 2 mm，★提供检 测报告，依据 GB/T30902-2014, Fe 含 量 $\geq 98\%$	g		1000			
180	3070100 0412	紫铜片		g		1000			
181	3070100 0422	铜丝	★提供检测报告，依据 GB/T30905-2014, Cu 含 量 $\geq 99\%$	g		500			
182	3070100 0501	活性炭		g		3000			
183	3070100 0531	碘	试剂	g		500			
184	3070100 1011	红(赤) 磷 ^b	试剂	g		200			
185	3070100 1031	硫粉 ^b	工业	g		100			
186	3070101 0200	镁条 ^b	试剂	g		1000			
187	3070101 2101	白(黄) 磷 ^b	试剂	g		500			
188	3076400 1300	钠 ^b	试剂	g		500			
189	3076400 2802	二氧化 锰	试剂	g		1000			
190	3076400 2900	三氧化 二铁	试剂	g		1500			

191	3076401 0900	氧化铜	试剂	g		2000			
192	3076402 0401	氧化钙	试剂	g		1500			
193	3070200 3201	过氧化氢 ^b	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T6684-2002, 30%过氧化氢的质量分数 $\geq$ 30%	mL		3000			
194	3070200 3501	氯化钾	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T646-2011, 含量 $\geq$ 99%	g		1000			
195	3070200 4001	氯化钠	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T1266-2006, NaCl $\geq$ 99%	g		3000			
196	3070200 2001	氯化钠	工业	g		3000			
197	3076500 1601	氯化钙	试剂	g		1000			
198	3070400 0101	无水氯化钙	工业	g		500			
199	3070400 0201	氯化镁	试剂	g		1000			
200	3070400 0202	三氯化铁	试剂	g		1000			
201	3070400 0301	氯化铵	工业	g		2000			
202	3070400 0402 ^b	氯化钡	试剂	g		500			
203	3070400 0601	硫酸钾	试剂	g		2000			
204	3070400 0801	硫酸铝	试剂	g		2000			
205	3070400 2002	硫酸铜 (蓝矾、胆矾)	工业	g		2000			
206	3076602 5201	无水硫酸铜	试剂	g		1000			
207	3070700 0101	硫酸铵	工业	g		2000			
208	3070700 1101	硫酸铝钾	工业	g		2000			

209	3070700 1502	碳酸钾	试剂	g		1000			
210	3070700 1601	碳酸钠	工业	g		4000			
211	3070700 2002	碳酸氢钠	工业	g		4000			
212	3070701 0102	大理石	块状	g		4000			
213	3071000 0101	碳酸钙	粉末	g		2000			
214	3071000 0202	碳酸氢铵	工业	g		2000			
215	3071000 0302	碱式碳酸铜	试剂	g		2000			
216	3071000 0401 _b	硝酸银	试剂	g		100			
217	3071000 0411 _b	氯酸钾	试剂	g		2000			
218	3071000 2102	高锰酸钾 _b	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T643-2008, KMnO ₄ ≥99%	g		6000			
219	3071001 0101 _b	硝酸钡	试剂	g		200			
220	3071100 0101 _b	硝酸钠	试剂	g		1000			
221	3076500 8201 _b	硝酸钾	试剂	g		2000			
222	3076500 4601 _b	硝酸铵	试剂	g		2000			
223	3076500 5201	盐酸 _b	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T622-2006, HCL 含量为 36.0%~38.0%之间	mL		10000			
224	3076500 5301		工业	mL		3000			
225	3076500 5501	硝酸 _b	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T626-2006, HN3 含量为 65.0%~68.0%之间	mL		1000			
226	3076500 6401	硫酸 _b	试剂	mL		10000			

227	3076800 6201		工业	mL		1500			
228	3076800 6202	氢氧化钠 ^b	试剂	g		6000			
229	3076800 6901		工业	g		2000			
230	3076800 7201	氢氧化钾 ^b	试剂	g		500			
231	3076800 7202	氢氧化钡 ^b	试剂	g		500			
232	3076805 1201	氨水	试剂, ★提供检测报告, 依据 GB/T631-2007, NH ₃ 含量为≥23%	mL		2000			
233	3076805 1202	氢氧化钙 (熟石灰)	试剂	g		2000			
234	3076805 1301	碱石灰	工业	g		2000			
235	3071500 2301	煤油 ^b		mL		2000			
236	3071500 0501	酒精 ^b	工业, ★提供检测报告, 依据 GB/T679-2002, CH ₃ CH ₂ OH 体积分数≥95%	mL		50			
237	3071500 1101	汽油 ^b		mL		1000			
238	3071500 1302	乙酸 (醋酸) ^b	试剂	mL		500			
239	3072000 5101	葡萄糖	试剂	g		1000			
240	3072200 5102	蔗糖	试剂, ★根据 HG/3462-2013, 比旋光本领 $\alpha_m + 66.2 \pm 66.7$	g		1000			
241	3076300 3401	石蕊	指示剂	g		100			
242	3076800 0301	酚酞	指示剂	g		100			
243	3073300 0101	品红	染料	g		100			

244	3073300 0201	pH 广 泛试纸	1~14	本		100			
245	3075000 0101	蓝石蕊 试纸		本		20			
246	3075000 0201	红石蕊 试纸		本		20			
247	3075000 0401	定性滤 纸	快速, 9 cm, 100 张	盒		20			
248	3075100 0101	定性滤 纸	快速, 15 cm, 100 张	盒		300			
249	3075100 1000	水电解 演示器	电解液为 10%NaOH 或者 5%H_2SO_4 溶液, 碱式或酸式。实验时间: 制取 30 mL 氢气, 使用电压 9 V, 时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容积$\geq$80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1, 误差$\leq$5% 玻璃仪器无明显外观缺陷, 便于操作、耐用, 电极不易损坏; 刻度清晰耐磨, 示数易于读取	台		15			
250	3075100 1100	水电解 实验器	电解液为 10%NaOH 或者 5%H_2SO_4 溶液。实验时间: 制取 20 mL 氢气, 使用电压 12 V, 时间约 1 min; 采用相同条件电解 Na_2SO_4 溶液, 时间不超过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1, 误差$\leq$5%; 仪器无明显外观缺陷, 便于操作、坚固耐用; 刻度清晰耐磨, 示数易于读取, 电极不易损坏	台		80			

251	3075100 9102	金刚石 结构模 型	碳原子： Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个； 化学键： Φ 3 mm $\times$ 35 mm 镀镍金属杆 40 根	套		3			
252	3075100 9104	石墨结 构模型	碳原子： Φ 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个； 化学键： Φ 3 mm $\times$ 50 mm 镀镍金属杆 45 根， Φ 3 mm $\times$ 90 mm 镀镍金属杆 14 根	套		3			
253	3030800 2701	碳-60 结构模 型	碳原子： Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个； 化学键： Φ 6mm $\times$ 25mm 的镀镍金属杆 90 根	套		3			
254	3030801 0101	石墨烯 结构模 型	碳原子： $\Phi \geq 8$ mm 黑 色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm $\times$ 30 mm 透 明塑料管	套		3			
255	3030800 0101	碳纳米 管结构 模型	碳原子： $\Phi \geq 8$ mm 黑 色塑料球；化学键： Φ 6.3 mm $\times$ 30 mm 透 明塑料管	套		3			
256	3030800 0211	碘升华 凝华管	$\geq \Phi$ 34 mm $\times$ 28 mm， 应采用无色透明硼硅 酸盐玻璃制造，手柄与 主管应连接平滑牢固， 不应偏歪；主管应加碘 后密封，两端面呈球面 凹形，手柄靠近主管处 应密封；玻璃仪器均匀 透明无气泡，耐用，不 易碎，采用酒精灯加热 不易变形	个	JY/T 0448	80			
257	3040800 0201	分子间 隔演示 器	无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒 精与水混合后的体积 变化 耐用，不易碎，刻度清 晰、耐磨	件		2			
258	3040800 0301	分子结 构模型	球棍式或比例式： Φ 40 mm 塑料球：碳原子 (黑色) 4 个，氧原子 (红色) 13 个，氮原	套		3			

			子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个； ϕ 30 mm 塑料球：氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建						
259	3040800 0401	分子结构模型	球棍式或比例式； ϕ 25 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个； ϕ 17 mm 塑料球：氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建	套		80			
260	3040800 5101	氯化钠晶体结构模型	球棍式，氯原子 ϕ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个；钠原子 ϕ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键： ϕ 3 mm $\times$ 60 mm 的镀镍金属杆 54 根	套		3			
261	3040800 5201	元素周期表	带轴， ≥ 150 cm $\times$ 110 cm，字迹信息清晰，易于观看	件		3			
262	3019900 9401	物质构成的奥秘实验箱	能够完成微观粒子和探究水的组成相关实验 箱内玻璃仪器均无明显外观缺陷；分子结构模型等耐用，不易折断，易于拆装；水电解器便于操作，耐用，电极不易损坏；管的刻度清晰耐磨，示数易于读取，生成气体体积比准确	套		50			
263	3030800 0701	原油常见馏分标本	不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固	盒		3			

264	3040800 0102	炼铁高炉模型	模型高度 ≥ 650 mm。主要结构应用标签注明,标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固,不得因正常震动、碰触而开裂、松脱	套	JY/T 0305	3			
265	3040800 0101	合成有机高分子材料标本	不少于 10 种,材料新颖,标识清楚,固定结实,不易脱落	盒		3			
266	3040800 0501	新型无机非金属材料标本	标本盒体积 ≥ 180 mm $\times$ 150 mm $\times$ 50 mm,包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等,材料新颖,标识清楚,固定结实,不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐,美观	盒		3			
267	5050800 1601	二氧化碳碳机	包含整套制取装备、药品等	台		2			

4.2.7 （岚城校区高中化学）实验室采购清单

（岚城校区高中化学）实验室采购清单									
序号	编号	名称	规格 功能	单位	执行标准代号	申购数量	单价	小计	备注
9	02077	电加热器	密封式	个		1			
10	02081	蒸馏水器		台		1			
11	02081	蒸馏水器		台		1			
12	02083	列管式烘干机		台		1			

15	02094	水浴锅	铜制	个		1			
16	02100	保温漏斗	铜制	个		2			
20	02121	塑料洗瓶	250mL	个		54			
39	03016	组合式支架		个		2			
40									
41	04	电源							
43	04006	高中教学电源	交流：2V~24V，每2V一档，2V~6V/12A，8V~12V/6A，14V~24V/3A； 直流稳压：1V~25V 分档连续可调，2V~6V/6A，8V~12V/4A，14V~24V/2A； 40A、8s 自动关断	台		1			
44									
45	1	测量							
46	11	质量							
48	11003	托盘天平	500g，0.5g	台		1			
50	11010	电子天平	200g，0.001g	台		1			
51	11010	电子天平	400g，0.1g	台		1			
54	12	时间							
56		石英钟		只		3			
57									
58	13	温度							
59	13001	温度计	红液，0℃~100℃	支		54			
60	13001	温度计	水银，0℃~360℃	支		2			
61	13007	数字测温计	-30℃~+200℃	台		1			
62									
63	15	电							

66	15011	多用 电表	指针式，不低于 2.5 级	个		1			
67	15016	演示 电流 电压 表	2.5 级	台		1			
68									
69	16	其它							
70	16001	密度 计	密度 $>1\text{ g/cm}^3$	支		3			
71	16001	密度 计	密度 $<1\text{ g/cm}^3$	支		3			
73									
74	2	专用 仪器							
75	26	化学							
77	26005	贮气 装置		台		2			
78	26010	溶液 导电 演示 器		台		1			
79	26011	微型 溶液 导电 实验 器	金属电极，笔式，所需 溶液不超过 3mL	套		54			
83	26020	氢燃 料电 池演 示器	两个质子交换膜电极， 膜电极不小于 33mm $\times$ 33mm	套		1			
84	26021	氢燃 料电 池实 验器	一个质子交换膜电极， 膜电极不小于 15mm $\times$ 15mm，带电流、电压表	套		13			
85	26023	电解 槽演 示器	离子交换膜	台		1			
87	26027	电泳 演示 器		台		1			
88	26029	丁达 尔现 象实		台		54			

		验器							
91	26035	放电反应实验仪	通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象, 消耗功率不大于 30W	套		13			
92	26040	光化学实验演示器	能演示甲烷与氯气的反应	台		1			
94									
95	3	模型							
96	32	化学							
97	32003	分子结构模型	演示用, 氢原子球直径不小于 23mm, 其他原子球直径不小于 30mm	套		3			
98	32003	分子结构模型	分组用	套		54			
99	32004	金刚石结构模型	球直径不小于 30mm	套		1			
100	32005	石墨结构模型	球直径不小于 30mm	套		1			
101	32006	碳-60 结构模型	球直径不小于 30mm	套		1			
102	32007	氯化钠晶体结构模型	球直径不小于 30mm	套		1			
103	32008	碳的同素异形体结构模型	包括金刚石、石墨、碳-60 三种结构模型; 小型, 球管式, 可拆卸	套		13			
104	32010	氯化铯晶体结构模型	球直径不小于 30mm	套		1			

105	32013	二氧化碳晶体结构模型	球直径不小于 25mm	套		1			
106	32016	二氧化硅晶体结构模型	球直径不小于 25mm	套		1			
107	32019	金属晶体结构模型	球直径不小于 30mm	套		1			
108	32024	电子云杂化轨道模型	S、SP、SP ² 、SP ³ 、Px、Py、Pz	套		1			
109									
110	4	标本							
111	42	化学							
117									
118	6	玻璃仪器							
119	60	计量							
120	60001	量筒	10mL	个		54			
121	60001	量筒	25mL	个		54			
122	60001	量筒	50mL	个		54			
123	60001	量筒	100mL	个		2			
124	60001	量筒	500mL	个		2			
125	60001	量筒	1000mL	个		2			
126	60012	量杯	250mL	个		2			
127	60023	容量瓶	50mL	个		2			
128	60023	容量瓶	100mL	个		54			
129	60023	容量瓶	250mL	个		4			
130	60023	容量瓶	500mL	个		54			
131	60023	容量瓶	1000mL	个		2			

132	60041	滴定管	酸式, 25mL	支		54			
133	60041	滴定管	酸式, 50mL	支		25			
134	60041	滴定管	碱式, 25mL	支		54			
135	60041	滴定管	碱式, 50mL	支		25			
136	60041	滴定管	聚四氟乙烯活塞, 50mL	支		2			
137	60041	滴定管	酸碱通用, 塑料活塞 50mL	支		3			
138	60041	滴定管	棕色, 塑料活塞 50mL	支		3			
139	60052	移液管	1mL	支		25			
140	60052	移液管	2mL	支		25			
141	60052	移液管	5mL	支		25			
142	60052	移液管	25mL	支		25			
143									
144	61	加热							
145	61001	试管	Φ 12mm×70mm	支		500			
146	61001	试管	Φ 15mm×150mm	支		1000			
147	61001	试管	Φ 18mm×180mm	支		1000			
148	61001	试管	Φ 20mm×200mm	支		300			
149	61001	试管	Φ 32mm×200mm, 硬质	支		100			
150	61001	试管	Φ 40mm×200mm	支		30			
151	61008	具支试管	Φ 18mm×180mm	支		20			
152	61008	具支试管	Φ 20mm×200mm	支		20			
153	61009	硬质玻璃管	Φ 15mm×150mm	支		30			
154	61009	硬质玻璃管	Φ 20mm×250mm	支		10			
155	61011	燃烧管	Φ 25mm×300mm	支		2			
156	61012	Y 形试	Φ 20mm	支		3			

		管							
157	61020	烧杯	5mL	个		54			
158	61020	烧杯	10mL	个		54			
159	61020	烧杯	25mL	个		100			
160	61020	烧杯	50mL	个		50			
161	61020	烧杯	100mL	个		100			
162	61020	烧杯	250mL	个		200			
163	61020	烧杯	500mL	个		20			
164	61020	烧杯	1000mL	个		10			
165	61033	烧瓶	圆底，长颈，250mL	个		54			
166	61033	烧瓶	圆底，短颈，厚口 250mL	个		30			
167	61033	烧瓶	圆底，长颈，500mL	个		54			
168	61033	烧瓶	平底，长颈，250mL	个		5			
169	61041	锥形 瓶	100mL	个		54			
170	61041	锥形 瓶	250mL	个		15			
171	61051	蒸馏 烧瓶	250mL	个		54			
172	61054	三口 烧瓶	250mL	个		5			
173									
174	62	一般							
175	62001	酒精 灯	150mL，单头	个		54			
176	62001	酒精 灯	250mL，单头	个		2			
177	62001	酒精 灯	250mL，双头	个		2			
178	62002	干燥 塔	250mL	个		2			
179	62003	气体 洗瓶	250mL	个		2			
181	62005	抽气 管		个		2			
182	62006	干燥 器	160mm	个		4			
183	62007	气体 (启 普)发 生器	250mL	个		4			
185	62021	冷凝	球形，300mm	支		1			

		器							
186	62023	牛角管	弯形, $\phi 18\text{mm} \times 150\text{mm}$	支		25			
187	62031	漏斗	60mm	个		54			
188	62031	漏斗	90mm	个		6			
189	62033	安全漏斗	直形	个		5			
190	62033	安全漏斗	双球	个		2			
192	62035	分液漏斗	球形, 50mL	个		25			
193	62039	布氏漏斗	瓷, 80mm	个		2			
194	62071	T 形管	$\phi 7\text{mm} \sim 8\text{mm}$	个		25			
195	62072	Y 形管	$\phi 7\text{mm} \sim 8\text{mm}$	个		25			
196	62071	T 形管		个		25			
197	62072	Y 形管		个		25			
198	62074	离心管	10mL	支		10			
199	62075	干燥管	单球, 150mm	支		54			
200	62075	干燥管	U 型, $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$	支		54			
201	62075	干燥管	U 型, $\phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$	支		3			
202	62075	干燥管	U 型, 具支, $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$	支		3			
203	62077	比色管	25mL	支		125			
204	62079	活塞	直形	支		5			
205	62079	活塞	T 形	支		2			
209	62095	钴玻璃片		个		54			
210									
211	63	容器							
212	63002	集气瓶	125mL, 附毛玻璃片	个		150			
213	63002	集气瓶	250mL, 附毛玻璃片	个		20			
214	63002	集气瓶	500mL, 附毛玻璃片	个		5			
216	63011	广口瓶	60mL	个		600			

217	63011	广口瓶	125mL	个		80			
218	63011	广口瓶	250mL	个		50			
219	63011	广口瓶	500mL	个		10			
220	63011	广口瓶	棕色, 60mL	个		100			
221	63011	广口瓶	棕色, 125mL	个		20			
222	63011	广口瓶	棕色, 250mL	个		20			
223	63021	细口瓶	60mL	个		70			
224	63021	细口瓶	125mL	个		2000			
225	63021	细口瓶	250mL	个		200			
226	63021	细口瓶	500mL	个		30			
227	63021	细口瓶	1000mL	个		30			
228	63021	细口瓶	3000mL	个		3			
229	63021	细口瓶	棕色, 60mL	个		100			
230	63021	细口瓶	棕色, 125mL	个		100			
231	63021	细口瓶	棕色, 250mL	个		25			
232	63021	细口瓶	棕色, 500mL	个		2			
233	63021	细口瓶	棕色, 1000mL	个		2			
234	63021	细口瓶	棕色, 3000mL	个		1			
235	63037	下口瓶	5000mL	个		2			
240	63045	称量瓶	$\Phi 25\text{mm} \times 40\text{mm}$	个		2			
241									
242	64	材料和配套用							

		品							
243	64001	坩埚	瓷, 30mL	个		54			
244	64002	坩埚钳	200mm	个		54			
245	64003	烧杯夹		个		4			
246	64005	镊子		个		54			
247	64006	试管夹		个		54			
248	64007	水止皮管夹		个		54			
249	64008	螺旋皮管夹		个		5			
250	64032	石棉网		个		50			
251	64034	隔热网	环保型, 功能与石棉网相同, 隔热材料不是石棉	个		54			
253	64041	燃烧匙		个		54			
254	64042	药匙		个		200			
255	64051	玻璃管	$\phi 5\text{mm} \sim \phi 6\text{mm}$	千克		6			
256	64051	玻璃管	$\phi 7\text{mm} \sim \phi 8\text{mm}$	千克		5			
257	64053	玻璃棒	$\phi 3\text{mm} \sim \phi 4\text{mm}$, 切 25cm 长	千克		4			
258	64053	玻璃棒	$\phi 5\text{mm} \sim \phi 6\text{mm}$ 切, 25cm 长	千克		4			
259	64061	软胶塞	0 号~12 号	千克		20			
260	64062	橡胶管		千克		4			
261	64063	乳胶管		米		60			
263	64071	试管刷	中大较硬, 切 25cm 长	个		54			
264	64072	烧瓶刷		个		25			
265	64074	滴定管刷		个		25			

266	64080	结晶皿	80mm	个		2			
267	64081	表面皿	60mm	个		54			
268	64081	表面皿	100mm	个		4			
269	64086	研钵	瓷, 60mm	个		54			
270	64086	研钵	瓷, 90mm	个		2			
271	64088	蒸发皿	瓷, 60mm	个		54			
272	64088	蒸发皿	瓷, 100mm	个		5			
276	64094	胶头滴管	4mL	支		500			
277	64094	塑料多用滴管	4mL	支		500			
278	64098	白金 丝	Φ 0.5mm×50mm; 具金属柄, 可拆卸	支		2			
279		鳄鱼 嘴角 双头 铜线 导线	大号(黑根 100 根红线 100 根)	根		200			
280	81	工具							
281	81002	一字 螺丝 刀	中大号品牌	支		5			
282	81003	十字 螺丝 刀	中大号品牌	支		5			
283	81004	尖嘴 钳	300mm 中大号品牌	把		5			
284	81015	手锤	中大号品牌	把		5			
285	81018	三角 锉刀	300mm 带柄中大号品 牌	个		5			
286	81032	剪刀	中大号品牌 (能剪铁 皮)	把		5			
287	81051	玻璃 瓶盖 开启 器		套		3			
288	81052	玻璃 管切	能割玻璃硬度大	个		3			

		割器							
289									
290	82	安全防护用具							
291	82001	工作服	防酸碱	件		3			
292	82002	护目镜	侧面完全遮挡	个		56			
293	82004	防护面罩	可提供颈部和头部保护	个		1			
294	82005	防毒口罩	有活性炭	个		1			
295	82006	手套	耐酸	双		2			
296	82006	手套	一次性乳胶手套	双		54			
297	82009	洗眼器		套		1			
298	82010	简易急救箱		件		1			
299	82011	实验防护屏		件		1			

4.2.8 （ 岚城校区高中物理 ） 实验室采购清单

(岚城校区高中物理) 实验室采购清单									
序号	编号	名称	规格 功能	单位	执行标准 代号	数量	单价	小计	备注
2	02011	直联泵	2XZ-1 型, 单相, 有防回油 功能	台	JB/T 6533-200 5	1			
3	02014	抽气筒		个		2			
4	02015	打气筒		个	SB/T 10205-19 94	1			
5	02016	抽气盘	直径不小于 180mm, 附钟罩	套		1			
6	02023	充磁器		台	JY/T 0396	1			
7	02075	酒精喷灯	坐式	个		2			
8	02102	注射器	100mL	个	GB 15810	30			
9	02115	透明盛液筒	Φ 100mm×300mm	个		2			
10	03001	物理支架		套	JY/T 0393	2			
11	03003	多功能实验 支架		套	JY/T 0393	2			
12	03004	升降台	升降范围不小于 150mm, 载 荷不小于 10kg	台		2			
14	04008	调压变压器	2kVA, TDGC2 系列	台	GB/T 10241	1			
15	04011	感应圈	电子开关式	台	JY 0019-91	3			
16	10004	钢直尺	200mm	只	GB/T 9056	54			
17	10004	钢直尺	600mm	只	GB/T 9056	54			
21	11010	电子天平	1000g, 0.1g	台	JB/T 5374-199 1	1			
22	11017	指针式体重 计	0g~160kg, 500g	台		1			

23	11021	金属钩码	50g×4, 200g×2	套	JY 105-82	54			
24	11022	金属槽码	2g×3, 5g×2, 10g×2, 20g×2, 50g×2, 100g×2, 200g×2, 5g×1 金属槽码盘和 10g×1 金属槽码盘	套		54			
27	12005	电火花计时器	单频率: 0.02s, 火花距离不小于 10mm, 平均电流不大于 0.5mA	个	JY/T 0390	108			
28	12008	频闪光源	25Hz, 50Hz, 100Hz	台		2			
29	13001	温度计	红液, 0℃~100℃	支	JJG 130-2004	60			
30	13001	温度计	水银, 0℃~200℃	支	JJG 130-2004	2			
31	13007	数字测温计	集成温度传感器, -50℃~+150℃, 分辨率 0.1℃	个	JJG 855-1994	1			
32	13011	电子体温计		支		2			
33	13012	红外人体表面温度快速筛检仪		个	GB/T 19146	2			
34	13020	寒暑表		只		1			
35	14001	条形盒测力计	5N	个	JY 0127	54			
36	14001	条形盒测力计	2.5N	个	JY 0127	54			
37	14010	圆盘测力计	5N	个	JY 0127	1			
38	15003	高中数字演示电表	直流/交流电压、电流, 检流; 4-1/2 位数数码管, 不小于 5cm	只		2			
42	15011	多用电表	指针式, 不低于 2.5 级	只	JB/T 9283-1999	60			
43	15015	交流电流表	2.5 级, 毫安级	只	JY 0330	54			
44	15016	演示电流电压表	2.5 级, 检流	台		2			
45	15017	演示微电流电阻表	微量直流检流, 直流电压、电阻测量	台		1			
46	15020	教学示波器	DC 5MHz, 扫描范围: 10Hz~100kHz	台	JY 0011	2			
49	15026	电阻箱	六位 99999.9Ω, 0.1 级	个	JY/T 0399	1			

50	15032	微电流放大器	多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出	台		3			
51	16004	湿度计		个		1			
52	16009	空盒气压表	800hPa~1060hPa, 1hPa; 误差 $\leq \pm 2.0$ hPa	台	QX/T 26-2004	2			
53	16030	量角器(圆等分器)	半圆直径不小于 190mm	个		162			
54	21004	惯性演示器		套		2			
55	21005	摩擦计		套	JY 40-79	54			
56	21006	螺旋弹簧组	0.5N, 1N, 2N	组	JY 132-82	2			
57	21006	螺旋弹簧组	3N, 5N	只	JY 132-82	54			
58	21011	帕斯卡球		个	JY 106-82	1			
59	21024	摩擦力演示器		台		3			
60	21025	微小形变演示器	利用光杠杆原理	套		3			
61	21026	力的合成分解演示器		套		3			
63	21029	高中力学演示板		套		1			
64	21033	滚摆		个	JY/T 0392	2			
65	21034	离心轨道	有捕球网	套	JY 169-84	2			
66	21039	电动离心转台	可调速	台		1			
67	21046	毛钱管(牛顿管)	带释放装置	套	JY 0129	1			
68	21047	伽利略理想斜面演示器	长度不小于 1200mm, 一端高度可连续升降, 连接曲面光滑	套		1			
69	21049	运动合成分解演示器	可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成	套		1			
70	21050	演示轨道小车	利用电火花计时, 车拖纸带式, 打点有效距离不小于 900mm	套	JY/T 0391	1			
71	21051	轨道小车	车拖纸带打点式, 打点有效	套	JY/T	54			

			距离不小于 600mm		0391				
72	21059	牛顿第二定律演示仪		套	JY/T 0368	1			
73	21061	反冲运动演示器	有两种以上表现形式	套		3			
74	21062	超重失重演示器	记忆式	个		3			
75	21064	动能势能演示器	半定量实验	台		3			
76	21065	平抛竖落仪		个		6			
77	21066	平抛运动实验器		套		54			
78	21070	运动频闪观测仪	频闪光源 25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像	套		2			
79	21072	向心力演示器		台	JY 0136	30			
80	21076	凹凸桥演示器		套		3			
81	21077	演示力矩盘		个	JY 0173	1			
82	21078	力矩盘		个	JY 0173	54			
83	21079	动量传递演示器(碰撞球)	5 球	套		3			
84	22001	音叉	256Hz	套	JY/T 0395	1			
85	22001	音叉	512Hz	套	JY/T 0395	1			
86	22005	纵波演示器		套	JY 0333	1			
87	22010	共振音叉	440Hz	对	JY/T 0395	1			
88	22013	绳波演示器	横波、行波、驻波、模拟偏振	套		1			
89	22014	波动弹簧	扁钢丝弹簧，外径不小于 66mm，圈数不小于 180，两端为 90° 弯折半圆	个		2			
90	22015	波动演示器	帘式	台		1			
91	22018	弹簧振子	水平式和竖式	套	JY 0332	2			
92	22020	弹簧振子振动图像描绘器	自动稳定走纸	台		1			
93	22022	匀速圆周运动投影器		台		2			
94	22023	单摆组	5 个摆球	组		54			

95	22024	单摆振动图像演示器		台		1			
96	22025	单摆运动规律演示器	光电门计时	套		3			
97	22026	受迫振动和共振演示器	改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振	台		3			
98	22027	共振演示器	弹簧振子，电动机驱动	台		3			
99	22203	空气压缩引火仪		个	JY 137-82	4			
100	22210	气体做功内能减少演示器	用热敏电阻演示	套		1			
101	22215	油膜实验器		套	JY/T 0372	54			
102	22216	浸润和不浸润现象演示器		个		1			
103	22217	液体表面张力演示器		套		1			
104	22219	毛细现象演示器		套		3			
105	22220	伽尔顿板(道尔顿板)		台	JY/T 0389	2			
106	22223	气体定律演示器		套		54			
107	22224	盖·吕萨克定律演示器		套		1			
108	22225	气压模拟演示器		套		1			
109	23001	玻棒(附丝绸)	或有机玻棒(附丝绸)，教师用	对	JY 179-85	5			
110	23003	胶棒(附毛皮)	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用	对	JY 179-85	5			
111	23005	箔片验电器	教师用	对	JY 202-85	1			
112	23007	指针验电器	带法拉第圆筒	对	JY 203-85	1			
113	23008	感应起电机		台	JY 115-82	1			
114	23010	小灯座		个	JY 116-82	200			
115	23011	单刀开关		个	JY 0117-91	108			

116	23012	滑动变阻器	20 Ω , 2A	个	JY 0028	54			
117	23012	滑动变阻器	50 Ω , 1.5A	个	JY 0028	54			
118	23012	滑动变阻器	200 Ω , 1.25A	个	JY 0028	1			
119	23024	电阻定律实验器	不少于四根导线, 长度、截面积、材料不同	台		54			
120	23030	演示线路实验板	高中演示组	套	JY/T 0218	1			
121	23035	焦耳定律演示器		套		3			
122	23041	球形导体		个		1			
123	23042	验电器连接杆		个	JY 204-85	1			
124	23043	移电球(验电球)		个	JY 183-85	1			
125	23044	验电羽		对		1			
126	23046	尖形布电器		个	JY 184-85	1			
127	23049	金属网罩		个	JY 185-85	1			
128	23052	库仑定律演示器		台		2			
129	23053	电场线演示器		套		2			
130	23056	平行板电容器		套	JY 205-85	2			
131	23057	电场中带电粒子运动模拟演示器	模拟电场中带电粒子加速、偏转	套		3			
132	23058	常用电容器示教板	电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等	套		3			
133	23059	常用电阻器示教板	定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)	套		3			
134	24001	条形磁铁	铝铁碳, 180 mm	对	JY 0057	54			
135	24002	蹄形磁铁	铝铁碳, 100mm	个	JY 0057	54			
136	24003	磁感线演示器	条形、蹄形	套		3			
137	24004	立体磁感线演示器	永磁、电磁场	套		2			

138	24009	演示原副线圈		套	JY 120-82	5			
139	24010	原副线圈		套	JY 121-82	54			
140	24014	演示电磁继电器		个	JY 50-87	3			
141	24017	左右手定则演示器		个	JY 0014-90	54			
142	24019	手摇交直流发电机		个	JY 21-79	2			
143	24021	阴极射线管	磁效应管	个	JY 181-85	2			
144	24021	阴极射线管	示直进管	支	JY 181-85	2			
145	24021	阴极射线管	机械效应管	支	JY 181-85	2			
146	24021	阴极射线管	静电偏转管	支	JY 181-85	2			
147	24032	强磁针	高磁能积磁体	个		6			
148	24033	通电平行直导线相互作用演示器		套		3			
149	24037	自感现象演示器		台	JY/T 0365	2			
150	24039	楞次定律演示器	开口环、闭口环	套	JY 0015	2			
151	24040	电磁阻尼演示器		套		2			
152	24042	单匝线圈电机原理演示器	使用高磁能积磁体	套		2			
153	24044	三相电机原理演示器		套	JY 24-88	1			
154	24045	手摇三相交流发电机		台	JY 23-88	1			
155	24046	三线电子开关		台	JY/T 0398	3			
156	24047	交流电路特性演示器	大电感、小电感，大电容、小电容，电阻	台		2			
157	24048	可拆变压器		台	JY 14-88	54			
158	24051	日光灯原理演示器	电感式镇流器	套		1			
159	24052	洛伦兹力演	有洛伦兹力管	台	JY	2			

		示器			219-87				
160	24053	电子束演示器		台	JY 0017	2			
161	24057	低气压放电管组	6 支	套	JY 186-85	1			
162	25001	光具盘	磁吸附式	套	JY 0033	1			
163	25004	玻璃砖		块	JY 140-82	54			
164	25005	光具座		套	JY 0034	54			
165	25007	三棱镜		个	JY 142-82	2			
166	25008	白光的色散与合成演示器		套	JY 0310	1			
167	25015	光的折射全反射实验器		套		54			
168	25017	激光光学演示仪	几何光学和物理光学实验	台	JY 0350	2			
169	25020	双缝干涉实验仪		台	JY 64-81	54			
170	25021	牛顿环		个	JY 0300	1			
171	25022	光导纤维应用演示器		台	JY 0349	1			
172	25107	光谱管组		套	JY 187-85	1			
173	25113	盖革计数器	加计数功能	台	JY 189-85	1			
174	31005	液压机模型		个	JY 43-79	1			
175	31008	汽油机模型	压缩比：6	个		1			
176	31009	柴油机模型	压缩比：14	个		1			
177	31013	离心机械模型	节速器、干燥器、分离器	套	JY 221-87	1			
178	31014	晶体空间点阵模型	食盐，金刚石，石墨，明矾，石英	套		1			
179	31017	蒸汽机模型	吹动式	台		1			
180	31018	蒸汽轮机模型	吹动式	台		1			
181	60001	量筒	10mL	个	GB/T 12804	2			
182	60001	量筒	50mL	个	GB/T 12804	2			
183	60001	量筒	100mL	个	GB/T	40			

					12804				
184	61001	试管	$\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$	支	QB/T 2561-200 2	30			
185	61001	试管	$\Phi 32\text{mm} \times 200\text{mm}$	支	QB/T 2561-200 2	30			
186	61020	烧杯	250mL	个	GB/T 15724	30			
187	61020	烧杯	500mL	个	GB/T 15724	10			
188	61033	烧瓶	圆底长颈, 500mL	个	GB/T 15725.6	5			
189	61033	烧瓶	平底长颈, 250mL	个	GB/T 15725.6	5			
190	62001	酒精灯	150mL	个		70			
191	62035	分液漏斗	筒形, 250mL	个	QB/T 2110-199 5	3			
192	64005	镊子		支	YY/T 0686-200 8	5			
193	72025	酒精	95%	毫升		6000			
194	72045	油酸	分析纯	毫升		1500			
195	80117	电解电容器	25v, 470 μf -1000 μf	个		200			
196		力的平行四 边形模型		套		5			
197		双轨平抛运 动演示器		套		5			
198		电流计结构 模型		个		5			
199		小灯泡	6v	个		100			
200		钢球	16mm	个		200			
201		玻璃球	16mm	个		200			
202		打点计时器 用纸带		卷		1000			
203		打点计时器 用墨粉纸盘	直径 38mm	片		5000			
204		电动抽气机		台		2			

205		向心力演示器皮带	一套两根：直径 54cm, 77cm	套		10			
206		光敏电阻		个		200			
207		热敏电阻		个		200			
208		蜂鸣器		个		200			
209		发光二极管		个		200			
210		滑石粉		斤		10			

4.2.9 （岚城校区初中物理）实验室采购清单

（ 岚城校区初中物理 ）实验室采购清单									
序号	编号	器材名称	规格品名教学性能要求	单位	执行标准代号	申购数量	单价	小计	备注
1	30802000503	乳胶手套	耐酸（碱）	双		60			
2	30802000504	机械危害防护手套	3 级	双	GB 24541	60			
3	30802005200	套袖	棉	套		60			
4	30802000201	激光防护镜	激光类实验用	个	GB 30863	60			
5	30802000203	护目镜	防机械冲击	个	GB 14866	60			
6	30802000802	简易急救箱	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，	个		3			

			剪刀, 镊子, 止血带 (长度 N30 cm) 等						
7	3080100550 1	吹风机	功率 31000 W	个		5			
8	3019902020 1	小托盘	200 mmX300 mmX60 mm	套		6			
9	3019902020 2	大托盘	250 mmX400 mmX80 mm	套		6			
10	3019902030 1	提盒	承重大于 3 kg	个		6			
11	3019900920 1	实验用品提篮	木制, 配有提手, 490 mmX360 mmX290 mm	个		6			
12	3080100630 2	整理箱	PP 材质, 电子元件、机械零件等物料分类 收纳	个		6			
13	3080101580 1	手板锯	固定式普通型	把	QB/T 2094. 3-2015	2			
14	3080100120 1	钢手锯	A 型 (单面) 300 mm, 18 齿/25 mm; 安装锯 条后, 锯条中心平面与锯架中心平面的平行 度不大于 2 mm; 钢锯在达到 99 N 拉力后经 过 1 min, 不应有永久变形, 拉钉不得松动 脱落; 钢板制锯架在达到 900 N 张力时, 侧 弯不得超过 1.8 mm	把	GB/T 14764-2008 QB/T 1108 - 2015	2			
15	3080101230 1	曲线锯	无级调速	把		2			
16	3080101240 1	电锯	手持式	把		2			
17	3080100090 1	木工锤	0.25 kg	把	QB/T 1290. 9-2010	3			
18	3080100150 1	钳工锤	0.4 kg, A 型或者 B 型	把	QB/T 1290. 3-2010	3			
19	3080100130 0	剥线钳	①0.5 mm~2.5 mm; 刃口闭合状态间隙应不 大于 0.3 mm, 刃口错位应不大于 0.2 mm; 钳 口硬度不低于 HRA65 或 HRC30	把	QB/T 2207 — 2017	6			

20	30801001400	钢丝钳	160 mm, 抗弯强度 1120 N, 扭力矩 15 N · m, 15° ; 剪切性能 $\phi 16$ mm 钢丝, 580 N; 夹持 面硬度不低于 44HRC; PVC 环保手柄, 在不大 于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°	把	QB/T 2442.1 — 2007	3			
21	30801000401	尖嘴钳	160 mm, 抗弯强度 710 N, 剪切性能 $\phi 1.6$ mm 钢丝, 570 N; 在不大 于 18 N 的力作用下撑 开角度不小 于 22° , 硬度不低于 44HRC, PVC 手柄	把	QB/T 2442.3 — 2007	3			
22	30801002501	平口钳	普通机用平口钳; 钳口宽度 100 mm, 最大张 开度 100 mm	把	JB/T 9937 — 2011	3			
23	30801015901	斜口钳	125 mm, 双刃刀	把	QB/T 3004 — 2008	3			
24	30801012601	砂纸	干磨砂纸, P36~P50、P150~P220、P1000~ P2000	张		100			
25	30801002001	活扳手	200 mm, 活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不 低于 40HRC; 最小扭矩试验: 六角试棒边长 22 mm, 扭矩 180 N · m; 活动扳口应在扳体 导轨的全行程上灵活移动, 活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28 mm; 表面电镀处理	把	GB/T 4440 — 2008	3			
26	30801002100	铁皮剪刀	力臂 200 mm, 剪 100 mm	把		3			
27	30801002102	民用剪刀	长 170 mm, 用于剪布	把	QB/T 1966 — 1994	3			
28	30801000500	电工刀		把		3			
29	30801016000	吸锡器	手动	个		3			
30	30801012701	胶枪	60 W, 热熔胶	把		3			
31	30199000411	打孔器	齿口式, 不锈钢材质, 每组 4 支, 外径分别 为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5	套		3			

			mm; 附通棒						
32	3019900050 1	打孔 夹板	硬木或硬塑料	个		3			
33	3020400010 2	寒暑 表	量程-50。~50 ° C,分 度值 1 ° C,允许误 差±1 C; 底板长 200 mm~300 mm, 温度计 外径 5 mm~8 mm, 感温泡长 8 mm~15 mm; 当 温度达到 100 C 时, 安全 泡应能容纳上升 感温液, 温度计不致胀破	只	JB/T 9262 — 1999	3			
34	3020400080 1	体温 计	水银, 量程 35 筭~42 C, 分度值 0.1 C, 感温液柱 不应中断、自流、难甩, 应有“CCV” 标志	支	GB 1588	90			
35	3020400020 5	红液 温度 计	量程-20 C~100 C,分度值 1 C,示值误 差 <± 1.5 C	支	JJG 130-201 1	180			
36	3020400040 1	演示 温度 计	量程-5 C~100 C,分度值 1 C,误差± 1 C; 全长不小 于 565 mm,感温泡长度不 小 于 30 mm,标尺不小于 350 mm,标度板上有 摄氏 温标和热力学温标; 在板 面中段承受垂 直与板面 方向 4.9 N 的力时, 板中 部挠度应 不大于 5 mm	支	JY/T 0418	10			
37	3020400070 2	数字 温度 计	量程-30 筭~200 筭,分辨 力 0.1 ° C,误差 <± 1.5 C; 不接电脑,可独立运行, 自带显 示屏,表盘尺寸 3180 mmX90 mm	支		3			
38	3029900020 1	湿度 计	指针式	个		6			
39	3060500880 1	蒸发 皿	瓷, $\varnothing$ 60 mm	个	QB/T 1992 — 2014	90			
40	3060500611 1	橡胶 塞	0~4 号,应选用白色胶塞, 质地均匀	套		90			
41	3060200010 2	试管	$\varnothing$ 15 mmX 150 mm, 透明, 硼硅酸盐玻璃制	支	QB/T 2561 — 2002	180			
42	3060200010	试管	$\varnothing$ 30 mmX200 mm, 透明,	支		15			

	7		硼硅酸盐玻璃制						
43	30602001106	烧瓶	圆、长, 500 mL, 透明, 硼硅酸盐玻璃制	个	GB/T 22362 - 2008	15			
44	30602001115	烧瓶	平、长, 250 mL, 透明, 硼硅酸盐玻璃制	个		15			
45	30602001006	烧杯	100 mL, 透明, 硼硅酸盐玻璃制, 刻度应清晰耐久, 应在容量标志下有记号面积	个	GB/T 15724 - 2008	180			
46	30602001008	烧杯	250 mL, 透明, 硼硅酸盐玻璃制, 刻度应清晰耐久, 应在容量标志下有记号面积	个		90			
47	30603000101	酒精灯	150 mL, 采用透明钠钙玻璃制造, 无明显黄绿色, 灯口应平整, 瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm, 玻璃灯罩应磨口, 瓷灯头应为白色, 表面无气泡, 无疵点, 无裂纹, 无碰损缺口, 酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯	个	JY/T 0424	90			
48	30603003102	漏斗	漏斗口径 90 mm, 斗颈长 90 mm, 下口磨成 45° 角, 斜口边口倒角或熔光, 耐水性 HGB3 级	个	GB/T 28211 - 2011	15			
49	30603000301	电子打火枪	电加热丝	个		90			
50	30603000401	烧杯用电加热器	0 W~250 W, 可调; 密封式	台	GB 4706.22	6			
51	40206010207	注射器	100 mL, 分度值 10 mL, 刻度清晰。加帽或塞, 密闭性好, 防止液体泄漏, 清晰度高	个	GB 15810	90			
52	30603007103	三通连接管	T 形	个	JY/T 0427	90			
53	30605003301	陶土网	功能同石棉网, 陶土材质, 尺寸不小于 125 mm X 125	个		90			

			mm, 0. 8 mm 钢丝制成						
54	30199001400	打气筒	气嘴外径 8 mm±0. 1 mm, 长度 15 mm, 台阶 口, 工作压力不小于 0. 295 MPa	个	SB/T 10205 - 1994	3			
55	30199001300	两用气筒	活塞胶垫, 气嘴外径 8 mm±0. 1 mm, 长度 15 mm, 台阶口; 抽气压强达到 6. 7 kPa 时, 放置 30 s, 漏气引起的压强变化应 ≤2. 6 kPa; 充气压强达到 290 kPa 时, 放置 30 s, 漏气引起的压强变化应 <9. 8 kPa	个		6			
56	30709000101	硫代硫酸钠	俗称海波, 分析纯	g		2000			
57	30720005500	石蜡	工业	g		2000			
58	30807001100	蜂蜡		g		1000			
59	30722005102	酒精”	工业, ★提供检测报告, 依据 GB/T679-2002, CH ₃ CH ₂ OH 体积分数 ≥95%	mL		5000			
60	30101000200	方座支架	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直 夹(2 只)、平行夹、吊杆等组成; 立杆长 600 mm, 方形座长 210 mm, 宽 135 mm, 烧瓶 夹夹口内壁有耐热不低于 120 ° C 的缓压层	套	JY/T 0393	90			
61	30101000300	多功能实验支架	组合座架 1 个, 最小组合支承面积应不小于 560 mmX10 mm; 滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1 个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个	套	JY/T 0393	3			
62	30101000401	升降台	不锈钢台面, 上台面有效面积不小于 140 mm X 140 mm, 下台面有效面积不小于 160 mmX 160 mm, 厚度不低于 1 mm; 升降范围 85 mm ~ 235 mm, 连续可调; 上下台面的平面度误差 应	台	JY/T 0419	3			

			W2 mm, 升降过程中任一位置的平行度误差 W3 mm; 额定载重量 310 kg						
63	3030720770 0	晶体 熔化 与凝 固实 验器	包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌 勺等, 有固定试管及温度计装置	套		30			
64	3019900940 0	碘升 华凝 华管	碘密封于碘锤内, 无色透明硼硅酸盐玻璃制 管① 28 mmX34 mm, 两端面应为凹面, 热冲 击应不低于 200 笆	个	JY/T 0448	12			
65	3080700040 3	物质 弹性 实验 材料	包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海 绵、钢尺等, 材料选取应有代表性, 包括易 形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材 料、塑性形变材料等	套		6			
66	3080700040 5	磁悬 浮原 理实 验器	包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等	套		6			
67	3020200031 3	托盘 天平	200 g, 0.2 g, 单杠杆等臂式双盘天平, 配 6 级(M2 级) 砝码: 100 g、 50 g、 10 g、 5 g 各 1 个, 20 g 2 个, 钢制镊子	台	QB/T 2087 一 2016	100			
68	3020200032 2	托盘 天平	500 g, 0.5 g, 单杠杆等臂式双盘天平, 配 6 级(M2 级) 砝码: 200 g、 50 g、 10 g 各 1 个, 100 g、 20 g 各 2 个, 钢制镊子	台		10			
69	3020200055 1	电子 天平	量程 0 g~1 kg, 分辨力 0.1 g, 带标准砝码	台	GB/T 26497	6			
70	3030710010 1	圆柱 体组	包括纯铜、铝 (或铝合金) 和铁 (钢) 等 3 种材质圆柱体; 圆柱体直径 20 mm, 高 32 mm; 每个圆柱体配网兜 (质量小于 0.01 g)	套	JY/T 0394	90			
71	3030710020 1	立方 体组	包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方 体, 其中铝材 2 个, 黄铜 (边长 20 mm)、铁 (边长 20 mm)、	套	JY/T 0513	90			

			铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带 不锈钢挂钩						
72	30601000109	量筒	500 mL， 5 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	个	GB/T 12804 - 2011	15			
73	30601000108	量筒	250 mL， 2 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	个		15			
74	30601000106	量筒	100 mL， 1 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	个		180			
75	30601000208	量杯	250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚 1.2 mm，耐水性 HGB3 级	个	GB/T 12803-2015	6			
76	30299000101	密度计	$>1 \text{ g/cm}^3$ ，在液体中倾斜度 <0.2 分度值	支		10			
77	30299000102	密度计	$<1 \text{ g/cm}^3$ ，在液体中倾斜度 <0.2 分度值	支		10			
78	30199005102	放大镜	手持式，5X，焦距 50 mm	个	JY/T 0378	30			
79	30199005502	望远镜	双筒，7X 35	个		6			
80	30807000410	半导体性质实验材料	包括二极管、三极管等，便于接入电路，实验效果要明显	套		30			
81	30307204101	内聚力演示器	由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约 $\varnothing 20\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器 螺旋挤	个	JY/T 0417	6			

			压的最大和最小距离差应 ≤ 35 mm, 挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时, 在挤压方向的形变应 ≤ 0.25 mm; 刮削器由转柄、刀片和刀轴组成, 刮平的两铅圆柱体端面压在一起后, 承受轴向拉力应 ≥ 60 N						
82	30722030101	甘油	试剂	mL		100			
83	30750005300	食用色素	红色	mL		30			
84	30201000101	演示直尺	由尺身和指示线框 2 部分组成, 可采用木材、塑料或铝合金材料, 木直尺两端应加金属包头; 长度应为 $1000\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$, 宽度为 $45\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$, 塑料及木直尺厚度 $8\text{ mm} \pm 0.2\text{ mm}$; 分度值 1 cm, 分度线在任意 10 cm 内的累计误差不应超过 1mm, 全长累计误差不应超过 2 mm	把		10			
85	30201000410	钢直尺	1000 mm, 1 mm, 0 mm $\sim$ 50 mm 分度值 0.5 mm, 其余分度值为 1mm; 材料 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料, 硬度应不低于 342HV; 刻度面平面度误差应 ≤ 0.25 mm, 允许误差应 ± 0.15 mm; 需有计量器具制造许可证标志	把	GB/T 9056 — 2004	180			
86	30201000406	钢直尺	600 mm, 1 mm, 0 mm $\sim$ 50 mm 分度值 0.5 mm, 其余分度值为 1mm; 材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料, 硬度应不低于 342HV; 刻度面平面度误差应 ≤ 0.25 mm, 允许误差应 ± 0.15 mm; 需有计量器具制造许可证标志	把		90			

87	3020100060 1	钢卷尺	量程 0 mm~2000 mm, 分度值 1 mm。B 型 (自卷制动式), 尺带宽不小于 12 mm, 厚不低于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活, 无卡阻现象。活动尺钩缩回时, 尺钩外侧为零点端	盒	QB/T 2443 — 2011	15			
88	3020100100 3	游标卡尺	量程 0 mm~150 mm, 分度值 0.02 mm; 尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象, 用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上; 带深度尺	把	GB/T 21389— 2008	3			
89	3020300010 1	机械秒表	分度值 0.1 s, 一等	块	GB/T 22773— 2008	90			
90	3020300020 2	电子秒表	专用型, 全时段分辨力 0.01s; 有防震、防水功能, 电池更换周期不小于 1.5 年	块	GB/T 22778	90			
91	3030710640 1	斜面小车	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等, 与教学支架配套使用; 斜面板 N915 mmX100 mmX20 mm, 一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置; 斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm; 附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等, 有摩擦材料的固定夹	套		90			
92	3030710070 1	螺旋弹簧组	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成; 各弹簧带长 50 mm 挂钩 (有指针), 两端应为圆拉环, 附标度板	组	JY/T 0411	90			
93	3020500050 2	演示测力计	平板式; 量程 0 N~2 N, 分度值 0.1 N; 示值误差 <1/4 分度, 升降示差 <1/2 分度, 重复性偏差 <1/4 分度	个		6			
94	3020500010 3	条形盒测力计	量程 0 N~2.5 N, 分度值 0.05 N; 示值误差 <1/4 分度, 升降示差 <1/2 分度	个		90			

			度, 重复性偏 差 $<1/4$ 分度						
95	3020500010 4	条形 盒测 力计	量程 0 N~5 N, 分度值 0.1 N; 示值误差 $<1/4$ 分度, 升降示差 $<1/2$ 分度, 重复性偏 差 $<1/4$ 分度	个		90			
96	3020500010 5	条形 盒测 力计	量程 0 N~10 N, 分度值 0.2 N; 示值误差 $<1/4$ 分度, 升降示差 $<1/2$ 分度, 重复性偏 差 $<1/4$ 分度	个		15			
97	3020500080 5	数字 测力 计	量程 0N~20N, 误差 $\pm 1.0\%FS \pm 1$ 字, 采 样频率应不低于 100 次/秒, 可测拉力和压 力, 不接电脑能独立运行, 显示屏尺寸不 小 于 30 mmX40 mm	个		6			
98	3020200510 1	重锤	300 g	个		6			
99	3020200101 1	金属 钩码	10 g ($\varnothing 2$ mm) X1, 20 g ($\varnothing 26$ mm) X2, 50 g ($\varnothing 30$ mm) X2, 200 g ($\varnothing 48$ mm) X 1, 允许误差: 10g ± 0.1 g, 20 g ± 0.2 g, 50 g ± 0.5 g, 200 g ± 2.0 g	套		90			
100	3020200101 3	金属 钩码	50 g ± 0.5 g, 每盒 10 个, 可叠放	套		90			
101	3030710060 1	摩擦 力实 验器	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码 等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度 的摩擦面, 同种材料、相同粗糙程度的不同 面积的摩擦面。摩擦板不小于 800 mmX100 mm X 10 mm, 平面度误差不大于 0.6 mm, 质地 坚硬, 表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm X50 mmX35 mm, 两摩擦面平面度误差应不 大于 0.1 mm, 侧面有挂钩。电机拉动	套		90			

			速度 0~ 5 cm/s, 可调节, 可显示。匀速运动速度误差 $\pm 5\%$						
102	3030710590 1	伽利略理想斜面演示器	由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成; 面板长度 N1100mm, 高度 N200mm; 轨道采用可弯曲的软性材料, 长 N1200 mm, 内侧宽度为 9 mm, 平行度公差 ≤ 0.2 mm。轨道下行段固定, 上行段倾斜角 应能在 $0^\circ \sim 15^\circ$ 之间连续可调	套		6			
103	3030710040 1	惯性演示器	观察的物体应能收回, 成功率不小于 98%	套		10			
104	3030710090 1	阿基米德原理实验器	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等	套		90			
105	3030710130 1	浮力原理演示器	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管(A、B)、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门, 浮体放在小水箱上口, 从周围缓缓加入水, 浮体不浮起; 打开阀门, 使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升, 当接触浮体底部时浮体上浮	套	JY/T 0408	10			
106	3030710200 1	气体浮力演示器	抽气式	套		10			
107	3030710140 1	物体浮沉条件演示器	由透明盛液筒(内径 > 95 mm, 深度 N285 mm)、浮体及附件(U 形杯、叉子、注射器、密度计)组成; 悬浮应有微调, 浮体可处于	套	JY/T 0370	10			

			漂浮、悬浮、下沉三种状态						
108	3030710160 1	潜水艇浮沉演示器	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°	套		10			
109	3030710230 1	压力和压强演示器	压强小桌，尺寸>200 mmX 100 mmX 100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸>220 mmX 120 mm X50 mm	套		6			
110	3030710230 2	压力作用效果演示器	由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出	套		10			
111	3030710170 1	液体内部压强实验器	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径 $\varnothing$ 36 $\varnothing$ 38 mm，硅橡胶膜厚0.5 mm，支杆长度不小于300 mm，有手动转动机构，有标尺	套	JY/T 0420	90			
112	3030710180 1	微小压强计	由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6 mm，高不小于380 mm，能沿标度方向移动不小于10 mm，能固定；标尺长300 mm，0分度在中间，最小分度线为5 mm；系统气密性好	台	JY/T 0415	90			
113	3019900880 2	透明盛液筒	高300 mm $\pm$ 5 mm，筒底外径3110 mm，壁厚31.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长3250 mm，分度值1 mm，透光率应390%	个	JY/T 0514	90			

114	3030710190 1	液体 对器 壁压 强演 示器	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个 喷嘴, 对面应有 1 个喷嘴; 配 4 个喷嘴塞或 盖, 有表示深度的标尺	台		6			
115	3030710930 1	液体 压强 与深度 关系实 验器	由低重心实验筒、砝码组 (放入实验筒内)、 浮标环等组成; 实验筒在水中倾斜不应超过 8°	套		90			
116	3030710110 1	连通 器	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等 组成, 尺寸 210 mmX210 mmX 120 mm, 底座 应平稳; 粗管外径 30 mm, 细管外径 12 mm, 无色透明材料透光率 390%	个		6			
117	3040700570 1	船闸 模型	闸门、阀门的开闭状态, 闸室水位的变化以 及轮船的行驶均能够明显观察到	个		3			
118	3080704210 1	生活 中的 连通 器 模 型	透明地漏模型、水位计等, 可注水演示	套		3			
119	3080704220 1	倒装 壶	透明, 可注水演示	个		3			
120	3060500630 3	乳胶 管	外径 9 mm、内径 6 mm, 拉伸强度 321 MPa, 扯断伸长率 3700%	m	GB 4491	30			
121	3060500630 2	乳胶 管	外径 6 mm、内径 4 mm, 拉伸强度 321 MPa, 扯断伸长率 3700%	m		30			
122	3030710210 1	马德 堡半 球	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以 及底座等组成; 球体外径应 380 mm, 气嘴外 径 8 mm	套		6			
123	3029900030 1	空盒 气压 计	DYM3 型, 量程 870 hPa~1050 hPa, 整 10hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa	台	QX/T 26-2004	6			
124	3030710240 1	流体 压强 与流	气体式, 由气体流动管道、气体接入部件、 压强观测部件组成, 应带气源	套		6			

		速关系演示器							
125	3030710240 2	流体压强与流速关系演示器	液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成			6			
126	3030710550 1	飞机升力原理演示器	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的 II 类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外	套		6			
127	3030710360 1	杠杆	由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长 3500 mm，木杠杆尺端需包头加固	套		90			
128	3030710370 1	演示滑轮组	由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2 件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90%，并、串滑轮的效率不应低于 75%	组	JY/T 0416	10			
129	3030710380 1	滑轮组	由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2 件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90%，并、串滑轮的效率不应低于 75%	组	JY/T 0416	90			

130	3030720010 1	音叉	256 Hz $\pm$ 0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mmX80 mm X40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强 应不小于 90 dB	套	JY/T 0395	90			
131	3030720010 3	音叉	512 Hz $\pm$ 0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mmX80 mm X40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强 应不小于 90 dB	套	JY/T 0395	90			
132	3030721020 1	电铃	在 15 m 范围内铃声清晰	个		6			
133	3030720100 1	声传播演示器	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于 -0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于 -0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验	套	JY/T 0371	10			
134	3019900110 1	旋片真空泵	单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口 应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm $\pm$ 0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：I 类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500 V； II 类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V	台	JB/T 6533 — 2017	6			

135	3019900150 2	抽气 盘	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能：当压强达到 -9.8×10^{-2} MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10min 后钟罩内气压应不高于 -9.0×10^{-2} MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB	套		6			
136	3030720020 1	发音 齿轮	包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料	个	JY/T 0407	6			
137	3030710560 1	手摇 离心 转台	由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6 的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 $140 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ ；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许 +0.15 mm；深度不小于 45 mm	台	JY/T 0414	3			
138	3030721150 1	音频 发生 器	频率范围 200 Hz~2000 Hz，误差 $\pm 3 \text{ Hz}$ ；带功率放大器和扬声器，输出功率 $\geq 250 \text{ mW}$ ；I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V	台		3			
139	3020600290 1	教学 示波	DC~2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电	台	JY/T 0011	3			

		器	强度 3000 V						
140	30307203700	初中声学实验箱	可完成声音的产生、声音的传播、声音的特性、噪声的测量等实验	套		30			
141	30307510701	平行光源	至少 2 条平行光, 非激光光源	个		6			
142	30307500201	凹面镜	直径 100 mm, 焦距 65 mm, 镜片为玻璃基质 镀反射膜, 配支架和镜座	块	JY/T 138	6			
143	30307500301	凸面镜	直径 100 mm, 焦距-65 mm, 镜片为玻璃基质 镀反射膜, 配支架和镜座	块	JY/T 138	6			
144	30307510801	光的传播、反射、折射实验器 [°]	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻璃、角度板、2 个条形玻璃、2 个半导体激光光源（不加扩束镜, 1 个为入射光源, 1 个提供法线）等, 表盘直径 N300 mm	台		90			
145	30307510851	光的反射实验仪 [°]	由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成; 入射角可在三维空间调节, 入射光线和法线构成的平面可改变、转动	台		90			
146	30307501401	平面镜成像实验器	镀半透膜的无色透明有机玻璃, 厚 5 mm, 尺寸不小于 150 mmX 100 mm, 镜片边缘倒边倒角, 镀膜面有标志; 支架 2 个; 宜采用黑色物体, 印有白色左右对称标志 F; 有机玻璃装上支架放在平面上, 与平面的角度为 90。±1', 成像清晰无叠影	套		90			
147	30307511101	LED 光源 ^a	距光源 500mm 处照度 800 lx~900 lx; 发光形状、亮度均可调, 能形成 F 光源、T 光源等发光形状	个		90			
148	3019900890	透明	250 mmX 180 mmX 100 mm,	个		6			

	1	水槽	透明塑料制,透 光率 385%,壁厚 32 mm						
149	3030751170 1	凹透 镜	焦距-50 mm, 误差±2 mm	面		90			
150	3030751180 1	凸透 镜	焦距 75 mm, 误差±2 mm	面		90			
151	3030750130 0	透镜 及其 应用 实验 器	简单测量凸透镜的焦距, 用凸透镜和凹透镜 做望 远镜,用凸透镜做投影、 照相的原理等	盒		90			
152	3040920041 1	眼球 仪	用于眼睛的工作原理及视 力矫正实验;模拟 晶状体 曲度可调节,能实现正常、 远视、近 视三种状态,近 视镜、远视镜与眼球匹配, 能将远视眼、近视眼调节 为正常视力	套		3			
153	3030750120 1	白光 的色 散与 合成 演示 器	由光源、三棱镜、三棱镜 台、光屏、支承系 统等组 成;两块棱镜应配对,用 ZF3 玻璃制,其折射率之 差不大于 0.003,中部色散 之差 不大于 0.0004。实验 效果:做白光的色散实 验 时,可见光区域内光谱连 续清晰;能把白 光色散后 的七色光谱带还原成白光	套	JY/T 0310	6			
154	3030750201 1	光的 三原 色合 成 实 验器	可单独显示红、绿、蓝三 原色,也可显示双 色光混 合色和三色光混合色	套		90			
155	3030750080 0	三棱 镜	重火石玻璃制	个		90			
156	3030750051 1	玻璃 砖	无色光学玻璃,上底边长 35 mm,高度 35 mm, 厚度 15 mm; 一梯形面为粗加 工面,其余为 精加工面; 上下底面平行度为 0.10 mm	块	JY/T 140	90			

157	3030750270 1	激光 光学 演示 仪°	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学 零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱 面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹 凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱 镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度 N350 mm, 宽度 N280 mm; 圆形光盘直径 N160 mm。光盘面分为四个象限, 分别刻有 0° ~90° 刻度。激光束经分 束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同	套	JY/T 0350	6			
158	3030750060 1	光具 座	导轨长 1000 mm, 导轨和滑块均为金属件, 滑块在导轨上应滑行自如, 无阻滞现象。金 属标尺刻度 900 mm, 分度值 1 mm。光源出口 处照度应 N500 lx, 500 mm 处照度 N300 lx。 附件包括双凸透镜 2 件, 平凸透镜 1 件, 双 凹透镜 1 件, “1”字屏 1 件, 白屏 1 件, 插 杆 5 根, 带支架毛玻璃屏 1 件, 烛台 1 件。 各器件易于装配、固定及拆卸	套	JY/T 0034	90			
159	3030750400 1	初中 光学 实验 箱	可完成光的直线传播、反射定律、平面镜成 像、光的折射、光的色散、色光的混合、透 镜的焦点与焦距、凸透镜成像规律、望 远镜 与显微镜等实验	套		30			
160	3030751270 1	擦镜 纸	20 cmX 15 cm, 纸纹细密	张		200			
161	3030730010 1	玻棒 (附 丝绸)	或有机玻棒（附丝绸）， 丝绸面积 N350 mmX 350 mm。在规定工作条件下， 用丝绸裹住玻 棒（或有机玻棒）， 做一次快速拉出， 棒上 所带的电荷用 D — YDQ — Z — 100 型指针	对		90			

			验电 器检验张角 $>30^{\circ}$ (250°)						
162	3030730740 1	胶棒 (附 毛皮)	或聚碳酸酯棒(附毛皮), 毛皮面积 N150 mm X 150 mm。在规定工作条件下, 用毛皮裹胶 棒(或聚碳酸 脂棒), 做一次快速拉出, 棒 上所带的电荷用 D — YDQ —Z — 100 型指针验 电器检验张角 $>30^{\circ}$ (245°)	对		90			
163	3030730960 1	电磁 实验 用旋 转架	由底座、转轴和转台等组 成。转台应采用静 电绝缘 材料制成, 转台内应有一 凹槽; 凹槽 宽度应 >15 mm, 凹槽深度应 >8 mm, 凹槽长 度应 >35 mm; 转 台应能作 360° 旋转	对		180			
164	3030731720 1	验电 器连 接杆	含导电杆、绝缘手柄等。 导电杆直径 >2 mm, 长度 >250 mm; 绝缘柄直径 $>$ 10 mm, 长度 >150 mm	个		6			
165	3030730030 1	指针 验电 器	由外壳、圆球、法拉第圆 筒、导电杆、绝缘 子、指 针、指针架、接地线柱等 构成。外壳 应由不能带静 电的材料制成, 外壳上观 察面 应采用透明材料(透 光率 $>90\%$); 指针用非 磁 性材料, 长度 >100 mm。 性能要求: 相对 湿度 $<$ 65%环境, 圆球加 9 kV 直 流高压, 指 针张开角度在 $45^{\circ} \sim 50^{\circ}$; 移去高压 后, 指 针保持 30° 以上的 时间 >20 min	对		6			
166	3030730140 1	感应 起电 机	由起电盘、底座、莱顿瓶、 集电杆、放电杆、 电刷、 电刷杆、皮带轮、连接片 等组成。起 电盘上导电膜 应采用铝箔和纸箔交替分 布; 莱顿瓶应采用塑料制 成, 电容量应 N30 pF, 击	台		6			

			穿电压应 N42kV; 集电杆采用直径不低于 4 mm 的冷拉圆钢制成, 电梳应由针状金属杆 或束状裸铜线制成, 与起电盘距离不应小于 6 mm; 放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成, 表面镀铬, 绝缘手柄长度应 [^] 80 mm, 体 积电阻率 N10 ¹⁶ Q•m; 电刷应采用束状磷铜 线; 导电膜与起电盘的 90° 剥离强度应 N 8 N。性能要求: 在温度为 20 ° C、相对湿度 为 65% ±5%的环境中, 摇柄转速 120 r/min, 火花放电距离应 N55 mm; 在温度为 5 C ~ 30 C 范围, 相对湿度为 85%±5%的条件下, 仪器应正常工作, 火花放电距离应 N30 mm						
167	3030740020 4	条形 磁铁	D-CG-LT-180, 表面磁感应强度 N0.07 T	对	JY/T 0057	90			
168	3030740030 5	蹄形 磁铁	D-CG-LU-100, 表面磁感应强度 N0.055 T	个	JY/T 0057	90			
169	3030740080 1	翼形 磁针	2 支, 针体 140 mmX8 mm, 座 ^① 71 mmX 112 mm, 磁针体中间铆接铜轴承套, 内嵌玻璃轴承, 平均磁感应强度 N9 mT	组	JY/T 0012	15			
170	3030740070 1	菱形 小磁 针	16 支, 磁针 28 mmX8 mm, 座 ^② 25 mmX25 mm, 磁针体中间铆接铜轴承套, 内嵌玻璃轴承, 平均磁感应强度 N5 mT	组	JY/T 0012	90			
171	3030740100 1	磁感 线演 示器	无色透明塑料外壳, 油封铁粉式, 仪器尺寸 不小于 200 mmX120 mm; 环境温度大于 10 ° C 时, 摇匀铁粉时间每次 W20 s	套	JY/T 0397	10			
172	3030740110 1	立体 磁感 线演 示器	永磁、电磁场	套		10			

173	3030740120 1	磁感 线演 示板	每块板上有 130 以上个空 穴, 内含自由活动 小铁棒	套	JY/T 0397	10			
174	3070100050 1	铁粉	铁屑要均匀, 颗粒小	盒		10			
175	3010200010 1	学生 电源	直流稳压输出 1.5 V~9 V, 每 1.5 V 为一档, 共 6 档; 额定电流 1.5 A; 电 压偏调 $W \pm (2\% U_{\text{标}} + 0.1 \text{ V})$, 电压稳定度 $W 2\% U_{\text{标}} + 0.1 \text{ V}$, 负载稳定度 $W 2\% U_{\text{标}} + 0.1 \text{ V}$, 满载时纹波电 压 $W 0.1\% U_{\text{标}}$; 过载保护 1.05 ~1.5 倍, 延 时 1 S; 电源 输入与低压输出端子间抗 电强 度 3000 V; 电源输入 与外壳间抗电强度 I 类 电 器 1500 V, II 类电器 3000 V	台	JY/T 0361	90			
176	3010200030 1	教学 电源	交流 2 V~12 V, 5 A, 每 2 V 为一档; 直流 1.5 V~12 V, 2 A, 分为 1.5 V、3 V、 4.5 V、6 V、9 V、12 V, 共 6 档; 40 A.8 s 自动 关断, 延时 1 s; 各档空载 电压应 $W 1.05 U_{\text{标}} + 0.3 \text{ V}$, 各档满载电压应 $N 0.95 U_{\text{标}} - 0.3 \text{ V}$, 直流输出时电 压偏调 $\pm (2\% U_{\text{标}} + 0.1 \text{ V})$	台	JY/T 0361	6			
177	3030740130 1	电流 磁场 演示 器	直流导线、圆线圈、螺线 管的磁场分布	套		6			
178	3030740180 1	蹄形 电磁 铁	磁路总长度不小于 220 mm, 两磁极面中心距 离不 小于 40 mm, 线圈骨架两端 有接线柱、 焊片及垫圈, 工作电流 $W 1 \text{ A}$, 工作电压 $W 6 \text{ V}$, 连续工作 20 min 后 线圈温升应不大于 75°C , 吸力 $N 49 \text{ N}$, 剩余磁力 $< 5.88 \text{ N}$	个	JY/T 0013	6			

179	3030740200 1	电磁 铁实 验器	电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯 1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根。能 组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线 圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力应能 提起质量 N200 g 的物体	个		90			
180	3030740170 1	原副 线圈	原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310~330 匝， 线圈架内径 11mm, 绕线宽度 57 mm；副线圈： 0. 25 mmQZ 型漆包线 670~680 匝，线 圈架内 径 24 mm, 绕线宽 度 52 mm	套		90			
181	3019900230 1	充磁 器	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性 材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两 极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm X24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm X24 mm 的条形磁铁，电源与线 圈骨架以及 外壳金属件 之间抗电强度 3000 V	台	JY/T 0396	6			
182	3030740230 1	演示 电磁 继电器	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触 点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定 工作电压直 流 9V, 工作电流 100mA±15mA, 吸合电流<70 mA, 释放电流 20 mA~40 mA。触点常闭电阻 W1 Q, 常开电阻<0.5 Q, 开距 32 mm	个		6			
183	3030740310 1	电机 原理 演示 器	卧式，包括定子、转子线 圈、集流环和换向 器、电 刷、底座等；定子与转子 串励，额定 工作电压应为 24V；在额定工作电压下连 续 工作 1 h, 温升应不高 于 55 ° C；导体与机座 之 间的绝缘电阻 N10 MQ	个		3			

184	3040740311 1	电机 原理 演示 器	立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸应不小于300 mmX230 mmX 100 mm, 额定工作电压8 V；用作直流电动机时，起动电压应 ≤ 6 V，电流应 <0.35 A，在额定电压下工作1 h温升应不高于55℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻 ≥ 10 MΩ	个		3			
185	3030742410 1	方形 线圈	非金属材料正方形框架；线圈应由直径 $\phi 0.41$ mm QZ 型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为 $63 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$ ；线圈引线为截面积为 $0.20 \text{ mm}^2 \sim 0.25 \text{ mm}^2$ 、长320 mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150 mm~160 mm, 安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上	套		90			
186	3030742070 1	电磁 感应 线圈	由单匝线圈及4匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上	套		6			
187	3030740300 1	手摇 交直 流发 电机	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和	个	JY/T 0021	6			

			集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应 N8 V；接 16 Q 电阻负载时，输出端交流和直流电压均应 N5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应 W4 V, 电流应 <0.4 A						
188	3030710530 1	滚摆	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm, 长 160 mm；支架高 460 mm, 横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg~0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应 W65 mm	个	JY/T 0392	3			
189	3030711080 1	动能实验演示器	包括 2 组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差 W1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小	台		6			

190	3030711090 1	重力 势能 实验 演示 器	由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径 相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放 系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支 架等组成。可调节金属球释放的高度，能够 同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控 制或电子控制保证金属球能同时释放，势能 大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较 势能的大小	台		6			
191	3030720510 1	气体 做功 内能 减少 演示 器	由气体做功部分和温度测量部分组成，做功 部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及 活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底 座上。测量部分应由温度传感器、数显温度 表等组成。电压 6 V，电流 W50 mA	套		6			
192	3030720510 5	气体 做功 内能 减少 演示 器	10 kQ 的 NTC 热敏电阻封在 100 mL 注射器内， 同时可演示内能减少和内能增大，热响应时 间 W1 s	套		6			
193	3030720420 1	空气 压缩 引火 仪	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气 缸用透明有机玻璃制作，内径 ϕ 10 mm，夕卜径 ϕ 25 mm，长 130 mm，底座 ϕ 65 mm，手柄 ϕ 40 mm，活塞杆 ϕ 8 mm。活塞体应使用弹性材 料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压 缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃 脱脂棉，不应使用硝化棉	个	JY/T 137	6			
194	3040700070 1	汽油 机模 型	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花	个		3			

			塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1~8:1, 整体高不小于 300 mm						
195	3040700080 1	柴油机模型	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 组成。手动转动，活塞运动压缩比 14 : 1~16 : 1, 整体高不小于 300 mm	个		3			
196	3020600010 1	演示电表	2.5 级, 直流电流: 200 uA、0.5 A、2.5 A, 直流电压: 2.5 V、10 V, 检流: 一 100 uA~ 100 uA, 电压灵敏度: 5 kQ/V	只	JY/T 0330	6			
197	3020600020 1	数字演示电表	4-1/2 位, 双面显示, 同一物理量能自动转 换量程。直流电流: 200 uA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A, 不确定度 0.2%; 直流 电压: 2 V、20 V、200 V, 不确定度 0.1%; 电阻: 200 Q、2 kQ、20 kQ、200 kQ、 2MQ、20MQ, 不确定度 0.2%; 交流电压: 2 V、20 V、200 V、700 V, 不确定度 0.5%; 交流电流: 2 mA、20 mA、200 mA、2 A, 不 确定度 1.0%° 2A、20 A 自动过载保护, 故 障排除自动恢复。交流供电, 采用 II 类变 压器	只		6			
198	3020600060 3	直流电流表	0.6 A、3 A 双量程, 2.5 级, 基本误差、升 降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5%	只	JY/T 0330	180			
199	3020600080 2	直流电压表	3 V、15V 双量程, 2.5 级, 基本误差、升降 变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5%	只	JY/T 0330	180			
200	3020600110	多用	指针式, 不低于 2.5 级	只	JB/T928	6			

	2	电表			3-199 9				
201	30206001104	多用电表	数字式, 4-1/2 位, 电压、电流、电阻、电 容、二极管、温度、频率测试	只	GB/T 13978-2008	6			
202	30206001001	灵敏电流计	300 nA, G。档表头内阻 80 Q~125 Q, G1 档表头内阻 2400 Q~3000 Q	只	JY/T 0330	90			
203	30102000801	电池盒	适用于 R6 电池	个		180			
204	30307303601	教学用 E10 螺口灯座	由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用 硬质绝缘材料制成, 最高工作电压应为 36 V, 最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用 厚 0.4 mm~0. 5 mm 的黄铜材料制作, 中心触点应采用厚 0.3 mm~0.4 mm 的磷铜材料制 作。两接线柱之间绝缘电阻应 32 MQ	个		180			
205	30807000901	电珠 (小灯泡)	1.5 V、0.3 A	个		300			
206	30807000902	电珠 (小灯泡)	2.5 V、0.3 A	个		300			
207	30807000903	电珠 (小灯泡)	3.8 V、0.3 A	个		300			
208	30807000904	电珠 (小灯泡)	6 V、0.15 A	个		300			
209	30307303901	单刀开关	最高工作电压 36 V, 额定工作电流 6 A。开 关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度 37 mm, 闸刀厚度 30.7 mm。接线柱直径为 4 mm, 有效行程 34 mm。通额定电流, 导电 部分允许温升 W35 ° C, 操作手柄允许温升 W25 C。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在 额定直流电流工作条件	个	JY/T 0117	300			

			下,接线两端直流 电压降 ≤100 mV						
210	3030730400 1	单刀 双掷 开关	最高工作电压 36 V, 额定 工作电流 6 A。开 关闸刀、 接线柱、垫片均为铜质。 接线柱直径为 4 mm, 有效 行程 34 mm。通额定电流, 导电 部分允许温升 W35 ° C, 操作手柄允许温 升 W25 C。开关的绝缘强 度应能承受 1200 V	个		30			
211	3030730420 1	滑动 变阻 器	5 Q, 3 A, 误差应< ±10%; 滑杆应采用 正六边形、正 四边形或正三 角形截面, 不应采用圆形截 面;电阻 丝采用康铜丝, 接 线柱应 有防松动装置; 额 定 电 流 工作 30 min 温升< 300 C	个	JY/T 0028	9			
212	3030730420 3	滑动 变阻 器	20 Q, 2 A, 误差应< ± 10%; 滑杆应采用 正六边 形、正四边形或正三 角形 截面, 不应采用圆形截 面; 电阻丝采用康铜丝, 接 线柱应有防松动装置; 额 定 电 流工作 30 min 温 升< 300 C	个		180			
213	3030730420 4	滑动 变阻 器	50 Q, 1.5 A, 误差应< ± 10%; 滑杆应采用 正六边 形、正四边形或正三 角形 截面, 不应采用圆形截 面; 电阻丝采用康铜丝, 接 线柱应有防松动装置; 额 定 电 流工作 30 min 温 升< 300 C	个		90			
214	3030730430 1	电阻 圈	包括 5Q、1.5 A, 10 Q、 1.0 A, 15 Q、 0.6 A 共 3 种规格, 阻值误差 W±1%; 电阻 丝应采用锰铜线或 康铜线绕制; 按额定电流 连续工作 15 min 后, 5Q、 1.5 A, 10 Q、 1.0 A, 15 Q、0.6 A 电阻圈外壳两侧 温升 分别不应高于 60 K、	组	JY/T 0029	90			

			60 K 和 45 K；按额定 电 流连续工作 2 h 后外壳不 应出现焦灼、熔 化变形、 冒烟现象；加热后电阻值 变化应在 1%以内						
215	3030730460 1	演示 电阻 箱	插头式,4 个电阻线圈串联 展开在平板上, 阻值分别 为 1 Q、2 Q、2 Q、5 Q, 允许 误差± 0.05 Q。1 Q 和 2 Q 允许通过最大 电流 2 A, 5 Q 允许通过最大电 流 1 A。残余 电阻 W0.05 Q	个	JY/T 0399	3			
216	3030730470 1	教学 电阻 箱	十进多盘式, 调解范围 0 Q ~9999.9 Q, 残余电阻及 其允差值 25 mQ±10 mQ, 功率 1W	个	JY/T 0399	3			
217	3030730480 1	学生 电阻 箱	十进多盘式, 调解范围 0 ~9999 Q, 残余电 阻及其 允差值 20 mQ±10 mQ, 功 率 1 W	个	JY/T 0399	30			
218	3030730440 2	电阻 定律 实验 器	由底板、2 种金属导线(康 铜、镍铬)、接 线柱、连 接片、支撑架等组成; 康 铜导线 2 根(长均为 500 mm, 直径分别为 0. 5 mm、 0. 3 mm); 镍铬线 2 根(长 分别为 500 mm、300 mm, 直 径均为 0. 3 mm)	台		30			
219	3080701530 1	接线 夹导 线	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm; 单芯 4 mm 纯铜接线夹, 纯铜导线; 宜用不同线色	根		500			
220	3080701540 1	接线 叉导 线	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm; 单芯 4 mm 纯铜接线叉, 接线叉开口 5.9 mm, 纯铜 导线; 宜用 不同线色	根		500			
221	3080701590 1	组合 接头 导线	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm; 一 头 为单 芯 4 mm 纯铜接线叉, 一头 为接线夹, 接 线叉开口 5. 9 mm, 纯铜导线; 宜用 不同线色	根		500			

222	3030730530 1	演示 线路 实验 板	初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5 Q、4W） 1 块，电阻器（15 Q、4W） 1 块，电阻器（20 Q、4W） 1 块，电阻器（10 Q、8W） 2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6 块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 3 块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A） 6 只，灯泡（6 V，0.3 A） 6 只，导线不少于 48 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后 紧固平整	套	JY/T 0218	3			
223	3030730610 1	初中 电路 实验 箱	可完成串联电路、并联电路、电流与电压关 系、电流与电阻关系等实验	套		30			
224	3030730640 1	焦耳 定律 演示 器	液体式，同一产品上数字温度计误差不大于 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，透明贮液筒不少于 3 个，底座不 少于 3 个，电阻圈不少于 3 个	套	教师版	3			
225	3080700030 5	家庭 电路 示教 板	配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启 式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相 机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部 分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺 口灯座（E27） 1 个、插口灯座（E27） 1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口 或 E27LED 螺口灯 泡）、卡口 一螺口转换器（有 卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式， 软导线（截面积 0.5 mm^2 ）。火线用红色，零 线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应 能竖立在桌上。开关电极应为左面是零	套		6			

			线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板						
226	30807000308	家庭电路示教板	配电部分：三线 10A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）、单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、E27LED 螺口灯泡、卡口一螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板	套		6			
227	30307310601	安全用电示教板	12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电	套		6			
228	30307306601	保险丝作用演示器	保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 Φ 0.5 mm，长度 N80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度 N290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线①河.7	套	JY/T 0364	6			

			mm, 长度 N285 mm, 10 根以上; 多芯短路导线长度 N150 mm, 两 端有接线夹; 灯泡: 12 V、50 W 不少于 4 个, 12 V、10 W 不少于 2 个; 指示电表: 交流, 2.5 级; 在保险丝接线柱上接铜导线, 接入 产品规定的最大负载, 通电 5 min, 然后将 负载短路, 保持 5 min, 关闭电源, 重新开 启电源后应能正常工作; 安全要求: 变压器 一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V, 一次绕 组与二次绕组间抗电强度 3000 V, 二次绕组 与保护接地线不连 通						
229		磁吸式电磁学演示器			J10904 (教师版)	6			

4.3 售后服务承诺书

- 1、本公司产品实行三包、五年保修、终生维护的优质售后服务。
- 2、从产品交货之日起, 在三包期内出现任何质量问题, 本公司将提供优质的上门售后服务, 用最大限度维护广大消费者的权益。请消费者务必保留损毁零件以及购买合同以作证明, 否则将酌情收费。
- 3、当产品使用期限超过三包期, 本公司会提供有偿优质服务, 零配件等材料费用将有顾客承担。
- 4、本公司也将会不定期地回访顾客, 了解顾客使用情况; 同时检查产品在使用中的性能、质量等状况, 如发现问题将及时帮助顾客处理与维护。
5. 若消费者后续有安拆产品的需求, 本公司也会提供响应为顾客提供专业的技术指导。
- 6、关于产品维修问题, 本公司有专门的售后服务部门及电话, 顾客可随时拨打服务热线, 本公司售后部门会根据当地情况合理安排维修人员的上门时间, 保证做到不随意, 不拖拉。
- 7、关于产品使用方法, 本公司会安排专门的技术指导为顾客讲解与展示, 并说明产品在未来使用时的保养方法, 保证产品不因保养不当而损坏。